



26PROC019625058 2026-08-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ.Διεύθυνση: Συνταγμ. Κεφαλοπούλου 17
Τ.Κ. 83100, ΣΑΜΟΣ
Πληρ. Χατζηαντωνίου Ιωάννης
Τηλ.: 2273351347
e-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr

ΣΑΜΟΣ: 13/08/2026
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11433

87/2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Το Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥΠ και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
8. Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
9. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
12. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
13. Τις διατάξεις του Π.Δ/του 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

26PROC019625058 2026-08-13

14. Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

15. Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

16. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

17. Το υπ' αριθμ. 2385/12-04-2023 ΦΕΚ περί «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. 18^η /11-08-2026 – Θέμα 25^ο Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ: Ψ4ΞΩ46907Ξ-ΙΛΙ που αφορά την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων καθετήρων για τις ανάγκες των ιατρικών τμημάτων και κλινικών του ΓΝ Σάμου.

2. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Ν. Σάμου με **ΑΔΑ: 9ΩΞΩ46907Ξ-BBM** για προμήθεια Διαφόρων Καθετήρων για τις ανάγκες των ιατρικών τμημάτων και κλινικών του ΓΝ Σάμου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την **προμήθεια Διαφόρων Καθετήρων για τις ανάγκες των ιατρικών τμημάτων και κλινικών του ΓΝ Σάμου για ένα έτος.**

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **32.675,47 €.**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.	04/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 10:00 π.μ.	Γενικό Νοσοκομείο Σάμου	04/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 11:00 π.μ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως τις **04/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.** και θα απευθύνονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, στην οδό Συντ. Κεφαλοπούλου 17 Τ.Κ. 83100.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η **04/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**

26PROC019625058 2026-08-13

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Είναι η προμήθεια Διαφόρων Καθετήρων για τις Ανάγκες των Ιατρικών τμημάτων και Κλινικών του ΓΝ Σάμου **προϋπολογισμού 32.675,47 €** συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος αυτών. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το παράρτημα αυτής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση που δοθεί εναλλακτική προσφορά αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα **(180)** ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

26PROC019625058 2026-08-13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του δημοσίου.

Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση υπογραφής κεντρικών συμβάσεων για διάφορα είδη καθετήρων από την ΕΚΑΠΥ θα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης των συμβάσεων αυτών που θα υπογραφούν μεταξύ του Γ.Ν. Σάμου και των εκάστοτε αναδόχων από την τωρινή πρόσκληση, χωρίς τη συναίνεση αυτών και χωρίς αυτοί να μπορούν να προβάλλουν καμία αξίωση έναντι του δημοσίου.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από σχετική Απόφαση ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.

Άρθρο 2

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016

Άρθρο 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) η λέξη Προσφορά
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

26PROC019625058 2026-08-13

γ) ο τίτλος της παρούσας

δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Στ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα κοινοποιούνται σχετικά έγγραφα

ζ) την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:

3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αποδεικτικά Μέσα»

1) Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστέλλουν **Υπεύθυνη δήλωση** (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

α. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.

β. Δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

γ. Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

δ. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).

ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

στ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

ζ. Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

η. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί.

θ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

ι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ια. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .

2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει

26PROC019625058 2026-08-13

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

5. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών.

6. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

3.2 «Τεχνική Προσφορά»

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας καθώς και φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές.

Οι Προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή prospectus που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

3.3. «Οικονομική Προσφορά»

Θα κατατεθεί οικονομική προσφορά και η αναγραφή της τιμής θα είναι σε Ευρώ(€). Μαζί θα κατατεθεί και η αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του

26PROC019625058 2026-08-13

παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης)

3.3.1 Ισχύς Προσφορών:

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 4**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών-Αποδεικτικών Μέσων, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση την **04/09/2026 στις 11:00 π.μ.** από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ. προκειμένου να εκδοθεί απόφαση οριστικού αναδόχου.

Άρθρο 5**ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
3. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει)

Άρθρο 6**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

Άρθρο 7**ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

Πυρκαγιά

Πλημμύρα

Σεισμός

26PROC019625058 2026-08-13
Πόλεμος

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A	Ονομασία Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή	Καθαρή Αξία	% ΦΠΑ	Προϋπολογισμός Δαπάνης
1	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 20	TMX	1.500	0,12 €	180,00 €	9	196,20 €
2	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 22	TMX	5.000	0,12 €	600,00 €	9	654,00 €
3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 24	TMX	1.500	0,14 €	210,00 €	9	228,90 €
4	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΩΝ Νο 26	TMX	500	0,17 €	85,00 €	9	92,65 €
5	ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΦΛΕΒΟΣ	TMX	20.000	0,02 €	400,00 €	9	436,00 €
6	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN Νο 6	TMX	200	0,20 €	40,00 €	9	43,60 €
7	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN Νο 8	TMX	200	0,20 €	40,00 €	9	43,60 €
8	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN Νο 10	TMX	300	0,20 €	60,00 €	9	65,40 €
9	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN Νο 12	TMX	200	0,20 €	40,00 €	9	43,60 €
10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 6	TMX	300	0,20 €	60,00 €	9	65,40 €
11	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο10	TMX	300	0,20 €	60,00 €	9	65,40 €
12	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο12	TMX	500	0,20 €	100,00 €	9	109,00 €
13	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 14	TMX	1.000	0,20 €	200,00 €	9	218,00 €
14	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 16	TMX	500	0,20 €	100,00 €	9	109,00 €
15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 18	TMX	150	0,20 €	30,00 €	9	32,70 €

26PROC019625058 2026-08-13

16	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Foley ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΛΟΙ No 16 2WAY	TMX	1.500	0,50 €	750,00 €	9	817,50 €
17	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ	TMX	300	7,00 €	2.100,00 €	9	2.289,00 €
18	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ CONTROL No 6	TMX	300	0,15 €	45,00 €	9	49,05 €
19	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ CONTROL No 8	TMX	300	0,15 €	45,00 €	9	49,05 €
20	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ CONTROL No 10	TMX	200	0,15 €	30,00 €	9	32,70 €
21	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ CONTROL No12	TMX	500	0,15 €	75,00 €	9	81,75 €
22	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ CONTROL No14	TMX	12.000	0,15 €	1.800,00 €	9	1.962,00 €
23	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ CONTROL No16	TMX	1.000	0,15 €	150,00 €	9	163,50 €
24	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ FOLEY 2 W No 6- ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TMX		1,10 €	110,00 €	9	119,90 €
25	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ FOLEY 2 W No 8- ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TMX	100	1,10 €	110,00 €	9	119,90 €
26	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ FOLEY 2W No 10- ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TMX	100	1,10 €	110,00 €	9	119,90 €
27	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ FOLEY 2W No 12- ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TMX	100	1,10 €	110,00 €	9	119,90 €
28	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ FOLEY 2W No 14- ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TMX	100	1,10 €	110,00 €	9	119,90 €
29	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ FOLEY 2W No 16- ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TMX	1.000	1,10 €	1.100,00 €	9	1.199,00 €

26PROC019625058 2026-08-13

30	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 16F	TMX	4	220,00 €	880,00 €	9	959,20 €
31	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ CH 10	TMX	40	20,00 €	800,00 €	9	872,00 €
32	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ CH 12	TMX	30	20,00 €	600,00 €	9	654,00 €
33	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ PORT-A-CATH	TMX	4	120,00 €	480,00 €	9	523,20 €
34	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIGTAIL ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 6 FR 28CM	TMX	60	16,00 €	960,00 €	9	1.046,40 €
35	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIGTAIL ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 7 FR 28CM	TMX	20	16,00 €	320,00 €	9	348,80 €
36	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3WAY DUFOUR No 18	TMX	30	9,00 €	270,00 €	9	294,30 €
37	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3WAY DUFOUR No 20	TMX	20	9,00 €	180,00 €	9	196,20 €
38	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3WAY DUFOUR No 22	TMX	20	9,00 €	180,00 €	9	196,20 €
39	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3W COUVELAIRE No 18	TMX	30	9,00 €	270,00 €	9	294,30 €
40	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3W COUVELAIRE No 20	TMX	30	9,00 €	270,00 €	9	294,30 €
41	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3W COUVELAIRE No 22	TMX	10	9,00 €	90,00 €	9	98,10 €
42	ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 16 CM	TMX	15	18,00 €	270,00 €	9	294,30 €
43	ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20 CM	TMX	15	18,00 €	270,00 €	9	294,30 €
44	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	TMX	10	70,00 €	700,00 €	9	763,00 €

26PROC019625058 2026-08-13

	ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ 13,5X19,5 cm						
45	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 2,5	TMX	10	1,25 €	12,50 €	9	13,63 €
46	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 3	TMX	20	1,25 €	25,00 €	9	27,25 €
47	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 3,5	TMX	10	1,25 €	12,50 €	9	13,63 €
48	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 4	TMX	10	1,25 €	12,50 €	9	13,63 €
49	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 4,5	TMX	10	1,25 €	12,50 €	9	13,63 €
50	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5	TMX	10	1,25 €	12,50 €	9	13,63 €
51	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5,5	TMX	10	1,25 €	12,50 €	9	13,63 €
52	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6	TMX	100	1,25 €	125,00 €	9	136,25 €
53	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5	TMX	100	1,25 €	125,00 €	9	136,25 €
54	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο7	TMX	200	1,25 €	250,00 €	9	272,50 €
55	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5	TMX	300	1,25 €	375,00 €	9	408,75 €
56	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο8	TMX	200	1,25 €	250,00 €	9	272,50 €
57	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2	TMX	20	1,25 €	25,00 €	9	27,25 €
58	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2,5	TMX	20	1,25 €	25,00 €	9	27,25 €
59	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 3	TMX	20	1,25 €	25,00 €	9	27,25 €
60	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 3,5	TMX	20	1,25 €	25,00 €	9	27,25 €
61	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡ. ΛΑΒΙΔΑ Νο 8	TMX	15	112,00 €	1.680,00 €	9	1.831,20 €

26PROC019625058 2026-08-13

62	ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ-ΚΟΙΛΙΑΣ	TMX	15	9,20 €	138,00 €	9	150,42 €
63	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ	TMX	500	5,00 €	2.500,00 €	17	2.925,00 €
64	ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ	TMX	100	1,50 €	150,00 €	17	175,50 €
65	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΜΚ 14,5FR X 23 cm	TMX	5	250,00 €	1.250,00 €	9	1.362,50 €
66	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΜΚ 14,5FR X 28 cm	TMX	5	250,00 €	1.250,00 €	9	1.362,50 €
67	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΜΚ 14,5FR X 40 cm	TMX	10	250,00 €	2.500,00 €	9	2.725,00 €
68	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΜΚ (ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΡΑ) 13,5FR X 19CM	TMX	5	80,00 €	400,00 €	9	436,00 €
69	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΜΚ ΣΦΡΑΓΙΤΙΔΙΚΟΙ (ΚΥΡΤΑ ΑΚΡΑ) 13,5FR X 16CM	TMX	10	80,00 €	800,00 €	9	872,00 €
70	ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ CH12 X 10	TMX	10	50,00 €	500,00 €	9	545,00 €
71	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΛΕΒΑ	TMX	10	30,00 €	300,00 €	9	327,00 €
72	ΜΟΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ PARAPAC PLUS	TMX	20	40,00 €	800,00 €	9	872,00 €
73	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3 WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ COUVELAIRE ΑΠ'Ο 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ CH 24.	TMX	20	20,00 €	400,00 €	9	436,00 €
74	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3 WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUFOUR ΑΠ'Ο 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ CH 24.	TMX	20	20,00 €	400,00 €	9	436,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ			29.783,00 €		

26PROC019625058 2026-08-13

		ΦΠΑ			
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			32.675,47 €

Να κατατεθούν δωρεάν δείγματα για την αξιολόγηση τους από την επιτροπή του διαγωνισμού για όλα τα είδη εκτός από αυτά του υψηλού κόστους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1-4. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 20,22,24,26

ΥΛΙΚΟ : Να είναι ισοσυμβατό PTFE και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4,5 έτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO-STANDARDS και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-MARK).

Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.

Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο, για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.

Ο οδηγός-στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους-αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων)

Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.

Ο καθετήρας να μπορεί μα παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή(μείωση κόστους). Το καπάκι(πώμα)της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή LUER LOCK για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων

5. ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΦΛΕΒΟΣ

Πώματα στροφίγγων-φλεβοκαθετήρων, luer-lock βιδωτά με ελαστική μεμβράνη στο κέντρο (latex υποαλλεργικό) για πολλαπλά τρυπήματα. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένα σε συσκευασία του ενός τεμαχίου.

6. – 9. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN Νο 6, 8, 10, 12

Καθετήρες LEVIN από PVC, ακτινοσκοπικοί.

Βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 75cm, ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές μήκους 125cm αποστειρωμένοι.

10. – 15. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 6, 10, 12, 14, 16, 18

Μιας χρήσεως. Αποστειρωμένος με και χωρίς βαλβίδα ελέγχου. Μήκους από 40cm μέχρι 50 cm Για αναισθησιολογική χρήση. Ατραυματικοί. Ανοιχτό άκρο με πλαϊνές οπές Latex και DEHP-free.

26PROC019625058 2026-08-13

16. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΛΟΙ 2WAY Νο 16

Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και όλων των μηκών.

Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοιχώματος να μην είναι μαλθακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά την χρήση τους.

Να φέρουν δυο τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας από 5-30cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις.

Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχόμενου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του υδροθαλάμου ευχερώς. Να προσφέρονται από 100% Latex και βαλβίδα από PVC ή Latex.

17. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ

Καθετήρας για πρόσβαση σε κερκιδική αρτηρία 20G και μήκους 48mm από πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) που διαθέτει διακόπτη ροής με ON-OFF και χρωματική σήμανση ενδεικτική της αρτηριακής γραμμής (κόκκινο).

18 - 23.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ CONTROL Νο 6,8,10,12,14,16.

Καθετήρες Βρογχικών εκκρίσεων με ενσωματωμένη βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης. Να προσφέρονται σε μεγέθη Νο 6,8,10,12,14,16.

24-29. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ FOLEY 2WAY Νο 6, 8,10,12,14,16.

Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη και να αποτελούνται από σιλικόνη 100%.

Να είναι απολύτως διαφανείς, να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας από 10-30cc.

Ο υδροθάλαμος να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό, να φέρουν δύο πλευρικές οπές στο άκρο τους και η απόσταση του άκρου από το έσω όριο του υδροθαλάμου να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 2cm. Ο υδροθάλαμος να είναι ακτινοσκοιερός.

30. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 16F

Να έχει ιδιαίτερα χαμηλό εξωτερικό προφίλ.

Να έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις γαστρικές διαφυγές που μπορούν να προκαλέσουν απώλεια σίτισης, καταστροφή του δέρματος και κοκκίωση του ιστού.

Το ειδικό σχήμα του μπαλονιού συγκράτησης να διευρύνεται οριζόντια για καλύτερη κάλυψη του εσωτερικού στομίου του συριγγίου της στομίας καταλαμβάνοντας λιγότερο χώρο εντος του στομάχου.

Να παρέχει κωνική μετάβαση από το δίσκο στήριξης στο σωλήνα για πιο ασφαλή εφαρμογή.

Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής που να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση.

Να διαθέτει ρυθμιζόμενη πλήρωση του μπαλονιού για την καλύτερη εφαρμογή.

Το σημείο πλήρωσης του μπαλονιού να βρίσκεται μακριά από το σώμα για να μειώνεται ο ερεθισμός στο σημείο της στομίας.

Να διαθέτει σκληρυντικό στειλεό εισαγωγής διαφορετικού χρώματος για διευκόλυνση της τοποθέτησης.

Να είναι κατασκευασμένος από διαφανή μαλακή ιατρική σιλικόνη με διάμετρο από 12 έως 26 f.

Να διαθέτει τελικό άκρο με μπαλόνι σταθεροποίησης των 3 ως 1.

Το μπαλόνι να είναι ανατομικού σχεδιασμού.

Να διαθέτει δίσκο σταθεροποίησης δέρματος κατασκευασμένο από σιλικόνη.

Να διαθέτει αντιαλλεργικά ανατομικά πέλματα για την ανατομική καθήλωση του στο δέρμα και να διαθέτει αεραγωγούς /οπές για τον αερισμό του δέρματος.

Να διαθέτει εξωτερική διαγράμμιση ανά 10mm για την εκτίμηση του βάθους.

26PROC019625058 2026-08-13

Να διαθέτει ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης τριών αυλών για σίτιση χορήγηση φαρμάκων και για εμφύσηση του μπαλονιού.

Να διαθέτει ακτινοσκοιερή λωρίδα για άμεσο ακτινολογικό έλεγχο.

Να υπάρχει κάποιο φωτεινό σημείο ώστε να διευκολύνεται η νυχτερινή σίτιση σετ να διαθέτει μια σύριγγα σίτισης, ένα σκληρυντικό στειλεό, ένα σωλήνα σίτισης και ένα αποσυμπίεσης με συνδέσεις EN/FIT και catheter tip.

31. – 32. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ CH 10,12

Καθετήρας νεφροστομίας τύπου Folley με:

α) Χωρίς αποσπώμενο χωνί 2way 100% σιλικόνης μήκους 43εκ., β) ακτινοσκοιερός στο σώμα, γ) με διαβάθμιση ανά 1 και 5 εκατοστά, δ) σιλικόνης ημισυμπαγούς υφής, ε) να έχει πιστοποιημένη διάρκεια παραμονής τουλάχιστον 6 μήνες και η επιφάνειά του να είναι έγχρωμη, στ') ανοικτού βραχέως κυλινδρικού ευθέος και ατραυματικού άκρου με κεντρική οπή να καταλήγει σε χοάνη και βαλβίδα για πλήρωση του μπαλονιού με επίπεδο (flat) μπαλόνι συγκράτησης 5 ml, ζ) πάχους 8-14 Fr εύρους διατομής ικανού να δεχθεί το πρώτο μεταλλικό διαστολέα τύπου Alken με οπή απορροής περιφερειακά μόνο του μπαλονιού και περιφερικά και κεντρικά του μπαλονιού.

33. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ PORT-A-CATH

Καθετήρες εμφυτεύσιμοι υποδορίως με εισαγωγέα σχιστό εξερχόμενο για διαδερμική εισαγωγή, σε σετ αποτελούμενο από:

α) ένα εμφυτεύσιμο τύμπανο τιτανίου, ύψους 11mm με 4 τρύπες για την στερέωση του.

β) ένα ακτινοσκοιερό φλεβικό καθετήρα σιλικόνης αποσπώμενο μήκους 60cm, μεγέθους 9,6 Fr ή 8,4 Fr ή 6,6 Fr, βαθμονομημένο ανά εκατοστό

γ) ένα βοηθητικό εξάρτημα για εισαγωγή του καθετήρα στη φλέβα

δ) ένα συνδετικό για την έκπλυση των αποσπώμενων καθετήρων

ε) μία ευθεία βελόνη με λοξοτόμηση Huber (22G x 25mm)

στ) μια γωνιακή βελόνη παρακέντησης Hubsite (22G x 20mm) με λοξοτόμηση και προέκταση πολυουρεθάνης για έγχυση

ζ) ένα εισαγωγέα-θηκάρι σχιστό εξερχόμενο, μια σύριγγα 10ml

η) μία βελόνη (Τροκάρ) για τούνελ

θ) σύρμα οδηγό από Nitinol για την αποφυγή τσακίσματος

ι) μία ηχογενή βελόνα παρακέντησης

Να είναι MRI συμβατοί και με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης στα 350psi (24 bar). Να είναι Latex-free και DEHP-free.

34. – 35. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIGTAIL ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 28CM FR 6-7

Καθετήρες ουρητηρικοί PIG TAIL από PVC ή VORTEK αυτοσυγκρατούμενοι με διπλό

αυτοσυγκρατούμενο οδηγό σύρμα, προωθητήρα και μανταλάκια στερέωσης, κλειστού κεντρικού άκρου CLOSE TIP μήκους 28CM 6 FR, 7FR.

36 - 38. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3WAY DUF0UR No 18, 20, 22

Καθετήρας 3-way Dufour από 100% σιλικόνη μήκους 40- 42 cm με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα, με ακτινοσκοιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα. Απολύτως διαφανείς σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 50-100ml. Με ενισχυμένο ακτινοσκοιερό κυστικό άκρο και με δύο μεγάλες οπές. Άκρο Dufour. Να είναι σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.

Στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark

26PROC019625058 2026-08-13

39. - 41. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3WAY COUVELAIRE Νο 18 20, 22

Καθετήρας σιλικόνης 3-way μήκους 40-42 cm, ιδανικός για πλύσεις και καθαρισμό από θρόμβους και υπολείμματα μετά από επεμβάσεις προστάτη.

Να είναι από 100% διαφανή σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα. Απολύτως διαφανείς σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 50-100ml. Με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο και με δύο μεγάλες οπές. Άκρο Couvelaire. Να διατίθεται σε μέγεθος CH:18,20,22.

Να είναι σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία

Στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark.

42. – 43. ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 16 CM & 20 CM

Με ευθεία άκρα μήκους 15-20 εκ, καθετήρες υποκλειδίων, σφαγιτιδικοί, μηριαίοι, διπλού αυλού για αιμοκάθαρση (προσωρινοί), υλικό πολυουρεθάνη και σιλικόνη. Να είναι ομόκεντροι η παράλληλοι αυλοί με πλευρικές οπές και νέου τύπου με οπές στο άκρο του καθετήρα. Το μήκος τους να είναι 15-20 εκ και η διάμετρος τους να είναι 11-14Fr. Το σετ να περιλαμβάνει τον καθετήρα, συρμάτινο οδηγό με κεκκαμένο άκρο, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης, διακόπτες ροής αίματος, πώματα προστατευτικά.

44. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ 13,5X19,5 cm

Προσωρινοί κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Υλικό κατασκευής: μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη

Διπλού αυλού διαμετρήματος 13,5FR από και σε μήκη 19,5-20 εκατοστά με ομόκεντρη διάταξη αυλών.

Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα.

Τα δύο άκρα του καθετήρα που συνδέονται με το κύκλωμα αιμοκάθαρσης να είναι ευθεία στην περίπτωση των υποκλείδιων/μηριαίων καθετήρων.

Στο σετ επίσης να συμπεριλαμβάνονται :

βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό τύπου J tip

δύο αγγειακοί διαστολείς 10Fr και 14 Fr, πώματα

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα. Ακτινοσκοπικός κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ. Να φέρει σήμανση CE

45. - 56 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 2,5- 3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8

1. Ν^ο.2,5 μέχρι Ν^ο. 8
2. Μιας χρήσεως
3. Αποστειρωμένος
4. CUFF υψηλού όγκου χαμηλής πίεσης (HI-LO)
5. MURPHY EYE
6. Για ρινική και στοματική διασωλήνωση
7. Από καθαρό θερμοευαίσθητο PVC
8. Συνθετικό 15mm
9. Σχετικά σκληρός να μην κάμπτεται
10. Διαβαθμισμένος με μεγάλη και ευδιάκριτη αρίθμηση
11. Το CUFF ελέγχεται από οδηγό μπαλόني (PILOT)

26PROC019625058 2026-08-13

57 – 60 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF 2-2,5-3-3,5

1. Μιας χρήσεως
2. Αποστειρωμένος
3. Χωρίς CUFF
4. MURPHY EYE
5. Για ρινική και στοματική διασωλήνωση
6. Από καθαρό θερμοευαίσθητο PVC
7. Συνθετικό 15mm
8. Σχετικά σκληρός να μην κάμπτεται
9. Διαβαθμισμένος με μεγάλη και ευδιάκριτη αρίθμηση Latex και DEHP free

61. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡ. ΛΑΒΙΔΑ Νο 8

Α)Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας με κωνικό ή κυλινδρικό cuff χαμηλής πίεσης-μεγάλου όγκου, από σιλικοναρισμένο, μη- τοξικό (latex free) PVC, υψηλής ποιότητας, με κλίση 95° - 105°, για καλή εφαρμογή στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.

Το σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.

Το cuff να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.

Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.

Όταν ξεφουσκώνει, το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.

Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του cuff.

Β)Να φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών

Γ)Να φέρει ειδικό ατραυματικό οδηγό, με οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger, για να εξασφαλίζει την γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.

Δ)Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.

Ε)Να σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας.

ΣΤ)Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή.

Ζ)Να φέρει οδηγό σύρμα 50 cm.

Η)Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας. Νούμερο 8

62. ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ-ΚΟΙΛΙΑ

Το σετ να είναι αποστειρωμένο. Να περιέχει :

Ένα σακουλάκι συλλογής υγρών χωρητικότητας 2000ml.

1 σύριγγα ασφαλείας 60ml.

3 βελόνες 14,16,19 G.

26PROC019625058 2026-08-13

1 στρόφιγγα 3 κατευθύνσεων.

2 σωλήνες PVC.

63. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Με τρεις βαλβίδες ασφαλείας microclave, 4 διακόπτες ροής, περιστρεφόμενο Luer-lock άκρο, πώμα με υδρόφοβο φίλτρο συνολικού μήκους 15cm και συνολικού όγκου 15ml.

64.ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΕΣ

Με δυνατότητα εμπλουτισμού με οξυγόνο, υψηλής απόδοσης.

65. – 67. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΜΚ 14,5x23, 14,5x28, 14,5x40

Αφορούν υποκλείδιους/σφαγιτιδικούς εμφυτεύσιμους καθετήρες διπλού αυλού 14,5FR από σιλικόνη, πολυουρεθάνη, carbothane ή άλλο βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λ.π.), με σταθερό cuff. Οι καθετήρες να είναι ακτινοσκοιροί, κατάλληλοι για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ. Το σετ να περιλαμβάνει:

1 μόνιμο καθετήρα

1τουλάχιστον συρμάτινο οδηγό τύπου J, βαθμονομημένο

1 νυστέρι

1 τουλάχιστον αυτοκόλλητο επίθεμα

1 αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/ οδηγό 16F

1 Τροκάρ

2 πώματα

βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωμάτων

1 αγγειακό διαστολέα 14 Fr έως 15fr

1 αγγειακό διαστολέα 12 Fr έως 13fr

Η κατασκευή του καθετήρα να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή επανακυκλοφορία και σε περίπτωση σύνδεσης του ασθενούς με ανάστροφα σκέλη. Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης στα σκέλη του καθετήρα. Να διατίθενται σε μήκη 19εκ και 23εκ. Να φέρει σήμανση CE.

68. – 69. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕ ΑΜΚ ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ ΑΚΡΑ

Προσωρινοί κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Υλικό κατασκευής: μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη

- Διπλού αυλού διαμετρήματος 13,5FR από και σε μήκος 16 και 19,5 εκατοστά αντίστοιχα με ομόκεντρη

διάταξη αυλών.

- Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα.

-Τα δύο άκρα του καθετήρα που συνδέονται με το κύκλωμα αιμοκάθαρσης να είναι κυρτά στην περίπτωση των σφαγιτιδικών καθετήρων και ευθέα στην περίπτωση των υποκλείδιων/μηριαίων καθετήρων.

- Στο σετ επίσης να συμπεριλαμβάνονται :
- βελόνα παρακέντησης
- συρμάτινο οδηγό τύπου J tip

26PROC019625058 2026-08-13

- δύο αγγειακοί διαστολείς 10Fr και 14 Fr
- πώματα
- Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα
- Ακτινοσκοιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.
- Να φέρει σήμανση CE

70. ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

Σετ για υπερηβικό καθετηριασμό κύστεως με καθετήρα 12CH.
Να αποτελείται από ένα ανοξείδωτο μαχαιρίδιο, ένα πλαστικό ατραυματικό trocar μαζί με τον οδηγό του και έναν καθετήρα folley 2 waylatex, με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης με μπαλόνι και ακτινοσκοιερή γραμμή.
Να διαθέτει προαιρετικά ουροσυλλέκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο.
Σύστημα για εύκολη και ασφαλή αλλαγή του ουροσυλλέκτη.
Εύχρηστο ειδικό σύστημα στερέωσης του καθετήρα με αυτοκόλλητη ταινία.
Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει σήμανση CE.

71. ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΛΕΒΑ

Από πολυουρεθάνη 6F, με αποσυνδεόμενη βαλβίδα αιμόστασης, με πλάγιο αυλό για την χορήγηση υγρών και φαρμάκων. Να διαθέτει επίσης συρμάτινο οδηγό με ευθεία και J άκρα ικανής διαμέτρου και μήκους, μανίκι προστασίας του καθετήρα, σύριγγα με βελόνα παρακέντησης 18G διαστολέα αγγείων, στρόφιγγα τεσσάρων γραμμών

72. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ PARAPAC PLUS
MODEL 310

Κύκλωμα ενός σκέλους για αναπνευστήρες pneumas parapac plus με γραμμή παρακολούθησης εσωτερικής πίεσης με φίλτρο σε σειρά και εκτροπέα ροής θύρας εκπνοής.

73. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3WAY COUVELAIRE No 24

Καθετήρας σιλικόνης 3-way μήκους 40-42 cm, ιδανικός για πλύσεις και καθαρισμό από θρόμβους και υπολείμματα μετά από επεμβάσεις προστάτη.
Να είναι από 100% διαφανή σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή, με ακτινοσκοιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα. Απολύτως διαφανείς σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 50-100ml. Με ενισχυμένο ακτινοσκοιερό κυστικό άκρο και με δύο μεγάλες οπές. Άκρο Couvelaire. Να διατίθεται σε μέγεθος CH:18,20,22.

26PROC019625058 2026-08-13

Να είναι σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία

Στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark.

74. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3WAY DUFOUR Νο 24

Καθετήρας 3-way Dufour από 100% σιλικόνη μήκους 40- 42 cm με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη και ατραυματική εισαγωγή και αφαίρεση του καθετήρα, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα . Απολύτως διαφανείς σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 50-100ml. Με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο και με δύο μεγάλες οπές. Άκρο Dufour. Να είναι σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.

Στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark