



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες: Νικολάου Αγορίτσα
Ταχ.Διεύθυνση: Συνταγμ.Κεφαλοπούλου 17
Βαθύ ΤΚ.83100 Σάμος
Τηλ.: 2273351141
E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου Υπηρεσίας :
www.nosokomeiosamou.gov.gr

ΣΑΜΟΣ : 18-08-2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 11628

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ» (CPV: 33631400-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕΣ 135900 ΑΛΕ 3.2.3.02.05 του Προϋπολογισμού του Γ.Ν. Σάμου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	Ημερομηνία:	02-09-2026	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.	390,00€ Συμπ/νου 4% ΦΠΑ
	Ημέρα:	Τετάρτη		
	Ώρα:	12:00 μ.μ.		

Το Γ.Ν. Σάμου έχοντας υπόψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
- Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Του Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" άρθρο 118.

4. Του Ν.4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις ,συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα".
5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Την υπ' αριθμό 17/2021 απόφαση Δ.Σ για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Την υπ'αρ. 11626/18-08-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 95Β646907Ξ-ΜΨΖ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια δισκίων αντιβιοτικών (CPV 33631400-60) για το Γ.Ν. Σάμου.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ (ευρώ)
1	Amoxycillin / Clavulanic acid 30μg (AUGMENTIN) (AMC30) CLSI and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	26,00 €
2	Cefaclor 30μg (CEC30) CLSI and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	26,00 €
3	Tigecycline 15μg (TGC15) CLSI and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.	ΤΕΜΑΧΙΑ	250	13,00 €
4	Imipenem 10μg CLSI and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	26,00 €
5	Δίσκοι Οπτοχίνης(Optochin P discs) 5mg	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	44,00 €
6	Δίσκοι Βασιτρακίνης 0,04U(Diagnostic A- discs)	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	44,00 €
7	Δίσκοι Βασιτρακίνης 10U(Susceptibility discs)	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	26,00 €
8	Διάλυμα Υδροξειδίου του Καλίου (ΚΟΗ) 10% (100ml)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	170,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 4% ΦΠΑ			390,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. 1-4

Τα δισκία να είναι κατάλληλα για την τεχνική Kirby Bauer και να πληρούν τις προδιαγραφές EUCAST/CLSI όσον αφορά το ποιοτικό έλεγχο των επιταχυνόμενων ζωνών αναστολής και των Διεθνών Οργανισμών DIN, WHO και FDA (Προδιαγραφή 21.CFR460.6). για την ακριβή συγκέντρωση της αντιμικροβιακής ουσίας, ανά δισκίο αντιβιοτικού.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθούν οι Δίσκοι Αντιβιοτικών να διαθέτει διανεμητές 120x120mm (τετράγωνους 16- θέσεων) 150mm (μεγάλους στρογγυλούς 12 -θέσεων) και 90mm (μικρούς στρογγυλούς 6 και 8- θέσεων) του ιδίου κατασκευαστή με τους δίσκους, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους και η αποφυγή τυχόν εμπλοκής του μηχανισμού διανομής.

Η θήκη του διανεμητή πρέπει να περιέχει απαραίτητως αφυγραντική ουσία η οποία να διατηρεί την φυσική υγρασία <2% ώστε να φυλάσσονται τα δισκία στην απαραίτητη θερμοκρασία των 2°C - 8°C, τοποθετημένα στον διανεμητή.

Όλα τα δισκία, ανεξάρτητα από την αντιβιοτική ουσία, να μπορούν να αποθηκευτούν στους 2-8°C.

Η συσκευασία των Δισκίων Αντιβιοτικών να είναι σε μορφή blister 4 ή 5 αποσπώμενων σωληναρίων (φυσίγγια) με 50 δισκία έκαστο. Σε περίπτωση χρήσης των δισκίων χωρίς διανεμητή, ο μηχανισμός του σωληναρίου (φυσίγγιου) να επιτρέπει την λήψη ενός μόνο δισκίου κάθε φορά. Το κάθε σωληνάριο θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένο ώστε να έχει απαραίτητως ξεχωριστή αφυγραντική ουσία η οποία να διατηρεί την φυσική υγρασία <2% ώστε να φυλάσσεται κάθε φυσίγγιο ξεχωριστά σε θερμοκρασία 2°C - 8°C. Το φυσίγγιο θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε όταν τελειώνουν τα δισκία να μην κατεβαίνει το έμβολο τοποθέτησης, για την αποφυγή επιμόλυνσης του Διανεμητή.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει όλα τα ζητούμενα αντιβιοτικά. Στην γκάμα να περιλαμβάνονται απαραίτητως τα νεότερα αντιβιοτικά σε συγκέντρωση CLSI / EUCAST. Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει λίστα που να περιέχει όλα τα αντιβιοτικά της εταιρείας και να υποδεικνύει τα CLSI και EUCAST επίπεδα.

Τα δισκία αντιβιοτικών να έχουν αξιολογηθεί από το EUCAST και να έχουν κριθεί όλα κατάλληλα. Να κατατεθεί αντίστοιχη δημοσίευση.

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι ενιαία για όλα τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών ώστε η κατακύρωση να γίνεται σε ένα προμηθευτή.

2. 4-8

Δίσκοι Οπτοχίνης (Optochin P-Discs)

- Σκοπός: Ταυτοποίηση *Streptococcus pneumonia*
- Περιεκτικότητα: 5 μg δραστικής ουσίας ανά δισκίο
- Προδιαγραφές: Διάμετρος 6mm, σταθερή απόδοση ζώνης αναστολής σε ευαίσθητα στελέχη, συσκευασία σε φιαλίδιο με ξηραντικό μέσο.

Δίσκοι Βασιτρακίνης 0,04 U (Diagnostic A- Discs)

- Σκοπός: Διαφορική διάγνωση β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων ομάδας A.
- Περιεκτικότητα: Συγκέντρωση 0,04 Units.
- Προδιαγραφές: Εξειδικευμένοι διαγνωστικοί δίσκοι (όχι αντιβιογράμματος) για την ανίχνευση του *S.pyogenes*.

Δίσκοι Βασιτρακίνης 10 U (Susceptibility Discs)

- Σκοπός: Εκλεκτική απομόνωση στελεχών *Haemophilus spp.* από κλινικά δείγματα του αναπνευστικού.
- Περιεκτικότητα: Συγκέντρωση 10 Units.
- Προδιαγραφές: Δίσκοι υψηλής συγκέντρωσης, με σαφή σήμανση B 10.

Διάλυμα Υδριξειδίου του Καλίου (KOH) 10%

- Σκοπός: Διαγνωστικό Whiff Test για την εργαστηριακή διάγνωση της Βακτηριακής Κολπίτιδας από *Gardnerella Vaginalis* καθώς και για την διάλυση

της κερατίνης σε δείγματα δέρματος, ονύχων και τριχών για την ανάδειξη μυκητιακών στοιχείων.

·Περιεκτικότητα: Συγκέντρωση ΚΟΗ 10%

·Προδιαγραφές: Υδάτινο διάλυμα 10% αναλυτικής καθαρότητας (Reagent Grade), διαυγές χωρίς ίζημα σε πλαστική φιάλη.

- Η προσφορά να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση :
promithion@1152.syzefxis.gov.gr
- Η Προσφορά σας να ισχύει για 6 μήνες.
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει αυτής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με την απόφαση επιτροπής προμηθειών υγείας και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού στο παρατηρητήριο (αν υπάρχει).
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο τιμών να μας δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά σας θα απορρίπτεται.
- Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους, GMDN, ΕΚΑΡΤΥ, «οίκος κατασκευής» και αριθμό μητρώου παρατηρητηρίου (αν υπάρχει).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

-