



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες: Νικολάου Αγορίτσα
Ταχ.Διεύθυνση: Συνταγμ.Κεφαλοπούλου 17
Βαθύ ΤΚ.83100 Σάμος
Τηλ.: 2273351141
E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr
Δ/ση Διαδικτύου Υπηρεσίας :
www.nosokomeiosamou.gov.gr

ΣΑΜΟΣ : 20-08-2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 11751

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Κρεβάτι και στρώματα για την ΜΤΝ» (CPV: 33192100-3/33192130-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕΣ 711101 ΑΛΕ 3.1.2.04.89 του Προϋπολογισμού του Γ.Ν. Σάμου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	Ημερομηνία:	04-09-2026	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.	4,680,00€ Συμπ/νου 17% ΦΠΑ
	Ημέρα:	Παρασκευή		
	Ώρα:	12:00 μ.μ.		

Το Γ.Ν. Σάμου έχοντας υπόψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
- Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Του Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" άρθρο 118.

4. Του Ν.4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις ,συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα".
5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Την υπ' αριθμό 30/2018 απόφαση Δ.Σ για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Την υπ'αρ. 11748/20-08-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 9Ι1Τ46907Ξ-6ΔΨ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια «Κρεβάτι και στρώματα για την ΜΤΝ» (CPV: 33192100-3/33192130-2)για το Γ.Ν. Σάμου.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ (ευρώ)
1	ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	2.500,00 €
2	ΣΤΡΩΜΑΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	1.500,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 17% ΦΠΑ			4.680,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές προδιαγραφές για σετ ηλεκτροκίνητου κρεβατιού νοσηλείας με στρώμα λάτεξ ή άλλο ειδικό υλικό.

1. Η κλίνη να είναι καινούρια, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση, κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής. Το σύνολο της κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό. Να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο IEC60601-2-52:2015 το οποίο αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία των ιατρικών και βαθμός προστασίας τουλάχιστον IPX4 για τα ηλεκτρικά μέρη του.

2. Η επιφάνεια ύπνου της κλίνης να είναι τριών κινητών τμημάτων και ενός σταθερού τα οποία να καλύπτονται από καλουπωτό πλαστικό ABS .

3. Οι επιφάνειες να είναι ευκόλως προσθαφαιρούμενες από το νοσηλευτικό προσωπικό.

4. Και τα τρία κινητά τμήματα να είναι επικαθήμενα και εξωτερικά επί του μεταλλικού σκελετού της κλίνης για διευκόλυνση του ασθενούς κατά την άνοδο και κάθοδο από το κρεβάτι.

5. Η κλίνη να φέρει όλες τις απαραίτητες ετικέτες ασφαλείας (προειδοποίησης και προσοχής) στα Ελληνικά για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.

6. Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας της κλίνης να είναι 230kg τουλάχιστον.

7. Η κλίνη να εδράζεται σε τέσσερις μονούς τροχούς Φ150χιλ πλαστικούς με κεντρικό σύστημα πέδησης το οποίο ενεργοποιείται από δύο ποδομοχλούς από την δεξιά και αριστερή

πλευρά των ποδιών της κλίνης. Ο ένας τροχός θα φέρει ευθύγραμμη κίνηση. Να προσφερθεί προς
ΑΔΑ: 6ΔΚ046907Ξ-ΣΗΘ
επιλογή 5ος τροχός για την εύκολη μεταφορά της κλίνης στους διαδρόμους.

8. Ο μεταλλικός σκελετός του κρεβατιού να είναι μεταλλικός από χαλύβδινους σωλήνες βαρέως τύπου και ηλεκτροστατικά βαμμένος.

9. Οι εξωτερικές διαστάσεις της κλίνης να είναι 220 x 100cm περίπου.

10. Οι διαστάσεις της επιφάνειας κατάκλισης να είναι 200 x 90cm περίπου.

11. Οι μετώπες να εδράζονται στο σασί σε πλαστικούς υποδοχείς και να αντέχουν σε μηχανικές καταπονήσεις ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά της κλίνης ως λαβές οδήγησης.

12. Μετώπες να είναι ενιαίου τύπου από καλουπωτό ABS με έγχρωμη διακοσμητική φάσα.

13. Να είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να προσδίδουν στο κρεβάτι υψηλή αισθητική και αντοχή. Οι μετώπες να είναι ευκόλως προσθαφαιρούμενες για καθαρισμό και απολύμανση.

14. Η βάση του κρεβατιού να φέρει πλαστικό κάλυμμα από ABS πλαστικό υλικό για προστασία των μηχανισμών και για εύκολο καθαρισμό.

15. Όλα τα καλώδια να είναι επιμελώς τακτοποιημένα μέσα σε πλαστικό σωλήνα για προστασία κατά τον καθαρισμό και ασφάλεια του προσωπικού.

16. Οι κινήσεις των τμημάτων της κλίνης να εκτελούνται ηλεκτρικά. Πιο αναλυτικά:

- η κίνηση του τμήματος της πλάτης 60⁰ τουλάχιστον με δυνατότητα χειροκίνητης οριζοντίωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (CPR)

- η αυξομείωση του ύψους του επιπέδου της κλίνης από 35-80εκ. περίπου

- η κλίση trendelenburg και anti- trendelenburg 12⁰ τουλάχιστον

- Κίνηση fowler ηλεκτρική 35⁰ τουλάχιστον

- Επιπρόσθετη ανάκληση ποδιών χειροκίνητα

17. Όλες οι κινήσεις της κλίνης να εκτελούνται ηλεκτρικά από εύχρηστο για τον ασθενή χειριστήριο χειρός.

18. Η κλίση να φέρει στο τμήμα των ποδιών χειριστήριο νοσοκόμας ελέγχου και προγραμματισμού των κινήσεων, το οποίο δε θα είναι προσβάσιμο από τον ασθενή.

19. Το τμήμα της πλάτης να μετακινείται προς τα πίσω, όταν ανεβαίνει, ώστε να μην ολισθαίνει ο ασθενής, για να αποφεύγονται πιέσεις των εσωτερικών οργάνων της κοιλιακής χώρας του ασθενούς και να μην δημιουργούνται πιέσεις για την αποφυγή των κατακλίσεων (auto-contour).

20. Η κλίση να φέρει τέσσερα (4) πλαστικά κάγκελα, δύο (2) σε κάθε πλευρά της κλίνης, τα οποία θα έχουν έγχρωμη διακοσμητική φάσα και θα ακολουθούν τις κινήσεις της κλίνης.

21. Η κλίση να φέρει στις τέσσερις γωνίες του μεταλλικού σκελετού προστατευτικούς προσκρουστήρες.

22. Στην κλίση να υπάρχουν όλες οι υποδοχές για να μπορεί να τοποθετηθεί αναρτήρας ασθενή, στατώ ορών, και στατώ έλξεως.

23. Η κλίση να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.

24. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ΑΔΑ: 6ΔΚ046907Ξ-ΣΗΘ 13845 και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

25. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη.

26. Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

ΣΤΡΩΜΑ

1. Η κλίνη να συνοδεύεται από στρώμα από υλικό λάτεξ ή άλλο ειδικό υλικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, αντιαλλεργικό, αντιμυκητιακό, πάχους 12-15 cm περίπου, κατάλληλο και άνετο στη συνεχή νοσοκομειακή χρήση και για την πρόληψη κατακλίσεων.

2. Να είναι ελαφρύ και να ακολουθεί τις κινήσεις των τμημάτων της επιφάνειας κατάκλισης της κλίνης.

3. Το προσφερόμενο στρώμα να φέρει κάλυμμα κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση μεγάλης αντοχής, αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιολησθητικό, βραδύκαυστο (να συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60601-1-52), ευκόλως πλενόμενο και απολυμαινόμενο. Να φέρει φερμουάρ κατά μήκος στο κέντρο του πάχους του για εύκολη προσθαφαίρεση.

- Η προσφορά να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
- Η Προσφορά σας να ισχύει για 6 μήνες.
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει αυτής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με την απόφαση επιτροπής προμηθειών υγείας και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού στο παρατηρητήριο (αν υπάρχει).
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο τιμών να μας δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά σας θα απορρίπτεται.
- Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους, GMDN, EKAPTY, «οίκος κατασκευής» και αριθμό μητρώου παρατηρητηρίου (αν υπάρχει).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ