



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες: Νικολάου Αγορίτσα
Ταχ.Διεύθυνση: Συνταγμ.Κεφαλοπούλου 17
Βαθύ ΤΚ.83100 Σάμος
Τηλ.: 2273351141
E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου Υπηρεσίας :
www.nosokomeiosamou.gov.gr

ΣΑΜΟΣ : 21-08-2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 11786

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

91/2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Κουτιά, καπάκια, καλάθια αποστείρωσης λουκέτα και ετικέτες » (CPV: 33191000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕΣ 711101 ΑΛΕ 3.1.2.04.89 του Προϋπολογισμού του Γ.Ν. Σάμου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	Ημερομηνία:	07-09-2026	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.	6.349.11€ Συμπ/νου 17% ΦΠΑ
	Ημέρα:	Δευτέρα		
	Ώρα:	12:00 μ.μ.		

Το Γ.Ν. Σάμου έχοντας υπόψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
- Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Του Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" άρθρο 118.

4. Του Ν.4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις ,συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα". ΑΔΑ: 9ΓΡΑ46907Ξ-ΞΙΝ
5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Την υπ' αριθμό 7/2026 απόφαση Δ.Σ για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Την υπ'αρ. 11778/21-08-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 9ΘΛ146907Ξ-Α2Ρ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια «Κουτιά, καπάκια, καλάθια αποστείρωσης λουκέτα και ετικέτες » (CPV: 33191000-5), για το Γ.Ν. Σάμου.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ (ευρώ)
1	Κουτί κυτίου αποστείρωσης, διαστάσεων 592x274x135mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	399,52 €
2	Καπάκι κυτίου αποστείρωσης με φίλτρο 5.000 κύκλων αποστείρωσης, παραλληλόγραμο χρώματος ασημί, διαστάσεων 588x281x36mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	669,20 €
3	Διάτρητο καλάθι τοποθέτησης εργαλείων, με ποδαράκια, διαστάσεων 540 mmx253mmx76 mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	235,64 €
4	Κουτί κυτίου αποστείρωσης, διαστάσεων 300x274x90mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	281,77 €
5	Καπάκι κυτίου αποστείρωσης με φίλτρο 5.000 κύκλων αποστείρωσης, παραλληλόγραμο , χρώματος ασημί, διαστάσεων 298x281x36mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	479,83 €
6	Διάτρητο καλάθι τοποθέτησης εργαλείων, με ποδαράκια, διαστάσεων 243 mmx253mmx56 mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	126,59 €
7	Κουτί κυτίου αποστείρωσης, διαστάσεων 300x274x120mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	307,41 €
8	Καπάκι κυτίου αποστείρωσης με φίλτρο 5.000 κύκλων αποστείρωσης, παραλληλόγραμο , χρώματος ασημί, διαστάσεων 298x281x36mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	479,83 €
9	Διάτρητο καλάθι τοποθέτησης εργαλείων, με ποδαράκια, διαστάσεων 243 mmx253mmx76 mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	135,43 €
10	Κουτί κυτίου αποστείρωσης, διαστάσεων 300x274x135mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	336,59 €
11	Καπάκι κυτίου αποστείρωσης με φίλτρο 5.000 κύκλων αποστείρωσης, παραλληλόγραμο , χρώματος ασημί, διαστάσεων 298x281x36mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	479,83 €
12	Διάτρητο καλάθι τοποθέτησης εργαλείων, με ποδαράκια, διαστάσεων 243 mmx253mmx76 mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	135,43 €
13	Κουτί κυτίου αποστείρωσης, διαστάσεων 300x274x187mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	370,48 €
14	Καπάκι κυτίου αποστείρωσης με φίλτρο 5.000 κύκλων αποστείρωσης, παραλληλόγραμο , χρώματος ασημί, διαστάσεων 298x281x36mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	479,83 €

15	Διάτρητο καλάθι τοποθέτησης εργαλείων, με ποδαράκια, διαστάσεων 243 mmx253mmx106 mm	TEMAXIA ΑΔΑ: 9ΓΡΑ46907Ξ-ΞΙΝ	1 144,27 €	
16	Λουκέτα κυτίων αποστείρωσης (συσκευασία των 1000τμχ που δεν σπάει)	TEMAXIA	1.000	141,87 €
17	Ετικέτες κυτίων αποστείρωσης (συσκευασία των 1000τμχ που δεν σπάει)	TEMAXIA	1.000	223,07 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			5.426,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 17% ΦΠΑ			6.349,11€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CONTAINERS) ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ

1. Το υλικό κατασκευής να είναι υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας ανοδιωμένο αλουμίνιο, πάχους 2mm περίπου χωρίς συγκολλήσεις. Να διατίθεται πιστοποιητικό κατασκευής του εργοστασιακού οίκου που να πιστοποιεί τον τρόπο κατασκευής.

2. Να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά με λεία τοιχώματα.

3. Να αναφέρεται ότι είναι συμβατά με κλιβάνους ατμού σύμφωνα με το EN 285, επί ποιινή απόρριψης, και κατάλληλα για αποστείρωση σε θερμοκρασίες 121° C και 134° C.

4. Να διατίθεται σε διαστάσεις :

α. Παραλληλόγραμμα:

592x274x135

β. Τετράγωνο

300x274x90

300x274x120

300x174x135

300x274x187

5. Να διαθέτουν ανατομικές χειρολαβές από ανοξείδωτο ατσάλι με στοπ στις 90° για εύκολη μεταφορά με πλήρη φορτίο.

6. Να διαθέτει κλείστρα με δυνατότητα ελέγχου ανοίγματος που θα ασφαλίζουν με πλαστικές ασφάλειες..

8. Να διαθέτει τέσσερις (4) εξωτερικές θήκες για ετικέτες αμφίπλευρα , δύο (2) για πληροφορίες της διαδικασίας αποστείρωσης και δύο (2) για ετικέτες για αναγνώριση των σετ.

- **9. Να δέχονται φίλτρα πολυτετραφθοραιθυλενίου (PTFE) πολλαπλών χρήσεων με επικύρωση για 5000 κύκλους αποστείρωσης σύμφωνα με το DIN EN ISO 17665 part 1, τα οποία να προστατεύονται από προστατευτικό έλασμα στο εσωτερικό του καπακιού ,επί ποιινή απόρριψης.**

10. Τα κλείστρα ασφάλισης στο καπάκι να ανοίγουν προς τα έξω και να συγκρατούνται σε οποιαδήποτε θέση έως 180° κ, να διπλώνουν πάνω στο καπάκι, ώστε να μην εμποδίζουν τη διαδικασία πλύσης

11. Να εξασφαλίζεται στο εσωτερικό η μέγιστη στεγανοποίηση. Το καπάκι εσωτερικά να φέρει φλάντζα σιλικόνης ώστε να κλείνει με απόλυτη ασφάλεια, εξασφαλίζοντας πλήρη ασηψία και προστασία των εργαλείων.

12. Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού στο χέρι αλλά και σε αυτόματο πλυντήριο καθαρισμού, με αλκαλικά ή ενζυματικά απορρυπαντικά, βασισμένα στο EN ISO 15883, σε θερμοκρασία πλύσης >50° C και να επιδέχονται θερμική απολύμανση σε θ>85° C. Οι ανωτέρω αναφορές να περιγράφονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

13.Να προσφέρονται συνδυαστικά με διάτρητη μεταλλική σχάρα εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, ανθεκτική στην παρατεταμένη χρήση, με λεία τοιχώματα, χωρίς συγκολλήσεις και αιχμηρά σημεία. Να δηλώνεται η δυνατότητα τοποθέτησης δύο μεταλλικών σχαρών(modular system) καθώς και οι προσφερόμενες διαστάσεις .

14.Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρώματος καλύμματος για τον διαχωρισμό ειδικοτήτων(Μπλέ,Κόκκινο,Κίτρινο,Πράσινο,Γκρι). Το χρώμα να παραμένει σταθερό και να μην αλλοιώνεται με το πλύσιμο ή τον κλιβανισμό.

15.Το κάλυμμα να είναι κατασκευασμένο από το ίδιο, με το κουτί, υλικό ώστε να μη λυγίζει από το βάρος των εργαλείων κατά την τοποθέτηση του ενός κουτιού πάνω στο άλλο και να φέρει υποδοχές στοίβαξης.

16.Να εξασφαλίζει την πλήρη αποστείρωση και διατήρηση ασηψίας του φορτίου στο εσωτερικό του κιβωτίου έως (1) έτος σε αποστειρωμένο χώρο , επί ποινή απόρριψης

17. Να φέρει πιστοποίηση CE MARK .

18.Να κατατεθεί ο πρωτότυπος κατάλογος του εργοστασίου και οι οδηγίες χρήσης (Instructions For Use - IFU) των προσφερόμενων κουτιών στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται οδηγίες στα ελληνικά (ΔΥΑ/ οικ. 2480 άρθρο 4 παρ. 4) επί ποινή απόρριψης.

19.Να κατατεθούν με την προσφορά, επί ποινής απόρριψης, τουλάχιστον ένα (δείγμα) από διαφορετικά μεγέθη κιβωτίων ,τα οποία θα πλυθούν και θα αποστειρωθούν.

20.Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση περί δυνατότητας αντικατάστασης σε περίπτωση αστοχίας υλικού μη σχετιζόμενου με κακή χρήση για χρονικό διάστημα δύο(2) ετών από την τιμολόγηση.

21.Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης και επισκευών.

22.Να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO 9001και ISO 13485 για τον προμηθευτή και κατασκευαστή, καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004,επί ποινή απόρριψης.

23.Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πλήρη πιστοποιητικά σήμανσης CE(Οδηγία 93/42/ΕΕ)και επικυρωμένο φάκελο FDA,καθώς και πιστοποιητικά ISO13485:20016 και ISO9001:2015

24.Να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο(2) ετών από τον κατασκευαστικό οίκο.

25.Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για κάθε προσφερόμενο είδος με σαφείς παραπομπές σε καταλόγους ,πιστοποιητικά ,δηλώσεις κατασκευαστή ή οδηγίες χρήσης .Προσφορά χωρίς αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης απορρίπτεται .

2.ΛΟΥΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINER

Ασφάλειες κυτίων αποστείρωσης ιατρικών εργαλείων (container) τύπου λουκέτου ειδικά κατασκευασμένα ώστε να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και αντοχή στην έκθεσή τους κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης.Να μην σπάνε κατά το κλείσιμο και να ταιριάζουν στα υπάρχοντα containers. Να είναι σε διάφορους χρωματισμούς για την κωδικοποίηση των σετ εργαλείων. Κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο το οποίο αντέχει τον κλιβανισμό, χωρίς latex και DEHP.

3.ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ τύπου AESCULAP

Ετικέτες με δείκτη ατμού για containers(Aesculap) 4 γραμμών εγγραφής και διαστάσεων 39x67mm(±0,5mm).Μη αυτοκόλλητες ανθεκτικές .Να μην αλλοιώνονται κατά τον κλιβανισμό τους και να διαθέτουν χημικό δείκτη που να αλλάζει χρώμα μετά την έκθεση σε κλίβανο ατμού>Το χρώμα να παραμένει αναλλοίωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα(άνω των 5 ετών)ώστε να επιτρέπεται η αρχειοθέτηση των στοιχείων.Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική.

- Η προσφορά να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση :
promithion@1152.syzefxis.gov.gr
- Η Προσφορά σας να ισχύει για 6 μήνες.
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει αυτής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με την απόφαση επιτροπής προμηθειών υγείας και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού στο παρατηρητηρίου (αν υπάρχει).
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο τιμών να μας δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά σας θα απορρίπτεται.
- Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους, GMDN, EKAPTY, «οίκος κατασκευής» και αριθμό μητρώου παρατηρητηρίου (αν υπάρχει).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

-