

Ζάκυνθος 27/08/2026

Α. Π.: 4662



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 29100
Πληροφορίες: Παπαδάτος Διονύσιος
ΤΗΛ.: 26953-60607
E-mail: dpapadatos@zante-hospital.gr
Α.Φ.Μ. 999519547, Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κωδικός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.E00206.0001

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: "ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ"

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού

-του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",

-του π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",

-τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) αναφορικά με τη λειτουργία και την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ.

-την υπ' αρ. 4968/22.01.2026 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 334/02.02.2026) με θέμα "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)..."»

καθώς και

--Την υπ' Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 33817 απόφαση διορισμού Διοικητή στο Γ.Ν. Ζακύνθου (ΦΕΚ 988/ ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ./05-08-2025

--Το αριθμ. πρωτ. 4232/31-07-2026 εγκεκριμένο αίτημα του Τεχνικού Τμήματος του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

--Την από 23/07/2026 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ που διενεργήθηκε μέσω της πλατφόρμας iSupplies για την τεκμηρίωση της εκτιμώμενης αξίας (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31 του ν. 4412/2016)και συμμετείχαν έξι (6) εταιρείες

--ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28Η/22-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΖΤΙ4690ΒΞ-Φ2Γ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΘΕΜΑ 3ο «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΠΥΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2026»

- Την Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (Πρόσκλησης): 0/802, 647/0, ΑΔΑ: 9ΞΛΗ4690ΒΞ-ΛΥΝ, Ποσού: 9.253,72 € (για το έτος 2026) και 24.674,75 € (για το έτος 2027).

Σας Προσκαλεί για Υποβολή Προσφοράς ως κάτωθι:

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: "ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ"
CPV + περιγραφή CPV	CPV: 50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού CPV 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης	27.361,67 € προ Φ.Π.Α ή 33.928,47 € συμπτ. Φ.Π.Α 24%
Φορέας Χρηματοδότησης	Τακτικός προϋπολ. του Γ.Ν.Ζ. οικ. έτους 2026, Α.Λ.Ε.: 24203040000101, 24101080000101
Κριτήριο ανάθεσης	η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών	Εντός πέντε (5) ημερών
Υποβολή Προσφορών	Για ένα, περισσότερα ή για το σύνολο των Τμημάτων της πρόσκλησης. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης	... ύψους 4% επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος τρεις (3) επιπλέον μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης
Χρόνος ισχύος σύμβασης που θα υπογραφεί (όταν το ΑΙΤΗΜΑ αθροιστικά ξεπερνά την αξία των 2.500,00 € προ ΦΠΑ	<u>Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται:</u> • Για τα τμήματα 1,4,5,7: από την υπογραφή της και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως 15/10/2026 • Για τα τμήματα 2,3: από την υπογραφή της και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και για ένα (1) έτος. • Για το τμήμα 6: από την υπογραφή της και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως τρεις (3) μήνες
Χρόνος παράδοσης	Οι εργασίες συντήρησης για τη Μ.Ε.Θ πρέπει να γίνουν στο χρονικό και απαρέγκλιτο διάστημα από 05/10/2026 – 15/10/2026

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Σ	<u>ΤΜΗΜΑ 1:</u> <u>Εργασίες Προληπτικής συντήρησης με ανταλλακτικά δεκατριών (13) ηλεκτρονικών ογκομετρικών αντλιών έγχυσης σειράς AGILIA του Οίκου Fresenius Kabi</u> • FRESENIUS ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ INJECTOMAT AGILIA κατά την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση της μπαταρίας και έλεγχος καλής λειτουργίας σε κάθε αντλία. • FRESENIUS ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ VOLUMAT AGILIA Κατά την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση μπαταρίας και μεμβράνης και θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας σε κάθε αντλία. Η Εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο να είναι σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, και να φέρει Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.
	<u>ΤΜΗΜΑ 2:</u> <u>Έλεγχος χωρίς ανταλλακτικά του κάτωθι εξοπλισμού:</u> <u>ΜΕΘ:</u> • Πέντε (5) επιτοίχιων μόνιτορ, • ενός (1) φορητού μόνιτορ,

- μιας (1) κεντρικής μονάδας,
- ενός (1) απινιδωτή
- ενός (1) ΗΚΓ NICHON KOHDEN 1350K

Επιπλέον, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των μπαταριών όλου του προαναφερθέντος εξοπλισμού.

Μαζί με τα παραπάνω γίνονται ταυτόχρονα και τα κάτωθι:

- Διακρίβωση - Έλεγχος Λειτουργίας- Ηλεκτρική Ασφάλεια των :
- τεσσάρων (4) monitor της Κ/Δ κλινικής,
- ένα (1) κεντρικό σταθμό
- καθώς και εννέα (9) απινιδωτών,

Επίσης είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των μπαταριών όλου του παραπάνω εξοπλισμού (και της Μ.Ε.Θ και της Κ/Δ) .

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί μαζί με την Κ/Δ στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί το Νοσοκομείο με έξτρα κόστος επίσκεψης και μεταφοράς του τεχνικού στον χώρο μας.

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία NOHON KOHDEN.

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει γνήσια ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μπαταρίες.

Η Εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο να είναι σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να φέρει Βεβαίωση συμμόρφωσης με της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.

ΤΜΗΜΑ 3:

Εργασίες συντήρησης -έλεγχος με ανταλλακτικά δέκα (10) αναισθησιολογικών μηχανημάτων

Το έργο θα περιλαμβάνει:

Ετήσια συντήρηση-έλεγχο λειτουργιών Δέκα (10)μηχανημάτων:

- Τριών (3) Αναισθησιολογικών - μηχανημάτων Δύο(2) τύπου Aespire 7100 και Ενός (1) τύπου CS650
- Επτά (7) Αναπνευστήρων τύπου Engstrom

Η οποία θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις, ελέγχους λειτουργιών και όλους τους Ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστής Οίκος στο εγχειρίδιο συντήρησης ως κάτωθι:

Εργασία για τα αναισθησιολογικά μηχανήματα οποία περιλαμβάνει:

- έλεγχο λειτουργιών,
- προληπτική συντήρηση,
- βαθμονόμηση,
- καθαρισμό έλεγχος,
- έλεγχος Monitor,
- έλεγχος τεστ - ηλεκτρικής ασφάλειας

Εργασία για τους αναπνευστήρες η οποία περιλαμβάνει:

- έλεγχο λειτουργιών,
- προληπτική συντήρηση,

- βαθμονόμηση,
- καθαρισμό έλεγχος,
- έλεγχο Monitor,
- έλεγχο τεστ - ηλεκτρικής ασφάλειας

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνει από τεχνικούς ειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους για SERVICE των μηχανημάτων GE HEALTHCARE από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η εταιρεία θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή οίκου GE HEALTHCARE ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή των γνήσιων και τελευταίας έκδοσης ανταλλακτικών καθώς και η ενημέρωση των τεχνικών με τις πρόσφατες οδηγίες του κατασκευαστή.

Η εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 και ΔΥ8/1348/04, για Εισαγωγές- Εξαγωγές, Εμπορία Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικών - Επιστημονικών Μηχανημάτων & Νοσοκομειακού Εξοπλισμού.

Επίσης η εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 14001:2015 περί περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΤΜΗΜΑ 4:

Έλεγχος των δύο (2) αεροστρωμάτων πρόληψης κατακλίσεων QUATTRO OVERLAY καθώς και των αντλιών αυτών, και ενός (1) αεροστρώματος QUATTRO PLUS καθώς και της αντλίας του.

Τύπος Συσκευής	Serial Number	Ημερομηνία Κτήσης	No Τ.Δ.Α	Λήξη Εγγύησης
Quattro Overlay Unit & Mattress	QOS16380 QOS15372-S	08/12/2009	1060B	08/12/2011
Quattro Overlay Unit & Mattress	QOS15361 QOS15373-S	08/12/2009	1060B	08/12/2011
Quattro Plus Unit & Mattress	QPS17301 QPS17301-S	08/12/2009	1060B	08/12/2011

Προβλεπόμενες Εργασίες (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή)

Μονάδα Ελέγχου:

- ✓ Έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας μνήμης της ηλεκτρονικής πλακέτας της μονάδος ελέγχου.
- ✓ Έλεγχος της κατάστασης του φίλτρου εισόδου της συσκευής
- ✓ Έλεγχος κατάστασης αντλίας παραγωγής αέρα και των αντιστοίχων αμορτισέρ,
- ✓ Έλεγχος της εφαρμοζόμενης από την μονάδα ελέγχου πίεσης αέρα στο στρώμα κατάκλισης
- ✓ Έλεγχος καλής λειτουργίας των οπτικοακουστικών συστημάτων συναγερμού
- ✓ Έλεγχος και πιθανή ρύθμιση του αισθητήρα πίεσης
- ✓ Έλεγχος σωστής λειτουργίας του κύκλου εναλλαγής πίεσης (cycle valve)
- ✓ Αντικατάσταση των ανταλλακτικών που αναφέρονται στην τεχνική μας προσφορά.

Στρώμα Κατάκλισης :

- ✓ Έλεγχος καλής κατάστασης-σύνδεσης εσωτερικών σωληνώσεων
- ✓ Έλεγχος καλής λειτουργίας CPR
- ✓ Έλεγχος καλής κατάστασης αεροκυψελών

Λοιπές Παροχές:

- ✓ Παράδοση Δελτίου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ασφάλειας σύμφωνα με το IEC62353, όπου απαιτείται.

- ✓Παράδοση Δελτίου Ελέγχου Τεχνικού.
 ✓Το κόστος μετάβασης του τεχνικού της εταιρίας θα παρέχεται δωρεάν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	52-02-01-150	O- Rings RM0080-10	18 TMX
2	52-02-01-112	O- Rings RM0620-15	3 TMX
3	51-30-07-34	Colar insert	3 TMX
4	52-02-01-09	O ring BS109	3 TMX
5	97-30-05-126	Felt filter	3 TMX
6	27-01-05-09	Super G Tubing	9 TMX
7	97-06-12-242	Air Cells Q. Plus with "T" Piece	10 TMX
8	97-06-12-244	Air Cell with T- Piece	10 TMX
9	97-06-20-109	Gen 3,5 6mm CPR Assembly (New Code: 10870)	2 TMX
10	97-02-02-112	QUATTRO OVERLAY umbilical and sleeving assembly (New Code 10109)	1 TMX
11	97-02-02-113	Gen 2 Push & Turn Mattress Assembly Connector	1 TMX

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η Προληπτική Συντήρηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους καθαρισμούς, τις λιπάνσεις των μηχανικών μερών, τις σχετικές ρυθμίσεις και καλιμπραρίσματα καθώς και όλους εκείνους του ελέγχους που απαιτούνται για την πιστοποίηση καλής λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα με το Τεστ Protocol του κατασκευαστικού οίκου.
- Η προληπτική συντήρηση θα είναι προγραμματισμένη και συμφωνημένη προκαταβολικά και από τους δύο συμβαλλόμενους με κοινό σκοπό τόσο την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος του νοσοκομείου όσο και την δυνατότητα ανταπόκρισης από την εταιρεία.
- Για κάθε επιπλέον ανταλλακτικό που πιθανόν να απαιτηθεί κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης, η εταιρεία οφείλει να υποβάλει σχετική οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στο κόστος εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 5:

Έλεγχος εννιά (9) επιτοιχίων αναρροφήσεων

Οίκος: THERAPY EQUIPMENT – ΑΓΓΛΙΑΣ

Προβλεπόμενες Εργασίες (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή)

- ✓ Έλεγχος κατάστασης φίλτρου εισόδου της συσκευής
 ✓ Έλεγχος κατάστασης εξωτερικού περιβλήματος συσκευής της συσκευής,
 ✓ Έλεγχος καλής λειτουργίας του μανομέτρου μέτρησης αρνητικής πίεσης της συσκευής
 ✓ Έλεγχος και μέτρηση της συσκευής για την δυνατότητα επίτευξης του μέγιστου κενού.

- ✓ Έλεγχος καλής λειτουργίας ρυθμιστού κενού (Vacuum regulator).
- ✓ Έλεγχος καλής λειτουργίας του διακόπτη On/Off

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η Προληπτική Συντήρηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους καθαρισμούς, τις λιπάνσεις των μηχανικών μερών, τις σχετικές ρυθμίσεις και καλιμπραρίσματα καθώς και όλους εκείνους του ελέγχους που απαιτούνται για την πιστοποίηση καλής λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα με το Τεστ Protocol του κατασκευαστικού οίκου.
- Η προληπτική συντήρηση θα είναι προγραμματισμένη και συμφωνημένη προκαταβολικά και από τους δύο συμβαλλόμενους με κοινό σκοπό τόσο την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος του νοσοκομείου όσο και την δυνατότητα ανταπόκρισης από την εταιρεία.
- Για κάθε επιπλέον ανταλλακτικό που πιθανόν να απαιτηθεί κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης, η εταιρεία οφείλει να υποβάλει σχετική οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στο κόστος εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 6:

Έλεγχος ενός (1) φορητού αναπνευστήρα OSIRIS 3 της TAEMA και ενός (1) φορητού αναπνευστήρα Ventilologic Lowenstein LS.

Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει όπου απαιτείται, την αντικατάσταση των προβλεπόμενων αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών, όπως:

- ΚΙΤ προληπτικής συντήρησης (Service Kit)
- Φίλτρα
- Μπαταρίες
- Σπирάλ Αναπνοής
- Λοιπά εξαρτήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

Η Προληπτική Συντήρηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

ΤΜΗΜΑ 7:

Έλεγχος των πιέσεων

- **Απαιτήσεις του έργου:** Οι απαιτήσεις του έργου αφορούν στην επιβεβαίωση των παροχών αέρα των κλιματιστικών μονάδων που εξυπηρετούν τη ΜΕΘ και τις απαιτούμενες πιέσεις καθαρών (στείρων) χώρων.
- **Μεθοδολογία:** Θα μετρηθούν με χοάνη οι παροχές των στομών και θα επιβεβαιωθούν οι απαιτούμενες διαφορές πίεσης μεταξύ των χώρων. Αν απαιτηθεί θα γίνουν μικρορυθμίσεις για την βελτίωση των συνθηκών.
- Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει γνήσια ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μπαταρίες.
- Η Εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να φέρει Βεβαίωση συμμόρφωσης με της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Η επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται στους χώρους που είναι εγκατεστημένα αυτά και θα παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία. Σε κάθε συντήρηση ή επισκευή, υποχρεωτικά θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο δελτίο εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και θα παραδίδεται στον Προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Στην τιμή περιλαμβάνονται : • τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών της εταιρείας, που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου • τα έξοδα της μεταφοράς του απαραίτητου εξοπλισμού • οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, για την πλήρη εκτέλεση του έργου • οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
---------------------	--

Τρόπος υποβολής προσφοράς	με χρήση της πλατφόρμας iSupplies \n Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε προσφορά, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. \n Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671, είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register. \n Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.
----------------------------------	---

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΙΜΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ EMDN	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ 1		Εργασίες Προληπτικής συντήρησης δεκατριών (13) ηλεκτρονικών ογκομετρικών αντλιών έγχυσης σειράς AGILIA του Οίκου Fresenius Kabi	Υπηρεσία	600,00 €	1
ΤΜΗΜΑ 1	Z120303	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για Εργασίες Προληπτικής συντήρησης δεκατριών (13) ηλεκτρονικών ογκομετρικών αντλιών έγχυσης σειράς AGILIA του Οίκου Fresenius Kabi	Τεμάχιο	-	16
ΤΜΗΜΑ 2		Έλεγχος του κάτωθι εξοπλισμού της Μ.Ε.Θ.: {πέντε (5) επιτοίχιων	Υπηρεσία	4.815,00 €	1

		μόνιτορ, ενός (1) φορητού μόνιτορ, μιας (1) κεντρικής μονάδας, ενός (1) απινιδωτή, ενός (1) ΗΚΓ NICHON KONDEN 1350Κ} Έλεγχος του κάτωθι εξοπλισμού της Κ/Δ: Τέσσερα (4) μόνιτορ, μιας (1) κεντρικής μονάδας, εννιά (9) απινιδωτές			
ΤΜΗΜΑ 3		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	Υπηρεσία	12.210,00 €	1
ΤΜΗΜΑ 3	R030101	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	Τεμάχιο	220,00 €	2
ΤΜΗΜΑ 4		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TALLEY MEDICAL	Υπηρεσία	506,25 €	1
ΤΜΗΜΑ 4	V080701	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TALLEY MEDICAL	Τεμάχιο	-	63
ΤΜΗΜΑ 5		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ 47xx και 77xx του Οίκου Therapy Equipment - Αγγλίας	Υπηρεσία	300,00 €	1
ΤΜΗΜΑ 6		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ/ΟΓΚΟΥ	Υπηρεσία	3.000,00 €	1
ΤΜΗΜΑ 7		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	Υπηρεσία	2.500,00 €	1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ****ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο **αριθμός διαγωνισμού**.
- Η ισχύς της προσφοράς να έχει τουλάχιστον **τρίμηνη (3 μήνη)** διάρκεια.
- Η προσφορά θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της

πλατφόρμας iSupplies

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.

Εφόσον ζητείται **ΔΕΙΓΜΑ**, αυτό θα αποστέλλεται απευθείας στο Τμήμα που έχει αιτηθεί την προμήθεια, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από το άνοιγμα των προσφορών.

-- Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

1. περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα:
 - 73 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 και
 - 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021
2. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
3. δεσμεύονται ότι τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
4. δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν
5. δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
6. η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθειας υλικών. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα δίδεται πλήρη Περιγραφή και θα αναγράφονται υποχρεωτικά η εμπορική του ονομασία, η συσκευασία του, η επιχειρηματική μονάδα παραγωγής και τόπος εγκατάστασής της, κωδ. CPV, περιγραφή CPV, κωδ. τιμολόγησης, κωδ ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και Παρατηρητηρίου Τιμών.

Παροχής υπηρεσιών. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ζητούμενες απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επίσης στην τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν στην πλατφόρμα iSupplies, μαζί με την προσφορά και πιστοποιητικά σε ισχύ, ώστε **να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των**

προσφερόμενων υλικών ή υπηρεσιών (π.χ. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE, ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 13485 Διαχείρισης ποιότητας για ιατρικά προϊόντα, OHSAS 18001 Υγιεινής και ασφάλειας, ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λπ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθειας υλικών. Η τιμή θα δοθεί σε € (**ολογράφως και αριθμητικώς**), ανά μονάδα μέτρησης, για παράδοση του υλικού με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής. Οι τιμές που θα δοθούν θα **περιλαμβάνουν** τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Παροχής υπηρεσιών. Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί μια και μόνο προσφερόμενη τιμή σε € (**ολογράφως και αριθμητικώς**), που θα αφορά το κόστος για παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και θα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα για την πλήρη εκτέλεση του έργου όπως π.χ.: οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές αυτών, εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους και εργολαβικού κέρδους, καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επί ποινή αποκλεισμού η προσφερόμενη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του **Παρατηρητηρίου Τιμών** της Ε.Π.Υ. (εφ' όσον υπάρχει αντιστοίχιση), ενώ σε περίπτωση που το είδος ή η υπηρεσία δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να κατατεθεί αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση.

-- Το Νοσοκομείο δεν θα δεχθεί **ουδεμία διαφοροποίηση** στις προσφερόμενες τιμές, για οποιαδήποτε αιτία.

-- Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην περίπτωση που το **ΑΙΤΗΜΑ αθροιστικά** ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (**2.500,00 €**) προ ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως καταθέσετε στην πλατφόρμα iSupplies τα κάτωθι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Στις λοιπές περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

1. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από Α.Α.Δ.Ε. και ΕΦΚΑ αντιστοίχως.
2. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από οικονομικό φορέα που έχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ζητείται να προσκομιστεί για την απόδειξη:
 - της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ
 - της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

--**Η παράδοση** του υλικού θα γίνεται ύστερα από την έγγραφη παραγγελία μας, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις αποθήκες του Γ.Ν.Ζ. (Υλικού-Τροφίμων-Φαρμάκων κ.λπ.) σε χώρο που θα υποδειχθεί.

--**Χρόνος Παράδοσης** εάν δεν αναγράφεται στους ζητούμενους όρους, θα ισχύει το χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών

--από την ημέρα λήψης της παραγγελίας--, που θα αναγράφεται στην προσφορά του προμηθευτή.

Σε περίπτωση ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην διάρκεια της σύμβασης.--**Η παραλαβή** θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η **έναρξη** των εργασιών θα γίνει ΑΜΕΣΑ από την υπογραφή της σύμβασης.

Η **παράδοση** του έργου θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου εντός του χρονικού διαστήματος που θα αναγράφεται στην προσφορά του αναδόχου.

Η **παρακολούθηση** του έργου (σύμφωνα με το άρθρο 216, παρ. 1 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019)

Η **παραλαβή** του έργου(σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν. 4605).Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την εφαρμογή των

διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου. Το Νοσοκομείο ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών του.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή του παραδοθέντος έργου και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 & 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021:

Για υλικά:

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208, περί παραλαβής υλικών. Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του εξοπλισμού στην αποθήκη του Νοσοκομείου

Για υπηρεσίες:

Α) Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο για την παραλαβή των Υπηρεσιών και παρακολούθησης των όρων της σύμβασης. Επίσης

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή, που θα έχει εκδοθεί: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ταχ. Δ/ση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης **1015.E00206.0001** (Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016)

2) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις: α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α'59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016). γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007. Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4% για Υλικά, 8% για Υπηρεσίες) επί του καθαρού ποσού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (EMDN / ΕΚΑΠΥ)

1. Υποχρέωση Καταχώρησης Κωδικών κατά την Υποβολή Προσφοράς στο i-supplies

Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές υποχρεούνται, κατά την ψηφιακή συμπλήρωση των στοιχείων της προσφοράς τους στην πλατφόρμα iSupplies, να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα αντίστοιχα πεδία κωδικοποίησης ανάλογα με το αντικείμενο της προμήθειας:

- Για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Υλικά / Αναλώσιμα / Όργανα): Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του επίσημου ευρωπαϊκού κωδικού EMDN (European Medical Device Nomenclature), καθώς και του κωδικού UDI-DI του προϊόντος.
- Για Λοιπά Υλικά (Μη Ιατροτεχνολογικά): Όπου δεν εφαρμόζεται ο κωδικός EMDN, συμπληρώνεται ο αντίστοιχος Εθνικός Κωδικός Υλικού από το ψηφιακό μητρώο της ΕΚΑΠΥ
- Για Υπηρεσίες (Συντήρηση, Καθαριότητα, Φύλαξη κ.λπ.): Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Εθνικού Κωδικού Υπηρεσίας από την πλατφόρμα της ΕΚΑΠΥ. Ειδικά για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ο ανάδοχος δηλώνει συμπληρωματικά και τον κωδικό EMDN του υπό συντήρηση μηχανήματος.

Η μη συμπλήρωση ή η λανθασμένη αναγραφή των ανωτέρω κωδικών στα αντίστοιχα πεδία του i-supplies αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

2. Υποχρεώσεις κατά την Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (B2G)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα παραστατικά του αποκλειστικά μέσω Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (B2G),

- Για Υλικά (Πεδίο BT-10 = ΥΛΙΚΑ): Στις γραμμές του τιμολογίου πρέπει να αποτυπώνεται ο κωδικός EMDN (ή ο εθνικός κωδικός ΕΚΑΠΥ για μη ιατροτεχνολογικά είδη).
- Για Υπηρεσίες (Πεδίο BT-10 = SERVICES): Στις γραμμές του τιμολογίου πρέπει να αποτυπώνεται ο εθνικός κωδικός υπηρεσίας της ΕΚΑΠΥ.

Σε περίπτωση απόρριψης τιμολογίου για τη μη τήρηση των παραπάνω, η ευθύνη για την καθυστέρηση της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

3. Διαδικασία Τροποποίησης / Αντικατάστασης Υλικών λόγω Ανωτέρας Βίας ή Έλλειψης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο Ανάδοχος αδυνατεί να παραδώσει το συγκεκριμένο υλικό που εγκρίθηκε (π.χ. λόγω αποδεδειγμένης έλλειψης στην αγορά, κατάργησης του προϊόντος ή ανωτέρας βίας), εφαρμόζεται η εξής υποχρεωτική διαδικασία πριν από την έκδοση του τιμολογίου:

1. Γραπτό Αίτημα: Ο Ανάδοχος υποβάλλει εγκαίρως έγγραφο αίτημα προς το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου/Φορέα, αιτώντας την αντικατάσταση του είδους με άλλο, αντίστοιχων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών.
2. Γνωστοποίηση Νέων Κωδικών: Στο ίδιο αίτημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον νέο κωδικό EMDN, τον νέο κωδικό UDI-DI (ή τον νέο εθνικό κωδικό ΕΚΑΠΥ) που αντιστοιχεί στο προτεινόμενο νέο υλικό.
3. Έγκριση και Ενημέρωση Συστήματος: Το Νοσοκομείο εξετάζει το αίτημα. Εφόσον αυτό γίνει δεκτό, η αλλαγή και οι νέοι κωδικοί επικαιροποιούνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα iSupplies. Οποιαδήποτε αυθαίρετη αποστολή εναλλακτικού υλικού ή έκδοση τιμολογίου με κωδικούς που δεν έχουν εγκριθεί προηγουμένως και δεν ταυτίζονται με το i-supplies, θα οδηγήσει σε άμεση απόρριψη του τιμολογίου και μη παραλαβή των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ