



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρόσκλησης: **Σ46_2026**

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425

Ταχ. Κώδικας : 41110

Πληροφορίες : Σύγγελλο Βασιλική

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια και

Τηλέφωνο : 2413501965

στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ηλ. Διεύθυνση : vsyngelou@uhl.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΚΑΙ «ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.550,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 29.202,00 €, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

- ΣΧΕΤ :**
1. Τα αιτήματα υπ' αριθμ.: 7/107/07.08.2026 και 5/197/28-07-2026.
 2. Το με αριθ. **Θ48 15Η ΤΑΚ 9ΙΔ6469060-65Ε** απόσπασμα πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η διενέργεια, το σχέδιο πρόσκλησης και οι όροι αυτής.
 3. Η με αριθ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΑΛΕ: **31201050001001**.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	<u>έως 24.09.2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.</u>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	<u>29.09.2026 ημέρα Τρίτη</u>
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΚΑΙ «ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ»
ΑΛΕ:	31201050001001 (7131απ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	33141620-2 «Ιατρικοί εξοπλισμοί »
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	<u>23.550,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 29.202,00 € με Φ.Π.Α.</u>

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών καθώς και απαιτούμενων υλικών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΚΑΙ «ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ» για

τις ανάγκες του ΠΓΝΛ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **23.550,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 29.202,00 € με Φ.Π.Α.**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ Μ.Μ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ /Μ. Μ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ (%)	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	867088	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	TEM	1	6.550,00	6.550,00	24%	1.572,00	8.122,00
2	867090	ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ	TEM	1	17.000,00	17.000,00	24%	4.080,00	21.080,00
ΣΥΝΟΛΟ						23.550,00		5.652,00	29.202,00

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- 1) Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκομειακή χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία και χρήση σε ενήλικες και παιδιά
- 2) Να έχει βάρος μικρότερο από 6 κιλά ή να προσφέρεται με τροχήλατο για την εύκολη μεταφορά του
- 3) Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσω ενσωματωμένου τροφοδοτικού με ένδειξη φόρτισης
- 4) Να χορηγεί διφασική ασύγχρονη και συγχρονισμένη εξωτερική και εσωτερική απινίδωση. Να συνοδεύεται από τον κατάλληλο εξοπλισμός για όλα τα παραπάνω είδη απινίδωσης (paddles εσωτερικής και εξωτερικής απινίδωσης)
- 5) Να διαθέτει οθόνη υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 8" με δυνατότητα υψηλής αντίθεσης
- 6) Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες -150 C -έως τουλάχιστον 40o C
- 7) Να έχει δυνατότητα μέτρησης της διαθωρακικής αντίστασης
- 8) Ο χρόνος φόρτισης της ενέργειας απινίδωσης να είναι μικρότερος ή ίσος των 6 δευτερολέπτων
- 9) Να έχει τη δυνατότητα απινίδωσης και φόρτισης από τις χειρολαβές των paddles, τα οποία να μετατρέπονται από ενήλικων σε παιδιά με απλή αφαίρεση τμήματος αυτών
- 10) Να έχει δυνατότητα αποφόρτισης σε περίπτωση μη απινίδωσης
- 11) Να είναι έτοιμος προς απινίδωση σε τουλάχιστον ή λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα
- 12) Να έχει δυνατότητα επιλογής ενέργειας απινίδωσης και να αναφερθούν οι βαθμίδες ενέργειας
- 13) Να έχει οθόνη τουλάχιστον 5 ιντσών με ταχύτητα σάρωσης 25 mm/sec
- 14) Να διαθέτει στην οθόνη δύο κανάλια απεικόνισης. Το ένα να αφορά την καταγραφή του ΗΚ Γραφήματος με τριπολικό ή πενταπολικό καλώδιο.
- 15) Να επισημαίνει το χρονικό σημείο χορήγησης της απινίδωσης
- 16) Να γίνεται από το χρήστη επιλογή της απαγωγής του ΗΚ Γραφήματος που καταγράφεται
- 17) Να εκτελεί εξωτερική βηματοδότηση με εύρος ρυθμού 40 έως 180 σφίξεις και δυνατότητα επιλογής του ρυθμού. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ρεύματος της βηματοδότησης.
- 18) Να διαθέτει καταγραφικό με ταχύτητα καταγραφής 25 mm/sec
- 19) Η μπαταρία να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον 50 απινιδώσεων
- 20) Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το δίκτυο να είναι ίσος ή μικρότερος των 3 ωρών
- 21) Να δοθεί έγγραφη διαβεβαίωση από την εταιρεία για 10ετη επάρκεια ανταλλακτικών, εκπαίδευση του προσωπικού κατά την εγκατάσταση του απινιδωτή, προσφορά των εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα αγγλικά και τα ελληνικά και δυνατότητα ελέγχου εντός 24 ωρών σε περίπτωση βλάβης.

ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

- Να διαθέτει Έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 3,5" υψηλής ανάλυσης
- Να είναι πλήρως φορητό , μικρού βάρους και διαστάσεων , να αναφερθούν
- Να διαθέτει εφεδρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χρόνο λειτουργίας 120 λεπτά τουλάχιστον.
- Να επιτρέπει εσωτερική αποθήκευση δεδομένων και δυνατότητα μετάδοσης σε υπολογιστή ή άλλη φορητή συσκευή.
- Να επιτρέπει ασύρματη εκτύπωση
- Να είναι κατάλληλο για μη επεμβατική μέτρηση καρδιολογικών παραμέτρων για νεογνά και παιδιά (Να αποδεικνύεται εγγράφως)

- Να μπορεί να μετρήσει τις παρακάτω παραμέτρους:
 - SV/SI: Stroke Volume / Stroke Index
 - HR: Heart Rate
 - CO/CI: Cardiac Output /Cardiac Index
 - SVR /SVRI: Systemic Vascular Resistance/ SVR-Index βασισμένο σε εισαγωγή της MAP και της CVP
 - ICON: Index of Contractility
 - VIC: Variation of Index of Contractility
 - STR: Systolic Time Ratio (PEP/LVET)
 - CPI: Cardiac Performance Index
 - TFC: Thoracic Fluid Content
 - SVV: Stroke Volume Variation
 - FTC: Corrected Flow Time
 - DO2 / DO2I Oxygen Delivery / DO2-Index βασισμένο σε εισαγωγή της αιμοσφαιρίνης και καρδιολογικών παραμέτρων
- Στην οθόνη να εμφανίζονται όλες οι παραπάνω παράμετροι μαζί με τα όριά τους .
- Να διαθέτει τέσσερις νεογνικούς προκαλωδιόμενους αισθητήρες δέρματος .
- Το προσφερόμενο μηχάνημα να καταγράφει όλες τις παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο.
- Να συνδέεται με φορητή συσκευή όπου θα εμφανίζονται:
 - Γραφήματα, καρδιολογικοί παράμετροι, trends, στοιχεία ασθενή καθώς και συγκεντρωτικός πίνακας αιμοδυναμικών μεταβλητών, προ φόρτισης, συσταλτικότητας, μετά φόρτισης
- Να συνοδεύεται με τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
- Να συνοδεύεται με την απαραίτητη φορητή συσκευή
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει απαραίτητως πιστοποίηση , ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 13485
- Να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών
- Να διαθέτει απαραίτητως οργανωμένο service στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- a. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- b. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- c. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- d. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- e. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται οι τρεις επίσης σφραγισμένοι υποφάκελοι με όλα τα σχετικά της προσφοράς και ειδικότερα τα εξής:

- 1^{ος} υποφάκελος: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
- 2^{ος} υποφάκελος: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- 3^{ος} υποφάκελος: Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ:

1. Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνεται:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατό ογδόντα (180) ημέρες
- Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

2α) Για: Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

2β) Για: Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

2. Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Τεχνική περιγραφή των ειδών, ή την παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus (στην Ελληνική γλώσσα) των προσφερόμενων ειδών.
- Σήμανση CE για τα προσφερόμενα είδη, όπου προβλέπει ο νόμος ή όπου απαιτείται στις ως άνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
- Προαιρετικά: για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως

3. Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.
- Προηγούμενες συμβάσεις ή αντίγραφα τιμολογίων των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Λ. ή με άλλους φορείς ως συγκριτικά στοιχεία βάσει του νόμου Ν. 4272/2014 άρθρο 47 («...σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη...»).
- Εάν δεν υπάρχουν τιμολόγια, τότε να επισυνάπτεται γραπτή βεβαίωση ότι τα ζητούμενα είδη δεν υπάγονται στο παρατηρητήριο τιμών και ο/η προσφέρων δεν παρείχε τα ζητούμενα είδη σε άλλους φορείς έως και τώρα

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν την πρόσκληση ηλεκτρονικά:

- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr>.
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ- www.eprocurement.gov.gr
- στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και συγκεκριμένα στην διαδρομή: <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> → Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. → Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας → +
- κατά την διάρκεια της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ. για τυχόν επισημάνσεις που μπορεί να αναρτηθούν στην ως άνω σελίδα.
- Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής
- Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την **29.09.2026 ημέρα Τρίτη** και ώρα 10:00 π.μ..

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή.

- Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων.
- Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας.
- Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ..
- Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
- Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

- Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.
- Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.
- Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) του ΠΓΝΛ είναι : 1015.E00273.0001

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

- Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας.
- Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.
- **Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος** κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της Κεντρικής Διαχείρισης (τηλ: 241350 2179) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Για ό, τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε

- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Web Site) www.diaugeia.gov.gr
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ- www.eprocurement.gov.gr
- στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και συγκεκριμένα στην διαδρομή: <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> → Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. → Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας → +

Η Διοικήτρια του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ