



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρόσκλησης: **Σ49_2026**

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425

Ταχ. Κώδικας : 41110

Πληροφορίες : Σύγγελλο Βασιλική

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια και

Τηλέφωνο : 2413501965

στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ηλ. Διεύθυνση : vsyngelou@uhl.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ/ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ**» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ **26.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 32.240,00€ με Φ.Π.Α.**, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

- ΣΧΕΤ :**
1. Το αίτημα 6/13/05-01-2026 του ΧΟ, το αίτημα του Τμήματος Διαχείρισης 7/9/14.01.2025 και το υπ. αριθμ. αίτημα 39025/27.08.2026 του κυρίου Κεπερτή..
 2. Το με αριθ. **Θ9 16Η ΤΑΚ 90ΔΗ469060-ΘΥΕ** απόσπασμα πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η διενέργεια, το σχέδιο πρόσκλησης και οι όροι αυτής.
 3. Η με αριθ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΑΛΕ: **31201050001001**.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	<u>έως 24.09.2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.</u>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	<u>29.09.2026 ημέρα Τρίτη</u>
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ/ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ»
ΑΛΕ:	31201050001001 (7131απ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	33141620-2 «Ιατρικοί εξοπλισμοί »
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	<u>26.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 32.240,00€ με Φ.Π.Α.</u>

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ/ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ**» για τις ανάγκες του ΠΓΝΛ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **26.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 32.240,00€ με Φ.Π.Α.**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις:

A/A	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΑΛΕ	Μ.Μ	Ποσ	Τιμή Μονάδας	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ (%)	Μικτή Αξία
1	801029	*ΣΕΤ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ/ΚΥΣΤΕΟΣΚΟ ΠΗΣΗΣ	31201050 001001	TEM	1	26.000,00€	26.000,00€	24%	32.240,00€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«...ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Προδιαγραφές : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Κυστεοσκόπιο (6-Διαμέτρου 9,5mm)

Λαβίδες σύλληψης

Λαβή Ρεζεκτοσκοπίου

Καλώδιο Διαθερμίας

Καλώδιο Διαθερμίας Μονοπολικό

Μονοπολικό ηλεκτρόδιο

Ουρηθροτόμος

Μαχαιρίδιο για ουρηθροτόμο

Αντάπτορας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ

Γενικά

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.

Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου.

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από τα επίσημα εργοστασιακά prospectus.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το σετ παιδιατρικού μονοπολικού ρεζεκτοσκοπίου να περιλαμβάνεται τα παρακάτω εξαρτήματα:

Μικροσκοπικό ευθύ ενδοσκόπιο 0°, διαμέτρου 1,2 mm, μήκους 20 cm, κλιβανιζόμενο και μετάδοση φωτισμού μέσω οπτικών ινών. Να συνοδεύεται από προστατευτική θήκη ενδοσκοπίου.

Καλώδιο ψυχρού φωτισμού, με ευθύ συνδετικό, διαμέτρου 2,5 mm και μήκους 230 cm.

Θήκη ρεζεκτοσκοπίου, με ατραυματικό τελικό άκρο μεγέθους 9 Fr., μήκος εργασίας 12 cm και με συνδετικό για εισροή και οδηγό/μαντρέν.

Μηχανισμό εργασίας, παθητικής κίνησης.

Ηλεκτρόδιο κοπής, τύπου loop, 9Fr. (6 τεμάχια)

Προστατευτική θήκη αποθήκευσης και κλιβανισμού ηλεκτροδίων

Συνδετικό μονοπολικό καλώδιο διαθερμίας για σύνδεση με το μηχανισμό του ρεζεκτοσκοπίου, συμβατό με την υπάρχουσα γεννήτρια.

Συνδετικό μονοπολικό καλώδιο διαθερμίας για σύνδεση με το ηλεκτρόδιο αιμόστασης, συμβατό με την υπάρχουσα γεννήτρια.

Εύκαμπτο ηλεκτρόδιο αιμόστασης, διαμέτρου 3 Fr., μήκους 53 cm.

Λάστιχο αναρρόφησης/έγχυσης, διαμέτρου 9 mm, μήκους 140 cm.

Θήκη κυστεοσκοπίου μεγέθους 8 Fr., με κανάλι εργασίας 4 Fr., κατάλληλο για βελόνες reflux, μήκους εργασίας 16 cm. Να περιλαμβάνεται οδηγός/μαντρέν.

Συνδετικό για σωλήνα με βρυσάκι και ένα τεμάχιο απλό.

Θήκη κυστεοσκοπίου μεγέθους 8 Fr., με κανάλι εργασίας 4 Fr., κατάλληλο για βελόνες reflux, μήκους εργασίας 16 cm.

Να περιλαμβάνεται οδηγός/μαντρέν. Να είναι συμβατή με το προσφερόμενο ενδοσκόπιο.

Εύκαμπτη λαβίδα βιοψίας, διαμέτρου 3 Fr., σιαγόνες διπλής δράσης, μήκους 28 cm.

Εύκαμπτη λαβίδα σύλληψης, διαμέτρου 3 Fr., σιαγόνες διπλής δράσης, μήκους 28 cm.

Θήκη οπτικού ουρηθροτόμου, μεγέθους 8 Fr., με οδηγό/μαντρέν. Να είναι συμβατή με το προσφερόμενο ενδοσκόπιο.

Δρεπανοειδές μαχαιρίδιο για χρήση με τον οπτικό ουρηθροτόμο.

Πλαστικό διάτρητο κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης, με βάση σιλικόνης και καπάκι, διαστάσεων περίπου 51x23x6.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΣΤΕΟ-ΟΥΡΗΘΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Γενικά

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.

Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου.

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από τα επίσημα εργοστασιακά prospectus.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το σετ παιδιατρικού κυστεο-ουρηθροσκοπίου θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να έχει ατραυματικό άκρο 9,5 Fr. και μήκος 13 cm.
2. Να έχει κατεύθυνση πεδίου οράσεως 6° και η μετάδοση της εικόνας να γίνεται μέσω οπτικών ινών.
3. Να έχει κωνικό σωλήνα με διακριτικό διαβαθμιζόμενο μέγεθος της διαμέτρου του από 9,5-12 Fr. σε ένα στάδιο, διασφαλίζοντας την ατραυματική είσοδο χωρίς διαστολή.
4. Να έχει κανάλι εργασίας για χρήση εργαλείου έως και 5 Fr.
5. Να έχει γωνιακό προσοφθάλμιο και δύο πλευρικές εισόδους έγχυσης.
6. Να διαθέτει πώματα στεγανοποίησης με διπλό σύστημα φραγής κατά την είσοδο του εργαλείου.
7. Να συνοδεύεται από:
 - 7.1. Γέφυρα εισόδου εργαλείου με σύστημα στεγανοποίησης, ενός καναλιού, με κλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
 - 7.2. Πώματα στεγανοποίησης.
 - 7.3. Βοήθημα για εισαγωγή οδηγού σύρματος.
 - 7.4. Μεταλλικό κυτίο καθαρισμού και αποθήκευσης με υποδοχές σιλικόνης και καπάκι. Να διαθέτει μικρό κυτίο για τοποθέτηση εξαρτημάτων.
 - 7.5. Ακαμπτη λαβίδα σύλληψης για τρίμματα λίθων, με σιαγόνες διπλής δράσης, 5 Fr., μήκους 30 cm.
 - 7.6. Συνδετικό για σωλήνα με βρυσάκι και ένα τεμάχιο απλό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΑΒΙΔΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Γενικά

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.

Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου.

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από τα επίσημα εργοστασιακά prospectus.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Να περιλαμβάνεται τα παρακάτω εξαρτήματα:

1. Εύκαμπτη λαβίδα βιοψίας, διαμέτρου 3 Fr., σιαγόνες διπλής δράσης, μήκους 60 cm.
2. Εύκαμπτη λαβίδα σύλληψης, διαμέτρου 3 Fr., σιαγόνες διπλής δράσης, μήκους 60 cm.

□

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- a. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- b. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- c. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- d. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- e. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται οι τρεις επίσης σφραγισμένοι υποφάκελοι με όλα τα σχετικά της προσφοράς και ειδικότερα τα εξής:

- 1^{ος} υποφάκελος: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
- 2^{ος} υποφάκελος: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- 3^{ος} υποφάκελος: Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ:**1. Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνεται:**

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατό ογδόντα (180) ημέρες
 - Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
 - Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

2α) Για: Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

2β) Για: Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

2. Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Τεχνική περιγραφή των ειδών, ή την παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus (στην Ελληνική γλώσσα) των προσφερόμενων ειδών.
- Σήμανση CE για τα προσφερόμενα είδη, όπου προβλέπει ο νόμος ή όπου απαιτείται στις ως άνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
- Προαιρετικά: για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως

3. Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.
- Προηγούμενες συμβάσεις ή αντίγραφα τιμολογίων των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Λ. ή με άλλους φορείς ως συγκριτικά στοιχεία βάσει του νόμου Ν. 4272/2014 άρθρο 47 («...σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη...»).

- Εάν δεν υπάρχουν τιμολόγια, τότε να επισυνάπτεται γραπτή βεβαίωση ότι τα ζητούμενα είδη δεν υπάγονται στο παρατηρητήριο τιμών και ο/η προσφέρων δεν παρείχε τα ζητούμενα είδη σε άλλους φορείς έως και τώρα

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν την πρόσκληση ηλεκτρονικά:

- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr>.
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ- www.eprocurement.gov.gr
- στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και συγκεκριμένα στην διαδρομή: <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> → Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. → Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας → +
- κατά την διάρκεια της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ. για τυχόν επισημάνσεις που μπορεί να αναρτηθούν στην ως άνω σελίδα.
- Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής
- Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την **29.09.2026 ημέρα Τρίτη** και ώρα 10:00 π.μ..

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή.

- Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων.
- Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας.
- Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ..
- Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
- Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

- Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.
- Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.
- Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) του ΠΓΝΛ είναι : 1015.E00273.0001

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

- Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας.
- Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.
- **Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος** κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της Κεντρικής Διαχείρισης (τηλ: 241350 2179) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε

- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Web Site) www.diaugeia.gov.gr
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ- www.eprocurement.gov.gr
- στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και συγκεκριμένα στην διαδρομή: <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> → Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. → Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας → +

Η Διοικήτρια του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ