

Μ460/2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια και
στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425
Ταχ. Κώδικας : 41110
Πληροφορίες : Νταρή Δήμητρα
Τηλέφωνο : 2413501156
Ηλ. Διεύθυνση : dari@uhl.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ460/2026 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.441,40€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

ΣΧΕΤ : 1. Το υπ' αριθ. ΘΕΜΑ ΕΗΔ15/23/30-047-2026 (ΑΔΑ: 9Β6Μ469060-Μ0Ξ) Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Α. με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η διενέργεια, το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης και των όρων αυτής.
2. Τη με αριθ. δέσμευσης 3785/0 (ΑΔΑ: 6ΣΦΕ469060-ΩΕΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Α. στον ΑΛΕ 32302030001001.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Έως την 24/09/2026 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:30 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισα, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΕΥΤΕΡΑ 28/09/2026
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ:	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΑΛΕ:	32302030001001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	33140000-3 «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	29.539,91€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 36.441,40 με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της πρόσκλησης για να καλύψει ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ είναι η προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.441,40€ με τον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για τα κάτωθι υλικά:

Α / Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ
1	557670	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 400ml ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ	TEM	60	49,5000	24%	2.970,00	712,80	3.682,80	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ
2	558830	NEBU-dose Plus	TEM	2.700	0,6333	13%	1.709,91	222,29	1.932,20	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ

Α / Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ
										ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ
3	592420	ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ	TEM	70	98,0000	24%	6.860,00	1.646,40	8.506,40	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ
4	592319	ΣΕΤ ΕΠΕΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ RHINO	TEM	50	160,0000	24%	8.000,00	1.920,00	9.920,00	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ
5	591737	ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ	TEM	100	100,0000	24%	10.000,00	2.400,00	12.400,00	Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ
		ΣΥΝΟΛΟ		2.980,00			29.539,91	6.901,49	36.441,40	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 1: "Να περιέχει 1 ή 2 ζελοποιητές που μετατρέπουν το εξίδρωμα σε τζέλ και ένα ζελοποιητή από άνθρακα για την εξουδετέρωση των οσμών. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ NEBU-dose Plus

Εισπνεόμενο Υπέρτονο Διάλυμα 3% & Υαλourονικό 0,1% είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν σήμανση CE. Είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ με αρ. πρωτοκόλλου: Αρχική γνωστοποίηση 45918/18-05-2021 και διορθωτική 47101/20-05-2021.

Στη συσκευασία περιέχονται 30 αμπούλες των 5ml και ελληνικές οδηγίες χρήσης

Το NEBU-dose Plus εμφανίζει βλεννοκίνητική ? βλεννολυτική δράση που αποσκοπεί στη βελτίωση του μηχανισμού καθαρώσεως και απομάκρυνσης των εκκρίσεων από του αεραγωγούς. Προκαλεί την έξοδο νερού από τα κύτταρα του αναπνευστικού βλεννογόνου και μειώνει το οίδημα καθώς και το ιξώδες της βλέννης με αποτέλεσμα τη ρευστοποίηση της βλέννης, την ενυδάτωση της επιφάνειας του βλεννογόνου, την διευκόλυνση της απόχρεμψης και την βελτίωση της αναπνοής. Η προσθήκη υαλourονικού ενισχύει την ενυδάτωση της επιφάνειας των αεραγωγών, μειώνει την εμφάνιση των στοιχείων φλεγμονής, βοηθά την κυτταρική αναγέννηση και προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες.

Το NEBU-dose Plus είναι κατάλληλο για συγχρόνηση με άλλα εισπνεόμενα σκευάσματα και μπορεί να προστεθεί ως διαλύτης στη νεφελοποίηση άλλης αγωγής. Χορηγείται σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

Είναι μοναδικό προϊόν και δεν υπάρχει αντίστοιχο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 3: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2

1. Να είναι συμβατό για χρήση με τη συσκευή AIRVO 2 που διαθέτει το νοσοκομείο, και να είναι σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά της συσκευής όπως αυτά αναφέρονται τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

2. Η συσκευασία να περιλαμβάνει:

- Θερμαινόμενο σωλήνα για την χορήγηση του μείγματος αερίων με ενσωματωμένη αντίσταση θέρμανσης περιμετρικά στο τοίχωμα του κυκλώματος και ενσωματωμένο αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας αερίων στον ασθενή.

Να διαθέτει σύστημα ασφάλισης/απασφάλισης πάνω στην συσκευή, προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης και διακοπής της θεραπείας. Για τον ίδιο λόγο να διαθέτει και ειδικό σύστημα απασφάλισης του κυκλώματος από την συσκευή.

Να διαθέτει πρόσθετο σύστημα μόνωσης από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος προς αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων υγρασίας που είναι επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών.

Να διαθέτει ειδικό κλιπ σταθεροποίησης του σωλήνα στα ρούχα του ασθενή, εκμηδενίζοντας το τράβηγμα της ρινικής κάνουλας και την διακοπή της θεραπείας

- Θάλαμο νερού που να διαθέτει σύστημα αυτόματης πλήρωσης νερού με διπλό ανεξάρτητο σύστημα προστασίας από υπερβολική πλήρωση του θαλάμου(διπλό φλοτέρ ή ισοδύναμο) με νερό για την μέγιστη προστασία των ασθενών.

- Να διαθέτει θύρα 22 χιλιοστών για σύνδεση με νεφελοποιητή φαρμάκων, προκειμένου να μην διακόπτεται η θεραπεία υψηλής ροής κατά την νεφελοποίηση.

3. Να εναρμονίζεται πλήρως με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της συσκευής AIRVO2, όπως αυτά περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής: εύρος ρύθμισης ροών από 2 - 60 L/min, εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας από 31 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

4. Προκειμένου να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς που μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπεία υψηλής ροής:

- Να είναι κατάλληλο για χρήση με όλες τις κατηγορίες ασθενών που υποστηρίζει η συσκευή AIRVO 2 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της, ήτοι ενήλικες, παιδιά και βρέφη, διαθέτοντας δυνατότητα σύνδεσης με τις αντίστοιχες ρινικές κάνουλες για τις παραπάνω κατηγορίες ασθενών.
 - Να υποστηρίζει τη σύνδεση με τις νέες ασύμμετρες ρινικές κάνουλες, ή άλλες με εναλλακτικό σχεδιασμό αλλά ισοδύναμες σε χαρακτηριστικά, ώστε να παρέχεται αποδεδειγμένα (βάσει μελέτης/μελετών) σημαντικά υψηλότερη τελιοεκπνευστική πίεση με ταυτόχρονη βελτίωση της έκπλυσης του CO₂ των ασθενών, σε σύγκριση με τις τυπικές συμμετρικές ρινικές κάνουλες.
 - 5. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.
 - 6. Καθώς το προσφερόμενο είδος αποτελεί εξάρτημα της συσκευής AIRVO 2, με μηχανική και ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ τους, ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδοτημένο και πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του πλήρους συστήματος, ήτοι της συσκευής AIRVO 2 και των προσφερόμενων εξαρτημάτων, για την διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των συστημάτων και άμεσης τεχνικής υποστήριξης αυτών.
 - 7. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε πρωτότυπα εγχειρίδια/έντυπα του κατασκευαστικού οίκου ή από επίσημες πηγές"
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**

A/A 4: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ RHINO

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ Το σετ διαδερμικής τραχειοστομίας να είναι αποστειρωμένο κατάλληλο για σωλήνες τραχειοστομίας 7,8,9 και να είναι βασισμένο στην τεχνική Ciaglia με διαστολή ενός σταδίου για την μείωση των λοιμώξεων και αιμορραγιών.

2. Το σετ να περιλαμβάνει υδρόφιλο, μονό διαστολέα, τύπου Rhino με επιμικνόμενη λαβή για ακριβείς χειρισμούς και αυλακώσεις για σταθερή λαβή.

3. Ο μονός διαστολέας να έχει εξαιρετικό σχεδιασμό ώστε να εξαλείφει την ανάγκη καθετήρα οδηγού, με αποτέλεσμα την απλοποίηση της διαδικασίας και την μείωση του αριθμού των βημάτων.

4. Ο μονός διαστολέας να φέρει σήμανση για τα μεγέθη (ID) 7,8,9 των σωλήνων τραχειοστομίας σε χιλιοστά, για την ασφαλή, ελεγχόμενη και ανατομικά ακριβή διαστολή. Επίσης, να φέρει σήμανση βάθους.

5. Το σετ να φέρει κεκαμμένο προ διαστολέα ώστε να ταιριάζει με την φυσική γωνία εισόδου προς την τραχεία μειώνοντας την πίεση στους ιστούς και τον κίνδυνο οπίσθιας διάτρησης.

6. Να φέρει συρμάτινο οδηγό J tip κατασκευασμένο από νιτινόλη για την αποφυγή τσακίσματος, το οποίο να προσαρμόζεται σε ειδική συσκευασία για χρήση με το ένα χέρι.

7. Να φέρει σύριγγα Luer 10ml για την ανίχνευση του χώρου της τραχείας.

8. Να φέρει νωστέρι.

9. Να φέρει βελόνα διάτρησης και σωληνίσκο.

10. Το σετ να συνοδεύεται από σωλήνα τραχειοστομίας Νο7, Νο8, Νο9 είτε εντός είτε εκτός συσκευασίας.

11. Ο σωλήνας τραχειοστομίας σε όλα τα μεγέθη του να έχει την μικρότερη δυνατή αναλογία εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο και να είναι μικρότερη του 1,43 ώστε να επιτυγχάνεται το μικρότερο δυνατό αναπνευστικό έργο του ασθενούς, μικρότερη μηχανική πίεση στα τοιχώματα της τραχείας και μικρότερος κίνδυνος τραχειομαλάκυνσης.

12. Ο σωλήνας τραχειοστομίας να διαθέτει εύκαμπτη εσωτερική κάνουλα. Να διαθέτει οδηγό με απραγματικό άκρο και οπή για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger. Να δύναται να ασφαλίσει εντός του σωλήνα τραχειοστομίας για να επιτυγχάνεται η ασφαλής και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Επίσης, να φέρει φακαρόλα. "

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 5: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

: το είδος κρίνεται ως αναγκαίο και απαραίτητο για τον ασθενή για τους εξής λόγους: αντιμετώπιση οξέων περιστατικών με προβλήματα του κατώτερου ? ανώτερου ουροποιητικού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, **σε πρωτότυπη μορφή** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**».
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».
- Τα οικονομικά στοιχεία, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- ❖ **Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:**

- 1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι:
- Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Η ισχύς της προσφοράς τους είναι έξι (6) μήνες.
- Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
- Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.

2) Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, (ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας) **κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024 [βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων»]**

3) **Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά**

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

❖ **Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή και παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus των προσφερόμενων ειδών.

Β) Σήμανση CE για όλα τα προσφερόμενα είδη.

Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων **το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (USB ή CD προαιρετικά) σε word ή excel**, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως.

❖ **Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

- **Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών. Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει..**
- **Προαιρετικά τυχόν προηγούμενες συμβάσεις των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Α. ως συγκριτικά στοιχεία για τα υλικά που δεν αντιστοιχούν στο Π.Τ. της Ε.Π.Υ. (Ν. 4272/2014 άρθρο 47): ««σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη σύμβαση τότε να περιέχονται αντίγραφα τιμολογίων.**

- **Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 28/09/2026 και ώρα 10:00 π.μ..**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α.. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

- ❖ **Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 1015.E00273.0001

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας. Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της διαχείρισης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.

Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ