



Α.Π.17/2026

Λάρισα, 11/9/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναρτητέα στη Διαύγεια και στο Site της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425
Ταχ. Κώδικας : 41110
Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Αντωνία
Τηλέφωνο : 2413 – 501156
Ηλ. Διεύθυνση : apapadopoulou@uhl.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ «ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.340,48 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Ή 2.208,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΣΧΕΤ : 1.Η με αριθ. 41272 /10-9-2026 Απόφαση Διοικητή με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση σκοπιμότητας και η διενέργεια προμήθειας.
2.Την με αριθ. δεσμ. 3994/0/10-09-2026(ΑΔΑ: ΡΝΣΤ469060-5ΞΧ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΑΛΕ 32302050001001.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Έως την 22/09/2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισα, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ:	Προμήθεια του ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/ 09/2026
ΚΑΕ:	ΑΛΕ 32302050001001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	CPV:3369600-5«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	2.208,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 2.340,48€ με το Φ.Π.Α.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ:	12 μήνες
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια του «**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ**» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.208€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 2.340,48€ με το Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις **για τα κάτωθι υλικά:**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΦΠΑ 6%	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ
1	903741	HLA B27 (1KIT=48 TESTS)	2	1.104,00 €	2.208,00 €	132,48 €	2.340,48 €
					2.208,00 €	132,48 €	2.340,48 €

Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων

CE IVD KIT Μοριακής τυποποίησης B27 με μέθοδο real time PCR, που να βασίζεται σε μέθοδο TAQMAN και να απαιτεί 90 min μετά την εκχύλιση του DNA. Το κάθε kit να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 48 τυποποιήσεις.

Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Ανοικτό σύστημα Real Time PCR για την μοριακή τυποποίηση HLA καθώς και για άλλες Real Time PCR τεχνικές που να συνοδεύεται από φιλικό στην χρήση λογισμικό για την μοριακή τυποποίηση HLA καθώς και από δεύτερο λογισμικό για τις άλλες Real Time PCR τεχνικές. Το σύστημα να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Σύστημα οπτικών ινών με μοναδική πηγή φωτός που να τροφοδοτείται από 4 LED υψηλής απόδοσης
- Μηδενικό χρόνο εκκίνησης
- Λειτουργία με 4 διαφορετικά φίλτρα
- Σύντομο χρόνο σκαναρίσματος για όλη την πλάκα (6 δευτερόλεπτα), ανεξαρτήτως του αριθμού των χρωστικών που ανιχνεύονται
- Ταχύτητα θέρμανσης έως 8°C/ δευτερόλεπτο και ταχύτητα ψύξης έως 6°C/ δευτερόλεπτο
- Άριστη ακρίβεια θερμοκρασίας (+ - 0.1°C)

2. Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων που να βασίζεται στην τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων. Το σύστημα να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι επιτραπέζιος αναλυτής που να απομονώνει Νουκλεϊκά Οξέα (DNA RNA) από 200 ή 400μl δείγματος.
- Να μπορεί να απομονώνει DNA από Ολικό Αίμα και Ιικό DNA από Πλάσμα, Ορό, Ούρα, ENY, επίχρισμα (Swab), πτύελα, κόπρανα με τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων.
- Να μην απαιτεί επέμβαση από τον χρήστη για προσθήκη αντιδραστηρίου χάρη στην χρήση έτοιμων Κασετών Αντιδραστηρίων.
- Να μην απαιτείται να αφαιρεθεί το κάλυμμα κάθε κασέτας αντιδραστηρίων για λόγους ευκολίας, ταχύτητας και αποφυγής επιμολύνσεων.
- Να μην απαιτείται επιπλέον προσθήκη ισοπροπανόλης ή άλλου αντιδραστηρίου.
- Κατά την διαδικασία να μεταφέρεται η στερεά φάση κι όλα τα βήματα να γίνονται με 1 ρύγχος μιας χρήσης (tip) ανά δείγμα ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση.
- Να έχει κοινό πρωτόκολλο και αντιδραστήριο για όλους τους τύπους δειγμάτων ώστε να μπορούν να τρέξουν ταυτόχρονα διαφορετικοί τύποι δειγμάτων.
- Να έχει μικρές διαστάσεις (περίπου μήκος 500 x βάθος 530 mm) ώστε να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο στο εργαστηριακό πάγκο
- Να διαθέτει CE IVD σήμανση
- Να διαθέτει λάμπα UV για καθαρισμό από τυχόν υπολείμματα νουκλεϊκών οξέων ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή επιμολύνσεων
- Να έχει χωρητικότητα 12 δειγμάτων, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 1 έως 12 δείγματα ταυτόχρονα και το κόστος της εξέτασης να είναι ίδιο είτε χρησιμοποιείται για 1 είτε για έως 12 δείγματα.
- Οι όγκοι έκλουσης να είναι 50, 100 ή 200μl
- Ο χρόνος απομόνωσης (για 1 έως 12 δείγματα) από 200μl αρχικό δείγμα να μην υπερβαίνει τα 25 λεπτά

3. Καμπίνα εργασίας αποστείρωσης UV ακτινοβολίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλη για την προετοιμασία της PCR αντίδρασης σε περιβάλλον ελεύθερο από νουκλεϊκά οξέα, περιορίζοντας έτσι τη επιμόλυνση της αντίδρασης PCR.
- Να περιλαμβάνει 4 ισχυρά φώτα υπεριώδους ακτινοβολίας τα οποία μετουσιώνουν τα νουκλεϊκά οξέα σε 5 έως 30 λεπτά καθιστώντας τα ακατάλληλα για ενίσχυση.
- Να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποφυγή της έκθεσης του χρήστη σε υπεριώδες φως. Τα φώτα UV να ελέγχονται με χρονοδιακόπτη και να υπάρχουν διακόπτες ασφαλείας στις πόρτες που σβήνουν αυτόματα τα φώτα UV όταν αυτές ανοίγουν.

Δεκτές θα γίνουν οι προσφορές οι οποίες απαντούν σε όλες τις παραπάνω προδιαγραφές.

Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια είναι απαραίτητο να παρέχονται από την ίδια εταιρεία και τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο για λόγους οικονομίας, χρόνου και ομοιομορφίας αποτελεσμάτων.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**».
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».
- Τα οικονομικά στοιχεία, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

❖ Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνεται:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:

- Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Η ισχύς της **προσφοράς τους είναι δώδεκα (12) μήνες**.
- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ή της Διοικούσας επιτροπής δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

❖ Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή και παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus του προσφερόμενου είδους, βάσει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Β) Σήμανση CE για το προσφερόμενο είδος.

❖ Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Η προσφερόμενη τιμή του είδους. Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει.
- Προαιρετικά τυχόν προηγούμενες συμβάσεις του υλικού με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ως συγκριτικά στοιχεία για τα υλικά που δεν αντιστοιχούν στο Π.Τ. της Ε.Π.Υ. (Ν. 4272/2014 άρθρο 47): «σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη σύμβαση τότε να περιέχονται αντίγραφα τιμολογίων.
- **Η αποσφράγιση**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ.. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Νοσοκομείου: 1015.E00273.0001.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας. Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της διαχείρισης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ

Κοινοποίηση:

1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2. 5^Η ΥΠΕ