



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού (Γραφείο Προμηθειών)
Πληρ.: Βασιλική Κωστούλα
Τηλέφωνο: 242135-1133
Email: prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(CPV: 33162200 - 5)

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων χειρουργείου (CPV: 33162200 - 5/ ΑΛΕ 3230203 / ΚΑΕ 1311), όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι. Κατάθεση προσφορών στο e-mail: prom@ghv.gr μέχρι την Τρίτη, 22 - 09 - 2026 και ώρα 12:00.

A / A	κωδικός	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης
1	14727	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΔΟΠΑΡΕΧΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	12	ΤΕΜ.
2	28190	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΕΛΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 30,45 ΚΑΙ 60mm ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ, ΠΑΧΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ. Σχόλια: REF EGIA 60AMT.	18	ΤΕΜ.
3	24008	ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ - ΕΓΧΥΣΗΣ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 180ml ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ.	100	ΤΕΜ.
4	03385	ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΩΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΗΧΟΓΕΝΕΣ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ, ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΕΜΒΟΛΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 10 - 20mm, ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 16, 18G ΚΑΙ ΜΗΚΗ 6, 10, 16, 20, 25CM.	70	ΤΕΜ.
5	12357	ΨΑΛΙΔΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	50	ΤΕΜ.
6	22706	ΨΑΛΙΔΟΕΙΔΗΣ ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 7mm, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 19,8cm (+/- 5%), ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 20,6mm, ΠΙΕΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 3.600 (ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ).	10	ΤΕΜ.
7	28173	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ, ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ	2	ΤΕΜ.

		ΙΣΤΟ, 90mm		
8	20016	ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΠΙΔΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 35mm ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20mm, ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. Σχόλια: + ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.	1.000	ΤΕΜ.
9	21448	ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΠΟΥ LUNDERQUIST, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 100cm, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΣΩΜΑ EXTRA ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΚΑΜΠΤΟ (EXTRA STIFF) ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΡΥΦΗ, ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7ΕΚ., ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ J, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,035INCH.	10	ΤΕΜ.
10	21391	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDIINGER. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΕΛΟΝΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕ 3WAY ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. Σχόλια: ΤΕΜΑΧΙΑ 10 14G ΤΕΜΑΧΙΑ 10 16G	20	ΤΕΜ.
11	07577	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΑ ΑΚΡΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6 - 7 x 12 - 13mm (ΟΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ = ΜΕΤΡΟ), ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΜΕΤΡΑ.	2	ΤΕΜ.
12	18393	KOCHER ΛΑΒΙΔΑ 16CM, ΕΥΘΕΙΑ	10	ΤΕΜ.
13	18394	KOCHER ΛΑΒΙΔΑ 20CM, ΙΣΧΥΡΗ	5	ΤΕΜ.
14	20635	ΜΗΛΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ 20cm, D. 1,5mm. Σχόλια: ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΚΡΑ 1,5mm x 20cm, PRODE BUTTONED	15	ΤΕΜ.
15	28181	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ (2,4 - 2,7 - 3mm) ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ (3 -3,5 - 4mm), ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΠΑΧΕΙΣ (4 - 4,5 - 5mm) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ, 60mm. Σχόλια:	18	ΤΕΜ.

		GIAMTC		
16	28178	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ (2,4 - 2,7 - 3mm) ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ (3 -3,5 - 4mm), ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΠΑΧΕΙΣ (4 - 4,5 - 5mm) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ, 60mm. Σχόλια: ΓΙΑ 60MTS.	32	ΤΕΜ.
17	25539	ΛΑΒΗ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ NO 3	10	ΤΕΜ.
18	25538	ΛΑΒΗ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ NO 4	5	ΤΕΜ.
19	23420	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 7mm, ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΜΗΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 20cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5cm, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 19mm ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 50ΚΗΖ.	8	ΤΕΜ.
20	21219	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ 15 ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ. Σχόλια: ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM ΕΩΣ LARGE	40	ΤΕΜ.
21	18744	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 10mm. Σχόλια: ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 15 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΛΙΠ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΟΘΥΛΑΚΕΣ. ΕΥΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΛΙΠ 4,5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΛΙΠ 11MM ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΟΡΤΙΣΗ - ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ)	10	ΤΕΜ.
22	28319	ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 7mm, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΜΗΚΟΥΣ 23cm ή 37cm (+ - 5%), ΚΥΡΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ 22 ⁰ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΜΗΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 20,3cm (+ - 5%). ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ. Σχόλια: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 37cm ΚΑΙ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 23cm	10	ΤΕΜ.

Η πρόσκληση θα καταχωρισθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► Φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΑΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

