



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λάρισα 11/09/2026

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια και στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425
Ταχ. Κώδικας : 41110
Πληροφορίες : Ξυλομένου Αγορή
Τηλέφωνο : 2413501966
Ηλ. Διεύθυνση : xylomenou@uhl.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ξ_786_2026

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ (EARLY WARNING SCORES)» ΚΑΙ «ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ - ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΠ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.300,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

- ΣΧΕΤ :
1. Το υπ' αριθ. ΘΕΜΑ 6^ο 03 / 09 / 2026 16^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης (ΑΔΑ:9Ρ9Τ469060-Γ6Σ) Απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η διενέργεια, το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης και οι όροι αυτής.
 2. Τη με αριθ. δέσμευσης 3973-0- (ΑΔΑ: ΡΨ1Υ469060-6ΙΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. στον ΑΛΕ 31201050001001.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Έως 02/10/2026 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	06/10/2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ:	«MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ (EARLY WARNING SCORES)» ΚΑΙ «ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ - ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ»
ΑΛΕ :	312050001001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	CPV: 33141620-2 (Ιατρικοί Εξοπλισμοί)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	7.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 9.300,00 € με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια «MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ (EARLY WARNING SCORES)» ΚΑΙ «ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ - ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 12.400,00 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ Μ.Μ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ /Μ. Μ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ (%)	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	886996	MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ (EARLY WARNING SCORES)	ΤΕΜ	1	4.500,00	4.500,00	24%	1.080,00	5.580,00

2	886995	ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ - ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ	TEM	1	3.000,00	3.000,00	24%	720,00	3.720,00
ΣΥΝΟΛΟ						7.500,00		1.800,00	9.300,00

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις:

Τεχνικές Προδιαγραφές
A) MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ (EARLY WARNING SCORES) 1. Μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες. 2. Να πραγματοποιεί αναίμακτη μέτρηση συστολικής/διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης μέσω ταλαντωσιμετρικής μεθόδου, υψηλής ακρίβειας, σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/AAMI SP10:2002 και ISO/ANSI/AAMI 81060-2:2013 3. Ο χρόνος προσδιορισμού της αρτηριακής πίεσης να μην ξεπερνά τα 15 δευτερόλεπτα με λήψη της μέτρησης κατά την πλήρωση της περιχειρίδας. 4. Η σύνδεση των περιχειρίδων να πραγματοποιείται μέσω ταχυσυνδέσμου για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των μεγεθών, με δυνατότητα επιλογής περιχειρίδας πολλαπλών χρήσεων ενός ασθενή και μίας χρήσης (Η περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη). 5. Να έχει δυνατότητα λήψης πίεσης σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες με επιλογή από το 5ύριο μενού και αυτόματη προσαρμογή του εύρους πίεσης περιχειρίδας σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ISO 80601-2-30. 6. Να έχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της μέτρησης ακόμα και σε καταστάσεις κίνησης και ομιλίας (διεγερτικοί ασθενείς). 7. Να διαθέτει ενσωματωμένη, έγχρωμη οθόνη γραφικών με λειτουργία αφής, LCD υψηλής ανάλυσης μεγέθους 7". Η εκτέλεση όλων των λειτουργιών και ρυθμίσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω αυτής. 8. Το μενού λειτουργίας να είναι στην ελληνική γλώσσα για να είναι εύκολο στην χρήση. 9. Να λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 240 Volt 50-60 HZ, με ενσωματωμένη μπαταρία πλήρους φόρτισης σε 4 ώρες και αυτονομία έως και 12 ώρες. Να διαθέτει ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας (ΩΩ:ΛΛ) με οπτική και ηχητική ειδοποίηση όταν η μπαταρία φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. 10. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία διαφορετικά ΠΡΟΦΙΛ λειτουργίας για τη λήψη ζωτικών ενδείξεων (π.χ. συνεχούς μέτρησης, υπολογισμού μέσου όρου και γρήγορης εξέτασης πολλών ασθενών) με προσαρμοσμένες παραμέτρους ανάλογα με τις ανάγκες του θεράποντα ή του τμήματος. 11. Να έχει δυνατότητα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με τουλάχιστον 6 προσαρμοζόμενα προγράμματα κατ' του χρήστη. 12. Να διαθέτει ενσωματωμένο τυμπανικό θερμόμετρο με χρόνο λήψης μέτρησης 2-3 sec, εύρος μετρήσεων 20 0 C- 420C και ακρίβεια μέτρησης $\pm 0,2$ 0 C, με αυτόματη απεικόνιση και αποθήκευση της μέτρησης στο μόνιτορ. 13. Να διαθέτει τεχνολογία λήψης οξυμετρίας Masimo και να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο αισθητήρα ενηλίκων, με εύρος μέτρησης οξυμετρίας από 1- 100% και καρδιακού σφυγμού με εύρος 25-240 bpm και ακρίβεια έως ± 3 ψηφία. Να έχει μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή όταν υπάρχει χαμηλή αιμάτωση. 14. Να διαθέτει λειτουργία μέτρησης των αναπνοών του ασθενή μέσω του αισθητήρα οξυμετρίας χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός ή αναλώσιμα. 15. Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (ALARM) για όλες τις παραμέτρους, με δυνατότητα ρύθμισης των ορίων συναγερμού. 16. Να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής έως και 20 μη αυτόματων παραμέτρων όπως ύψος, βάρος, επίπεδο πόνου, κ.α., για πληρέστερη κλινική αξιολόγηση. 17. Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία υπολογισμού TRIAGE και Πρώιμων Δεικτών Κλινικής Επιδείνωσης Νοσηλευόμενων ασθενών (ERLY WARMNG SCORE) με δυνατότητα επιλογής από τα Διεθνή πρότυπα (NEWS2, MEWS, PEWS κ.ά.) ή παραμετροποίηση αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. 18. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 400 μετρήσεων όλων των παραμέτρων με πλήρη στοιχεία ασθενή, ημερομηνία και ώρα. 19. Να διαθέτει ασφαλή σύνδεση με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή μέσω Wi-Fi ή Ethernet για την μεταφορά των δεδομένων. Να έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση σε τουλάχιστον ένα δημόσιο ίδρυμα. 20. Να υποστηρίζει Barcode scanner για άμεση εύρεση των δημογραφικών δεδομένων του ασθενή. 21. Να έχει δυνατότητα κλειδώματος οθόνης, για την αποφυγή μη ενδεδειγμένης χρήσης και την ασφάλεια των δεδομένων. Το ξεκλείδωμα να γίνεται με εισαγωγή κωδικού ή χρήση barcode του θεράποντος. 22. Να συνοδεύεται με τροχήλατη βάση πέντε αξόνων με επιφάνεια εργασίας και χώρο αποθήκευσης και οργάνωσης καλωδίων και εξαρτημάτων και δυνατότητα αφαίρεσης των τροχών για καθαρισμό. 23. Να φέρει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης: IEC 60601-1, IEC

60601-1-2 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

24. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.

25. Να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστή.

26. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειρές 9001:2015, 13485:2016, 14001:2015, 45001:2018 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04).

27. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485.

Β) ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ-ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ

1. Να είναι φορητό παλμικό οξύμετρο και καπνογράφος για τη μη επεμβατική παρα50λούθηση του λειτουργικού κορεσμού σε οξυγόνο της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης (SpO₂), της συχνότητας παλμών, του τελο-εκπνευστικού διοξειδίου (EtCO₂) και αναπνευστικού ρυθμού.

2. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες ασθενείς, για διασωληνωμένους και μη ασθενείς.

3. Η μπαταρία του να δύναται να αντικατασταθεί εύκολα, με αυτονομία τουλάχιστον 3 ώρες με επιπλέον εσωτερική μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 20 λεπτών.

4. Να υπάρχει δυνατότητα λήψης εκπνεόμενων αερίων αλλά και χορήγησης οξυγόνου, ρινικά και στοματικά ταυτόχρονα με την χρήση ενδοσκοπικού εξοπλισμού.

5. Να μπορεί να δεχθεί προέκταση της γραμμής καπνογραφίας πάνω από 7 μέτρα.

6. Να είναι κατάλληλο' για μακροχρόνια καταγραφή τελο-εκπνευστικού διοξειδίου (EtCO₂) αλλά και βραχυπρόθεσμη.

7. Να μπορεί να καταγράψει τιμές καπνογραφίας άμεσα, με την σύνδεση της γραμμής καπνογραφίας. 8. Να λειτουργεί με μικρού όγκου δείγμα εμπνεόμενων αερίων έως 65 ml/minute ώστε να είναι κατάλληλος για χρήση ακόμα και σε νεογνά χωρίς να επηρεάζει τους αναπνευστικούς όγκους.

9. Να είναι φορητό με βάρος έως 1kgf για εύκολη μετακίνηση, λειτουργικό μενού και εσωτερική μνήμη με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων έως 12 ώρες.

10. Να μην χρειάζεται calibration πριν/μετά από κάθε εξέταση ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί και επείγοντα περιστατικά.

11. Να διαθέτει επίσης πλήρως ρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά.

12. Να συνοδεύεται από καλώδιο και αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων.

13. Να πληροί τα πρότυπα IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-49, IEC 60601-1-12, IEC 60601-1-8, ISO 80601-2-61, ISO 80601-2-55, ISO 15223-1, IEC 62133, I-I, ν 38.3 14. Να έχει απόδοση οξυμετρίας: [II: Κλίμακα μέτρησης SpO₂: 1%-100%, Σφίξεις: τουλάχιστον 20-250bpm

Ακρίβεια μέτρησης SpO₂ : Ενήλικες: 70% έως 100% ± 2 ψηφία, Νεογνά: 70% έως 100% ± 3 ψηφία κατ' ελάχιστον

Ακρίβεια μέτρησης SpO₂ σε συνθήκες χαμηλής περιφερικής αιμάτωσης: 70% έως 100% ± 3 ψηφία κατ' ελάχιστον

Κλίμακα μέτρησης συχνότητας παλμών: 20 - 250 bpm 15.

Να έχει απόδοση καπνογραφίας:

Κλίμακα μέτρησης EtCO₂ : τουλάχιστον 0-150mmHg

Ακρίβεια μέτρησης: 0-38 mmHg ± 2 ψηφία, 39-150 mmHg ± 5%, + 8% για κάθε mmHg πάνω από 38mmHg ή καλύτερη

Χρόνος απόκρισης: λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα π Κλίμακα μέτρησης συχνότητας αναπνευστικού ρυθμού: τουλάχιστον 0 - 150 bpm

Ακρίβεια μέτρησης: 0-70bpm ±1bpm, 71-120 bpm ±2bpm, 121-150bpm ±3bpm ή καλύτερη.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα user manual - φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε **πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**».
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε **πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».
- Τα οικονομικά στοιχεία, σε **πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

❖ **Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνεται:**

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α, του Ν. 4412/2016. όπου να δηλώνεται ότι:

- Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
- Για: α) Τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), β) Τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, δ) Τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
- Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.

2) Α) Για Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Β) Για Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

❖ **Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

1. **Τεχνική περιγραφή** του προσφερόμενου είδους, από την οποία να προκύπτει η πλήρης συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
2. **Το τεχνικό φυλλάδιο (prospectus)**, από το οποίο να προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος (δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ούτε και επικυρωμένα).
3. **Σήμανση CE** για τα προσφερόμενα είδη, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία για το προσφερόμενο είδος.
4. **Υπεύθυνη δήλωση** ότι το προσφερόμενο είδος είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και θα αναφέρουν α) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και β) την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Σημείωση: Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης, η τεχνική προσφορά δύναται να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (USB ή CD, **προαιρετικά**), σε μορφή Word ή Excel, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και τα λοιπά συνοδευτικά έντυπα του κατασκευαστή, τα οποία δύναται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή.

❖ **Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, στην οποία, για κάθε προσφερόμενο είδος, αναγράφονται υποχρεωτικά η ποσότητα ανά Μονάδα Μέτρησης, η τιμή ανά Μονάδα Μέτρησης, η κατηγορία Φ.Π.Α., η συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α. και η συνολική αξία με Φ.Π.Α.

Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη προμήθεια και παράδοση του είδους στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συσκευασίας, μεταφοράς, ασφάλισης και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης.

Προαιρετικά, προς διευκόλυνση της αξιολόγησης και εφόσον δεν υφίσταται καταχωρημένη τιμή για το είδος σε ισχύον μηχανισμό παρακολούθησης τιμών ή σε προηγούμενη σύμβαση του Νοσοκομείου, οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν στοιχεία προηγούμενων συμβάσεων ή παραστατικά πώλησης του ίδιου ή αντίστοιχου είδους προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ως συγκριτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της προσφερόμενης τιμής.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν **εμπιστευτικό χαρακτήρα**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
- Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν την πρόσκληση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και συγκεκριμένα στην διαδρομή <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> - Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. - Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr>.

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ. για τυχόν επισημάνσεις που μπορεί να αναρτηθούν στην ως άνω σελίδα.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> – Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. - φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας, καθ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

Διαδικασία διενέργειας

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στον παρόντα διαγωνισμό. **Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή.**

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Θα ακολουθήσει η διαβίβαση του πρακτικού προς το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Α. και η έκδοση απόφασης και τέλος η ενημέρωση των συμμετεχόντων επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, **με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.**

Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

❖ **Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα:**

- **φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου**, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.
- Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, (ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας) **κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του**, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, **στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024 [βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων»]**

Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του ΠΓΝ Λάρισας είναι 1015.E00273.0001

Χρόνος Εκτέλεσης και Παραλαβής των Εργασιών

Η παράδοση του συμβατικού είδους θα πραγματοποιηθεί **εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής παραγγελίας ή από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον αυτή επέχει θέση παραγγελίας.

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον χώρο που θα υποδειχθεί από το αρμόδιο Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση παράδοσης είδους που δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους όρους της σύμβασης ή σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη τήρησης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον ν. 4412/2016 διατάξεις περί απόρριψης, αντικατάστασης των ειδών, επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, περί κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου.

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ