



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

**Αμαλιάδα : 17-09-2026
Αριθ. Πρωτ.: 9035**

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
ΠΛΗΡΟΦ. Παπαδημητρίου Βασιλική
ΤΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167
E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις των Ν. 3329/05, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014 και Ν.4782/2021, άρθρο 50, την απόφαση με αριθμό 38661 ΕΞ 2025 τεύχος Β' με αρ. φύλλου 1104 και τις διατάξεις του Ν. 5129/2024(Α' 124) άρθρο 72.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έρευνα αγοράς για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες του **Τμήματος Χειρουργείου**, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής :**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατηρήσεις/τεχνικές προδιαγραφές
1	Υγρό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων για χρήση στο χέρι (5 lt)	10 τεμ.	Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
2	Υγρό απολυμαντικό υψηλού βαθμού απολύμανσης εργαλείων-ενδοσκοπειών (5 lt)	20 τεμ.	
Με μακρά ημερομηνία λήξεως			

Τμήμα που αιτείται το υλικό : Χειρουργείο.

CPV: 24455000-8.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.E00208.0001

Τρόπος υποβολής προσφορών :

Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.

Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 24/09/2026 ώρα 14:00 μ.μ.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των

αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό κατασκευαστή, δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) REF number, στ) κατασκευαστικό οίκο.
2. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
3. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
4. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
5. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών :** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
10. **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής :**
 - Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
 - Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
 - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. **Ειδικοί όροι συμμετοχής :**
 - Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
 - Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.

- Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ΜΕ
ΒΥΘΙΣΜΟ)**

1. Να είναι συμπυκνωμένο υγρό , αλκαλικού pH διαλύματος >10 για ισχυρή καθαριστική δράση.
2. Να περιέχει ένζυμα ώστε να διαλύει το βιολογικό φορτίο σε σύντομο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς.
3. Να μην είναι καυστικό, ερεθιστικό για το δέρμα και τον χρήστη (να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος στα Ελληνικά).
4. Να μην είναι διαβρωτικό και να είναι συμβατό με τα χειρουργικά εργαλεία, ενδοσκόπια και όργανα (να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης σχετικές πιστοποιήσεις από κατασκευαστές εργαλείων και ενδοσκοπίων).
5. Να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.
6. Να συνοδεύεται από άδεια του ΕΜΧΠ, καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ και να διαθέτει CE Mark.
7. Να δοθεί το κόστος διαλύματος μετά την προτεινόμενη αραίωση του κατασκευαστή..

ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

1. Έτοιμο προς χρήση υψηλού βαθμού απολυμαντικό διάλυμα με ορθοφθαλδεΐδη.
2. Να είναι βακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου EN 13727 και EN 14561, μυκητοκτόνο, σύμφωνα με τα EN 13624 και EN 14562, μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα EN 14348 και EN 14563, πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς (Polio, Adeno, Nogo), σύμφωνα με το EN 14476 και EN 17111 .
3. Ο χρόνος για το παραπάνω ζητούμενο φάσμα να μην υπερβαίνει τα 5-10 λεπτά max.
4. Σποροκτόνο έναντι Clostridium Difficile σύμφωνα με το EN 17126 σε χρόνο 30 λεπτών max.
5. Να αποδίδει ουδέτερο pH διαλύματος (6,5 έως 7,5 ± 5).
6. Με σταθερότητα διαλύματος 14 - 28 ημερών, χωρίς περιορισμό εμβαπτίσεων στη χρήση.
7. Για θερμοευαίσθητα όργανα και εξοπλισμό (λαρυγγοσκόπια ,γαστροσκόπια - ενδοσκόπια κ.α.), συμβατό με τα ενδοσκόπια του Νοσοκομείου.
8. Η δραστηριότητα του απολυμαντικού θα ελέγχεται με δείκτες. Να είναι πρακτικοί στη χρήση τους, με εύκολο και ευανάγνωστο αποτέλεσμα (ενεργό – μη ενεργό) της δραστηριότητας του διαλύματος. Να έχουν έντονη αλλαγή χρώματος ώστε να αντιλαμβάνεται ο χρήστης με σαφήνεια εάν το διάλυμα παραμένει ενεργό ή έχει απενεργοποιηθεί και να διαθέτουν CE mark.
9. Το διάλυμα πρέπει να συνοδεύεται από αδραντοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψή του στο αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
10. Να προσφέρεται σε συσκευασία έως πέντε (5) λίτρα.
11. Να έχει έγκριση του Ε.Ο.Φ ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
12. Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.