



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λάρισα, 16/09/2026

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια και στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425

Ταχ. Κώδικας : 41110

Πληροφορίες :ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τηλέφωνο : 2413 – 502794

Ηλ. Διεύθυνση :katsanouli@uhl.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. Μ494/2026 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.114,44€ ΜΕ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

- ΣΧΕΤ :
1. Τις υπ' αριθ. 7/98, 6/440, 7/99, 6/441, αιτήσεις προμήθειας της Ιατρικής Φυσικής.
 2. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθ. Θέμα 11/16ης/03-09-2026 Τακτικής Συνεδρίασης (ΑΔΑ:ΨΧΝΙ469060-0ΨΞ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η διενέργεια, το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης και των όρων αυτής
 3. Η με αριθ. δέσμευσης 4043-0-Ρ6Χ0469060-ΜΥΛ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. στον ΛΑΕ 24101890001001.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	<u>Έως την 28/09/2026 και ώρα 2:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.</u>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ:	Προμήθεια πάγιου υλικού
ΛΑΕ:	24101890001001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	CPV: 33693000-4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Τρίτη 29/09/2026
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	29.931,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 37.114,44€ με το Φ.Π.Α.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:	ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.931,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 37.114,44€ με το Φ.Π.Α.. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για τα κάτωθι υλικά:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α/ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	866793	ΠΟΔΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ ΦΟΥΣΤΑΣ. Προδιαγραφές : 1. Οι ποδιές να είναι τύπου φούστα-γυλέκο. Να είναι ειδικά σχεδιασμένες για ολόσωμη περιμετρική προστασία με μοίρασμα του βάρους σε ώμους και μέση, με έμφαση στον εργονομικό τρόπο χρήσης. 2. Να προσφέρουν ισοδυναμία μολύβδου 0.25 mmPb στο πίσω μέρος του σώματος και 0.50 mmPb σε όλο το εμπρός τμήμα του σώματος, μέσω πλήρους και όχι μερικής επικάλυψης δύο φύλλων. Να κλείνουν με εύκολο τρόπο αλλά με πολλαπλά σημεία στήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή κάλυψη. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ελαστικό εύκαμπτο ελαφρό Μολυβδόχο υλικό μικρού βάρους, ώστε να μειώνεται το βάρος. Η επιφανειακή πυκνότητα του υλικού να είναι <6.5Kg/m² για 0.50 mmPb ισοδύναμη προστασία και <3.5Kg/m² για 0.25 mmPb ισοδύναμη προστασία. Να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή για την επιφανειακή πυκνότητα του υλικού τους που να δηλώνει τα παραπάνω. 4. Ως προς την απορροφητικότητα τους να είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο X-ray Protective clothing for the medical diagnostics for users and patients acc. to X-ray regulations: IEC 61331-1: 2014 και EN 61331-3:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields (τρέχουσα έκδοση 2.0) και να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση έγκριτου εργαστηρίου του εξωτερικού ή/και από βεβαίωση αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου (ΕΕΑΕ) για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και την απορρόφηση που παρουσιάζουν σε ακτινολογικές ενέργειες ακτινοβολίας-Χ. 5. Οι ποδιές να έχουν επικάλυψη από αδιάβροχο, μη απορροφητικό, ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται/απολυμαίνονται και να πλένονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο. 6. Να διατίθενται σε μεγέθη small, medium, large και XL και σε διάφορα χρώματα. Να υπάρχουν διαφορετικές διαστάσεις θώρακα και ύψους, ανάλογα με το μέγεθος, ώστε να ταιριάζουν σε διάφορους σωματότυπους. 7. Οι ποδιές υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από φαρδιά ελαστική ζώνη μέσης για υποστήριξη του βάρους και μείωση της αίσθησης του κατά την χρήση. 8. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή/και ISO 13485 και τα προϊόντα να διαθέτουν CE mark σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα ακτινοπροστατευτικά προϊόντα. 9. Οι ποδιές να δίδονται με εγγύηση τουλάχιστον 12 μηνών για την ποιότητα κατασκευής τους. Επίσης για τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη ακτινοπροστασίας απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι προμηθευτές να διαθέσουν δείγματα των μέσων ακτινοπροστασίας για επίδειξη και έλεγχο. Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να επικοινωνήσει με το εργαστήριο της Ιατρικής Φυσικής για τον ακριβή καθορισμό των λουπών χαρακτηριστικών των μέσων ακτινοπροστασίας καθώς και των χρωμάτων	10	570,00	5.700,00 €	7.068,00 €

2	867083	<u>ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΥΑΛΟ ΜΕ ΣΤΕΘΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ.</u> Προδιαγραφές : 1. Το πέτασμα να προσφέρει θωράκιση ισοδύναμου πάχους μόλυβδου 2 mm Pb σε όλη την επιφάνεια του. 2. Το ύψος του πετάσματος (από το έδαφος-μαζί με τις ρόδες) να είναι περίπου 200 cm. 3. Το πλάτος του πετάσματος να είναι περίπου 90-100 cm. 4. Να φέρει στο άνω τμήμα σταθερό παράθυρο μολυβδυάλου με πλάτος παρόμοιο με αυτό του υπόλοιπου σώματος δηλαδή περίπου 90-100 cm, ύψος περίπου 80cm και με θωράκιση ισοδύναμου πάχους μόλυβδου 2 mm Pb . Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας αυτού του τύπου πετάσματος, εναλλακτικά να διαθέτει ευρύ παράθυρο παρατήρησης μέσω μολυβδυάλου με διαστάσεις 80cm x 80cm (ΥxΠ) και με θωράκιση ισοδύναμου πάχους μόλυβδου 2 mm Pb. 5. Να διαθέτει τέσσερις ρόδες, βαρέος τύπου, με φρένα στις 2 από αυτές. Οι ρόδες να εξέρχουν από την κύρια επιφάνεια, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής στήριξη και να μην είναι εύκολη η ανατροπή του πετάσματος. 6. Η εξωτερική του επιφάνεια να είναι από κατάλληλο πλαστικό ή παρόμοιο υλικό, ώστε να καθαρίζεται εύκολα και να φέρει περιμετρικά προφίλ αλουμινίου. 7. Να διαθέτει πιστοποιητικό και σήμανση CE. 8. Να συνοδεύεται από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου σχετικά με τα πρότυπα και τις αρχές που ακολουθούνται κατά την κατασκευή του, με την συνέχεια των υλικών του και την καθαρότητα τους. 9. Το προσφερόμενο ακτινοπροστατευτικό πέτασμα να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 12 μηνών. Επίσης για το ανωτέρω προσφερόμενο είδος ακτινοπροστασίας απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας	1	5600,00	5.600,00 €	6.944,00 €
3	851023	<u>ΖΕΥΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.</u> Προδιαγραφές : 1. Τα υλικά τους και οι μολυβδύαλοι να εξασφαλίζουν ακτινοπροστασία και παράλληλα μικρό βάρος, κάτω των 100 gr. 2. Να διαθέτουν και πλαϊνή κάλυψη. 3. Να προσφέρουν ισοδύναμο θωράκισης μολύβδου-ακτινοπροστασία πάχους 0.75mmPb στην πρόσθια επιφάνεια και 0.5mmPb στην πλαϊνή επιφάνεια. 4. Να διαθέτουν ελαφρύ και εύχρηστο σκελετό και να σταθεροποιούνται με εύχρηστο και ανθεκτικό ιμάντα συγκράτησης γύρω από το κεφάλι. 5. Τα υλικά τους να είναι ανθεκτικά, μη απορροφητικά, να καθαρίζονται και να πλένονται εύκολα. 6. Να συνοδεύονται από θήκη για την φύλαξη τους. 7. Να φέρουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εργαστήριο αναφορικά με την ισοδύναμη απορροφητικότητα των μολυβδυάλων τους. 8. Να διαθέτουν CEmark σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα ακτινοπροστατευτικά προϊόντα. 9. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή/και ISO 13485. 10. Τα γυαλιά να δίδονται με εγγύηση τουλάχιστον 12 μηνών για την ποιότητα κατασκευής τους. Επίσης για τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη ακτινοπροστασίας απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι προμηθευτές να διαθέσουν δείγματα των μέσων ακτινοπροστασίας για επίδειξη και έλεγχο. Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να επικοινωνήσει με το εργαστήριο της Ιατρικής Φυσικής για τον ακριβή καθορισμό των λοιπών χαρακτηριστικών των γυαλιών καθώς και των χρωμάτων	8	260,00	2.080,00 €	2.579,20 €

4	811953	ΚΟΛΛΑΡΟ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Προδιαγραφές : 1. Να είναι ελαφρού τύπου, από ελαστικό εύκαμπτο Μολυβδούχο υλικό μικρού βάρους, με προσφερόμενη προστασία 0,5 mmPb. 2. Να επικαλύπτουν το στήρνο σε μήκος 12 cm περίπου και να διαθέτουν «πατούρα» γύρω από τον λαιμό. 3. Να είναι καλυμμένα εξωτερικά από αδιάβροχο, εύκολα καθαριζόμενο υλικό. 4. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη ως προς την περιφέρεια του λαιμού. 5. Ως προς την απορροφητικότητα τους να είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο X-ray Protective clothing for the medical diagnostics for users and patients acc. To X-ray regulations: IEC 61331-1: 2014 και EN 61331-3:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation?Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields (τρέχουσα έκδοση 2.0) και να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση έγκριτου εργαστηρίου του εξωτερικού ή/και από βεβαίωση αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου (ΕΕΑΕ) για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και την απορρόφηση που παρουσιάζουν σε ακτινολογικές ενέργειες ακτινοβολίας- Χ. 6. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή/και ISO 13485 και τα προϊόντα να διαθέτουν CEμαρκσύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα ακτινοπροστατευτικά προϊόντα. 7. Τα κολλάρια να δίδονται με εγγύηση τουλάχιστον 12 μηνών για την ποιότητα κατασκευής τους.Επίσης για τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη ακτινοπροστασίας απαιτείται: - Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. - Οι προμηθευτές να διαθέσουν δείγματα των μέσων ακτινοπροστασίας για επίδειξη και έλεγχο. - Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να επικοινωνήσει με το εργαστήριο της Ιατρικής Φυσικής για τον ακριβή καθορισμό των λοιπών χαρακτηριστικών των κολλάρων καθώς και των χρωμάτων	8	68,00	544,00 €	674,56 €
5	811751	<u>ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ/ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.</u> Προδιαγραφές : 1. Να προσφερθεί τροχήλατη κρεμάστρα για την ανάρτηση ποδιών ακτινοπροστασίας που να φέρει 10 θέσεις ανάρτησης. 2. Ο σκελετός να είναι μεταλλικής κατασκευής σχήματος 'Π', υψηλής αντοχής. 3. Να φέρει κρεμάστρες κατάλληλες για ακτινολογικές ποδιές, περιστρεφόμενες, για να μην καταλαμβάνουν χώρο όταν δεν χρησιμοποιούνται. 4. Να διαθέτει σύστημα πέδησης με τέσσερις (4) περιστρεφόμενους, αντιστατικούς τροχούς, δύο εκ των οποίων με φρένο. 5. Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα, με αντοχή σε απολυμαντικά υγρά για συχνούς καθαρισμούς. 6. Να αναφερθεί το βάρος τους. 7. Να αναφερθούν οι διαστάσεις τους. Επίσης για το ανωτέρω προσφερόμενο είδος απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχου υλικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας	2	1250,00	2.500,00 €	3.100,00 €

6	867085	ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ SURVEY METER ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ. Προδιαγραφές : 1. Να προσφερθεί μετρητής ακτινοβολίας (Survey meter) κατάλληλος για μετρήσεις ακτινοβολίας υποστρώματος, σκεδαζόμενης και διαρρέουσας ακτινοβολίας, κατά την διεξαγωγή των ποιοτικών ελέγχων του τμήματος Ιατρικής Φυσικής (εύρος ενεργειών ακτίνων Χ και γ μεγαλύτερο από 25 KeV και ακτίνων β μεγαλύτερο από 1 MeV). 2. Να είναι φορητός, τύπου θαλάμου ιονισμού, με αέρα υπό πίεση μεγαλύτερη των 6 Atm. 3. Να μπορεί να μετρήσει έκθεση, δόση και ρυθμό δόσης σε μονάδες Sv (και υποπολλαπλάσια) και τους αντίστοιχους ρυθμούς (Sv/h και υποπολλαπλάσια) και υποπολλαπλάσια αυτών και να προσφέρεται στον χειριστή η δυνατότητα επιλογής ανάγνωσης μεταξύ ολοκληρωτικής (integrated) και στιγμιαίας/μέγιστης (freeze/peak) τιμής. 4. Να έχει ενεργειακή απόκριση μικρότερη από 30% σε εύρος ενεργειών 60 KeV-1.1 MeV τουλάχιστον. 5. Να παρέχει ακρίβεια 10%. 6. Να παρέχει δυνατότητα καταγραφής ελάχιστου ρυθμού δόσης μικρότερου από 1 $\mu\text{Sv/h}$ και δυναμικού εύρους (για ακτίνες γ) μεγαλύτερου από ή ίσου με 50 mSv/h. 7. Να έχει χρόνο απόκρισης 2-5 s ανάλογα με τον ρυθμό δόσης κατά τη μέτρηση από το 10% έως το 90% της τελικής τιμής. 8. Να είναι βαθμονομημένος. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης με ημερομηνία κοντινή στην ημερομηνία παράδοσης. 9. Να είναι αυτοματοποιημένος ως προς τη δυνατότητα επιλογής εύρους, μηδενισμού και φωτισμού. 10. Να έχει δυνατότητα ηχητικής ειδοποίησης (alarm) όταν η ανιχνευόμενη ακτινοβολία υπερβαίνει ένα προγραμματισμένο όριο. 11. Να διαθέτει ψηφιακή και ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων. 12. Να έχει μπαταρίες με χρόνο ζωής συνεχούς λειτουργίας μεγαλύτερο από 10 h. 13. Να έχει βάρος μικρότερο των 2 kg. 14. Να φέρει σήμανση CE. 15. Ο μετρητής να δίδεται με εγγύηση τουλάχιστον 12 μηνών για την ποιότητα κατασκευής του. Επίσης για το ανωτέρω προσφερόμενο είδος απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχου υλικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.	1	5350,00	5.350,0 0 €	6.634,0 0 €
---	--------	--	---	---------	----------------	----------------

7	866792	ΠΟΔΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Προδιαγραφές : 1. Οι ποδιές να είναι ειδικά σχεδιασμένες για μπροστινή προστασία με μοίρασμα του βάρους σε ώμους και μέση, με έμφαση στον εργονομικό τρόπο χρήσης. 2. Να προσφέρουν ισοδυναμία μολύβδου 0.50 mm Pb σε όλο το εμπρός τμήμα του σώματος, με χιαστί δέσιμο πίσω. Να κλείνουν με εύκολο τρόπο αλλά με πολλαπλά σημεία στήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή κάλυψη. Επίσης, να προσφέρουν και μερική κάλυψη με ισοδυναμία μολύβδου 0.25 mm Pb και στο χιαστί τμήμα της πλάτης. Εναλλακτικά, να μπορούν να προσφερθούν και με κλείσιμο με κλείστρο (κλιπ), χωρίς επιπλέον χρέωση. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ελαστικό εύκαμπτο ελαφρό Μολυβδόυχο υλικό μικρού βάρους, ώστε να μειώνεται το βάρος. Η επιφανειακή πυκνότητα του υλικού να είναι <6.5Kg/m² για 0.50 mmPb ισοδύναμη προστασία και <3.5Kg/m² για 0.25 mmPb ισοδύναμη προστασία. Να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή για την επιφανειακή πυκνότητα του υλικού τους που να δηλώνει τα παραπάνω. 4. Ως προς την απορροφητικότητα τους να είναι σύμφωνες με το διεθνές πρότυπο X-ray Protective clothing for the medical diagnostics for users and patients acc. to X-ray regulations: IEC 61331-1: 2014 και EN 61331-3:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation?Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields (τρέχουσα έκδοση 2.0) και να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση έγκριτου εργαστηρίου του εξωτερικού ή/και από βεβαίωση αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου (ΕΕΑΕ) για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και την απορρόφηση που παρουσιάζουν σε ακτινολογικές ενέργειες ακτινοβολίας-X. 5. Οι ποδιές να έχουν επικάλυψη από αδιάβροχο, μη απορροφητικό, ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται/απολυμαίνονται και να πλένονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο. 6. Να διατίθενται σε μεγέθη small, medium, large και XL και σε διάφορα χρώματα. Να υπάρχουν διαφορετικές διαστάσεις θώρακα και ύψους, ανάλογα με το μέγεθος, ώστε να ταιριάζουν σε διάφορους σωματότυπους. 7. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001ή/και ISO 13485 και τα προϊόντα να διαθέτουν CE mark σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα ακτινοπροστατευτικά προϊόντα. 8. Οι ποδιές να δίδονται με εγγύηση τουλάχιστον 12 μηνών για την ποιότητα κατασκευής τους. Επίσης για τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη ακτινοπροστασίας απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι προμηθευτές να διαθέσουν δείγματα των μέσων ακτινοπροστασίας για επίδειξη και έλεγχο. Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να επικοινωνήσει με το εργαστήριο της Ιατρικής Φυσικής για τον ακριβή καθορισμό των λουπών χαρακτηριστικών των ποδιών καθώς και των χρωμάτων.	3	360,00	1.080,00 €	1.339,20 €
---	--------	--	---	--------	------------	------------

8	867082	ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΥΑΛΟ (ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ). Προδιαγραφές : 1. Το πέτασμα να προσφέρει ακτινοπροστασία 0.5 mmPb στο πάνω μέρος, όπου θα φέρει ρυθμιζόμενη καθ' ύψος μολυβδύαλο (ή ακρυλικό ακτινοπροστατευτικό υλικό lead-acrylic διάφανο) και 1.0 mmPb τουλάχιστον στο κάτω μέρος. 2. Η μολυβδύαλος να ρυθμίζεται καθ' ύψος από 115-185 cm περίπου. 3. Το παράθυρο παρατήρησης να είναι πλάτους 70 cm περίπου (ισοδύναμο Pb 0.5 mm) ενώ το κάτω μέρος να είναι πλάτους 75-80 cm περίπου (ισοδύναμο Pb 1.0 mm). 4. Να μην ξεπερνά σε βάρος τα 65 Kgr. 5. Να είναι στιβαρής κατασκευής και να στηρίζεται σε σύστημα 4 τροχών, που να εξέρχουν από το κύριο σώμα του πετάσματος, για σταθερότητα κατά την κίνηση. (Απαραιτήτως οι 2 από τους 4 τροχούς να διαθέτουν φρένο). 6. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή/και ISO13485 (με πεδίο εφαρμογής την εμπορεία ειδών ακτινοπροστασίας) και τα προϊόντα να διαθέτουν CEmark σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα ακτινοπροστατευτικά προϊόντα ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ειδικού ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ περί Ιατροτεχνολογικών προϊόντων MDR 2017/745. 7. Το προσφερόμενο ακτινοπροστατευτικό πέτασμα να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 12 μηνών. Επίσης για το ανωτέρω προσφερόμενο είδος ακτινοπροστασίας απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας	1	6800,00	6.800,00 €	8.432,00 €
9	867080	ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΕΣ(ΜΙΣΕΣ) - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΟΝΑΔΩΝ 37X45cm. Προδιαγραφές : Να προσφερθούν μισές ποδιές ακτινοπροστασίας, κατάλληλες για την κάλυψη της περιοχής των γονάδων σε γυναίκες και άντρες. 2. Οι ποδιές να είναι εμπρόσθιας κάλυψης και να προσφέρουν προστασία με ισοδυναμία μολύβδου πάχους 0.50 mm Pb. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ελαστικό εύκαμπτο Μολυβδούχο υλικό για την ευκολότερη εφαρμογή τους και το μικρότερο βάρος. 4. Ως προς την απορροφητικότητα τους να είναι σύμφωνες με το διεθνές πρότυπο X-ray Protective clothing for the medical diagnostics for users and patients acc. to X-ray regulations: IEC 61331-1: 2014 και EN 61331-3:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation?Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields (τρέχουσα έκδοση 2.0) και να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση έγκριτου εργαστηρίου του εξωτερικού ή/και από βεβαίωση αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου (ΕΕΑΕ) για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και την απορρόφηση που παρουσιάζουν σε ακτινολογικές ενέργειες ακτινοβολίας- Χ. 5. Οι ποδιές να έχουν επικάλυψη από αδιάβροχο, μη απορροφητικό, ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται/απολυμαίνονται και να πλένονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο. 6. Να διατίθενται σε μεγέθη για ενήλικες Επίσης, να προσφέρονται σε διάφορα χρώματα. 7. Να διαθέτουν ρυθμιζόμενη ζώνη συγκράτησης η οποία θα εφαρμόζει στην μέση του εξεταζόμενου (Velcro) ή δακτύλιο συγκράτησης. 8. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή/και ISO 13485 και τα προϊόντα να διαθέτουν CE mark σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα ακτινοπροστατευτικά προϊόντα. Επίσης για τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη ακτινοπροστασίας απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι προμηθευτές να διαθέσουν δείγματα των μέσων ακτινοπροστασίας για επίδειξη και έλεγχο. Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να	1	105,00	105,00 €	130,20 €

		επικοινωνήσει με το εργαστήριο της Ιατρικής Φυσικής για τον ακριβή καθορισμό των λοιπών χαρακτηριστικών των ποδιών καθώς και των χρωμάτων.				
10	867078	<u>ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΕΣ(ΜΙΣΕΣ) - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΟΝΑΔΩΝ 20X25cm</u> Προδιαγραφές : 1. Να προσφερθούν μισές ποδιές ακτινοπροστασίας, κατάλληλες για την κάλυψη της περιοχής των γονάδων σε γυναίκες και άντρες. 2. Οι ποδιές να είναι εμπρόσθιας κάλυψης και να προσφέρουν προστασία με ισοδυναμία μολύβδου πάχους 0.50 mm Pb. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ελαστικό εύκαμπτο Μολυβδούχο υλικό για την ευκολότερη εφαρμογή τους και το μικρότερο βάρος. 4. Ως προς την απορροφητικότητα τους να είναι σύμφωνες με το διεθνές πρότυπο X-ray Protective clothing for the medical diagnostics for users and patientsacc. to X-ray regulations: IEC 61331-1: 2014 και EN 61331-3:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation?Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields (τρέχουσα έκδοση 2.0) και να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση έγκριτου εργαστηρίου του εξωτερικού ή/και από βεβαίωση αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου (ΕΕΑΕ) για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και την απορρόφηση που παρουσιάζουν σε ακτινολογικές ενέργειας ακτινοβολίας- Χ. 5. Οι ποδιές να έχουν επικάλυψη από αδιάβροχο, μη απορροφητικό, ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται/απολυμαίνονται και να πλένονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο. 6. Να διατίθενται σε μέγεθος για βρέφη. Επίσης, να προσφέρονται σε διάφορα χρώματα. 7. Να διαθέτουν ρυθμιζόμενη ζώνη συγκράτησης η οποία θα εφαρμόζει στην μέση του εξεταζόμενου (Velcro) ή δακτύλιο συγκράτησης. 8. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή/και ISO 13485 και τα προϊόντα να διαθέτουν CE mark σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα ακτινοπροστατευτικά προϊόντα. 9. Οι ποδιές να δίδονται με εγγύηση τουλάχιστον 12 μηνών για την ποιότητα κατασκευής τους. Επίσης για τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη ακτινοπροστασίας απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι προμηθευτές να διαθέσουν δείγματα των μέσων ακτινοπροστασίας για επίδειξη και έλεγχο. Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να επικοινωνήσει με το εργαστήριο της Ιατρικής Φυσικής για τον ακριβή καθορισμό των λοιπών χαρακτηριστικών των ποδιών καθώς και των χρωμάτων	1	80,00	80,00 €	99,20 €
11	867079	<u>ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΕΣ(ΜΙΣΕΣ) - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΟΝΑΔΩΝ 30X30cm.</u> Προδιαγραφές : 1. Να προσφερθούν μισές ποδιές ακτινοπροστασίας, κατάλληλες για την κάλυψη της περιοχής των γονάδων σε γυναίκες και άντρες. 2. Οι ποδιές να είναι εμπρόσθιας κάλυψης και να προσφέρουν προστασία με ισοδυναμία μολύβδου πάχους 0.50 mm Pb. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ελαστικό εύκαμπτο Μολυβδούχο υλικό για την ευκολότερη εφαρμογή τους και το μικρότερο βάρος. 4. Ως προς την απορροφητικότητα τους να είναι σύμφωνες με το διεθνές πρότυπο X-ray Protective clothing for the medical diagnostics for users and patientsacc. to X-ray regulations: IEC 61331-1: 2014 και EN 61331-3:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation?Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields (τρέχουσα έκδοση 2.0) και να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση έγκριτου εργαστηρίου του εξωτερικού ή/και από βεβαίωση αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου (ΕΕΑΕ) για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και την απορρόφηση που παρουσιάζουν σε ακτινολογικές ενέργειας ακτινοβολίας- Χ. 5. Οι ποδιές να έχουν επικάλυψη από αδιάβροχο, μη απορροφητικό, ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται/απολυμαίνονται και να πλένονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο. 6. Να διατίθενται σε μεγέθη για μικρά παιδιά. Επίσης, να προσφέρονται σε	1	92,00	92,00 €	114,08 €

	διάφορα χρώματα. 7. Να διαθέτουν ρυθμιζόμενη ζώνη συγκράτησης η οποία θα εφαρμόζει στην μέση του εξεταζόμενου (Velcro) ή δακτύλιο συγκράτησης. 8. Η προσφέρουσα εταιρεία και ο κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή/και ISO 13485 και τα προϊόντα να διαθέτουν CE mark σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται για τα ακτινοπροστατευτικά προϊόντα. Επίσης για τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη ακτινοπροστασίας απαιτείται: Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι προμηθευτές να διαθέσουν δείγματα των μέσων ακτινοπροστασίας για επίδειξη και έλεγχο. Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να επικοινωνήσει με το εργαστήριο της Ιατρικής Φυσικής για τον ακριβή καθορισμό των λουπών χαρακτηριστικών των ποδιών καθώς και των χρωμάτων				
	ΣΥΝΟΛΟ	37		29.931,00 €	37.114,44 €

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, **σε πρωτότυπη μορφή** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**.
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**.
- Τα οικονομικά στοιχεία, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**.

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

❖ **Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνεται:**

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι:

Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

Η ισχύς της προσφοράς τους είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.

Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16

Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση

Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

❖ **Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή και παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus των προσφερόμενων ειδών.

Β) Σήμανση CE για όλα τα προσφερόμενα είδη.

Γ) Για τα τεχνικά φυλλάδια-προσπέκτους δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ούτε και επικυρωμένα.

Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως.

❖ **Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

➤ **Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών, με το Π.Τ. Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.**

➤ **Προαιρετικά τυχόν προηγούμενες συμβάσεις των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Α. ως συγκριτικά στοιχεία για τα υλικά που δεν αντιστοιχούν στο Π.Τ. της Ε.Π.Υ. (Ν. 4272/2014 άρθρο 47): «σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη σύμβαση τότε να περιέχονται αντίγραφα τιμολογίων.**

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων και προσφερόντων, συμμορφούμενο με την εκάστοτε ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, παρέχονται στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: uhl.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(διεύθυνση: <https://www.uhl.gr/GdprPrivacyNoticeProcurement.html>)

Η υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν λάβει τη σχετική γνώση και ενημέρωση σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των δεδομένων τους για την αξιολόγηση της προσφοράς ή της συμμετοχής τους στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

➤ **Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.**

➤ **Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.**

Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν την πρόσκληση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και συγκεκριμένα στην διαδρομή <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> - Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. - Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr>.

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ. για τυχόν επισημάνσεις που μπορεί να αναρτηθούν στην ως άνω σελίδα.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> – Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. - φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας, καθ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στον παρόντα διαγωνισμό. **Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή.**

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Θα ακολουθήσει η διαβίβαση του πρακτικού προς το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. και η έκδοση απόφασης και τέλος η ενημέρωση των συμμετεχόντων επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, **με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.**

Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

❖ Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα:

- **φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.**
- **Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, (ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας) κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024 [βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων»]**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του ΠΓΝ Λάρισας είναι 1015.E00273.0001

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας. Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της διαχείρισης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ