



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 22131
Πληροφορίες : Ιωάννης Τράκας
Τηλέφωνο : 2710-221186
E-mail : i.trakas@ekab.gr

Ορθή επαν.: Click or tap here to enter text.

Βαθμός προτεραιότητας:

Τόπος: Τρίπολη

Ημερομηνία: 23-09-2026

Αριθ. Πρωτ. : 154994

**ΠΡΟΣ :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το ΕΚΑΒ Τρίπολης

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, για το ΕΚΑΒ Τρίπολης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το σύνολο ανά είδος της προκηρυχθείσας ποσότητας του επισυναπτόμενου πίνακα έως 08/10/2026.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ν.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 120 ΠΑΡ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2026 ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ:11.00 Π.Μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
CPV	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	32.705,84€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% & 6%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	180 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	144818/09-09-2026
Α.Λ.Ε	3230203
Α/Α	2740

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	9ΥΦΓ1Π-3ΙΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	1015.Ε00035.0001
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 10ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΑΒ. ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ. 48/23-12-2025 ΘΕΜΑ ΕΗΔ 7.	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ιωάννης Τράκας Τηλ. 2710221186

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών όπως περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη που διαθέτει η εταιρεία σας έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Ι. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, και θα απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ Σ του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο Γραμματείας (πρωτόκολλο) του ΕΚΑΒ Τρίπολης (Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131, τηλ. 2710221187) πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παράρτημα Τρίπολης

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πρωτογενούς αιτήματος

Τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά

Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

Α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί.

(Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Τεχνικές Προδιαγραφές" της πρόσκλησης, για κάθε ζητούμενο είδος, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα, και τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.

5. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων ανά είδος.

Επισήμανση: Οι τελικές τιμές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας πριν την κατακύρωση, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση συνέχισης ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Χρόνος παράδοσης: παράδοση εντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών από την ζήτησή τους με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή από την υπογραφή της σύμβασης όπου αυτή απαιτείται ,που θα συντάξει και θα αποστείλει το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Τρίπολης στον Προμηθευτή.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

II. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα και σύμφωνα με το Ν. 4412/16.
2. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με e-mail.
3. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016
4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
Επίσης το ΕΚΑΒ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα λύσης της παρούσης αζημίως και χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που η προμήθεια των ειδών που περιγράφονται ανωτέρω αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ να γίνεται με άλλον τρόπο.
6. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

7. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της σύμβασης του [άρθρου 53](#) μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
8. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% & 6% (ΕΥΡΩ)
1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ,ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33141760-5	5,00	500	2.500,00	3.100,00
2	ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ,ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33192160-1	100,00	3	300,00	372,00
3	ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	33141760-5	90,00	10	900,00	1.116,00
4	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4 ΜΕ CUFF	33141220-8	1,50	10	15,00	18,60
5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4,5 ΜΕ CUFF	33141220-8	1,50	10	15,00	18,60
6	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 5 ΜΕ CUFF	33141220-8	1,00	10	15,00	18,60
7	ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ	33141760-5	70,00	10	700,00	868,00
8	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD	38412000-6	30,00	80	2.400,00	2.976,00
9	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ	33141112-8	0,50	100	50,00	62,00
10	ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	30192700-1	0.017	100.000	1.700.00	2.108.00

11	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33157110-9	1,50	50	75,00	93,00
12	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33157110-9	1,70	50	85,00	105,40
13	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΛΕΣ	33157110-9	1,20	100	120,00	148,80
14	ΓΑΖΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10CM Χ10CM	33141119-7	3,8	200	760,00	942,40
15	ΓΑΖΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 20CM Χ45CM	33141119-7	30	50	1.500,00	1.860,00
16	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 10CM	33141110-4	0,65	100	65,00	80,6
17	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 12CM	33141110-4	0,65	100	65,00	80,6
18	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 02-15 LPM ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	3842800-1	120,00	15	1.800,00	2.232,00
19	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (ΜΠΛΕ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ /ΚΥΤΙΟ ΜΕΓΕΘΗ XL: 250.000 L: 35.000 M: 10.000 S: 10.000	33141420-0	0,034	305.000	10.370,00	10.992,20 6%
20	ΟΞΥΖΕΝΕ 300ml	33680000-0	1,60	60	96,00	119,04
21	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFE GAIN CU	3144000-2	450,00	7	3.150,00	3.906,00
22	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFE GAIN CU	31158100-9	600,00	2	1.200,00	1.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ					32.705,84€

IV.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ,ΕΝΗΛΙΚΩΝ**

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από ατραυματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση Μ.Ρ.Ι και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα ενηλίκων με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Απαιτείται δείγμα**2. ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ,ΕΝΗΛΙΚΩΝ**

- Να είναι ειδική για την ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης και να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά, και ελαφριά υλικά (π.χ. LLPE), να επιπλέει, να πλένεται εύκολα, να απολυμαίνεται και να είναι ακτινοδιαπερατή για την διενέργεια ακτινολογικών διαγνωστικών εξετάσεων (X-ray, CT, κλπ.)
- Να έχει διαστάσεις: Μήκος 1830 – 1980 mm
Πλάτος 400 – 500 mm
Πάχος: μέγιστο 70 mm
- Βάρος όχι πάνω από 8 Kg
- Μέγιστο μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη

3. ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους σανίδας ακινητοποίησης αλλά να έχει και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο σύστημα
- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό ακτινοδιαπερατό
- Να μην απορροφά υγρά και να καθαρίζεται εύκολα
- Να διαθέτει ανοίγματα για τ' αυτιά στο πλάι
- Να αποτελείται από: μία βάση, δύο ρυθμιζόμενα πλαϊνά σώματα στήριξης κεφαλής, δύο ιμάντες ακινητοποίησης κεφαλής πολλαπλών χρήσεων που δένουν με VELCRO
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
 - **Απαιτείται δείγμα**

4,5,6. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4 Νο 4,5 Νο 5 ΜΕ CUFF

- Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό latex free, εύκαμπτο μη τοξικό υλικό και αποστειρωμένος
- Να διατίθεται στα μεγέθη: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
- Να διαθέτει διαβαθμίσεις
- Να αναγράφει στο σώμα της συσκευής ή στην συσκευασία της, την ημερομηνία αποστείρωσης, με ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
 - Να έχει ακτινοσκοπική γραμμή
 - Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Απαιτείται δείγμα**7. ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ,ΣΕΤ, ΕΞΙ (6) ΤΕΜΑΧΙΩΝ**

- Το σετ να αποτελείται από έξι τεμάχια:
- Full leg
- Half leg
- Ποδοκνημικής
- Full arm
- Half arm
- Πηχεοκαρπικής
- Να συνοδεύονται από τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς, τρόμπα αέρα και να αναγράφεται έξω από κάθε θήκη το μέγεθος του μέλους
- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC
- Να φουσκώνουν με το στόμα ή με παροχή αέρα μέσω τρόμπας
- Να φουσκώνουν γρήγορα και να αποβάλλεται ο αέρας το ίδιο γρήγορα
- Να διαθέτουν φερμουάρ ή ιμάντες τύπου Velcro για την ακινητοποίηση του μέλους
- Να διαθέτουν βαλβίδα caps lock με προέκταση και να βρίσκεται τοποθετημένη

εξωτερικά του νάρθηκα

- Να είναι κατάλληλοι για την πραγματοποίηση ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων
- Να είναι εύκολοι στο καθάρισμα και να μπορούν να απολυμανθούν
- Οι ελάχιστες διαστάσεις ανά μέλος, να είναι (± 2 cm):
Full leg: 85 X 35 cm
Half leg: 70 X 30 cm
Ποδοκνημικής: 40 X 35 cm
Full arm: 75 X 35 cm
Half arm: 65 X 45 cm
Πηχεοκαρπικής: 35 X 40 cm
- Στο τελείωμα να είναι ανοιχτοί για τον έλεγχο κυκλοφορίας του αίματος και μετατραυματικού οιδήματος
- Να διαθέτουν πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών».

- **Απαιτείται δείγμα**

8. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Με οθόνη LCD και φωτισμό 3 χρωμάτων ανάλογα με τη μετρούμενη θερμοκρασία του σώματος (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο).
- Απόσταση μέτρησης τουλάχιστον: 3-5cm, χωρίς επαφή με το σώμα.
- Να παρέχει εύρος θερμοκρασίας σώματος τουλάχιστον: 35-42 και ακρίβεια απόκλισης $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$.
- Να λειτουργεί αυτόνομα με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες και να συμπεριλαμβάνονται.

Απαιτείται δείγμα

9. ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ

Να είναι μεταξωτή και υποαλλεργική

- Να είναι λευκού χρώματος
- Να διατίθεται σε ρολό, διαστάσεων: • Πλάτος ταινίας: 2,5 cm— Μήκος ταινίας: 9 m τουλάχιστον
- Η εσωτερική της επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα, η οποία δεν αποχωρίζεται κατά το ξετύλιγμα του ρολού

Να είναι διαπερατή από υδρατμούς και αέρα

- Να προσφέρει εξαιρετική συγκράτηση
- Να αφαιρείται τελείως ανώδυνα
- Να μην αφήνει υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεσή της
- Να κόβεται εύκολα με το χέρι, λόγω των ειδικών πτυχώσεων σε όλο το μήκος της
- Να ενδείκνυται για ευαίσθητες επιδερμίδες
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

- **Απαιτείται δείγμα**

EY 017

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε. Τηλ.: 210-2445770

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΑΒ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Ο ΙΑΤΡΟΣ	Ο ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ	Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

11. ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

- Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι
- Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων ενηλίκων
- Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να διαθέτει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Η μάσκα να συνδέεται με κύπελλο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο παράγει πλούσιο νεφέλωμα και λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο ασθενής. Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 10 ml
- Να διαθέτει ρυθμιστή ροής φαρμάκου (όχι μόνο θέση ανοιχτού – κλειστού)
- Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
- Να είναι σε ατομική συσκευασία
- Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

Απαιτείται δείγμα**12. ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ**

- Να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό πλαστικό υλικό, μαλακό και τα άκρα της να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα προκειμένου να εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς
- Να είναι διαφανής προκειμένου να εξασφαλίζει τον οπτικό έλεγχο κατά την χρήση της μάσκας
- Να φέρει ελαστική ταινία συγκράτησης
 - Να είναι μιας χρήσης και με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Να διαθέτει δύο κυκλικές οπές και ένα επιρίνιο έλασμα
- Να διαθέτει κρικοειδή προέκταση η οποία να μην επιτρέπει το τσάκισμα
- Να διαθέτει ρυθμιστή παροχής O₂ με δυνατότητες επιλογής διαφόρων συγκεντρώσεων O₂
- Να διαθέτει σωλήνα παροχής O₂ που να έχει μήκος τουλάχιστον 180 cm και ο οποίος να μην τσακίζει αν διπλωθεί κατά γωνία 90°
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες μετά την παράδοση

Απαιτείται δείγμα

13. ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΛΗΣ

- Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι
- Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπου παιδών
- Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να διαθέτει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
- Να είναι σε ατομική συσκευασία
- Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Απαιτείται δείγμα**14,15. ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ**

- Να είναι αποστειρωμένη και συσκευασμένη σε ειδικό φάκελο αλουμινίου, εμποτισμένη με gel ειδικής βακτηριοστατικής σύνθεσης προκειμένου να είναι κατάλληλη για ανακούφιση, πυροπροστασία και απεγκλωβισμό
- Το υλικό κατασκευής να είναι μη τοξικό και να μην κολλάει στο δέρμα
- Να μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και 50 °C
- Να διατίθεται (κατόπιν αιτήματος), σε διαστάσεις 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 20 x 45 cm καθώς και ως κουβέρτα εγκαυμάτων διαστάσεων 2,45 x 1,45 m
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Απαιτείται δείγμα**16, 17. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10 & 12CM**

- Να έχει σύνθεση 70% βαμβάκι – 30% συνθετικά νήματα
- Να είναι κατασκευασμένος με στήμονα: 130 κλωστές/10 cm, κρόκη 94 κλωστές/10 cm και βάρος 65+/-3 gr/m²
- Οι παρυφές του επιδέσμου είναι υφασμένες σε μορφή ούγκιας και όχι κομμένες
 - Να είναι ατομικά συσκευασμένος σε σελοφάν που να φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επισημάνσεις
- Ο αριθμός των συνδετήρων να είναι:
 - Ένας (1) για επιδέσμους πλάτους 6-8 cm
 - Δύο (2) για επιδέσμους πλάτους 10-12 cm

Τρεις (3) για επιδέσμους πλάτους 15-20 cm

- Να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί στους 135 °C
- Να έχει καλή ελαστικότητα
- Να είναι κατασκευασμένος από υποαλλεργικό υλικό
- Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος
- Να είναι συμβατός με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
- Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες μετά την παράδοση

Απαιτείται δείγμα

18. ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 02-15 LPM ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

- Το ροόμετρο να είναι κατάλληλο για ενηλίκους και να συνδέεται σε λήψεις O₂ με ειδικό ταχυσύνδεσμο κατάλληλο για λήψεις κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο NF-S 90-116 (γαλλικού τύπου)
- Να διαθέτει μια έξοδο κοχλιωτή με σπείρωμα 9/16 UNF M για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών
- Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό και η μετρητική διάταξη (στήλη) από άθραυστο διάφανο πλαστικό υλικό
- Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 lit/min με περιστροφικό διακόπτη (με ενδείξεις on/off)
- Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη (τύπου μπίλιας) με τις ενδείξεις μέτρησης της ροής να βρίσκονται στην στήλη και όχι στο κάλυμμα αυτής
- Να έχει την δυνατότητα παροχής 15 lit/min. Η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 0,5 lit/min μέχρι τα 5 lit/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min
- Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξης, να είναι 4 bar
- Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο
- Να αναγράφονται επί του ροομέτρου: ο συμβολισμός (O₂) και προαιρετικά η λέξη ΟΞΥΓΟΝΟ ή OXYGEN, η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή προμηθευτή, τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας, η πίεση λειτουργίας, ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή, η φράση “USE NO OIL” ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός, ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου, η μονάδα μέτρησης της ροής (lit/min)
- Να διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη και Υ.Α. 1348
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη

Απαιτείται δείγμα

19. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

- Να είναι μιας χρήσεως, αμφιδέξια με ανατομικό σχεδιασμό και ενισχυμένη μανσέτα με σύστημα που εμποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ.
- Να έχουν μήκος τουλάχιστον 240 mm.
- Να μη συγκεντρώνουν πούδρα και πρωτεΐνη και να είναι αποδεσμευμένα από λιπαντικές ουσίες.
- Να είναι κατάλληλα για χρήστες που έρχονται σε επαφή με βιολογικά υγρά ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο από επαφή με βιολογικούς παράγοντες.
- Να είναι ικανά να προστατέψουν χέρια που είναι ευαίσθητα σε ταλκ ή υλικό latex.
- Να διαθέτει CE mark
- Να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 93/42 EEC, 89/686/EEC και 90/128/EEC.
- Να πληρούν τις απαιτήσεις των EN 455-1,2,3,4.
- Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει βεβαίωση σύμφωνα με την ΥΑ 1348/2004.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να διατίθεται σε συσκευασία των εκατό (100) τεμαχίων τουλάχιστον και σε μεγέθη M, L και XL
- Να **κατατεθεί δείγμα** στην τελική συσκευασία του (κουτί).

20. ΟΞΥΖΕΝΕ 300ml

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της χρησιμότητας του.

Απαιτείται δείγμα.

21. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFEGAIN CU

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος, Ν.4412/2016 άρθρο 54 παρ. 3γ και Π.Δ 118/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFEGAIN CU

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος, Ν.4412/2016 άρθρο 54 παρ. 3γ και Π.Δ 118/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΙV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% & 6% (ΕΥΡΩ)
1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ,ΕΝΗΛΙΚΩΝ		500		
2	ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ,ΕΝΗΛΙΚΩΝ		3		
3	ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ		10		
4	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4 ΜΕ CUFF		10		
5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4,5 ΜΕ CUFF		10		
6	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 5 ΜΕ CUFF		10		
7	ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ		10		
8	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD		80		
9	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ		100		
10	ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ		100.000		
11	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ		50		
12	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ		50		
13	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΛΕΣ		100		
14	ΓΑΖΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10CM X10CM		200		
15	ΓΑΖΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 20CM X45CM		50		
16	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 10CM		100		
17	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 12CM		100		
18	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 02-15 LPM ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ		15		
19	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (ΜΠΛΕ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ /ΚΥΤΙΟ		305.000		

	ΜΕΓΕΘΗ XL: 250.000 L: 35.000 M: 10.000 S: 10.000				
20	ΟΞΥΖΕΝΕ 300ml		60		
21	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFE GAIN CU		7		
22	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFE GAIN CU		2		
	ΣΥΝΟΛΟ				

- Η παρούσα προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Αναλαμβάνω την δέσμευση ότι θα εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)



Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α' 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α' 173), όπως ισχύουν.

2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου

- γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
- δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
- ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
- στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
- ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
- η) Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αναγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ημερομηνία:/...../20.....

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)