



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
ΓΝ-Κ.Υ Καρύστου _ ΓΝ-Κ.Υ Κύμης

Ημερομηνία: 30/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 19996

Ταχ. Δ/νση: Θέση Βαθροβουνίου (όπισθεν ΚΤΕΛ), Χαλκίδα
Διεύθυνση: Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες Παπαδοπούλου Νικολέττα
Τηλέφωνο: 22213-55895
E-mail: sup5gnx@chalkidahospital.gr

Προς:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 19570/24-09-2026, αίτηση της Διαχείρισης υλικού.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email:sup5gnx@chalkidahospital.gr](mailto:sup5gnx@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	<u>Εύκαμπτο ψηφιακό κυστεοσκόπιο μιας χρήσης</u> Εύκαμπτο ψηφιακό κυστεοσκόπιο μιας χρήσης με δυνατότητα αναρρόφησης μέσω κομβίου στη λαβή, ενσωματωμένη πηγή φωτός με 2 LED και ανάλυση 160K pixel. Να έχει μήκος καθετήρα 610mm με ενσωματωμένο καλώδιο στο κάτω μέρος της λαβής, μήκους 2500mm. Να διατίθεται με καθετήρα εξωτερικής διαμέτρου 9.6, 12.0 και 15.6 fr και κανάλι εργασίας 3.6, 3.6 και 6.6 fr αντίστοιχα, μήκους 350mm. Η έξοδος των εργαλείων να γίνεται απεικονιστικά στην 9η ώρα. Το εύρος γωνίωσης να είναι 210° αμφίπλευρα, το οπτικό πεδίο 120 μοίρες με γωνία 0 μοιρών και το βάθος πεδίου 3-100 mm. Να διαθέτει μία Luer Lock υποδοχή και αντάπτορα τύπου Υ. Να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα ουρολογικά εργαλεία. Να συνοδεύεται από σύστημα επεξεργασίας της εικόνας με οθόνη 8", δυνατότητα καταγραφής βίντεο και φωτογραφίας καθώς και παγώματος της οθόνης με έλεγχο από τη λαβή του κυστεοσκοπίου με 2 ξεχωριστά κομβία. Να έχει δυνατότητα επιλογής πλαισίου απεικόνισης.	2 τμχ

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την **ΤΡΙΤΗ 06-10-2026**.

Η τιμή να δίδεται ανά ΤΕΜΑΧΙΟ και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά. Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο. Να διατίθεται δείγμα για αξιολόγηση εφόσον ζητηθεί.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ. Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το είδος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο ανωτέρω e-mail.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι τουλάχιστον για έξι (6) μήνες, το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς όπως και ο χρόνος παράδοσης αυτών.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Διοικητικού -
Οικονομικού
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

PARASKEVI KAPARAKI
30.09.2026 11:51

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ