



οακα

26PROC019936812-2026-10-07

Ministry of
Digital
Governance

ΑΔΑ: 63ΡΣ469Η3Π-77Η
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.07
11:17:15 EEST
Reason:
Location: Athens

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ"
Λεωφ. Σπύρου Λούη 1 Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι Αθήνα
Τηλ.: 210 6834865, 210 6834522
Email: general@oaka.gr, info@oaka.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σεβαστιάδης Δαμιανός
ΤΗΛ : 210-6834569

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μαρούσι, 7/10/2026
Αρ.Πρωτ.: 634/21251

ΠΡΟΣ:

- 1) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.
info@ippocratis.gr
- 2) Dormed Hellas A.E.
info@dormed.gr
- 3) Evikon (Evikon Προϊόντα Προστασίας της Υγείας Α.Ε.Ε.)
evikonsa@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για το «ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΑΚΑ 'Σπύρος Λούης'», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας του ΟΑΚΑ. (εισηγ. 634/21251).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσκαλεί τον παραπάνω Οικ. Φορέα, να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το «ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΑΚΑ 'Σπύρος Λούης'», σύμφωνα με:

- Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Την **Κ.Υ.Α. 52445/2023** με την οποία ορίζεται η υποχρέωση για τους προμηθευτές να εκδώσουν και να διαβιβάσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συμβάσεις που θα συνάψουν και θα εκτελεστούν με τη διαδικασία των διαγωνισμών του δημοσίου μετά την 1/6/2024.
- Το υπηρεσιακό σημείωμα 634/21251 του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας του ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης»
- Την **ΑΔΑ 00ΑΙΤ0000930/ΨΠΖΟ469Η3Π-77Υ** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Γενική Περιγραφή

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας (εφεξής "το σύστημα"), σύγχρονης τεχνολογίας, με εργονομική σχεδίαση, εξ ολοκλήρου φορητός (μικρού όγκου και βάρους για εύκολη μετακίνηση), να φέρει τη σήμανση CE και να λειτουργεί με 220 V/50 Hz, για εξετάσεις καρδιάς, μυοσκελετικού συστήματος, νεύρων, αγγείων, και κοιλιακών οργάνων αποτελούμενο από:

- α. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω).
- β. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (έως 20 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων, περιφερικών & εν τω βάθει αγγείων κ.λπ.
- γ. Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-5 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις εσωτερικών οργάνων.
- δ. Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-4 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις καρδιάς.
- ε. Ειδικό τροχήλατο του ιδίου εργοστασιακού οίκου για την τοποθέτηση και μεταφορά του φορητού υπερηχοτομογράφου.

IOANNA
ANGELAKI

Digitally signed
by IOANNA
ANGELAKI
Date: 2026.10.07
09:58:57 +03'00'

2.Τεχνικά χαρακτηριστικά Βασικής Μονάδας Συστήματος

Το σύστημα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 2.1. Να διαθέτει Ψηφιακό Διαμορφωτή Δέσμης (Digital beamformer) με τουλάχιστον 200.000 Κανάλια Επεξεργασίας, για επεξεργασία των ηχοβολιστικών δεδομένων και δημιουργία εικόνας υψηλής διακριτικής ικανότητας.
- 2.2. Να διαθέτει πάνω από 6 σημεία εστίασης (focus points)
- 2.3. Να διαθέτει δυναμικό εύρος (dynamic range) ≥ 250 db
- 2.4. Να διαθέτει ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 1500 f/sec
- 2.5. Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών.
- 2.6. Να διαθέτει Βάθος σάρωσης ≥ 30 cm
- 2.7. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη $\geq 15''$
- 2.8. Να διαθέτει πολλαπλούς χρωματικούς χάρτες της κλίμακας του γκρι.
- 2.9. Να διαθέτει ψηφιακή μήτρα απεικόνισης.
- 2.10. Να διαθέτει σύγχρονη προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για την μείωση του θορύβου (speckle), η οποία να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς.
- 2.11. Να έχει δυνατότητα Τραπεζοειδούς Απεικόνισης (trapezoid scan) σε ηχοβόλες κεφαλές Linear σε εξετάσεις μυοσκελετικού η οποία να διατηρείται στην ασπρόμαυρη και την έγχρωμη απεικόνιση.
- 2.12. Να διαθέτει τις εξής μεθόδους απεικόνισης B- Mode, M-Mode, Color Doppler , Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio, PW Doppler και PW HiPRF Doppler, CW Doppler.
- 2.13. Να διαθέτει Tissue Harmonic Imaging και να λειτουργεί με όλες τις διαθέσιμες κεφαλές του συστήματος (Convex, Linear & Phased Array).
- 2.14. Να διαθέτει σύγχρονη μεγέθυνση πραγματικού χρόνου και παγωμένης εικόνας.
- 2.15. Να διαθέτει Real Time Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler)
- 2.16. Να διαθέτει σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνική πραγματικού χρόνου για τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης (Real Time Compound Imaging), για την επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης διακριτικής ικανότητας και σαφή όρια των υπό εξέταση οργάνων.
- 2.17. Να διαθέτει τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης της εικόνας με το πάτημα ενός πλήκτρου της εικόνας 2D, του εγχρώμου Doppler και του φασματικού Spectral Doppler.
- 2.18. Να διαθέτει τεχνική αυτόματης ρύθμισης της εστίασης και της συχνότητας εκπομπής ανάλογα με το βάθος απεικόνισης.
- 2.19. Να διαθέτει τεχνική αυτόματης μείωσης των παρασίτων που προέρχονται από την κίνηση των ιστών, την αναπνοή, τη συστολή της καρδιάς και των αγγείων κατά την έγχρωμη απεικόνιση.
- 2.20. Να διαθέτει επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post processing). Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό εύρος, ενίσχυση B-Mode, TGC, εγχρώμου Doppler, παλμικού Doppler, αντιστροφή φάσματος, Ξγωνία Doppler, κλπ.) (Να περιγράφουν αναλυτικά δυνατότητες).
- 2.21. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη (Cine loop) ασπρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-Mode και Doppler.
- 2.22. Να διαθέτει προ εγκατεστημένα προγράμματα (εφαρμογές) για τις ακόλουθες ειδικότητες της Ιατρικής:
 - α. Ακτινολογία (συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης ίχνους βελόνας)
 - β. Ορθοπαιδική (Μυοσκελετικού, Νεύρα),
 - γ. Καρδιολογία
 - δ. Να έχει την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με προγράμματα/ εφαρμογές Αγγειοχειρουργικής.
- 2.23. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης σε λογισμικού με GLS εξέταση (strain, strain rate)
- 2.24. Να διαθέτει μονάδα σκληρού δίσκου.
- 2.25. Να διαθέτει Θύρες LAN, USB, HDMI
- 2.26. Να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις:
 - ISO 13485 του οίκου και προσφέροντος οικονομικού φορέα,
 - ISO 9001 του οίκου και προσφέροντος οικονομικού φορέα,
 - ISO 14971 του οίκου και προσφέροντος οικονομικού,
 - ISO 10993 του οίκου και προσφέροντος οικονομικού φορέα,
 - IEC 60601-1 για το προσφερθέν μηχάνημα,
 - IEC 60601-2-37 για το προσφερθέν μηχάνημα
 - IEC 62304 για το προσφερθέν μηχάνημα,
 - CE (MDR2017/454)

- Βεβαίωση πιστοποιημένου οικονομικού φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με Υπουργική Απόφαση Δ3 (α) /4822/2025 (πρώην ΔΥ8δ/1348/2004), που ορίζει τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικό προϊόντων.

3.Τεχνική υποστήριξη

3.1. Το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας.

3.2. Το σύστημα θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών τουλάχιστον και υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

3.3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 72 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη τοπικού service.

3.4. Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης.

3.5. Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.

3.6. Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας του μηχανήματος.

3.7. Να παραδοθούν, με την παράδοση του προϊόντος, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service.

3.8. Να περιγράφει το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή καθώς και οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης (εάν απαιτείται). Εάν δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη- απαίτηση να δηλώνεται ρητά κατά την τεχνική προσφορά

3.9. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 . ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

No	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΦΥΛΛΑΔΙΟ, ΣΕΛΙΔΑ
1.1α	Βασική μονάδα		
1.1β	<u>Ηχοβόλο κεφαλή Linear</u> , ευρέως φάσματος συχνοτήτων (έως 20 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις <u>επιφανειακών οργάνων, περιφερικών & εν τω βάθει αγγείων</u> κ.λπ.		
1.1γ	<u>Ηχοβόλο κεφαλή Convex</u> , ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-5 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις <u>εσωτερικών οργάνων</u> .		
1.1δ	<u>Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array</u> , ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-4 MHz), κατάλληλη για <u>εξετάσεις καρδιάς</u>		
1.1ε	<u>Ειδικό τροχήλατο</u> του ιδίου εργοστασιακού οίκου για την τοποθέτηση και μεταφορά του φορητού υπερηχοτομογράφου.		
2.1	.Να διαθέτει Ψηφιακό Διαμορφωτή Δέσμης (Digital beamformer) με τουλάχιστον 200.000 Κανάλια Επεξεργασίας, για επεξεργασία των ηχοβολιστικών δεδομένων και		

	δημιουργία εικόνας υψηλής διακριτικής ικανότητας.		
2.2	Να διαθέτει πάνω από 6 σημεία εστίασης (focus points)		
2.3	Να διαθέτει δυναμικό εύρος (dynamic range) ≥ 250 db		
2.4	Να διαθέτει ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 1500 f/sec		
2.5	Να διαθέτει <u>τουλάχιστον δυο (2) ενεργές θύρες</u> για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών.		
2.6	Να διαθέτει Βάθος σάρωσης ≥ 30 cm		
2.7	Να διαθέτει <u>έγχρωμη οθόνη $\geq 15"$</u>		
2.8	Να διαθέτει πολλαπλούς χρωματικούς χάρτες της κλίμακας του γκρι		
2.9	Να διαθέτει ψηφιακή μήτρα απεικόνισης		
2.10	Να διαθέτει σύγχρονη προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για την μείωση του θορύβου (speckle), η οποία να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς.		
2.11	Να έχει δυνατότητα Τραπεζοειδούς Απεικόνισης (trapezoid scan) σε ηχοβόλες κεφαλές linear σε εξετάσεις μυοσκελετικού η οποία να διατηρείται στην ασπρόμαυρη και την έγχρωμη απεικόνιση.		
2.12	Να διαθέτει τις εξής μεθόδους απεικόνισης: B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio, PW Doppler και PW HiPRF Doppler, CW Doppler		
2.13	Να διαθέτει Tissue Harmonic Imaging και να λειτουργεί με όλες τις διαθέσιμες κεφαλές του συστήματος (Convex, Linear & Phased Array		
2.14	Να διαθέτει σύγχρονη μεγέθυνση πραγματικού χρόνου και παγωμένης εικόνας.		
2.15	Να διαθέτει Real Time Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler)		
2.16	Να διαθέτει σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνική πραγματικού χρόνου για τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης (Real Time Compound Imaging), για την επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης διακριτικής ικανότητας και σαφή όρια των υπό εξέταση οργάνων.		
2.17	Να διαθέτει τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης της εικόνας με το πάτημα ενός πλήκτρου της εικόνας 2D,		

	του εγχρώμου Doppler και του φασματικού Spectral Doppler.		
2.18	Να διαθέτει τεχνική αυτόματης ρύθμισης της εστίασης και της συχνότητας εκπομπής ανάλογα με το βάθος απεικόνισης		
2.19	Να διαθέτει τεχνική αυτόματης μείωσης των παρασίτων που προέρχονται από την κίνηση των ιστών, την αναπνοή, τη συστολή της καρδιάς και των αγγείων κατά την έγχρωμη απεικόνιση.		
2.20	Να διαθέτει επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post processing). Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό εύρος, ενίσχυση B-mode, TGC, εγχρώμου Doppler, παλμικού Doppler, αντιστροφή φάσματος, 3γωνία Doppler, κλπ.) (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες).		
2.21	Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη (Cine loop) ασπρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-Mode και Doppler.		
2.22	Να διαθέτει προ εγκατεστημένα προγράμματα (εφαρμογές) για τις ακόλουθες ειδικότητες της Ιατρικής: α. Ακτινολογία (συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης ίχνους βελόνας) β. Ορθοπαιδική (Μυοσκελετικό, Νεύρα), γ. Καρδιολογία δ. Να έχει την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με προγράμματα/ εφαρμογές Αγγειοχειρουργικής.		
2.23	Δυνατότητα αναβάθμισης σε λογισμικού με GLS εξέταση (strain, strain rate)		
2.24	Σκληρός δίσκος		
2.25	Θύρες LAN, USB, HDMI		
2.26	Πιστοποιητικά ISO		
3.1	Το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας.		
3.2	Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών τουλάχιστον και υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον		
3.3	Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του		

	Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 72 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη τοπικού service.		
3.4	βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης		
3.5	Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή		
3.6	Να παρέχεται <u>κατά την παράδοση του προϊόντος</u> δωρεάν εκπαίδευση		
3.7	Πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service. (με την παράδοση)		
3.8.	Περιγραφή αναλυτικού πρόγραμματος συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή καθώς και οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης (εάν απαιτείται). Εάν δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη- απαίτηση να δηλώνεται ρητά κατά την τεχνική προσφορά		
3.9	Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.		

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€20.000,00)**, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 24.800,00 με ΦΠΑ).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
- γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών & 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προμηθειών.
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει **να αποστείλουν:**

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο **Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ** (Λεωφ. Σπύρου Λούη αρ. 1, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, Αθήνα) **έως 19/10/2026 και ώρα 12:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αρ. εισήγησης : <634/21251>.**

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

- 1) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».
- 2) Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν **Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 400,00 ευρώ.**

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο) την επόμενη εργάσιμη ημέρα **20/10/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: 180 ημέρες.

Διάρκεια Σύμβασης: 2 Μήνες

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών στο τηλ. 2106868130 κ. Γεώργιος Μαριδάκης.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

α.α.

Μέξια Χριστίνα