

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27213-63128, 130
E-MAIL:promithies@nosokomeiokalamatas.gr

14.10.2026 14:53:14
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΪΑΝΙΣ

ΠΡΟΣ: 1.ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε.Ε.
2. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.
3.ΓΚΑΤΕΞ Α.Ε.
4.ΒΙΟΚΟΝ ΕΠΕ
5.BBD ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
6. MEDIC PLAN HEALTH PROJECT Α.Ε.
7. PAUL HARTMANN Hellas Α.Ε.
8. F & M Feed Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.96/2026

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ο. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας) ΑΦΜ: 998995401
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία 27/10/2026 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας , Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΑΗΤ	1015.Ε00251.0001 (Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.)	3.2.3.09.89.013 (ΚΑΕ 1351)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τακτικός Προϋπολογισμός
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	24455000-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	22.272,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 6% &13% &24%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ, ΛΙΤΡΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:**Τις Διατάξεις:**

- 1.Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
- 3.Του Ν. 4052/1-03-2012.Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις
- 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5.Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 6.Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
- 7.Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 8.Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Της υπ' αριθμ. Πρωτ. 99864/15-12-2025 Εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας Απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του αρ. 118 του ν. 4412/2016.

Τις Αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. **27/02-12-2025 (Θ:23)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. **39/20-08-2026 (Θ: 10)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Την με αρ. **28321/12-10-2026 (ΑΔΑ: ΨΣΡΡ4690ΒΦ-470)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την Ο.Μ Καλαμάτας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης διαγωνισμό για την προμήθεια **ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ** ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας) συνολικού προϋπολογισμού **22.272,20€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής** ως ο κάτωθι πίνακας:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ										
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ CPV:24455000-8 ΚΑΕ: 1351										
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΕ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΤΗΡΙ ΟΥ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΦΠΑ	

1	Υγρό καθαρισμού & απολύμανσης μεγάλων επιφανειών, δαπέδων & εξοπλισμού, χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο	1351	ΛΙΤΡΟ	160	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	10,8000	1.728,00	1.831,68	6%
2	Διάλυμα υψηλού βαθμού απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων & λοιπών οργάνων με ορθοφθαλδεΐδη	1351	ΛΙΤΡΟ	20	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	7,2000	144,00	152,64	6%
6	Απολυμαντικές ταμπλέτες με δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC) 2,5 GR	1351	ΤΜΧ	17.000	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	0,1120	1.904,00	2.018,24	6%
13	Αντιθαμβωτικό ενδοσκοπικών οργάνων (μπουκαλάκι 30 ml περίπου), με σφουγγαράκι	1351	ΤΜΧ	600	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	1,9500	1.170,00	1.450,80	24%
14	Απολυμαντικό που είναι συμβατό με τον νεφελοποιητή απολύμανσης του Νοσοκομείου GLOSAIR	1351	2 ΛΙΤΡΑ	20	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	110,0000	2.200,00	2.486,00	13%
15	Απολυμαντικό για το μηχάνημα απολύμανσης χώρων NOCOSPRAY-2	1351	ΛΙΤΡΑ	48	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	49,0000	2.352,00	2.657,76	13%
20	Ειδικό kit πρόπλυσης ενδοσκοπίων BEDSIDE CLEANING για χρήση αμέσως μετά την εξέταση	1351	ΤΜΧ	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	3,3000	165,00	204,60	24%
25	Απορρυπαντικό απολυμαντικό για πλυντήρια υποδημάτων	1351	ΛΙΤΡΑ	5	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	13,2000	66,00	69,96	6%
31	ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ	1351	ΤΜΧ	60	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	75,0000	4.500,00	5.580,00	24%
32	ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ	1351	ΤΜΧ	20	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	45,0000	900,00	1.116,00	24%
33	Στερεοποιητικός τάπητας υγρών (έως 9 LT υγρών), 90X76cm	1351	ΤΜΧ	30	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	9,7000	291,00	360,84	24%
34	Στερεοποιητικός τάπητας υγρών (έως 9 LT υγρών), 90X150cm	1351	ΤΜΧ	20	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	17,5000	350,00	434,00	24%
35	Στερεοποιητικός τάπητας υγρών (έως 4 LT υγρών), 90X150cm	1351	ΤΜΧ	20	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	11,0000	220,00	272,80	24%
36	Στερεοποιητικός τάπητας υγρών (έως 4 LT υγρών), 90X200cm	1351	ΤΜΧ	40	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	14,6000	584,00	724,16	24%

37	Στερεοποιητικός τάπητας υγρών (έως 4 LT υγρών), 90X250cm	1351	TMX	40	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	17,0000	680,00	843,20	24%
40	Απολυμαντικό υγρό οδοντιατρικού τμήματος για συστήματα αναρρόφησης	1351	TMX (ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ)	3	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	100,0000	300,00	318,00	6%
41	Υγρό αντισηπτικό σαπουνι χεριών (surgical scrub)	1351	TMX	90	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	9,0000	810,00	858,60	6%
45	Σφουγγαράκι καθαρισμού σε stick ΜΕΘ (συμβατό με το High Flow AirVO2 του Οίκου Fisher & Paykel)	1351	TMX	40	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	3,0000	120,00	148,80	24%
47	Μαλακό γάντι, μ.χ., προεμποτισμένο με διγλυκονική χλωρεξιδίνη 2%	1351	TMX	1.800	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤ ΟΙΧΙΖΕΤ ΑΙ	0,3900	702,00	744,12	6%
ΣΥΝΟΛΟ						19.186,00	22.272,20		

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας) Διεύθυνση Αντικάλamos Μεσσηνίας TK 24100, Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27213-63128,130, E-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr Πληροφορίες: Α. Αγγελή

2. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρωτόκολλο Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας	26/10/2026 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 14:30	Οργανική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλamos Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Καλαμάτα	27/10/2026 Ημέρα ΤΡΙΤΗ Ώρα: 10:00π.μ.

Οι προσκληθέντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 26/10/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 14:30μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας, TK 24100, Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας TK 24100, Καλαμάτα, στις 27/10/2026, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:

<http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. **Αντίγραφο ποινικού μητρώου**

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β,γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

1. Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **26/10/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 14:30**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Οργανικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη ***«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»***.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για κάθε είδος ξεχωριστά, χωρίς Φ.Π.Α.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
- Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
- Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

• **Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών**

όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.

- Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί** νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
 - Προσφορές που κατατίθενται μετά την **26/10/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 14:30**, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν.4782/2021.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.

- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου**. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών **γίνεται εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, να εκδίδουν και να υποβάλλουν **ηλεκτρονικά τιμολόγια** (για συμβάσεις άνω των 2.500,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4601/2019, της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και της ΚΥΑ 100792 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β' 2988/17.06.2025), όπως ισχύουν, περί υποχρεωτικής υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια διαβιβάζονται μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, με χρήση του Κωδικού Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (**ΑΑΗΤ**): **1015.E00251.0001**

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ									
Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ /Μ	Π ΟΣΟΤ.	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ/ΤΙ ΜΟΛΟΓΗΣ ΗΣ	ΤΙ ΜΗ Μ/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩ Δ. ΕΙΔΟΥΣ /EMDN	ΠΟΣ ΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ ΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

«Αναγραφή Κωδικού EMDN (European Medical Device Nomenclature)

Στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΕ) 2017/745 (MDR) και 2017/746 (IVDR), οι οικονομικοί φορείς καλούνται να αναγράφουν στην τεχνική τους προσφορά τον αντίστοιχο κωδικό **EMDN** για κάθε προσφερόμενο είδος ιατροτεχνολογικού προϊόντος, εφόσον αυτός έχει ήδη εκδοθεί και αποδοθεί στο προϊόν κατά την καταχώρισή του στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (EUDAMED).

Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική καταχώριση στη βάση EUDAMED λόγω των προβλεπόμενων μεταβατικών περιόδων, οι υποψήφιοι να αναγράφουν τον ισχύοντα κωδικό GMDN, και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά η νομιμότητα κυκλοφορίας του είδους βάσει των μεταβατικών διατάξεων των Κανονισμών (ΕΕ) 2017/745 ή 2017/746 και θα αναφέρεται ότι «η εταιρεία δεσμεύεται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή τον κωδικό EMDN αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η υποχρεωτική καταχώρισή του στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (EUDAMED).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ****1. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

➤ Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάμους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, μηχανήματα χειρουργείου, θερμοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-monitors

➤ Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.

➤ Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή μία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου.

➤ Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.

➤ Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος πλην του μυκοβακτηριδίου, για το οποίο ο αντίστοιχος χρόνος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες.

➤ Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κλπ.

➤ Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.

➤ Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π, να έχει άδεια ΕΟΦ και CE σήμανση.

➤ Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων.

➤ Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος σε καθαρές και ρυπαρές συνθήκες

2. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,**ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΪΔΗ**

- Να περιέχει στη σύνθεση του ορθοφθαλδεΐδη
- Να είναι έτοιμο προς χρήση, χωρίς ενεργοποίηση.
- Υψηλού βαθμού απολύμανση σε χρόνο μέχρι 10 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σποροκτόνο έως 30 λεπτά
- Να μην είναι διαβρωτικό και οξειδωτικό
- Να είναι άοσμο
- Να πιστοποιείται η ικανότητα του διαλύματος
- Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου και να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις συμβατότητας
- Να είναι σταθερό για τουλάχιστον 5 μέρες (να ληφθεί υπόψη η διάρκεια σταθερότητας και στην οικονομική αξιολόγηση)
- Να παρέχεται αδρανοποιητική ουσία (π.χ. γλυκίνη) για την αδρανοποίηση των διαλυμάτων πριν την αποχέτευση
- Να παρέχονται χημικοί δείκτες για τον έλεγχο της δραστηριότητας του διαλύματος
- Να φέρει επισήμανση CE
- Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά.

6. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (NADCC)2,5 GR

- Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.
- Να είναι ευρέος φάσματος απολυμαντικό διάλυμα ταχείας δράσης, αποτελεσματικό κατά των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μικροβίων και μεγάλο αριθμό σπόρων. Να κατατεθούν μελέτες σύμφωνα με τα EN για την ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα).
- Να είναι ευδιάλυτα σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά την διάλυση τους.
- Να έχουν άδεια Ε.Ο.Φ και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π
- Να αναφέρονται τα σχήματα των δοσολογιών (δισκία ανά λίτρο νερού) για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm) ανάλογα με την ζητούμενη

εφαρμογή.

- Να φέρουν μελέτη σταθερότητας της απολυμαντικής ουσίας που αποδεικνύει την τουλάχιστον τριετή διάρκεια ζωής της και να κατατεθεί.
- Να προσφέρεται σε συσκευασία πλαστικού περιέκτη με 50-150 δισκία έκαστος.
- Το προϊόν θα αξιολογηθεί βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών καθώς και του κόστους του διαλύματος που προκύπτει σε σχέση με τον αριθμό των δισκίων που απαιτούνται για την απόδοση 1000 ppm σε ένα λίτρο νερού.

13. ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ 30ML ΠΕΡΙΠΟΥ)

- 2.** Αντιθαμβωτικό υγρό ενδοσκοπίων σε αποστειρωμένη συσκευασία 30ml περίπου με σφουγγαράκι.

14. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ GLOSAIR

- Το απολυμαντικό να είναι έτοιμο προς χρήση, να παρέχεται σε κατάλληλη συσκευασία ώστε να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες, και να είναι βιοδιασπώμενο.
- Το απολυμαντικό να μην είναι τοξικό και διαβρωτικό. Οι χώροι που απολυμάνθηκαν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτείται επιπλέον καθαρισμός των επιφανειών.
- Η συσκευασία του απολυμαντικού να έχει RFID σύστημα ασφάλειας ώστε να μην επιτρέπει την εισαγωγή και χρήση ληγμένου ή μη κατάλληλου απολυμαντικού στο μηχάνημα απολύμανσης GLOSAIR.
- Το απολυμαντικό να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υποβληθεί το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας, και Ευρωπαϊκή αίτηση στο ECHA (European Chemical Agency).
- Η δραστική ουσία να είναι H₂O₂, 5-6%
- Να αποδεικνύει την συμμόρφωση με το Στάνταρτ Αερογενούς Απολύμανσης Επιφανειών NF T 72-281 (2014) για την αποτελεσματικότητα του κατά ιών, βακτηρίων, μυκήτων, σποριδίων και μυκοβακτηρίων με μελέτη από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο.
- Να έχει πρωτόκολλο κατά του Covid-19

15. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ NOCOSPAY-2

- Το απολυμαντικό να είναι έτοιμο προς χρήση, να παρέχεται σε κατάλληλη συσκευασία ώστε να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες, και να είναι βιοδιασπώμενο.
- Το απολυμαντικό να μην είναι τοξικό και διαβρωτικό. Οι χώροι που απολυμάνθηκαν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτείται επιπλέον καθαρισμός των επιφανειών.
- Το απολυμαντικό να πληρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υποβληθεί το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας.
- Το απολυμαντικό να έχει την Ευρωπαϊκή άδεια βιοκτόνου από ECHA (European Chemical Agency).
- Να αποδεικνύει την συμμόρφωση με το Στάνταρτ Αερογενούς Απολύμανσης Επιφανειών NF T 72-281 (2014) για την αποτελεσματικότητά του κατά ιών, βακτηρίων, μυκήτων, σποριδίων και μυκοβακτηρίων με μελέτη από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο.
- Να υποβληθούν σχετικές μελέτες (για το μηχάνημα και υλικό απολύμανσης μαζί) από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο που να αποδεικνύει την συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Στάνταρτ Αερογενούς Απολύμανσης Επιφανειών NF T 72-281 (2014) και το NF EN 17272 (2020).

20. ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΤ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ BEDSIDE CLEANING ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

- Σακουλάκι περιεκτικότητας 250ml, που να περιέχει ένα σφουγγάρι για τον καθαρισμό του εξωτερικού των ενδοσκοπίων και έτοιμο προς χρήση ενζυματικό διάλυμα ώστε να ξεκινάει ο καθαρισμός αμέσως μετά την εξέταση αποτρέποντας την στερεοποίηση του ρύπου.
- Το διάλυμα να είναι ενζυματικό ικανό να απομακρύνει τα συνθετικά λιπίδια και τους αδιάλυτους πολυσακχαρίτες για την εξάλειψη του βιολογικού φορτίου και του biofilm.
- Να έχει ουδέτερο pH, να είναι 100% βιοδιασπώμενο και να έχει ευχάριστο άρωμα.
- Η συσκευασία να είναι μίας χρήσης ώστε να αποφεύγεται η διασπορά των λοιμώξεων.
- Απαραίτητη προσκόμιση δείγματος.

25. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Απορρυπαντικό-απολυμαντικό για το πλυντήριο υποδημάτων με δράση ιοκτόνο, μυκητοκτόνο,

βακτηριοκτόνο και μυκοβακτηριοκτόνο.

ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

31. ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

- Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια απολυμαντές. Να είναι κατάλληλο για τη χρήση σε αυτόματα πλυντήρια απολυμαντές, τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με EN ISO 15883 και απολυμαίνουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως χειρουργικά εργαλεία, αναισθησιολογικό υλικό, εργαλεία μικροχειρουργικής.
- Δεν επιτρέπονται τα αφριστικά ή ημιαφριστικά προϊόντα. Να είναι υγρής μορφής απορρυπαντικό αλκαλικό και να μην απαιτεί ουδετεροποιητικό, σε δοχεία των 5 lt. **Να τεκμηριώνεται από το φυλλάδιο του κατασκευαστή.**
- Να είναι κατάλληλο για την αφαίρεση πολλών ειδών ρύπων από τα παραπάνω ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αίματα, λίπη, πρωτεΐνες (όπως prions). **Να τεκμηριώνεται από το φυλλάδιο του κατασκευαστή.**
- Να μην επιτρέπει την επικάθηση πυριτούχων και να μην δημιουργεί χρωματισμούς στον θάλαμο και στα ανοξείδωτα εργαλεία. **Να τεκμηριώνεται από το φυλλάδιο του κατασκευαστή.**
- Να μην περιέχει καυστικά αλκαλικά (δηλ. ΚΟΗ, ΝαΟΗ, κλπ.) και να μην απαιτούνται ουδετεροποιητικά (να είναι εμφανές στις οδηγίες του κατασκευαστή).
- Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για πλύση με τις συνθήκες πλύσης του Νοσοκομείου (δηλ. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σκληρότητα του νερού και το pH). Να δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα με δοσολογίες και θερμοκρασίες, λαμβάνοντας υπ' όψη τις τοπικές συνθήκες του Νοσοκομείου (pH και σκληρότητα νερού), έτσι ώστε να αφαιρεθούν πλήρως οι τεχνικοί ρύποι του δείκτη πλύσης που χρησιμοποιείται στο νοσοκομείο (τύπου gke μωβ χρώματος) σύμφωνα με EN ISO 15883.
- Η απαιτούμενη δοσολογία απορρυπαντικού (ml/l) θα προκύψει με βάση τον πλήρη αποχρωματισμό του δείκτη πλύσης, οπότε και θα υπολογίζεται το κόστος ανά πλύση (σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή της συσκευασίας του δοχείου των 5lt).

32. ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ

- Το διαβρεκτικό να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτό του απορρυπαντικού, ώστε να μην γίνονται ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις.
- Το διαβρεκτικό να προγραμματίζεται στην τελευταία απόπλυση του πλυντηρίου / απολυμαντή και εισέρχεται στη φάση της θερμικής απολύμανσης σε θερμοκρασίες 80 – 93°C.
- Να διαθέτει ιδιότητες, οι οποίες να μειώνουν το χρόνο στεγνώματος κατά 50%.
- Να έχει ουδέτερο pH.
- Να είναι βιοσυμβατό.
- Να χρησιμοποιείται σε δοσολογία 0,3 - 1 ml/Lt. Να παρέχεται σε δοχεία των 5 lt.

Η επιλογή του ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ θα γίνει με βάση την επιλογή του προσφερόμενου ΥΓΡΟΥ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ.

Για τα είδη Α/Α 31 & Α/Α 32

- **ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ**
- **ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ – ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ**
να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση

33. ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

- Να είναι στερεοποιητικός τάπητας υγρών που να στερεοποιεί **έως 9LT υγρών**.
- Να έχει 3 στρώματα, το πρώτο στρώμα να είναι ειδικό κωνικό πλέγμα το οποίο να απορροφά και να παγιδεύει γρήγορα τα υγρά ώστε να μην βγαίνουν στην επιφάνεια, το δεύτερο στρώμα
να αποτελείται από απορροφητικές ίνες οι οποίες στερεοποιούν τα υγρά μετατρέποντάς τα σε τζελ
και το τρίτο στρώμα να είναι αντιολισθητικό και να προσκολλάται στο πάτωμα.
- Να διαθέτει σήμανση CE. Να προσκομιστεί δείγμα.

Διαθέσιμο σε διαστάσεις: 90X76 cm

34. ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

- Να είναι στερεοποιητικός τάπητας υγρών που να στερεοποιεί **έως 9LT υγρών**.
- Να έχει 3 στρώματα, το πρώτο στρώμα να είναι ειδικό κωνικό πλέγμα το οποίο να απορροφά και να παγιδεύει γρήγορα τα υγρά ώστε να μην βγαίνουν στην επιφάνεια, το δεύτερο στρώμα

να αποτελείται από απορροφητικές ίνες οι οποίες στερεοποιούν τα υγρά μετατρέποντάς τα σε τζελ

και το τρίτο στρώμα να είναι αντιολισθητικό και να προσκολλάται στο πάτωμα.

- Να διαθέτει σήμανση CE. Να προσκομιστεί δείγμα.
Διαθέσιμο σε διαστάσεις: 90X150 cm

35. ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

- Να είναι στερεοποιητικός τάπητας υγρών που να στερεοποιεί **έως 4LT υγρών**.
- Να έχει 3 στρώματα, το πρώτο στρώμα να είναι ειδικό κωνικό πλέγμα το οποίο να απορροφά και να παγιδεύει γρήγορα τα υγρά ώστε να μην βγαίνουν στην επιφάνεια,

το δεύτερο στρώμα να αποτελείται από απορροφητικές ίνες οι οποίες στερεοποιούν τα υγρά

μετατρέποντάς τα σε τζελ και το τρίτο στρώμα να είναι αντιολισθητικό και να προσκολλάται στο πάτωμα.

- Να διαθέτει σήμανση CE. Να προσκομιστεί δείγμα.
Διαθέσιμο σε διαστάσεις: 90X150 cm

36. ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

- Να είναι στερεοποιητικός τάπητας υγρών που να στερεοποιεί **έως 4LT υγρών**.
- Να έχει 3 στρώματα, το πρώτο στρώμα να είναι ειδικό κωνικό πλέγμα το οποίο να απορροφά και να παγιδεύει γρήγορα τα υγρά ώστε να μην βγαίνουν στην επιφάνεια,

το δεύτερο στρώμα να αποτελείται από απορροφητικές ίνες οι οποίες στερεοποιούν τα υγρά

μετατρέποντάς τα σε τζελ και το τρίτο στρώμα να είναι αντιολισθητικό και να προσκολλάται στο πάτωμα.

- Να διαθέτει σήμανση CE. Να προσκομιστεί δείγμα.

Διαθέσιμο σε διαστάσεις: 90X200 cm

37. ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

- Να είναι στερεοποιητικός τάπητας υγρών που να στερεοποιεί **έως 4LT υγρών**.
- Να έχει 3 στρώματα, το πρώτο στρώμα να είναι ειδικό κωνικό πλέγμα το οποίο να απορροφά και να παγιδεύει γρήγορα τα υγρά ώστε να μην βγαίνουν στην επιφάνεια, το δεύτερο στρώμα να αποτελείται από απορροφητικές ίνες οι οποίες στερεοποιούν τα υγρά μετατρέποντάς τα σε τζελ και το τρίτο στρώμα να είναι αντιολισθητικό και να προσκολλάται στο πάτωμα.
- Να διαθέτει σήμανση CE. Να προσκομιστεί δείγμα.
Διαθέσιμο σε διαστάσεις: 90X250 cm

40. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

- Κατάλληλο για απολύμανση συστημάτων αναρρόφησης όλων των τύπων
- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο.
- Χρόνος δράσης 15' για το ζητούμενο μικροβιακό φάσμα
- Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες, χλώριο
- Αντιοξειδωτικό με άριστη συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής.
- Χαμηλού αφρισμού
- Μη ερεθιστική οσμή
- Να φέρει επισήμανση CE και ΕΜΧΠ
- Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά

41. ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (surgical scrub)

- Να περιέχει διγλυκονική χλωρεξιδίνη 4%.
- Να μην περιέχει αλκοόλη.
- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο σε 60 sec .
- Να είναι ελεγμένο σύμφ. με EN 13727, EN13624, EN1040, EN 1650, EN 1275, EN 1276, EN 1499 και EN 12791 .
- Να είναι δερματολογικά ελεγμένο .(Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).
- Να επισυναφθούν πρωτότυπα εργοστασιακά προσπέκτους.
- Να προσφέρεται σε συσκευασία μέχρι 1 Lit με αντλία.
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ σαν βιοκτόνο ΤΠ1.

45. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ STICK

Σφουγγαράκι καθαρισμού σε stick, συμβατό με το High Flow AirVO2, του Οίκου Fisher & Paykel που διαθέτει **το τμήμα της Μ.Ε.Θ.**

47. ΜΑΛΑΚΟ ΓΑΝΤΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 2%

Μαλακό γάντι, μιας χρήσης, προεμποτισμένο με διγλυκονική χλωρεξιδίνη 2% για τον καθαρισμό και την απολύμανση του υγιούς, καθαρού και στεγνού δέρματος, που δεν ερεθίζει το δέρμα και έχει αντοχή στο σκίσιμο.

Με σύνθεση: 60% POLYESTER – 40% VISCOSE

Διαστάσεις: 240 X 170 mm ± 5%

Αντισηπτικό: 2% CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (10G CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 20%) EXCIPIENTS Q.S. 100%.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Τα απολυμαντικά επιφανειών κυκλοφορούν ύστερα από άδεια που χορηγεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), όπως ορίζει το ΥΔ Υ1Β/ΟΙΚ 7723 , ΦΕΚ 961/23.12.94.

Προϊόν που προορίζεται για απολύμανση ιατροτεχνολογικού προϊόντος, δηλ. χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων και νοσοκομειακού εξοπλισμού, θεωρείται ιατροτεχνολογικό εξάρτημα και εφόσον έχει επισήμανση CE που πιστοποιείται από κοινοποιημένο Οργανισμό, δεν απαιτείται έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (Εγκύκλιος 25216/ 5.7.2000). Απολυμαντικό επιφανειών το οποίο ο προμηθευτής το προτείνει και για απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ακόμη και αν έχει επισήμανση CE.

Τόσο τα απορρυπαντικά όσο και τα απολυμαντικά προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός ή

δοσομετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος, θα προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα

εξαρτήματα.

- Θα πρέπει απαραίτητως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο διαλύματος και του πυκνού

(διαλύματος) και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος.

- Η αξιολόγηση θα γίνει ανά λίτρο έτοιμου διαλύματος για το ζητούμενο χρόνο και το μικροβιακό φάσμα.

- Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν για τα προϊόντα απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων & ενδοσκοπίων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με ευρωπαϊκά πρότυπα (EN phase 2, step 1 και EN phase 2 step 2) ή με τεστ πραγματικών συνθηκών.

- Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω

δικαιολογητικών:

- Υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε

ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια κλπ.

- Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.
- Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων (Υπουργ. Απόφ. Υ1β/οικ.7723-Κυκλοφορία απολυμαντικών) και ΕΜΧΠ για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία.
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Κ. 1907/2006 – REACH όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τον κανονισμό 1272/2008 CLP .
- Αντίγραφο επισήμανσης στα Ελληνικά (Υπουργ. Αποφ.1197/89, ΦΕΚ 567/06.09.90).
- Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά, πιστή μετάφραση του ξενόγλωσσου.
- Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
- Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών –στόχων.
- Μελέτες από έγκυρους και ανεξάρτητους Οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για συγκεκριμένα στελέχη.
- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών α) ISO 9001, ή / και ISO 13485 και ISO 14001 για τα απορρυπαντικά – απολυμαντικά.
- Να αποδεικνύεται η συμβατότητα των υγρών απολυμαντικών/αποστειρωτικών των ενδοσκοπίων με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου από την εταιρεία παρασκευής του προσφερόμενου προϊόντος.
- Να αποστέλλονται δείγματα για τα προϊόντα όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για

αλλαγή συσκευασίας των φιαλιδίων.

- Προσφορά που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά, κλπ που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό, στο σύνολό της.
 - Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται πρώτη φορά και δεν υπάρχει έχει εμπειρία, το Νοσοκομείο, έχει δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση εφ' όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή στη συνεργασία με την εταιρεία.
 - Η αξιολόγηση των αραιώσεων, των ενδείξεων, της αποτελεσματικότητας και του χρόνου επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ενός προϊόντος, θα γίνει βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο ξενόγλωσσο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, το οποίο θα πρέπει, για λόγους πιστοποίησης, να υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.
 - Υποχρεωτικά, οι προμηθεύτριες εταιρείες, καθώς και οι ημεδαπές κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, διαφορετικά η προσφορά τους θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό.
- Αντίστοιχα, οι αλλοδαπές κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν ISO 9000 και ISO 46000.
- Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ.Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
- Μετά την κατακύρωση, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο Νοσοκομείο

- δοσομετρικές αντλίες ή δοχεία (μεζούρες) και
- καλαίσθητες και πλαστικοποιημένες πινακίδες σε μέγεθος Α4, κατάλληλες για ανάρτηση στους χώρους χρησιμοποίησης που θα περιέχουν:
- Ονομασία προϊόντος
- Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
- Κινδύνους και μέτρα προφύλαξης στα ελληνικά
- Αντίδοτα εάν απαιτούνται
- Εργοστάσιο παρασκευής
- Υπεύθυνο διανομής και κυκλοφορίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών ελήφθησαν υπόψη:

✓ **Η Νομοθεσία βιοκτόνων σύμφωνα με τον ΕΟΦ:**

- Υπουργική Απόφαση Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ Β'961/23.12.1994): Κυκλοφορία απολυμαντικών χώρου - Τα απολυμαντικά επιφανειών κυκλοφορούν ύστερα από άδεια που χορηγεί ο ΕΟΦ.
- Η Υπουργική Απόφαση **ΚΥΑ 1233/91** και **ΚΥΑ 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.04.1992)**, όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση **918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.06.1997)** περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων.
- Ο πρόσφατος νόμος **4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014)** σύμφωνα με τον οποίο καταργούνται το σύστημα καταχώρισης των απορρυπαντικών στο Γ.Χ.Κ. και η υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης ή του αντίστοιχου κωδικού παραγωγής επί της συσκευασίας.

✓ **Η Νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τον ΕΟΦ:**

- ΦΕΚ 679/13.9.94 - Αρ. ΔΥ7/2480: Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 93/42/ΕΟΚ/16.4.93
- Οδηγία **93/42/ΕΟΚ** για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Εναρμόνιση Εθνικής Νομοθεσίας με το **ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ130648/ΦΕΚ 2198Β/02-10-2009**
- Υπ. Απόφαση **ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/ΦΕΚ 32/Β'/16-1-2004**: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ακριβές Αντίγραφο
Διοικητής
ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ.Ν. Μεσσηνίας