


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222
 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
 Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)
 Πληρ.: Νεκτάριος Τόρης
 Τηλέφωνο: 242135-1156
 Email: prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 CPV 33141000-0

A/A	κωδ	ΕΙΔΟΣ	Ποσό τήτα	μ.μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΕΜΔΝ
1	02586	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 00 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	20	τμχ			
2	02583	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	40	τμχ			
3	17641	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	15	τμχ			
4	02587	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	20	τμχ			
5	21886	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SHILEY ΝΟ 7 ΜΕ CUFF ΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (ΣΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)	10	τμχ			
6	05111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ	100	τμχ			
7	05110	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ CUFF Νο 8 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ	100	τμχ			
8	05091	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ CUFF Νο 7 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ	50	τμχ			
9	05092	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ CUFF Νο 8,5 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ	100	τμχ			
10	08623	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 8 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ.	50	τμχ			
11	08651	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF Νο 7 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ.	50	τμχ			
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141000-0 ΑΛΕ3230203/1311			555				

A/A	κωδ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	02586	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 00 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Υλικό Κατασκευής: Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ημίσκληρο, εύκαμπτο και μη τοξικό ιατρικό PVC (Medical Grade) ή πολυαιθυλένιο (PE). - Ασφάλεια Υλικών: Υποχρεωτικά 100% Latex-Free και DEHP-Free, για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων ή τοξικότητας στον οργανισμό του ασθενούς. - Ατραυματικός Σχεδιασμός: Ανατομικό σχήμα με απόλυτα λειασμένα και στρογγυλεμένα άκρα (soft-rounded tips), ώστε να προστατεύονται οι ιστοί του φάρυγγα και του στόματος από τραυματισμούς κατά την τοποθέτηση. [1] - Ενίσχυση (Bite Block): Ενσωματωμένο σκληρό πλαστικό block στο σημείο των οδόντων, ώστε να εμποδίζεται η σύγκλιση (το δάγκωμα) από τον ασθενή, διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή αέρα ή τη διέλευση καθετήρα αναρρόφησης. - Διεθνής Χρωματική Κωδικοποίηση (Color Coding) - Αναγνώριση Μεγεθών: Κάθε μέγεθος πρέπει να φέρει τη δική του χρωματική κωδικοποίηση (είτε στο bite block είτε σε ολόκληρο τον αεραγωγό) για την άμεση και εύκολη αναγνώριση από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε επείγουσες καταστάσεις. - Κατάσταση: Πρέπει να παραδίδονται αποστειρωμένοι (Sterile) (συνήθως με τη μέθοδο EO - Ethylene Oxide). - Συσκευασία: Ατομική, ασφαλής και αεροστεγής συσκευασία (Peel-pack), η οποία αναγράφει ευκρινώς την ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης και τον αριθμό παρτίδας (Lot Number). - Χρήση: Μίας χρήσης (Single Use / Disposable) για την εξάλειψη του κινδύνου διασταυρούμενης επιμόλυνσης. - Πιστοποίηση CE Mark (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR 2017/745). - Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 13485 του κατασκευαστή (ειδικό για ιατροτεχνολογικά προϊόντα). - Certificate of Sterility (Πιστοποιητικό Αποστείρωσης)
2	02583	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 02586 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 0 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
3	17641	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 02586 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
4	02587	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 02586 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
5	21886	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SHILEY ΝΟ 7 ΜΕ CUFF ΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (2ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) • Τύπου Shiley Νο 7 με Cuff: Αφορά τον εύκαμπτο τραχειοσωλήνα μεγέθους Νο 7.0 (με εσωτερική διάμετρο ID 7.0 mm), ο οποίος φέρει αεροθάλαμο (cuff) χαμηλής πίεσης για τη σφράγιση της τραχείας, υποστήριξη μηχανικού αερισμού και προστασία από εισροφές. - Μειούμενης διαμέτρου σε Όλο το Μήκος: Αναφέρεται στην προηγμένη τεχνολογία TaperGuard™ cuff. Ο αεροθάλαμος έχει κωνικό σχήμα (tapered shape) που μειώνει τις πτυχώσεις του πλαστικού, προσφέροντας 99% καλύτερη στεγανότητα και ασκώντας 18.6% λιγότερη πλευρική πίεση στα τοιχώματα της τραχείας. Παράλληλα, το κωνικό σχήμα διευκολύνει την εισαγωγή (μειωμένη δύναμη εισαγωγής κατά 39%) και αυξάνει τη ροή του αέρα γύρω από τον σωλήνα όταν το cuff είναι ξεφουσκωτό. - Διπλού Αυλού (2 Ανταλλακτικά Πολλαπλών Χρήσεων): Ο σωλήνας διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική κάνουλα (inner cannula). Η προδιαγραφή ζητά ρητά επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες (Reusable) και η εργοστασιακή συσκευασία της Shiley περιλαμβάνει ακριβώς δύο (2) τεμάχια για να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, εξασφαλίζοντας τη συνεχή βατότητα του αεραγωγού χωρίς να αφαιρείται ο εξωτερικός σωλήνας. - Υλικό Κατασκευής: Θερμοευαίσθητο ιατρικό PVC (Medical Grade), χωρίς DEHP / Phthalates (Non-DEHP plasticizer) και Latex-free, ώστε να μαλακώνει με τη θερμοκρασία του σώματος μειώνοντας τους τραυματισμούς. - Αυχενική Πλάκα (Flange): Διαφανής (clear flange) για την εύκολη επιθεώρηση του στομίου και του δέρματος, ανατομικά σχεδιασμένη, με ενσωματωμένα ανοίγματα αερισμού (air vents) για τη μείωση της υγρασίας. - Συνδετικό: Ενσωματωμένο standard connector 15 mm τύπου snap-lock (twist-lock) για ασφαλή εφαρμογή της εσωτερικής κάνουλας και άμεση σύνδεση με αναπνευστήρα ή κύκλωμα.
6	05111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ CUFF ΝΟ 7,5 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ • Ιατρικού Τύπου Υλικό (Medical Grade): Ο σωλήνας πρέπει να είναι κατασκευασμένος από απόλυτα διαφανές, μη τοξικό και ιατρικώς εγκεκριμένο PVC. - Θερμοευαίσθητη Ιδιότητα (Thermosensitive): Το υλικό πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ακαμψία κατά την εισαγωγή (για τη διευκόλυνση της διασωλήνωσης) και να μαλακώνει στους 37°C (θερμοκρασία σώματος), λαμβάνοντας το ακριβές ανατομικό σχήμα της τραχείας του ασθενούς. Αυτό μειώνει δραστικά την πλευρική πίεση στον τραχειακό βλεννογόνο και αποτρέπει τις ισχαιμικές επιπλοκές. - Σιλικοναρισμένη Επικάλυψη (Siliconized): Να φέρει ειδική εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σιλικόνης. Η επικάλυψη αυτή μειώνει στο ελάχιστο τις τριβές, διευκολύνοντας την ολίσθηση του σωλήνα στις φωνητικές χορδές, καθώς και την ομαλή εισαγωγή οδηγών (stylets) ή καθετήρων αναρρόφησης. - Τεχνολογία HVLP (High Volume - Low Pressure): Ο ενσωματωμένος αεροθάλαμος (cuff) πρέπει να είναι μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης. Πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του αεραγωγού (για αποτελεσματικό μηχανικό αερισμό) και μέγιστη προστασία από εισροφές γαστρικού υγρού ή εκκρίσεων, χωρίς να υπερβαίνει τα ασφαλή όρια πίεσης στα τριχοειδή αγγεία της τραχείας. - Γραμμή Πλήρωσης & Μπαλόνι Πιλότος (Pilot Balloon): Ο σωληνίσκος πλήρωσης του cuff πρέπει να είναι ενσωματωμένος στο τοίχωμα του σωλήνα για να μην τραυματίζει. Να καταλήγει σε μπαλόνι-πιλότο που επιτρέπει την απτική και οπτική επιβεβαίωση της πλήρωσης. - Βαλβίδα Αντεπιστροφής (Luer-Lock): Το μπαλόνι-πιλότος πρέπει να διαθέτει στεγανή βαλβίδα Luer-Lock, συμβατή με όλες τις σύριγγες, η οποία εμποδίζει τη διαφυγή αέρα μετά το φούσκωμα. Στο μπαλόνι πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το μέγεθος (ID) του σωλήνα. - Ατραυματικό Άκρο (Beveled Tip): Το εγγύς άκρο (ρύγχος) του σωλήνα πρέπει να είναι λοξοτομημένο (κυρτό) με γωνία 38° μοιρών και να διαθέτει απόλυτα λειασμένα και στρογγυλεμένα χείλη (soft-rounded), ώστε να περνά αναιμιακτά από τις φωνητικές χορδές χωρίς κίνδυνο κακώσεων. - Οπή Ασφαλείας Murphy (Murphy Eye): Στο εγγύς άκρο, αντίθετα από τη λοξοτομή, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πλευρικής οπής ασφαλείας. Αυτή εξασφαλίζει τη συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή, ακόμη και αν το κύριο στόμιο του σωλήνα αποφραχθεί από βλέννα ή εφάπτεται στο τοίχωμα της τραχείας. - Ακτινοσκοπική Γραμμή (X-Ray Opaque Line): Να φέρει ενσωματωμένη (όχι τυπωμένη) ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του σωλήνα, η οποία να εκτείνεται μέχρι το ακραίο ρύγχος (κάτω από το cuff), για τον ακριβή έλεγχο της θέσης του σωλήνα μέσω ακτινογραφίας θώρακος. - Δείκτης Φωνητικών Χορδών (Vocal Cord Marker): Να υπάρχει ευκρινής μαύρος δακτύλιος πάνω από το cuff, ο οποίος χρησιμεύει ως οδηγός για τη σωστή τοποθέτηση του σωλήνα στο επίπεδο των φωνητικών χορδών κατά τη λαρυγγοσκόπηση. - Αριθμημένες Διαβαθμίσεις: Να φέρει ανεξίτηλη βαθμονόμηση ανά εκατοστό (cm) για τον ακριβή προσδιορισμό του βάθους τοποθέτησης σε σχέση με τα δόντια ή τα χείλη του ασθενούς. - Standard Connector 15mm: Στο απώτερο άκρο πρέπει να είναι προσαρμοσμένος σταθερός, σκληρός πλαστικός σύνδεσμος

		εξωτερικής διαμέτρου 15 mm, για την άμεση και ασφαλή σύνδεση με το κύκλωμα του αναπνευστήρα ή ασκό αναζωογόνησης (Ambu). • Αποστειρωμένο Προϊόν: Κάθε σωλήνας πρέπει να προσφέρεται απόλυτα αποστειρωμένος (με αέριο αιθυλενοξειδίο - ΕΟ), σε ατομική, εύκολα ανοιγόμενη συσκευασία τύπου blister (Peel-pack), στην οποία αναγράφεται ο κωδικός παρτίδας (Lot No) και η ημερομηνία λήξης. • Απουσία Τοξικών Παραγόντων: Να είναι 100% Latex-Free και DEHP-Free (χωρίς φθαλικούς πλαστικοποιητές) για την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου αλλεργικών αντιδράσεων ή κυτταροτοξικότητας κατά τη μακροχρόνια παραμονή στην τραχεία. • Υποχρεωτικά Πιστοποιητικά: Το προϊόν πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE Mark εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDR 2017/745) και ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 13485.
7	05110	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 05111 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ CUFF No 8 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ
8	05091	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 05111 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ CUFF No7 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ
9	05092	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 05111 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ CUFF No 8,5 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ
10	08623	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 05111 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 8 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ.
11	08651	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 05111 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕ CUFF No 7 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ PVC, ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

- Να συμπληρώσετε απαραιτήτως τις κενές στήλες του πίνακα και ειδικά το EMDN
- Τα προσφερόμενα είδη να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
- Δείγματα θα στείλετε στην πρόσκληση και όχι στην έρευνα αγοράς
- Στον θέμα του email που θα στείλετε την προσφορά σας να αναφέρετε τον αριθ. πρωτ. της έρευνας γιατί λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και το email είναι κοινό για πολλούς χειριστές και υπάρχει κίνδυνος να μην δούμε την προσφορά σας και δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στο επόμενο στάδιο της πρόσκλησης

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»
- Το αριθ. Πρωτ. 21738/13-10-2026 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που συγκροτήθηκε με την 669/19336/21-9-2026 Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Βόλου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ	ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΩΤΟΥ, ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΒΑΛΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141000-0 ΑΛΕ 3230203/ΚΑΕ 1311 όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι.

Κατάθεση προσφορών στο e-mail: prom@ghv.gr μέχρι την **21/10/2026 Τετάρτη και ώρα 10.00**

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ