0000862250
Check Point Threat Extraction secured this document
Get Original

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨
Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΠΡΟΚΟΠΗ Π.
Τηλ: 2313304426
e-mail: pprokopi@agpavlos.gr

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 14033
Ημ/νία: 14/10/2026

Θεσσαλονίκη: 12-10-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά αναλώσιμα υλικά για την Καρδιολογική Κλινική

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της **Καρδιολογικής Κλινικής**, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών ,αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 19-10-2026
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΑ Ο2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 20016790001001
Διπλά επιτοίχια ροόμετρα οξυγόνου κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση, με ρυθμιζόμενη παροχή οξυγόνου από 0-15 lit/min.
Ρύθμιση ροής οξυγόνου υψηλής ποιότητας με ακρίβεια ρύθμισης 0,5lit/min για ροή μέχρι τα 5lit/min και 1lit/min για ροή από 5lit/min και άνω.
Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο του Νοσοκομείου, να συνδεθεί με την εγκατάσταση μέσω AFNOR NF S .
Να συνδέεται με υγραντήρα πολλαπλών χρήσεων.
Να φέρει τις προβλεπόμενες σημάνσεις και πιστοποιήσεις και σήμανση CE.

2.ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Με ενσωματωμένο αισθητήρα κορεσμού οξυγόνου SPO και μονάδα επεξεργασίας απεικόνισης, κατάλληλο για ενήλικες με διάμετρο δαχτύλο 10-22mm.

Κατάλληλο για επαγγελματική αλλά και προσωπική χρήση (κατ οίκον νοσηλεία, αθλητές κλπ)

Με φωτεινή οθόνη διπλού χρωματισμού των ενδείξεων και με ρύθμιση της κατεύθυνσης ανάγνωσης σε 2 πλευρές.

Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου SPO2 συχνότητας παλμών και δείκτη Διάχυσης, ο οποίος εξυπηρετεί καθώς μέσω αυτού θα γίνει η επιλογή του σωστού σημείου μέτρησης. Όσο πιο ισχυρός εμφανίζεται ο σφυγμός τόσο ασφαλέστερη και η μέτρηση του κορεσμού ακόμα και με κίνηση κατά την μέτρηση.

Εμφάνιση SPO2 και συχνότητας παλμών σε μορφή καμπύλης / ραβδογράμματος (πληθυσμογραφία)

Με δείκτη χαμηλής τάσης μπαταρίας, με χαμηλή κατανάλωση και αυτόματη απενεργοποίηση (αυτονομία 30 ωρών συνεχούς λειτουργίας)

Εύρος μετρήσεων SPO:35-99% συχνότητα παλμών 30-240BPM

Διακριτική ικανότητα: 1% για το SPO, 1BPM για τη συχνότητα των παλμών

Ακρίβεια +-2% (75% - 99%), δεν προσδιορίζεται (<70%) για το SPO +-2BPM για τη συχνότητα παλμών

Βάρος συσκευής :50-60gr και διαστάσεις 56x34x30mm περίπου.

Να έχει εγγύηση λειτουργίας 2 έτη

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

14.10.2026 15:27:55
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΟΑΝΝΑ
KOSMOPOULOU

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ