



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3<sup>ης</sup> ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**  
**ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**

Θεσσαλονίκη, 16-10-2026

Αρ. πρωτ.: 13455

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2, 54634, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2313322330

Πληροφορίες: Μ. Δημομάρκου

Email: [prom@oagiosdimitrios.gr](mailto:prom@oagiosdimitrios.gr)

ΠΡΟΣ

«Φαρμακοϊατρική Α.Ε.Β.Ε. Εργαστηριακός Εξοπλισμός»

«Antisel - Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.»

«ΠΑΡΟΥΔΙΣ MEDICAL S.A.»

32<sup>η</sup>/2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση Υποβολής έγγραφων σφραγισμένων Προσφορών, σύμφωνα με το Άρθρο 118 του ν.4412/2016, από τις εταιρείες: α) «Φαρμακοϊατρική Α.Ε.Β.Ε. Εργαστηριακός Εξοπλισμός» β) «Antisel - Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.» και γ) «ΠΑΡΟΥΔΙΣ MEDICAL S.A.» για την προμήθεια «Ενός (1) Φορητού Υπερηχοτομογράφου» (CPV:33124120-2), για την κάλυψη των αναγκών της Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 118 & 120 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- A.** 1.Την αριθ. Υ4α/οικ.112173/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΦΕΚ 3280/10-12-2012 τ.Β').
- 2.Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 Εγκύκλιο προς τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α'147).
3. Ο ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
4. Τα άρθρα 75-83 του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.9.2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
5. Οι διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

6. Η με αρ. 76928/9.07.2021 (Φ.Ε.Κ. Β' 3075) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)».
7. Η με αρ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 (Β' 2385) ΚΥΑ «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», όπως ισχύει.
8. Ο ν.4412/2016 (47/τ. Α'/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Η Υ.Α. Γ4β/Γ.Π.οικ.26643/2025 περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» κ. Χρήστου Δόντσου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5062/2023 (736 Υ.Ο.Δ.Δ./24.06.2025).

**Β.** Το υπ' αριθμ.πρωτ.12329/28-09-2026 έγγραφο του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής σχετικά με την ανάγκη προμήθειας νέου εξοπλισμού με θέμα: «Προμήθεια Φορητού Υπερηχοτομογράφου».

**Γ.** Το υπ' αριθμ.πρωτ.12380/28-09-2026 έγγραφο του Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης Τεχνικού με θέμα: «Επί της σκοπιμότητας προμήθειας ενός φορητού Υπερηχοτομογράφου της Χειρουργικής Κλινικής, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος» Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος».

**Δ.** Την από 21-09-2026 προσφορά της εταιρείας «Φαρμακοϊατρική Α.Ε.Β.Ε. Εργαστηριακός Εξοπλισμός».

**Ε.** Την από 18-09-2026 προσφορά της εταιρείας «Antisel - Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.».

**ΣΤ.** Την από 21-09-2026 (Αρ.Πρωτ.65226) προσφορά της εταιρείας «ΡΑΠΟΥΔΙΣ MEDICAL S.A.».

**Ζ.** Το υπ'αριθμ.πρωτ.12764/05 -10-2026 Εισηγητικό Έγγραφο της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας.

**Η.** Το Απόσπασμα Πρακτικών της 19<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης/θέμα 56<sup>ο</sup>/08-10-2026 (ΑΔΑ:63ΘΕ4690Β1-ΩΤΞ) του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, επί της έγκρισης Σκοπιμότητας, έγκρισης Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας με Πρόσκληση Υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών από τις εταιρείες: α) «Φαρμακοϊατρική Α.Ε.Β.Ε. Εργαστηριακός Εξοπλισμός» β) «Antisel - Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.» και γ) «ΡΑΠΟΥΔΙΣ MEDICAL S.A.» και επικύρωσης Επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια «Ενός (1) Φορητού Υπερηχοτομογράφου» (CPV:33124120-2), για την κάλυψη των αναγκών της Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 118 & 120 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

**Θ.** Το γεγονός ότι η προμήθεια ενός (1) Φορητού Υπερηχοτομογράφου κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για τις ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του Χειρουργικού Τμήματος και ιδιαίτερα του Ιατρείου Μαστού.

Ι. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκύψει από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα βαρύνει:  
 - τον ΑΛΕ: 31201050000001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 βάσει της υπ' αριθμ.πρωτ.760<sup>η</sup>/13340/15-10-2026 (ΑΔΑ:ΨΙΟΗ4690Β1-8ΟΕ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης από την Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

#### **ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ**

##### **Τις εταιρείες:**

- «Φαρμακοϊατρική Α.Ε.Β.Ε. Εργαστηριακός Εξοπλισμός».
- « Antisel - Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.».
- « ΡΑΡΟΥΔΙΣ MEDICAL S.A.».

όπως υποβάλουν έντυπη σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια «Ενός (1) Φορητού Υπερηχοτομογράφου» (CPV:33124120-2), για την κάλυψη των αναγκών της Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 118 & 120 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

#### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

##### **Γενικοί όροι**

Είναι η προμήθεια «Ενός (1) Φορητού Υπερηχοτομογράφου» (CPV:33124120-2), για την κάλυψη των αναγκών της Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν (αν αποσταλούν ταχυδρομικά), στην Γραμματεία-Πρωτόκολλο της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης Ζωγράφου 2, 1ος

όροφος, κτίριο Διοίκησης, απαραίτητα μέχρι και την Παρασκευή 23-10-2026, έως 14:30'μ.μ. μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρει την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον πλήρη τίτλο της Πρόσκλησης, τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (οδός, αριθμός, τηλ. και κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 29-10-2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Διαγωνισμών από την Αρμόδια Επιτροπή.

Κατά την αποσφράγιση δικαιούται να παρίσταται οι προσφέροντες ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους εφόσον είναι εφοδιασμένος με σχετική εξουσιοδότηση.

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

- Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
- Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.
- Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Προσφορά που η τιμή της υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€ Φ.Π.Α.:7.200,00€).

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

- α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

## ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε:

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Β) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική - Οικονομική Προσφορά»

Η προσφορά θα υποβληθεί δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους :

- Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**» στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά ( σε **δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)**).
- Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**Τεχνική Προσφορά** » στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ( σε **δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)**).
- Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**» ( σε **δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)** στο οποίο:
  - Η οικονομική προσφορά θα δίνεται σε Ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
  - Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
  - Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τους όρους του Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Α΄.
  - Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει προσφορά **στο σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.**

Η Τεχνική Προσφορά, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Α΄ της Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης (Παράρτημα Γ), με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της πρόσκλησης (γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.).

Ακόμη στην τεχνική προσφορά ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώνει τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο

εγκατάστασής της. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά του πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάψει:

- βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα),
- την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων.

**Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή των προσφορών τους πρέπει να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β', σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:**

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
  - 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
  - 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  - 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  - 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
  - 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021.
  - 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους – υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
  - 8) Τηρούν την σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική).
- Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

**Όπως επίσης και Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:**

α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

**Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν, σε ξεχωριστό φάκελο, με την προσφορά τους, τα κάτωθι δικαιολογητικά σε δύο αντίτυπα:**

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας έγγραφης ειδοποίησης.

-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση).

*Η Υπεύθυνη δήλωση / υπεύθυνες δηλώσεις, νοούνται ως δηλώσεις του ν. 1599/1986, υπογράφεται / υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του ν. 4412/2016, ιδίως με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας (πχ μέσω GOV.GR). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας.*

*Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους.*

*Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184).*

## **ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών, άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Στα τιμολόγια θα αναγράφεται η τιμή μόνο σε ΕΥΡΩ.

## **ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο για 180 ημέρες (6 μήνες) από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

## **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, να πραγματοποιηθεί **εντός 45 ημερολογιακών ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης.

## **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

### **Εγγύηση καλής εκτέλεσης:**

Δεν απαιτείται η προσκόμισή της, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«Οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ».

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

7.Εφόσον η προμήθεια παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β'/04-06-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα [www.epromy.gr](http://www.epromy.gr) (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών του Παρατηρητηρίου. Εάν η εν λόγω προμήθεια δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και το Απόσπασμα Πρακτικών της 19<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης/θέμα 56<sup>ο</sup>/08-10-2026 (ΑΔΑ:63ΘΕ4690Β1-ΩΤΞ) του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

**Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί την συγκεκριμένη προϋπόθεση, καθώς και αποδεικτικό διενέργειας έκδοσής τους και να τα υποβάλει μέχρι και την υπογραφή σύμβασης.**

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

#### **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα τα οποία συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος (λ.χ. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου, στοιχεία και βιογραφικό μελών ομάδας έργου, υπεύθυνες δηλώσεις, λοιπά πιστοποιητικά).

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό εγγυάται πως τα προσωπικά δεδομένα που θα διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν συλλεγεί νόμιμα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν ενημερωθεί για τη διαβίβαση αυτή και όπου απαιτείται έχει λάβει την προηγούμενη της διαβίβασης συγκατάθεσή τους.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης, η προώθηση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών [νομική βάση επεξεργασίας: η άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (αρ. 6 παρ. 1 περ. ε' ΓΚΠΔ και αρ. 5 ν. 4624/2019), η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της [νομική βάση επεξεργασίας: η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ' ΓΚΠΔ)]. Για τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας νομική βάση συνιστά η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον (αρ. 9 παρ. 2 περ. ζ' και ι' ΓΚΠΔ). Για τα δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα, των οποίων η

συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από το νόμο, νομική βάση συνιστά η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής (άρ. 6 παρ. 1 περ. γ' και άρ. 10 ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση του φακέλου.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών. Νομική βάση της επεξεργασίας συνιστά η αναγκαιότητα κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, καθώς και η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρ. 6 παρ. 1 περ. ε' ΓΚΠΔ και αρ. 5 ν. 4624/2019 για τα απλά δεδομένα και αρ. 9 παρ. 2 περ. στ' ΓΚΠΔ για τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών).

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: στελέχη του Φορέα, μέλη Επιτροπών, και:

α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή: Σύμβουλοι, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, πάροχος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, πάροχος εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης, πάροχος υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων,

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους,

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, σύμφωνα με το νόμο,

(δ) Δημόσιες διωκτικές και δικαστικές αρχές ή τρίτοι (λ.χ. νομικοί σύμβουλοι, δικ. επιμελητές, διαμεσολαβητές) για τη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς- δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης [ΓΚΠΔ άρ. 6 §1 (γ)] και άρ 9 §2 (ι)]. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται ασφαλώς ή ανωνυμοποιούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, όπου αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, είναι τα εξής: e-mail: dpo@oagiosdimitrios.gr, ταχυδρομική διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2, 54634, Θεσσαλονίκη

(υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων). Σε κάθε περίπτωση, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: [www.dpa.gr](http://www.dpa.gr), η οποία εποπτεύει την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματά τους, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ανατρέξουν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διαθέσιμη στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής.

**Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.  
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

CHRISTOS DONTOSOS  
16/10/2026 15:22

ΔΟΝΤΣΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ MD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΦΟΡΗΤΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Ο ζητούμενος φορητός έγχρωμος φορητός υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι μικρού όγκου και βάρους (≤6kg) για εύκολη μετακίνηση εντός των κλινικών, ή άλλων χώρων του Νοσοκομείου με δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων σε υψηλό διαγνωστικό επίπεδο και δυνατότητα επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων όπως προκύπτουν από τις τεχνικές που διατίθενται. Να είναι κατάλληλος για διενέργεια βιοψιών μαστού. | NAI |
| Να διαθέτει: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εργοστασιακό τροχήλατο με ρύθμιση καθ' ύψος</li> <li>• Βαλίτσα μεταφοράς του συστήματος</li> <li>• Ασπρόμαυρο θερμογραφικό καταγραφικό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | NAI |
| Το σύστημα φορητού υπερηχοτομογράφου, θα αποτελείται από :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAI |
| 4.1. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAI |
| 4.3. Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1 –8MHz τουλάχιστον, κατάλληλη για εξετάσεις άνω – κάτω κοιλίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAI |
| 4.4. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 3– 15 MHz τουλάχιστον, κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων όπως μαστό, θυροειδή, καθώς και αγγείων (αρτηρίες – φλέβες). Να δέχεται οδηγό βιοψίας.                                                                                                                                                                                      | NAI |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1. Να διαθέτει Δυναμικό Εύρος (DynamicRange) ≥ 800dB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAI |
| 2. Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 7.000 f/sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAI |
| 3. Σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης με μεγάλο αριθμό καναλιών επεξεργασίας, τουλάχιστον 16.000.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAI |
| 4. Ενεργές θύρες ενσωματωμένες στο σύστημα για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAI |
| 5. Βάθος σάρωσης ≥40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAI |
| 6. Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης. Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAI |
| 7. Έγχρωμη οθόνη ανάλυσης 1920x1080. Διάσταση διαγώνιου ≥15"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAI |
| 8. Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAI |
| 9. Επίπεδο θορύβου λειτουργίας. Να αναφερθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAI |
| 10. Θύρες σύνδεσης με δίκτυο και θύρες εξόδου σήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAI |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11. Ασύρματη σύνδεση WiFi.                                                                                                                                                                                                                                        | NAI |
| 12. Σύγχρονο σύστημα εστίασης της υπερηχογραφικής εικόνας.                                                                                                                                                                                                        | NAI |
| 13. Ενσωματωμένη μπαταρία για εξασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστον 90', εκτός ρεύματος.                                                                                                                                                      | NAI |
| 14. Να παρέχεται η δυνατότητα για διάγνωση βλαβών – αναβαθμίσεων – ελέγχου από απόσταση.                                                                                                                                                                          | NAI |
| 15. Εύρος Συχνοτήτων για όλα τα είδη Σάρωσης του συστήματος. Να διαθέτει μεγάλο συνολικό εύρος συχνοτήτων που υποστηρίζει το σύστημα για όλα τα είδη τω νσαρώσεων, από 1,0 MHz έως 25,0 MHz.                                                                      | NAI |
| <b>Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1. Μέθοδοι απεικόνισης<br>B-Mode<br>M-Mode<br>Color Doppler<br>Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio<br>PWDoppler<br>TriplexMode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, εικόνας B- MODE, παλμικούDoppler και εγχρώμου Doppler).<br>TissueHarmonicImaging | NAI |
| 2. Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας).                                      | NAI |
| 3. Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους.                                                                                               | NAI |
| 4. Τεχνική υψηλής ευαισθησίας ανίχνευσης για μελέτη αγγειώσεων και μικροαγγειώσεων σε ανατομικές περιοχές υψηλού κινδύνου.                                                                                                                                        | NAI |
| 5. Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης. Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: B Mode + B Mode, B Mode + B mode/CFM ή PowerDoppler. Να αναφερθούν επιπλέον συνδυασμοί.                                                                   | NAI |
| 6. Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα ακτινολογικά είδη απεικόνισης ( Άνω κάτω κοιλίας, αγγείων, μαλακών μορίων, μυοσκελετικού, ουρολογίας). Πακέτο ακτινολογικών και αγγειολογικών εφαρμογών. Να περιγραφούν αναλυτικά.                                        | NAI |
| 7. Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με την χρήση ενός μόνο πλήκτρου της εικόνας B-Mode και του φασματικού Doppler όπως ενίσχυση, baseline, ταχύτητες κλπ.                                                                                                        | NAI |
| 8. Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing).                                                                                                                                                                                                           | NAI |
| 9. Σύστημα επικοινωνίας DICOM.                                                                                                                                                                                                                                    | NAI |
| 10. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση τεχνική κατάταξης κατά Bi-Rads των ύποπτων μορφωμάτων σε εξετάσεις μαστού.                                                                                                                                                     | NAI |
| 11. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση τεχνική κατάταξης κατά Ti-Rads των ύποπτων μορφωμάτων σε εξετάσεις θυρεοειδούς.                                                                                                                                                | NAI |
| 12. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση λογισμικό ενίσχυσης της απεικόνισης της βελόνης κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων.                                                                                                                                          | NAI |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|                             |  |  |      |                                     |  |       |     |
|-----------------------------|--|--|------|-------------------------------------|--|-------|-----|
| ΠΡΟΣ(1):                    |  |  |      |                                     |  |       |     |
| Ο – Η Όνομα:                |  |  |      | Επώνυμο                             |  |       |     |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   |  |  |      |                                     |  |       |     |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  |  |  |      |                                     |  |       |     |
| Ημερομηνία γέννησης(2):     |  |  |      |                                     |  |       |     |
| Τόπος Γέννησης:             |  |  |      |                                     |  |       |     |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |      | Τηλ:                                |  |       |     |
| Τόπος Κατοικίας:            |  |  | Οδός |                                     |  | Αριθ: | ΤΚ: |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   |  |  |      | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email): |  |       |     |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας για την προμήθεια «Ενός (1) Φορητού Υπερηχοτομογράφου» (CPV:33124120-2), για την κάλυψη των αναγκών της Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

2) Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την προμήθεια «Ενός (1) Φορητού Υπερηχοτομογράφου» (CPV:33124120-2), για την κάλυψη των αναγκών της Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,

6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.

8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016

9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του

.....  
 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου,  
 σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν.  
 .....

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

**Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση καθώς και όλα τα υποβληθέντα σχετικά έγγραφα υπογράφονται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, το οποίο και συνυποβάλλεται με την προσφορά.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**  
**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΦΟΡΗΤΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |           |
| A. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |           |
| Ο ζητούμενος φορητός έγχρωμος φορητός υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι μικρού όγκου και βάρους ( $\leq 6\text{kg}$ ) για εύκολη μετακίνηση εντός των κλινικών, ή άλλων χώρων του Νοσοκομείου με δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων σε υψηλό διαγνωστικό επίπεδο και δυνατότητα επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων όπως προκύπτουν από τις τεχνικές που διατίθενται. Να είναι κατάλληλος για διενέργεια βιοψιών μαστού. | NAI      |          |           |
| Να διαθέτει: <ul style="list-style-type: none"> <li>Εργοστασιακό τροχήλατο με ρύθμιση καθ' ύψος</li> <li>Βαλίτσα μεταφοράς του συστήματος</li> <li>Ασπρόμαυρο θερμογραφικό καταγραφικό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | NAI      |          |           |
| Το σύστημα φορητού υπερηχοτομογράφου, θα αποτελείται από :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAI      |          |           |
| 4.1. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAI      |          |           |
| 4.3. Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 1 –8MHz τουλάχιστον, κατάλληλη για εξετάσεις άνω – κάτω κοιλίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAI      |          |           |
| 4.4. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος συχνοτήτων 3– 15 MHz τουλάχιστον, κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων όπως μαστό, θυροειδή, καθώς και αγγείων (αρτηρίες – φλέβες). Να δέχεται οδηγό βιοψίας.                                                                                                                                                                                                     | NAI      |          |           |
| B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |           |
| 1. Να διαθέτει Δυναμικό Εύρος (DynamicRange) $\geq 800\text{dB}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAI      |          |           |
| 2. Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) $\geq 7.000\text{ f/sec}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAI      |          |           |
| 3. Σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης με μεγάλο αριθμό καναλιών επεξεργασίας, τουλάχιστον 16.000.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAI      |          |           |
| 4. Ενεργές θύρες ενσωματωμένες στο σύστημα για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών $\geq 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAI      |          |           |
| 5. Βάθος σάρωσης $\geq 40\text{ cm}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAI      |          |           |
| 6. Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης. Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAI      |          |           |
| 7. Έγχρωμη οθόνη ανάλυσης 1920x1080. Διάσταση διαγώνιου $\geq 15''$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAI      |          |           |
| 8. Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) $\geq 25$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAI      |          |           |
| 9. Επίπεδο θορύβου λειτουργίας. Να αναφερθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAI      |          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 10. Θύρες σύνδεσης με δίκτυο και θύρες εξόδου σήματος                                                                                                                                                                                                                  | NAI |  |  |
| 11. Ασύρματη σύνδεση WiFi.                                                                                                                                                                                                                                             | NAI |  |  |
| 12. Σύγχρονο σύστημα εστίασης της υπερηχογραφικής εικόνας.                                                                                                                                                                                                             | NAI |  |  |
| 13. Ενσωματωμένη μπαταρία για εξασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστον 90', εκτός ρεύματος.                                                                                                                                                           | NAI |  |  |
| 14. Να παρέχεται η δυνατότητα για διάγνωση βλαβών – αναβαθμίσεων – ελέγχου από απόσταση.                                                                                                                                                                               | NAI |  |  |
| 15. Εύρος Συχνοτήτων για όλα τα είδη Σάρωσης του συστήματος. Να διαθέτει μεγάλο συνολικό εύρος συχνοτήτων που υποστηρίζει το σύστημα για όλα τα είδη τω νσαρώσεων, από 1,0 MHz έως 25,0 MHz.                                                                           | NAI |  |  |
| Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |
| 1. Μέθοδοι απεικόνισης<br>B-Mode<br>M-Mode<br>Color Doppler<br>Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio<br>PW Doppler<br>Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, εικόνας B- MODE, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler).<br>Tissue Harmonic Imaging | NAI |  |  |
| 2. Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας).                                           | NAI |  |  |
| 3. Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους.                                                                                                    | NAI |  |  |
| 4. Τεχνική υψηλής ευαισθησίας ανίχνευσης για μελέτη αγγειώσεων και μικροαγγειώσεων σε ανατομικές περιοχές υψηλού κινδύνου.                                                                                                                                             | NAI |  |  |
| 5. Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης. Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: B Mode + B Mode, B Mode + B mode/CFM ή Power Doppler. Να αναφερθούν επιπλέον συνδυασμοί.                                                                       | NAI |  |  |
| 6. Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα ακτινολογικά είδη απεικόνισης ( Άνω κάτω κοιλίας, αγγείων, μαλακών μορίων, μυοσκελετικού, ουρολογίας). Πακέτο ακτινολογικών και αγγειολογικών εφαρμογών. Να περιγραφούν αναλυτικά.                                             | NAI |  |  |
| 7. Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με την χρήση ενός μόνο πλήκτρου της εικόνας B-Mode και του φασματικού Doppler όπως ενίσχυση, baseline, ταχύτητες κλπ.                                                                                                             | NAI |  |  |
| 8. Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing).                                                                                                                                                                                                                | NAI |  |  |
| 9. Σύστημα επικοινωνίας DICOM.                                                                                                                                                                                                                                         | NAI |  |  |
| 10. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση τεχνική κατάταξης κατά Bi-Rads των υποπτων μορφωμάτων σε εξετάσεις μαστού.                                                                                                                                                          | NAI |  |  |

|                                                                                                                          |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 11. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση τεχνική κατάταξης κατά Ti-Rads των ύποπτων μορφωμάτων σε εξετάσεις θυρεοειδούς.       | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση λογισμικό ενίσχυσης της απεικόνισης της βελόνης κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων. | ΝΑΙ |  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'**

**Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                    | ΤΕΜ | ΠΡΟΣΦΕΡ.<br>ΤΙΜΗ ΤΕΜ<br>ΧΩΡΙΣ<br>ΦΠΑ | ΦΠΑ 24% | ΠΡΟΣΦΕΡ.<br>ΤΙΜΗ ΤΕΜ<br>ΜΕ ΦΠΑ |
|------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Φορητός<br>Υπερηχοτομογράφος | 1   |                                      |         |                                |