ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος, 16-10-2026
Αρ. Πρωτ. 18915
Προς: οικονομικούς φορείς

«Έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου **«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»** προκειμένου να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το αρ.118 Ν.4412/16, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΕΛΛΕΜΜΑΤΟΣ για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος, διενεργεί έρευνα αγοράς.
Σκοπός είναι η συλλογή οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, προκειμένου να προβούμε στην αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα με τη χαμηλότερη τιμή.

1. Αντικείμενο Έρευνας & Προδιαγραφές:
Το προς προμήθεια είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Είδος Υλικού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Κωδικός CPV: 33162100-4 Προϋπολογισμός: 8.502,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.Όροι Υποβολής Προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν, την προσφορά τους καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **promithion@xioshosp.gr έως την Τετάρτη 21-10-2026 και ώρα 14:00 μ.μ..**

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται απαρέγκλιτα τα εξής:
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
- Η τιμή ανά μονάδα προϊόντος (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ).
- Το ποσοστό ΦΠΑ που αναλογεί.
- Η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την ασφαλέστερη τέλεση της επέμβασης είναι απαραίτητο:

-Τρισδιάστατο ακρυλικό κρανιακό μόσχευμα (PMMA) κατά παραγγελία ασθενούς

-Να είναι κατασκευασμένο από βιοσυμβατό- συνθετικό πολυμερές του μεθακρυλικού μεθυλεστέρα.

-Να είναι εμπλουτισμένο με διπλό αντιβιοτικό γενταμυκίνης και βανκομυκίνης για την πρόληψη πιθανών βακτηριακών λοιμώξεων. Τα αντιβιοτικά να ελευθερώνονται σταδιακά (επί εβδομάδων) και να είναι βραδείας δράσης.

-Να διαθέτει μια ελαστικότητα που να μην σπάει κατά τους μικρούς κραδασμούς

-Να μπορεί να καθηλωθεί εύκολα με βίδες και πλάκες τιτανίου.

-Να απεικονίζεται κατά την ακτινογραφία. Να είναι απόλυτα ασφαλές για τον ασθενή κατά την εξέταση σε αξονικό ή μαγνητικό τομογράφο.

-Να προσφερθεί πλήρες σετ μόσχευμα εμφύτευσης (κύριο), μόσχευμα εμφύτευσης (αντίγραφο ασφαλείας), βιομοντέλο αξιολόγησης ελλείμματος (προ του χειρουργείου).