



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)

ΚΥΜΗ: 19-10-2026

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6003

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ

« Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ζωή Μελάχρη

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας

Τ.Κ. 34003

ΤΗΛ.: 2222350157

Ε-ΜΑΙ: supplies@gnkymis.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:«ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»

Σχετ.:

1. Την υπ' αριθμ.πρωτ.5637/29-09-2026 αίτηση του γραφείου Διαχείρισης υλικού για προμήθεια αναλώσιμου αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού, για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου, χρονικού διαστήματος κάλυψης αναγκών ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: supplies@gnkymis.gr (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/Μ.Μ
1	PENROSE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠ'Ο ΜΑΛΑΚΟ LATEX 1/2"	ΤΕΜ	50	0,4
2	PENROSE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠ'Ο ΜΑΛΑΚΟ LATEX 3/4"	ΤΕΜ	50	0,4
3	PENROSE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠ'Ο ΜΑΛΑΚΟ LATEX 3/8"	ΤΕΜ	50	0,4
4	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 0	ΤΕΜ	10	0,50
5	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 1	ΤΕΜ	10	0,50
6	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 2	ΤΕΜ	10	0,50
7	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 3	ΤΕΜ	10	0,50
8	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 4	ΤΕΜ	10	0,50

9	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 5	ΤΕΜ	10	0,50
10	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ No 5	ΤΕΜ	10	3,50
11	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1000ml	ΤΕΜ	40	8,00
12	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΣΕ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 15 ΕΚ. 6" ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	ΤΕΜ	2000	0,0280
13	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G18	ΤΕΜ	10000	0,011
14	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G21	ΤΕΜ	5000	0,011
15	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G25	ΤΕΜ	5000	0,009
16	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G23	ΤΕΜ	500	0,015
17	ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΑΚΡΥΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ (lacrimal cannula) 26GGX28MM	ΤΕΜ	100	1,6000
18	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ SYRGICEL 5X7,5cm	ΤΕΜ	200	2,13
19	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 7	ΖΕΥΓΗ	500	0,1892
20	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 7,5	ΖΕΥΓΗ	5000	0,1892
21	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 8	ΖΕΥΓΗ	1000	0,1892
22	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 8,5	ΖΕΥΓΗ	1000	0,1892
23	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	ΤΕΜ	60	3,3000
24	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 22mm	ΤΕΜ	5000	0,0061
25	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 7X5cm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	5000	0,0290
26	ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 6*7cm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	5000	0,0170
27	ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 25X10cm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	3000	0,0950
28	ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 15,5X8,5cm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	5000	0,1040

29	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 9Χ7 ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	3000	0,2300
30	ΕΠΙΘΕΜΑ -ΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	ΤΜΧ	500	1,800
31	ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm x 10cm	ΤΕΜ	10	15,98
32	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο10 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm	ΤΕΜ	20	0,3300
33	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο12 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm	ΤΕΜ	20	0,3300
34	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο14 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm	ΤΕΜ	80	0,3300
35	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο16 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm	ΤΕΜ	80	0,3300
36	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο16	ΤΕΜ	400	1,25
37	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο14	ΤΕΜ	100	1,25
38	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο18	ΤΕΜ	400	1,25
39	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο20	ΤΕΜ	20	1,25
40	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο22	ΤΕΜ	40	1,25
41	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο16	ΤΕΜ	40	2,5
42	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο18	ΤΕΜ	40	2,5
43	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο20	ΤΕΜ	40	2,5

44	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ) Νο10	TEM	20	0,2
45	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ) Νο16	TEM	20	0,2
46	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON No18	TEM	200	0,1
47	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON No20	TEM	150	0,18
48	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON No22	TEM	200	0,2
49	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ No14	TEM	40	0,163
50	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ No16	TEM	40	0,163
51	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ No18	TEM	40	0,163
52	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ No20	TEM	50	0,163
53	ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΑΥΟ	TEM	150	0,95
54	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ NO 11	TEM	300	0,131
55	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ NO 15	TEM	200	0,131
56	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ NO 22	TEM	100	0,131
57	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 11 WL	TEM	1000	0,033
58	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 15WL	TEM	300	0,033
59	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ 21G	TEM	4000	0,054
60	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ B.D. VACCUTAINER 21G	TEM	1000	0,6000
61	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ B.D. VACCUTAINER 23G	TEM	500	0,6000
62	Vacutainer Holder - ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	TEM	1500	0,0300

63	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ	ΤΕΜ	3000	0,1130
64	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ Μ.Χ. ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ	ΤΕΜ	200	1,9000
65	ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ LUER LOCK ΑΠΟΣΤ.	ΤΕΜ	5000	0,1110
66	ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ ΡGA 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ.2-0	ΤΕΜ	108	1,00
67	ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ ΡGA 2-0 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. Β.26ΜΜ 76cm	ΤΕΜ	108	1,00
68	ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ ΡGA 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ.3-0	ΤΕΜ	216	4,00
69	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0, GAUGE 2, 1 ΒΕΛ 3/8ΚΥΚ ΚΟΠΤ 45CM 24ΜΜ	ΤΕΜ	432	0,37
70	ΡΑΜΜΑ ΑΠ/ΜΟ ΡGA ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΑΛΙΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ. 3-0	ΤΕΜ	108	1,00
71	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ. ΑΠΟΡΡ/ΜΟ 4/0 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, 1/2ΚΥΚ. 45CM,1Β 16ΜΜ.	ΤΕΜ	216	3,50
72	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ.1 30mm 75εκ.	ΤΕΜ	108	0,50
73	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠ. ΜΕΤΑΞ.Νο 1,GAUGE4, 1 βελ.1/2 κυκλ. στρ. Μ.75Β30	ΤΕΜ	108	0,50
74	ΡΑΜΜΑ ΝΥΛΟΝ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 2-0 Β 26 ΜΜ	ΤΕΜ	216	0,5
75	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. 3-0	ΤΕΜ	432	2,00
76	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ.3-0	ΤΕΜ	432	0,60
77	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0, GAUGE 2, 1 ΒΕΛ 3/8ΚΥΚ ΚΟΠΤ 45CM 24ΜΜ	ΤΕΜ	216	0,50
78	ΡΑΜΜΑ ΝΥΛΟΝ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 4-0 Β 26 ΜΜ	ΤΕΜ	432	0,50
79	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠ.ΠΟΛΥΑΜ. 5/0,1 ΒΕΛ, 3/8 ΚΥΚΛ ΚΟΠΤ. 75CM 19ΜΜ	ΤΕΜ	108	0,50

80	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3 WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΤΕΜ	3000	0,1590
81	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3 WAY ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΤΕΜ	5000	0,09
82	ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ LUER LOCK ΑΠΟΣΤ.	ΤΕΜ	5000	0,1110
83	ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ml	ΤΕΜ	40000	0,0321
84	ΣΥΡΙΓΓΑ 190ML ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ	ΤΕΜ	100	7,0000
85	ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ml	ΤΕΜ	8000	0,0250
86	ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ml	ΤΕΜ	20000	0,0580
87	ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ml	ΤΕΜ	15000	0,0280
88	ΣΥΡΙΓΓΑ 50-60 ml ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ	ΤΕΜ	1000	0,1462
89	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ	ΤΕΜ	6000	0,0885
90	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ	ΤΕΜ	2500	0,2670
91	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΜΕ CUFF Νο61/2	ΤΕΜ	10	0,69
92	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1 ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ /10 ΚΟΥΤΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ	ΤΕΜ	400	1,6
93	ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΕΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	10	8,0000
94	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4,5CM	ΤΕΜ	40	1,6700
95	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8,0CM	ΤΕΜ	40	1,6700
96	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1 LT	ΤΕΜ	10	6,6000
97	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G	ΤΕΜ	2000	0,7000
98	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 22G	ΤΕΜ	6000	0,0870
99	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤ. 75X90cm ΜΕ ΟΠΗ	ΤΕΜ	100	0,3270

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **A/A 11 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1000ml**

Αντισηπτικό σαπούνι για τα χέρια 1000 ml με 4% διγλυκονική χλωρεξιδίνη και 2% ισοπροπυλική αλκοολή.

- **A/A 19, 20, 21, 22 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ Νο 7, 7,5, 8, 8,5**

Χειρουργικά αποστειρωμένα γάντια χωρίς πούδρα με μακριά μανσέτα 300 χιλ κατ' ελάχιστον. Να είναι κατασκευασμένα από επάλληλα στρώματα υλικού, εκ των οποίων το πολυμερές υλικό (χωρίς latex), εσωτερικά, για καλύτερη προστασία και ευκολότερη εφαρμογή. Να είναι ανατομικού σχήματος με άριστη εφαρμογή, να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια και σωστή αφή. Με ένδειξη για διάκριση, δεξιό, αριστερό τόσο στο εσωτερικό φάκελο όσο και στην μανσέτα τους. Η εξωτερική συσκευασία τους θα πρέπει να ανοίγει εύκολα και ασφαλώς χωρίς να σχίζεται προς αποφυγή επιμολύνσεων. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. Μέθοδος αποστείρωσης να είναι με γ' ακτινοβολία. Να φέρουν πιστοποίηση EN455-1.2.3. και 4.

- **A/A 23 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ**

Να είναι κατάλληλο για γρήγορη απολύμανση και ταυτόχρονο καθαρισμό επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών, ανθεκτικών στις αλκοόλες. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χειρουργικά τραπέζια, φορεία, καρέκλες ασθενών, νοσοκομειακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια καθώς και για την απολύμανση σε χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων όπου η απολύμανση είναι το σημαντικότερο μέσο αποφυγής των λοιμώξεων. Να περιέχει τρία ισχυρά απολυμαντικά συστατικά αλκοολών και δύο ειδών τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου, γεγονός που το κάνει ευρέως αποτελεσματικό ακόμη και σε βακτήρια που γρήγορα αναπτύσσουν αντοχή στα κοινά απολυμαντικά προσδίδοντάς του επιπλέον καθαριστικές ιδιότητες. Να εξατμίζεται γρήγορα και να μην αφήνει υπολείμματα. Να είναι επίσης αποτελεσματικό σε στελέχη βακτηρίων με ισχυρό περίβλημα λίπους καθώς το αλκοόλ επιτρέπει στο απολυμαντικό να διεισδύσει πιο εύκολα στο περίβλημα λίπους. Να περιέχει καθαρή αιθυλική αλκοόλη με ελάχιστη πτητικότητα ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργικές αναπνευστικές αντιδράσεις. Να μην περιέχει αλδεύδες ή φαινόλες. pH:6.5 - 7.5. να είναι Βακτηριοκτόνο Μυκητοκτόνο Φυματιοκτόνο, Gram+/Gram- (συμπ. M.terrae) Ιοκτόνο (συμπ. H1N1, H1N5, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes, Adeno, Rota). Να περιέχει Αιθανόλη 72gr, Τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 0.03 gr. Σε συσκευασία 1 ΛΙΤΡΟΥ. Σε σπρέι με ενσωματωμένη αντλία.

- **A/A 29 ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΑΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 9Χ7 ΠΕΡΙΠΟΥ**

Προδιαγραφές: να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο, να επιτρέπει το δέρμα να αναπνέει, να αποτελείται από ένα επιστρωμένο σύνθετο υλικό βάσης με οπή (καλυμμένη με μεμβράνη πολυουρεθανής για να επιτρέπεται ο οπτικός έλεγχος του σημείου παρακέντησης) και ένα άνοιγμα για την τοποθέτηση του ακροφυσίου προστατευμένο με χαρτί σιλκόνης. Να υπάρχει υψηλός βαθμός συγκόλλησης να συνοδεύεται από ταινίες στερέωσης για επιπλέον σταθερότητα, με διαστάσεις περίπου 9 χ 7 cm.

- **A/A 30 ΕΠΙΘΕΜΑ -ΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ**

Πρόκειται για αυτοκόλλητη προστατευτική θήκη (με σακουλάκι), των άκρων του υποκλείδιου καθετήρα, η οποία προσφέρει προστασία του σημείου εξόδου του καθετήρα και σταθεροποίηση στο σώμα του ασθενούς. Να προσφέρει αδιαβροχοποίηση του σημείου. Διαστάσεις:16Χ5cm.

- **A/A 31 ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm x 10cm**

Αποστειρωμένο επίθεμα από διαφανή μεμβράνη, διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος. Ενδείξεις: Αδιάβροχος, αποστειρωμένος φραγμός: προστατεύει το σημείο εισόδου ή το τραύμα από εξωτερικούς μολυσματικούς παράγοντες, όπως βακτήρια, ιούς, αίμα και σωματικά υγρά. Δοκιμές in vitro έδειξαν ότι η διαφανής μεμβράνη καθιστά ικό φραγμό για προστασία από ιούς διαμέτρου 27 nm ή μεγαλύτερους, ενώ το επίθεμα μένει άθικτο, χωρίς διαρροές. Διαπερατή στην αναπνοή του δέρματος μεμβράνη, που επιτρέπει την είσοδο στο οξυγόνο, αλλά όχι και στον ατμό υγρασίας. . Άνετη εφαρμογή.

Ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν μπάνιο ακόμη και να μπουν στη θάλασσα μετά από χειρουργεία – πλαστικές και επίσης για όσους έχουν στομίες ή για προστασία σε φίστουλες και καθετήρες.

- **A/A 32, 33, 34, 35 ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο10, Νο12, Νο 14, Νο 16 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm**

Να είναι ευθύς, από εξευγενισμένο PVC με εσωτερική και εξωτερική κάλυψη. Να είναι κλειστού άκρου και να φέρει ειδικό σύστημα πολλαπλών οπών για γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή αναρρόφηση. Να φέρει βαλβίδα Vactrol ειδικής κατασκευής, ώστε με το πάτημα του δακτύλου να γίνεται η αναρρόφηση. Να έχουν μήκος περίπου 50cm. Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης.

- **A/A 36, 37, 38, 39, 40 ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο16, Νο14, Νο18, Νο20, Νο22**

Καθετήρας Foley 2-Way να είναι από σιλκόνη, για χρήση έως 30 ημέρες, αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός. Το μήκος του να είναι περίπου 40cm. Η βαλβίδα να είναι ασφαλείας (το στόμιο της βαλβίδας να προεξέχει του σώματος του ουροκαθετήρα) και κατάλληλη για άκρο συριγγών Luer Slip και Luer-Lock. Να είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο Αιθυλενίου (EO) και συσκευασμένος σε διπλή ασφαλή συσκευασία Peel Pack. Νο 14/16/18/20/22. Ο αυλός του καθετήρα να είναι διάφανος και ευρύς ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες προκειμένου να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι ενισχυμένος και να φουσκώνει συμμετρικά.

- **A/A 41, 42, 43 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο16, Νο18, Νο20**

Καθετήρας Foley 3-Way να είναι από σιλίκονη, για χρήση έως 30 ημέρες, αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός. Το μήκος του να είναι περίπου 40cm. Η βαλβίδα να είναι ασφαλείας (το στόμιο της βαλβίδας να προεξέχει του σώματος του ουροκαθετήρα) και κατάλληλη για άκρο συριγγών Luer Slip και Luer-Lock. Να είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο Αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε διπλή ασφαλή συσκευασία Peel Pack. Νο 14/16/18/20/22. Ο αυλός του καθετήρα να είναι διάφανος και ευρύς ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες προκειμένου να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι ενισχυμένος και να φουσκώνει συμμετρικά.

- **A/A 66 ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ PGA 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ.2-0**

Πολύκλωνο συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα με μέση απορρόφησης από πολυγλακτινή ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 3.**

- **A/A 68 ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ PGA 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ.3-0**

Πολύκλωνο συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα με μέση απορρόφησης από πολυγλακτινή ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 2.**

- **A/A 70 ΡΑΜΜΑ ΑΠ/ΜΟ PGA ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΑΛΙΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ. 3-0**

Πολύκλωνο συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα με μέση απορρόφησης από πολυγλακτινή ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 1.5.**

- **A/A 71 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ. ΑΠΟΡΡ/ΜΟ 4/0 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, 1/2ΚΥΚ. 45CM,1B 16MM.**

Πολύκλωνο συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα με μέση απορρόφησης από πολυγλακτινή ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 1.5.**

- **A/A 72 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ.1 30mm 75εκ.**

Πολύκλωνο συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα με μέση απορρόφησης από πολυγλακτινή ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 30 mm GAUGE 4.**

- **A/A 73 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡ/ΜΟ. ΜΕΤΑΞΙ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Νο 1, GAUGE 4, 1 βελ.1/2 κυκλ. 75 εκ. 30 mm.**

Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 30 mm GAUGE 4.**

- **A/A 74 ΡΑΜΜΑ NYLON 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 2-0 B 24 MM**

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 45**

εκ. χιλιοστά βελόνας 24 mm GAUGE 3.

- A/A 75 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. 3-0

Συνθετικό μη απορροφήσιμο πολύκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 2.**

- A/A 76 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ.3-0

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 45 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 3.**

- A/A 77 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0, GAUGE 2, 1 ΒΕΛ 3/8ΚΥΚ ΚΟΠΤ 45CM 24MM

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 24 mm GAUGE 2.**

- A/A 78 ΡΑΜΜΑ NYLON 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 4-0 B 26 MM

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 45 εκ. χιλιοστά βελόνας 24 mm GAUGE 1.5.**

- A/A 79 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠ.ΠΟΛΥΑΜ. 5/0,1 ΒΕΛ, 3/8 ΚΥΚΛ ΚΟΠΤ. 75CM 19MM

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 19 mm GAUGE 1.5.**

- A/A 97, 98 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G, 22G

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Σχεδιασμός

- **Κωδικοποίηση με χρώματα (Color-coding):** Διεθνής χρωματική σήμανση ανάλογα με το μέγεθος (διάμετρο/Gauge) για άμεση αναγνώριση (π.χ. 22G μπλε, 20G ροζ, 18G πράσινο). Για τους φλεβοκαθετήρες 18G οι διαστάσεις του να είναι κατά προτίμηση 1,2 X 38mm περίπου με δυνατότητα ροής 105 ml/min περίπου.
- **Ατραυματική βελόνα (Triple-bevel needle):** Τριπλή λοξοτόμηση στην άκρη της βελόνας με ειδική λίπανση σιλικόνης για ομαλή, ανώδυνη διείσδυση χωρίς να σχίζεται η φλέβα.
- **Βιοσυμβατό υλικό (Bio-compatible catheter):** Κατασκευή από πολυουρεθάνη (PUR) ή FEP, υλικά που μαλακώνουν μέσα στη φλέβα λόγω της θερμοκρασίας του σώματος, μειώνοντας τον κίνδυνο θρομβοφλεβίτιδας.
- **Διαφανής θάλαμος επιστροφής (Flashback chamber):** Διαφανές πίσω μέρος που επιτρέπει την άμεση οπτική επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης μέσω της εμφάνισης αίματος.
- **Εύκαμπτα πτερύγια (Flexible wings):** Ανατομικά πτερύγια στήριξης που επιτρέπουν σταθερή καθήλωση στο δέρμα και μειώνουν τη μηχανική καταπόνηση της φλέβας.
- **Συμβατότητα Luer-Lock:** Διεθνές πρότυπο σύνδεσης στην πίσω υποδοχή για ασφαλή και στεγανή προσαρμογή με σύριγγες, ορούς ή προεκτάσεις.
- **Ακτινοσκοπιότητα (Radiopaque lines):** Ενσωματωμένες γραμμές στον καθετήρα που είναι ορατές στις ακτινογραφίες για τον εύκολο εντοπισμό της θέσης του.

Ασφάλεια & Κλινική Χρήση

- **Χρόνος παραμονής στον ασθενή:** Σχεδιασμός για βραχεία/ενδιάμεση χρήση, με μέγιστο ασφαλή χρόνο παραμονής τις **72 έως 96 ώρες** (εκτός αν υπάρξει κλινική ένδειξη για νωρίτερη αντικατάσταση).

Αποστείρωση & Καθαρότητα Υλικού

- **Τρόπος αποστείρωσης:** Αποστειρωμένοι με **αιθυλενοξειδίο (EO)** ή με **ακτινοβολία γάμμα (Gamma irradiation)**, σε ατομική, σφραγισμένη συσκευασία blister (Medical Grade).

- **Ελεύθεροι πυρετογόνων (Pyrogen-free):** Πιστοποιημένα **μη-πυρετογόνοι (non-pyrogenic)** και **μη-τοξικοί** καθετήρες για την αποφυγή συστηματικής εμπύρετης αντίδρασης ή φλεγμονής στον ασθενή.

Πιστοποιήσεις Ποιότητας (στη Συσκευασία)

- **Σήμανση CE (με τετραψήφιο κωδικό):** Πιστοποιεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR).
- **Πρότυπο ISO 13485:** Διεθνές πρότυπο για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- **Πρότυπο ISO 10555:** Ειδικό διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για στείρους ενδοαγγειακούς καθετήρες μιας χρήσης.
- **Ένδειξη Latex-Free & DEHP-Free:** Για την προστασία των ασθενών από αλλεργικές αντιδράσεις και την αποφυγή τοξικών πλαστικοποιητών.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως **και το Σάββατο 24/10/2026**.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Τα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας.

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, εφόσον το αναφερόμενο είδος αντιστοιχεί σ' αυτό.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ