Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.20 13:56:26 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μαυροπούλου 9
61300 Γουμένισσα
Πληροφορίες : Αμοιρίδου Μαρία
Τηλέφωνο : 23433 50388
E-mail : prom4@gngoum.gr

Γουμένισσα: 20.10.2026

Αρ. Πρωτ.: 6725

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ωτοσκοπίων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
   α)του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
   β)του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007)''Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
   γ)του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.
   δ)του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)'' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6645/16.10.2026 αίτημα του Τμήματος των Εξωτερικών Ιατρείων-Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου.
3. Το γεγονός ότι η προμήθεια των ειδών είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Αποφασίζει

Την προμήθεια ωτοσκοπίων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής,** όπως αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επιτοίχιο ωτοσκόπιο μαζί με το σταθμό του, με λαβή και κεφαλές	ΤΕΜ.	3
2	Επιτοίχιο ωτοσκόπιο και οφθαλμοσκόπιο μαζί με το σταθμό του, με λαβή και κεφαλές	ΤΕΜ.	1

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Οφθαλμολογικό ωτολογικό διαγνωστικό σετ και μεμονωμένο ωτολογικό διαγνωστικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

1. Γενικές Απαιτήσεις

- Το σύστημα να είναι **σύγχρονης τεχνολογίας**, καινούργιο, αμεταχείριστο και να μην έχει καταργηθεί η παραγωγή του.
- Να είναι κατάλληλο για την έντονη και **καθημερινή κλινική χρήση** σε νοσοκομειακό περιβάλλον (π.χ. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Εξωτερικά Ιατρεία ΩΡΛ / Παιδιατρικής / Παθολογίας).
- Να φέρει απαραίτητα πιστοποίηση **σήμανσης CE** (Ιατροτεχνολογικό προϊόν) σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Επιτοίχια Μονάδα Τροφοδοσίας (Βάση)

- Να είναι σχεδιασμένη για **μόνιμη επιτοίχια εγκατάσταση** με σταθερή και ασφαλή στήριξη.
- Να λειτουργεί με απευθείας σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο του νοσοκομείου (230V / 50Hz).
- Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) **εργονομική, αντιολισθητική λαβή** με σπιράλ καλώδιο μεγάλης εμβέλειας (κατ' ελάχιστο 3 μέτρων όταν εκτείνεται) για άνετη εξέταση του ασθενούς.
- Να διαθέτει σύστημα **αυτόματης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης** (ON/OFF): Το όργανο να ανάβει αυτόματα μόλις ο χρήστης σηκώνει τη λαβή από τη βάση και να σβήνει αμέσως μόλις επανατοποθετείται σε αυτή, για εξοικονόμηση ενέργειας και παράταση της ζωής της λυχνίας.
- Η λαβή να ενσωματώνει ηλεκτρονικό **ροοστάτη (dimmer)** για τη συνεχή, γραμμική ρύθμιση της έντασης του φωτισμού.
- Επιθυμητό να διαθέτει ενσωματωμένο **σύστημα προστασίας** ή σταθεροποιητή τάσης, ώστε να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις ρεύματος και να προστατεύεται η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων.

3. Κεφαλή Ωτοσκοπίου & Οπτικά Χαρακτηριστικά

- Να διαθέτει σύστημα φωτισμού **οπτικών ινών** για ομοιογενή, ψυχρό και χωρίς αντανακλάσεις φωτισμό του ακουστικού πόρου.
- Η λυχνία φωτισμού να είναι **τεχνολογίας LED** υψηλής φωτεινότητας (ή εναλλακτικά Xenon/Halogen υψηλής απόδοσης 3.5V), που να αποδίδει το φυσικό χρώμα των ιστών.
- Να διαθέτει μεγεθυντικό φακό με **μεγέθυνση τουλάχιστον 3x**. Ο φακός να είναι αντιχαρακτικός, στεγανοποιημένος και να έχει δυνατότητα μετακίνησης/περιστροφής για τη διευκόλυνση της εισαγωγής εργαλείων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Κεφαλή Οφθαλμοσκοπίου

- Να είναι **άμεσης οφθαλμοσκόπησης**, σύγχρονης σχεδίασης, με προστασία από τη σκόνη .
- Φωτισμός υψηλής απόδοσης (LED ή Xenon/Halogen 3.5V) για καθαρή απεικόνιση του βυθού του οφθαλμού.
- Να διαθέτει διοπτρικό δίσκο με εύρος φακών διορθώσεως τουλάχιστον από **-20 D έως +20 D** (σε βήματα του 1 D) για την κάλυψη διαθλαστικών σφαλμάτων.
- Να διαθέτει επιλογέα με τουλάχιστον **4-5 διαφορετικά διαφράγματα/δέσμες φωτός** (π.χ. μεγάλο spot, μικρό spot, σχισμοειδής δέσμη, αστέρας καθήλωσης) καθώς και **φίλτρο χωρίς κόκκινο (red-free filter)**.
- Να φέρει μαλακό ελαστικό στήριγμα φρυδιού για την προστασία των γυαλιών του εξεταστή.

Επιτοίχια Μονάδα Τροφοδοσίας (Βάση)

- Σχεδιασμένη για μόνιμη επιτοίχια εγκατάσταση , με λειτουργία στα 230V / 50Hz.
- Να διαθέτει **δύο (2) ανεξάρτητες εργονομικές λαβές** με σπιράλ καλώδια (εμβέλεια τουλάχιστον 3 μέτρων το καθένα).
- Να επιτρέπει την **ταυτόχρονη χρήση και των δύο λαβών** από δύο χρήστες χωρίς πτώση της έντασης του φωτισμού.
- **Αυτόνομο σύστημα ON/OFF** για κάθε λαβή ξεχωριστά (ενεργοποίηση με την άρση, απενεργοποίηση με την τοποθέτηση στη βάση).
- Ανεξάρτητοι **ροοστάτες (dimmers)** σε κάθε λαβή ή θέση για αυτόνομη ρύθμιση έντασης.
- **Αντικλεπτικό σύστημα ασφάλισης** και για τις δύο κεφαλές (ωτοσκοπίου και οφθαλμοσκοπίου) επάνω στις λαβές.

Παρακαλούμε να αναφέρεται η ισχύς των προσφορών και οι τιμές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να αποστείλει την οικονομική προσφορά της έως την **Δευτέρα 26.10.2026** και ώρα **14:00 μ.μ.** στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση **(e-mail)** στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ»

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ