



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 14404
Ημ/νία: 21/10/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Π. ΠΡΟΚΟΠΗ
Τηλ: 2313304426
e-mail: pprokopi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 20-10-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά: εργαλεία για το Χειρουργείο

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Χειρουργείου, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και **EMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 29-10-2026

Καταληκτική ώρα : 13.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1.Λαπαροσκοπική μονοπολική λαβή διαμέτρου 5mm και μήκους 330mm

2.Μονοπολικό άκρο τύπου Lhook με κεραμικό

3.Μονοπολικό άκρο τύπου spatoula

Τα μονοπολικά εργαλεία να είναι αποσυναρμολογούμενα σε 3 μέρη για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση καθώς και την τμηματική αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης των μερών του εργαλείου, επί ποινής απόρριψης. Η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση να γίνονται εύκολα με μια κίνηση. Να έχουν υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας και να διατίθενται καλώδια πολλαπλών χρήσεων για όλους τους τύπους των διαθερμιών. Να είναι εργονομικής σχεδίασης και τα ακροφύσια των εργαλείων που συνδέονται επάνω να είναι αποσπώμενα και να διατίθενται σε L-hook και Spatoula . Τα εργαλεία να αποστειρώνονται πλήρως συναρμολογημένα στους 134ο σε κλίβανο ατμού. Όλα τα αποσυναρμολογούμενα εργαλεία να είναι

του ιδίου οίκου για συμβατότητα όλων των στελεχών με τις χειρολαβές. Το ωφέλιμο μήκος των εργαλείων να είναι 33-42 εκατοστών, επί ποινής απόρριψης.

Για όλα τα ενδοσκοπικά εργαλεία πολλαπλών χρήσεων να δίδεται εγγύηση 2 ετών επί καθημερινής χρήσης και επαναποστείρωσης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

21.10.2026 15:58:02

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ