Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.30 10:52:42 EET
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
« Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ζωή Μελάχρη
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας
Τ.Κ. 34003
ΤΗΛ.: 2222350157
E-MAI: supplies@gnkymis.gr

ΚΥΜΗ: 30-10-2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6206

ΠΡΟΣ:1)SANIMED
2)ΕΛΛΕΝΚΟ Α.Ε.
3)MAGIRAS DIAGNOSTICS
4)SIDAPHARM
5)COSMOFARM
6)ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΙ
7)VIOLAK
8)MILONAS
9)OMMALITE
10)ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
11)ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
12)INSIDE MEDICAL
13)MEDICIN ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
14)BBD
15)KANELLOS MEDICALS
16)ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.
17)ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.438,95€ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%, 13% & 24%, ΗΤΟΙ 27.279,57€ ΜΕ ΦΠΑ

- Η υπ' αρίθμ.πρωτ.5637/29-09-2026 αίτηση του γραφείου Διαχείρισης υλικού για προμήθεια αναλώσιμου αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού, για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου, χρονικού διαστήματος κάλυψης αναγκών ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης.
- Την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 20398/05-10-2026 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (ΑΔΑΜ: 26REQ020085388).
- Η υπ΄αρίθμ. 153/06-10-2026 Απόφαση της Αν. Διοικήτριας (ΑΔΑ: 9ΒΝΝ46904Θ-Φ58).
- Η υπ΄αρίθμ. πρωτ. 5806/07-10-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΑΛΕ 32302030000001, (ΑΔΑΜ:26REQ020085454).
- Η υπ΄αρίθμ,. πρωτ. 6003/19-10-2026 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (ΑΔΑ: 9ΓΖΘ46904Θ-4ΘΔ).

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr).

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.438,95€ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%, 13% & 24% ΗΤΟΙ 27.279,57€ ΜΕ ΦΠΑ».**

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	PENROSE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΟ LATEX 1/2''	ΤΕΜ	50	0,4	20,00
2	PENROSE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΟ LATEX 3/4''	ΤΕΜ	50	0,4	20,00
3	PENROSE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΟ LATEX 3/8''	ΤΕΜ	50	0,4	20,00
4	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 0	ΤΕΜ	10	0,50	5,00
5	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 1	ΤΕΜ	10	0,50	5,00
6	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 2	ΤΕΜ	10	0,50	5,00
7	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 3	ΤΕΜ	10	0,50	5,00
8	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 4	ΤΕΜ	10	0,50	5,00
9	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ No 5	ΤΕΜ	10	0,50	5,00
10	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ No 5	ΤΕΜ	10	3,50	35,00
11	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1000ml	ΤΕΜ	40	8,00	320,00
12	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΣΕ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 15 ΕΚ. 6'' ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	ΤΕΜ	2000	0,0280	56,00
13	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G18	ΤΕΜ	10000	0,011	110,00
14	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G21	ΤΕΜ	5000	0,011	55,00
15	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G25	ΤΕΜ	5000	0,009	46,50
16	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G23	ΤΕΜ	500	0,015	7,50
17	ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΑΚΡΥΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ (lacrimal cannula) 26GGX28ΜΜ	ΤΕΜ	100	1,6000	160,00
18	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ SYRGICEL 5X7,5cm	ΤΕΜ	200	2,13	426,00
19	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 7	ΖΕΥΓΗ	500	0,1892	94,60
20	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 7,5	ΖΕΥΓΗ	5000	0,1892	946,00
21	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 8	ΖΕΥΓΗ	1000	0,1892	189,20
22	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 8,5	ΖΕΥΓΗ	1000	0,1892	189,20
23	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	ΤΕΜ	60	3,3000	198,00
24	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 22mm	ΤΕΜ	5000	0,0061	30,50

25	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 7Χ5cm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	5000	0,0290	145,00
26	ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 6*7cm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	5000	0,0170	85,00
27	ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 25Χ10cm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	3000	0,0950	285,00
28	ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15,5Χ8,5cm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	5000	0,1040	520,00
29	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 9Χ7 ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	3000	0,2300	690,00
30	ΕΠΙΘΕΜΑ -ΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	ΤΜΧ	500	1,800	900,00
31	ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm x 10cm	ΤΕΜ	10	15,98	159,80
32	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ No10 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm	ΤΕΜ	20	0,3300	6,60
33	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ No12 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm	ΤΕΜ	20	0,3300	6,60
34	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ No14 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm	ΤΕΜ	80	0,3300	26,40
35	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ No16 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm	ΤΕΜ	80	0,3300	26,40
36	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No16	ΤΕΜ	400	1,25	500,00
37	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΙΚΟΝΗΣ No14	ΤΕΜ	100	1,25	125,00
38	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No18	ΤΕΜ	400	1,25	500,00
39	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No20	ΤΕΜ	20	1,25	25,00
40	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No22	ΤΕΜ	40	1,25	50,00
41	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No16	ΤΕΜ	40	2,5	100,00
42	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No18	ΤΕΜ	40	2,5	100,00
43	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No20	ΤΕΜ	40	2,5	100,00
44	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ) No10	ΤΕΜ	20	0,2	4,00
45	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ) No16	ΤΕΜ	20	0,2	4,00
46	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON No18	ΤΕΜ	200	0,1	20,00
47	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON No20	ΤΕΜ	150	0,18	27,00

48	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON No22	ΤΕΜ	200	0,2	40,00
49	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TIEMAN No14	ΤΕΜ	40	0,163	6,52
50	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TIEMAN No16	ΤΕΜ	40	0,163	6,52
51	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TIEMAN No18	ΤΕΜ	40	0,163	6,52
52	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TIEMAN No20	ΤΕΜ	50	0,163	8,15
53	ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΑΥΟ	ΤΕΜ	150	0,95	142,5
54	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	ΤΕΜ	300	0,131	39,30
55	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 15	ΤΕΜ	200	0,131	26,20
56	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 22	ΤΕΜ	100	0,131	13,10
57	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 11 WL	ΤΕΜ	1000	0,033	33,00
58	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 15WL	ΤΕΜ	300	0,033	9,90
59	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ 21G	ΤΕΜ	4000	0,054	216,00
60	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ B.D. VACCUTAINER 21G	ΤΕΜ	1000	0,6000	600,00
61	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ B.D. VACCUTAINER 23G	ΤΕΜ	500	0,6000	300,00
62	Vacutainer Holder - ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	ΤΕΜ	1500	0,0300	45,00
63	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ	ΤΕΜ	3000	0,1130	339,00
64	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ Μ.Χ. ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ	ΤΕΜ	200	1,9000	380,00
65	ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ LUER LOCK ΑΠΟΣΤ.	ΤΕΜ	5000	0,1110	555,00
66	ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ PGA 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ.2-0	ΤΕΜ	108	1,00	108,00
67	ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ PGA 2-0 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. Β.26ΜΜ 76cm	ΤΕΜ	108	1,00	108,00
68	ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ PGA 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ.3-0	ΤΕΜ	216	4,00	864,00
69	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0, GAUGE 2, 1 ΒΕΛ 3/8ΚΥΚ ΚΟΠΤ 45CM 24ΜΜ	ΤΕΜ	432	0,37	159,84
70	ΡΑΜΜΑ ΑΠ/ΜΟ PGA ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΑΛΙΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ. 3-0	ΤΕΜ	108	1,00	108,00

71	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ. ΑΠΟΡΡ/ΜΟ 4/0 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, 1/2ΚΥΚ. 45CM,1Β 16ΜΜ.	ΤΕΜ	216	3,50	756,00
72	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ.1 30mm 75εκ.	ΤΕΜ	108	0,50	54,00
73	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠ. ΜΕΤΑΞ.No 1,GAUGE4, 1 βελ.1/2 κυκλ. στρ. Μ.75Β30	ΤΕΜ	108	0,50	54,00
74	ΡΑΜΜΑ NYLON 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 2-0 Β 26 ΜΜ	ΤΕΜ	216	0,5	108,00
75	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. 3-0	ΤΕΜ	432	2,00	864,00
76	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ.3-0	ΤΕΜ	432	0,60	259,20
77	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0, GAUGE 2, 1 ΒΕΛ 3/8ΚΥΚ ΚΟΠΤ 45CM 24ΜΜ	ΤΕΜ	216	0,50	108,00
78	ΡΑΜΜΑ NYLON 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 4-0 Β 26 ΜΜ	ΤΕΜ	432	0,50	216,00
79	ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠ.ΠΟΛΥΑΜ. 5/0,1 ΒΕΛ, 3/8 ΚΥΚΛ ΚΟΠΤ. 75CM 19ΜΜ	ΤΕΜ	108	0,50	54,00
80	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3 WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΤΕΜ	3000	0,1590	477,00
81	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3 WAY ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΤΕΜ	5000	0,09	470,00
82	ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ LUER LOCK ΑΠΟΣΤ.	ΤΕΜ	5000	0,1110	555,00
83	ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ml	ΤΕΜ	40000	0,0321	1284,00
84	ΣΥΡΙΓΓΑ 190ML ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ	ΤΕΜ	100	7,0000	700,00
85	ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ml	ΤΕΜ	8000	0,0250	200,00
86	ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ml	ΤΕΜ	20000	0,0580	1160,00
87	ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ml	ΤΕΜ	15000	0,0280	420,00
88	ΣΥΡΙΓΓΑ 50-60 ml ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ	ΤΕΜ	1000	0,1462	146,20
89	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ	ΤΕΜ	6000	0,0885	531,00
90	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ	ΤΕΜ	2500	0,2670	667,50
91	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΜΕ CUFF No61/2	ΤΕΜ	10	0,69	6,90
92	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1 ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ /10 ΚΟΥΤΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ	ΤΕΜ	400	1,6	640,00
93	ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΕΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	10	8,0000	80,00
94	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4,5CM	ΤΕΜ	40	1,6700	66,80
95	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8,0CM	ΤΕΜ	40	1,6700	66,80
96	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1 LT	ΤΕΜ	10	6,6000	66,00
97	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G	ΤΕΜ	2000	0,7000	1400,00
98	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 22G	ΤΕΜ	6000	0,0870	522,00

99	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤ. 75Χ90cm ΜΕ ΟΠΗ	ΤΕΜ	100	0,3270	32,70
ΣΥΝΟΛΟ:			**193.870,00**		**23438,95**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **Α/Α 11 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1000ml**

Αντισηπτικό σαπούνι για τα χέρια 1000 ml με 4% διγλουκονικη χλωρεξιδινη και 2% ισοπροπιλικη αλκοολη.

- **Α/Α 19, 20, 21, 22 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ No 7, 7,5, 8, 8,5**

Χειρουργικά αποστειρωμένα γάντια χωρίς πούδρα με μακριά μανσέτα 300 χιλ κατ' ελάχιστον. Να είναι κατασκευασμένα από επάλληλα στρώματα υλικού, εκ των οποίων το πολυμερές υλικό (χωρίς latex), εσωτερικά, για καλύτερη προστασία και ευκολότερη εφαρμογή.Να είναι ανατομικού σχήματος με άριστη εφαρμογή, να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια και σωστή αφή. Με ένδειξη για διάκριση, δεξιό, αριστερό τόσο στο εσωτερικό φάκελο όσο και στην μανσέτα τους. Η εξωτερική συσκευασία τους θα πρέπει να ανοίγει εύκολα και ασφαλώς χωρίς να σχίζεται προς αποφυγή επιμολύνσεων. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. Μέθοδος αποστείρωσης να είναι με γ΄ακτινοβολία. Να φέρουν πιστοποίηση EN455-1.2.3. και 4. . **Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών, αλλά σε συσκευασία π.χ. των 50 τεμαχίων).**

- **Α/Α 23 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ**

Να είναι κατάλληλο για γρήγορη απολύμανση και ταυτόχρονο καθαρισμό επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών, ανθεκτικών στις αλκοόλες. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χειρουργικά τραπέζια, φορεία, καρέκλες ασθενών, νοσοκομειακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια καθώς και για την απολύμανση σε χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων όπου η απολύμανση είναι το σημαντικότερο μέσο αποφυγής των λοιμώξεων. Να περιέχει τρία ισχυρά απολυμαντικά συστατικά αλκοολών και δύο ειδών τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου, γεγονός που το κάνει ευρέως αποτελεσματικό ακόμη και σε βακτήρια που γρήγορα αναπτύσσουν αντοχή στα κοινά απολυμαντικά προσδίδοντάς του επιπλέον καθαριστικές ιδιότητες. Να εξατμίζεται γρήγορα και να μην αφήνει υπολείμματα. Να είναι επίσης αποτελεσματικό σε στελέχη βακτηρίων με ισχυρό περίβλημα λίπους καθώς το αλκοόλ επιτρέπει στο απολυμαντικό να διεισδύσει πιο εύκολα στο περίβλημα λίπους. Να περιέχει καθαρή αιθυλική αλκοόλη με ελάχιστη πτητικότητα ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργικές αναπνευστικές αντιδράσεις. Να μην περιέχει αλδεύδες ή φαινόλες. pH:6.5 - 7.5. να είναι Βακτηριοκτόνο Μυκητοκτόνο Φυματιοκτόνο, Gram+/Gram- (συμπ. M.terrae) Ιοκτόνο (συμπ. H1N1, H1N5, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes, Adeno, Rota). Να περιέχει Αιθανόλη 72gr, Τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 0.03 gr. Σε συσκευασία 1 ΛΙΤΡΟΥ. Σε σπρέι με ενσωματωμένη αντλία.

- **Α/Α 29 ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 9Χ7 ΠΕΡΙΠΟΥ**

Προδιαγραφές: να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο, να επιτρέπει το δέρμα να αναπνέει, να αποτελείται από ένα επιστρωμένο σύνθετο υλικό βάσης με οπή (καλυμμένη με μεμβράνη πολυουρεθανης για να επιτρέπεται ο οπτικός έλεγχος του σημείου παρακέντησης) και ένα άνοιγμα για την τοποθέτηση του ακροφυσίου προστατευμένο με χαρτί σιλικόνης. Να υπάρχει υψηλός βαθμός συγκόλλησης να συνοδεύεται από ταινίες στερέωσης για επιπλέον σταθερότητα, με διαστάσεις περιπου 9 χ 7 cm**. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 30 ΕΠΙΘΕΜΑ -ΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ**

Πρόκειται για αυτοκόλλητη προστατευτική θήκη (με σακουλάκι), των άκρων του υποκλείδιου καθετήρα, η οποία προσφέρει προστασία του σημείου εξόδου του καθετήρα και σταθεροποίηση στο σώμα του ασθενούς. Να προσφέρει αδιαβροχοποίηση του σημείου. Διαστάσεις:16Χ5cm. **Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 31 ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm x 10cm**

Αποστειρωμένο επίθεμα από διαφανή μεμβράνη, διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος. Ενδείξεις: Αδιάβροχος, αποστειρωμένος φραγμός: προστατεύει το σημείο εισόδου ή το τραύμα από εξωτερικούς μολυσματικούς παράγοντες, όπως βακτήρια, ιούς, αίμα και σωματικά υγρά. Δοκιμές in vitro έδειξαν ότι η διαφανής μεμβράνη καθιστά ικό φραγμό για προστασία από ιούς διαμέτρου 27 nm ή μεγαλύτερους, ενώ το επίθεμα μένει άθικτο, χωρίς διαρροές. Διαπερατή στην αναπνοή του δέρματος μεμβράνη, που επιτρέπει την είσοδο στο οξυγόνο, αλλά όχι και στον ατμό υγρασίας. . Άνετη εφαρμογή. Ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν μπάνιο ακόμη και να μπουν στη θάλασσα μετά από χειρουργεία – πλαστικές και επίσης για όσους έχουν στομίες ή για προστασία σε φίστουλες και καθετήρες. **Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 32, 33, 34, 35 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ No10, No12, No 14, No 16 ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm**

Να είναι ευθύς, από εξευγενισμένο PVC με εσωτερική και εξωτερική κάλυψη Να είναι κλειστού άκρου και να φέρει ειδικό σύστημα πολλαπλών οπών για γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή αναρρόφηση Να φέρει βαλβίδα Vactrol ειδικής κατασκευής, ώστε με το πάτημα του δακτύλου να γίνεται η αναρρόφηση. Να έχουν μήκος περίπου 50cm. Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. **Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 36, 37, 38, 39. 40 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No16, No14, No18, No20, No22**

Καθετήρας Foley 2-Way να είναι από σιλικόνη, για χρήση έως 30 ημέρες, αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός Το μήκος του να είναι περίπου 40cm Η βαλβίδα να είναι ασφαλείας (το στόμιο της βαλβίδας να προεξέχει του σώματος του ουροκαθετήρα) και κατάλληλη για άκρο συριγγών Luer Slip και Luer-Lock. Να είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο Αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε διπλή ασφαλή συσκευασία Peel Pack. No 14/16/18/20/22. Ο αυλός του καθετήρα να είναι διάφανος και ευρύς ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες προκειμένου να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι ενισχυμένος και να φουσκώνει συμμετρικά. **Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 41, 42, 43 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No16, No18, No20**

Καθετήρας Foley 3-Way να είναι από σιλικόνη, για χρήση έως 30 ημέρες, αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός Το μήκος του να είναι περίπου 40cm Η βαλβίδα να είναι ασφαλείας (το στόμιο της βαλβίδας να προεξέχει του σώματος του ουροκαθετήρα) και κατάλληλη για άκρο συριγγών Luer Slip και Luer-Lock. Να είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο Αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε διπλή ασφαλή συσκευασία Peel Pack. No 14/16/18/20/22. Ο αυλός του καθετήρα να είναι διάφανος και ευρύς ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες προκειμένου να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι ενισχυμένος και να φουσκώνει συμμετρικά. **Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 66 ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ PGA 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ.2-0**

Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση**.** **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 3. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 68 ΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡ/ΜΟ PGA 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ.3-0**

Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση**.** **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 2. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 70 ΡΑΜΜΑ ΑΠ/ΜΟ PGA ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΑΛΙΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ. 3-0**

Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση**.** **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 1.5. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 71 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ. ΑΠΟΡΡ/ΜΟ 4/0 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, 1/2ΚΥΚ. 45CM,1Β 16ΜΜ.**

Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση**.** **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 1.5. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 72 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ.1 30mm 75εκ.**

Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 30 mm GAUGE 4. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 73 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡ/ΜΟ. ΜΕΤΑΞΙ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ No 1, GAUGE 4, 1 βελ.1/2 κυκλ. 75 εκ. 30 mm.**

Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 30 mm GAUGE 4. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 74 ΡΑΜΜΑ NYLON 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 2-0 Β 24 ΜΜ**

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατα AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. . **Μήκος ράμματος 45 εκ. χιλιοστά βελόνας 24 mm GAUGE 3. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 75 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓ. 3-0**

Συνθετικό μη απορροφήσιμο πολύκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 2. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 76 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡ/ΜΟ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ.3-0**

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατα AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. **Μήκος ράμματος 45 εκ. χιλιοστά βελόνας 26 mm GAUGE 3. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 77 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝ. ΠΟΛΥΑΜ. 3/0, GAUGE 2, 1 ΒΕΛ 3/8ΚΥΚ ΚΟΠΤ 45CM 24ΜΜ**

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση**. Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 24 mm GAUGE 2. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 78 ΡΑΜΜΑ NYLON 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 4-0 Β 26 ΜΜ**

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση**. Μήκος ράμματος 45 εκ. χιλιοστά βελόνας 24 mm GAUGE 1.5. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 79 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠ.ΠΟΛΥΑΜ. 5/0,1 ΒΕΛ, 3/8 ΚΥΚΛ ΚΟΠΤ. 75CM 19ΜΜ**

Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση**. Μήκος ράμματος 75 εκ. χιλιοστά βελόνας 19 mm GAUGE 1.5. Να σταλεί δείγμα.**

- **Α/Α 97, 98 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G, 22G**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Σχεδιασμός

- **Κωδικοποίηση με χρώματα (Color-coding):** Διεθνής χρωματική σήμανση ανάλογα με το μέγεθος (διάμετρο/Gauge) για άμεση αναγνώριση (π.χ. 22G μπλε, 20G ροζ, 18G πράσινο).Για τους φλεβοκαθετήρες 18G οι διαστάσεις του να είναι κατά προτίμηση 1,2 X 38mm περίπου με δυνατότητα ροής 105 ml/min περίπου.
- **Ατραυματική βελόνα (Triple-bevel needle):** Τριπλή λοξοτόμηση στην άκρη της βελόνας με ειδική λίπανση σιλικόνης για ομαλή, ανώδυνη διείσδυση χωρίς να σχίζεται η φλέβα.
- **Βιοσυμβατό υλικό (Bio-compatible catheter):** Κατασκευή από πολυουρεθάνη (PUR) ή FEP, υλικά που μαλακώνουν μέσα στη φλέβα λόγω της θερμοκρασίας του σώματος, μειώνοντας τον κίνδυνο θρομβοφλεβίτιδας.
- **Διαφανής θάλαμος επιστροφής (Flashback chamber):** Διαφανές πίσω μέρος που επιτρέπει την άμεση οπτική επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης μέσω της εμφάνισης αίματος.
- **Εύκαμπτα πτερύγια (Flexible wings):** Ανατομικά πτερύγια στήριξης που επιτρέπουν σταθερή καθήλωση στο δέρμα και μειώνουν τη μηχανική καταπόνηση της φλέβας.
- **Συμβατότητα Luer-Lock:** Διεθνές πρότυπο σύνδεσης στην πίσω υποδοχή για ασφαλή και στεγανή προσαρμογή με σύριγγες, ορούς ή προεκτάσεις.
- **Ακτινοσκιερότητα (Radiopaque lines):** Ενσωματωμένες γραμμές στον καθετήρα που είναι ορατές στις ακτινογραφίες για τον εύκολο εντοπισμό της θέσης του.

Ασφάλεια & Κλινική Χρήση

- **Χρόνος παραμονής στον ασθενή:** Σχεδιασμός για βραχεία/ενδιάμεση χρήση, με μέγιστο ασφαλή χρόνο παραμονής τις **72 έως 96 ώρες** (εκτός αν υπάρξει κλινική ένδειξη για νωρίτερη αντικατάσταση).

Αποστείρωση & Καθαρότητα Υλικού

- **Τρόπος αποστείρωσης:** Αποστειρωμένοι με **αιθυλενοξείδιο (ΕΟ)** ή με **ακτινοβολία γάμμα (Gamma Irradiation)**, σε ατομική, σφραγισμένη συσκευασία blister (Medical Grade).
- **Ελεύθεροι πυρετογόνων (Pyrogen-free):** Πιστοποιημένα **μη-πυρετογόνοι (non-pyrogenic)** και **μη-τοξικοί** καθετήρες για την αποφυγή συστηματικής εμπύρετης αντίδρασης ή φλεγμονής στον ασθενή.

Πιστοποιήσεις Ποιότητας (στη Συσκευασία)

- **Σήμανση CE (με τετραψήφιο κωδικό):** Πιστοποιεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR).
- **Πρότυπο ISO 13485:** Διεθνές πρότυπο για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- **Πρότυπο ISO 10555:** Ειδικό διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για στείρους ενδοαγγειακούς καθετήρες μιας χρήσης.
- **Ένδειξη Latex-Free & DEHP-Free:** Για την προστασία των ασθενών από αλλεργικές αντιδράσεις και την αποφυγή τοξικών πλαστικοποιητών.

Να σταλεί δείγμα.

Η μη αποστολή δείγματος για τα ζητούμενα είδη με Α/Α 19,20,21,22,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,97 και 98 είναι επί ποινή αποκλεισμού.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον ΑΛΕ: 32302030000001 .

CPV: 33141110-4, 18424000-7, 33141200-2, 33140000-3, 33141126-9, 33680000-0, 33141320-9, 33600000-6.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας.

Η επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δύναται να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών.

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, εφόσον αναφερόμενο είδος αντιστοιχεί σ΄ αυτό.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-11-2026, ώρα 14:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».**
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».**

- Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».**

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι:
- Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

- Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
  Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
  Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
  Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας, σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
- Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την **ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11-2026 και ώρα 11:00 π.μ..**

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ.
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
6. Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αυτή έχει καταχωρηθεί.
7. Η οποία είναι υπό αίρεση.

8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία στο χώρο της αποθήκης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης.

Η παράδοση του είδους θα γίνει στο Νοσοκομείο με έξοδα ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.

- **Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθούν στο Γραφείο Προμηθειών τα κάτωθι, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:**
  α) Ασφαλιστική ενημερότητα.
  β) Φορολογική ενημερότητα.
  γ) Ποινικό μητρώο των μελών.

- **Ο κωδικός ΑΑΗΤ του Γ.Ν. Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι 1015.Ε00203.0001 & το email: invoice@gnkymis.gr**

Ο προμηθευτής υπόκεινται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις:

α)Ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 & ισχύει),

β) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2017 & άρθρο 24, παρ. 6 του Ν.3846/2010),

γ) Φόρος Εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).

Η σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με την υπογραφή σύμβασης από Προϊσταμένη Αρχή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016.

Χρόνος πληρωμής σύμφωνα με το Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α'107/09-05-13)

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ