Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ.1425
Ταχ. Κώδικας 41110
Πληροφορίες : ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νο9
Τηλέφωνο : 2413501155
Ηλ. Διεύθυνση : procure@uhl.gr

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια και στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Μ645_2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής προσφορών για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ» (CPV: 33181000-2 «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ») για τις ανάγκες της ΜΕΘ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 33.561,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΧΕΤ :

1. Το με αριθμ. 10/612/05-10-2026 αίτημα της Κεντρικής Αποθήκης και το με αριθμ. 9/5952/23-09-2026 της ΜΕΘ Κλινικής.
2. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθ. ΕΗΔ16/31ης/22-10-2026 (ΑΔΑ: 65Β0469060-ΨΑΛ) Έκτακτης συνεδρίασης με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση σκοπιμότητας των υλικών, η διενέργεια, η έκδοση απόφασης ανάληψης και η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
3. Η με αριθ. δέσμευσης 4486/0 (ΑΔΑ: Ψ2ΗΓ469060-Σ9Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. στον ΑΛΕ: 32302030001001

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	**Έως την 12/11/2026 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 2:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.**
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	**16/11/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ:	Προμήθεια **«ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ»**
ΑΛΕ:	32302030001001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	**33181000-2 «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»**
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	**29.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 33.561,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Αντικείμενο της πρόσκλησης, η οποία καλύπτει ανάγκες για προμήθεια **«ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ»** (CPV: 33196000-0 «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ») για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποθήκης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **29.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 33.561,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις **για το προς προμήθεια είδος:**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)	ΠΡΟΥΠ/ΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (13%) (€)
1	512960	**«ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ»**	180	165,00 €	29.700,00	33.561,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α1 Σχόλια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ

Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, κατάλληλα για θεραπείες αιμοδιήθησης- αιμοδιαδιήθησης και όλες τις παραλλαγές τους, με δυνατότητα επιλογής μεμβρανών ανάλογα με τον τύπο θεραπείας. Το σετ να περιλαμβάνει φίλτρο από μεμβράνη πολυσουλφόνης. Τα φίλτρα να είναι κατάλληλα για κάθε τύπο αντιπηκτικής θεραπείας (ηπαρίνη ή/και τοπική χορήγηση κιτρικών).Τα φίλτρα πρέπει να διατίθενται σε διαστάσεις από 0,6-1,8m2. Τα φίλτρα να επιτυγχάνουν ρυθμούς ροής αίματος 50-450 ml/min. Κάθε φίλτρο να συνοδεύεται από set χρωματικά κωδικοποιημένων γραμμών για ευκολία στη σύνδεση, καθώς και από σάκο περισυλλογής διηθήματος των 5 L τουλάχιστον. Τα φίλτρα να αποτελούνται από κασέτα με προσυνδεδεμένες γραμμές : Το περιβάλλον της ΜΕΘ βρίθει μικροβίων και υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όταν υπάρχουν ελεύθερες συνδέσεις.Η ύπαρξη αυτοματοποιημένης διάταξης που προσαρμόζεται στο μηχάνημα με μια κίνηση εν ήδη κασέτας είναι αφ' ενός για τη μείωση του χρόνου του προσωπικού που χειρίζεται το φίλτρο αλλά κυρίως και πολύ σημαντικό για τη μείωση των λοιμώξεων. Η μείωση των χειρισμών των συνδέσεων των γραμμών του φίλτρου επιφέρει την αποφυγή επαφής του με το περιβάλλον της ΜΕΘ, που μπορεί να προκαλέσει την επιμόλυνση του.

Τα ανωτέρω φίλτρα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχο εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:

1.Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείαςδηλαδή να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1και ταΕυρωπαϊκά πρότυπα EN 55011.

2. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V/50 Hz, μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου με ρευματολήπτη τύπου «σούκο» και να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας όλων των αντλιών για τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ενσωματωμένη μπαταρία). Να έχει δυνατότητα διατήρησης των δεδομένων της θεραπείας.

3.Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των παρακάτω θεραπειών και να αναφερθούν οι τύποι των διαθέσιμων ανά μέθοδο φίλτρων:

α. Συνεχής βραδεία υπερδιήθηση (SCUF)

β. Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση (CVVH)

γ. Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιάλυση (CVVHD)

δ. Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση (CVVHDF)

ε. Αιμοπροσρόφηση (HP)

στ. Θεραπευτική Ανταλλαγή Πλάσματος (TPE)

4. Θα πρέπει να διαθέτει μέθοδο ανίχνευσης αέρα στο κύκλωμα αίματος και ανίχνευση διαρροής αίματος του φίλτρου. Επίσης θα είναι σημαντικό να έχει δυνατότητα ελεγχόμενης υπερδιήθησης έως 2 L/h, ροής διαλύματος έως 8000mL/h, χρήσης φίλτρων pre ή post dilution χωρίς καμία μηχανική αλλαγή καθώς και ταυτόχρονης pre και post dilution.

5. Να δέχεται αλλαγή όλων των δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας και να έχει δυνατότητα αλλαγής θεραπείας αιμοκάθαρσης χωρίς αλλαγή φίλτρων ή γραμμών.

6. Να διαθέτει αυτόματο priming.

7. Να δέχεται στείρα υγρά έγχυσης (διαλύματα) όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων καθώς και ειδικά διαλύματα για αντιπηξία με κιτρικά αλλά και διαλύματα ελέγχου της υποφωσφατιαιμίας συμβατά με τα συνδετικά του μηχανήματος (να αναφερθούν).

8. Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακριβείας αντλία χορήγησης αντιπηκτικού, η οποία χορηγεί αντιπηκτικό διάλυμα στο κύκλωμα ροής του αίματος. Να έχει δυνατότητα χορήγησης αντιπηκτικού με δύο τρόπους:α) χορήγηση ηπαρίνης β)χορήγηση κιτρικού-ασβεστίου(ειδικά για τους ασθενείς με αιμορραγική διάθεση).

9. Να διαθέτει λογισμικό για τον αυτόματο υπολογισμό της απώλειας ασβεστίου στο εξωσωματικό κύκλωμα.

10. Να διαθέτει αυστηρώς ελεγχόμενο θερμαντήρα του αίματος, με δυνατότητα απενεργοποίησης του εάν κριθεί απαραίτητο.
11. Το μηχάνημα να διαθέτει ανιχνευτή διαρροής υγρών στη βάση του μηχανήματος από το setμίας χρήσης ή από τους σάκους των στείρων διαλυμάτων και να ειδοποιεί τον χρήστη με συναγερμό.
12. θα εκτιμηθεί κυρίως η δυνατότητα επιστροφής του αίματος στον ασθενή ασφαλώς με μηχανικό η χειροκίνητο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η διαρκής απώλεια αίματος των ασθενών σε αιμοδιαδιήθηση.

……

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, **σε πρωτότυπη μορφή** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».**
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**.
- Τα οικονομικά στοιχεία, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**.

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

❖ **Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:**

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, **όπου να δηλώνεται ότι**:

- Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Η ισχύς της προσφοράς τους είναι έξι (6) μήνες.
- Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
- Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, (ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας) **κατάθεση <u>υπεύθυνης δήλωσης</u> του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024 [βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων"]**

2) Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

❖ **<u>Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται:</u>**

Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή και παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus των προσφερόμενων ειδών.

Β) Σήμανση CE για τα προσφερόμενα είδη για τα οποία απαιτείται η σήμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων **το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel**, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως.

- **Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

- **Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών.** ***Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία , η τιμή , καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει.***

- **Προαιρετικά τυχόν προηγούμενες συμβάσεις των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Λ. ως συγκριτικά στοιχεία για τα υλικά που δεν αντιστοιχούν στο Π.Τ. της Ε.Π.Υ.** (Ν. 4272/2014 άρθρο 47): «*«σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη».* Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη σύμβαση τότε να περιέχονται αντίγραφα τιμολογίων.
  - **Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 18/8/2026 και ώρα 10:00 π.μ..**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ.. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

- **Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Νοσοκομείου: **1015.Ε00273.0001.**

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας. Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της διαχείρισης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.
Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
MAIRI KOUTSIOUMPA
02.11.2026 08:28

ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ