0000048602
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.03 11:32:04 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"
ΑΦΜ 999100816

ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 03/11/2026
Α. Π.: 43374

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Υπ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Πληροφορίες : ΚΑΛΟΓΕΡΑ Χ.
Ταχ. Δ/νση : 26504 Ρίο Πατρών
Τηλέφωνο : 2613 604042

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Αίτημα Ανάρτησης Δημόσιας Διαβούλευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 298.275,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 33141127-6).

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα άρθρα 46 & 47 του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την **προμήθεια του είδους «ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 298.275,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 33141127-6).**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr), β) από την ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Π. στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.pgnp.gr) και γ) στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως κατατεθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών (από την ημερομηνία ανάρτησης), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Π.

03.11.2026 11:19:58
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) Απορροφήσιμος βιοενεργός αιμοστατικός παράγοντας σε μορφή γέλης με τουλάχιστον 2.500 θρομβίνης και ατελοκολλαγόνο (υψηλής περιεκτικότητας κολλαγόνο) ή ζελατίνης.
Το μείγμα της θρομβίνης και του ατελοκολλαγόνου ή ζελατίνης να είναι ομογενοποιημένο και ο φορέας να είναι προφορτωμένος σε σύριγγα ώστε η ανάμειξη να γίνεται σε λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα.

Β) Αιμοστατική ουσία από πολυσακχαρίτη 3gr ή 5 gr, με μικροπορώδη και δικτυωτή μικροδομή, εξαιρετικής βιοσυμβατότητας. Να είναι φυτικής προέλευσης προέλευσης (πολυσακχαρίτης) με διάμετρο μικροσφαιριδίων 30.8μm-97μm, και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της διασύνδεσης (cross linking) προκειμένου να επιτευχθεί γαλακτωματοποίηση και τελικώς η αιμόσταση. Να έχει την λειτουργία υδρόφιλου παραπετάσματος σε μοριακό επίπεδο εγκλωβίζοντας την υγρασία σε πολλαπλάσιο με το μέγεθός του βάρος, σχηματίζοντας σε ελάχιστο χρόνο μείγματα γέλης (gel) στην περιοχή της εφαρμογής του, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο την φυσική αιμόσταση. Τα υλικά παρασκευής του αιμοστατικού να είναι άσηπτα και χωρίς πυρετογόνες ουσίες και να μην περιέχουν ουσίες ή υλικά ζωικής ή ανθρώπινης προέλευσης. Η συσκευασία του αιμοστατικού να διατίθεται με ακροφύσιο εφαρμογής στα 2cm, 14cm, 38cm για επεμβάσεις «ανοιχτού τύπου / λαπαροσκοπικές» και στα 25cm έως και 2m (καθετήρας), για «επεμβάσεις ενδοσκοπικές / λαπαροσκοπικές». Η απορρόφηση από τον οργανισμό της αιμοστατικής ουσίας να ολοκληρώνεται εντός δύο εβδομάδων (14 ημέρες).

Γ) Απορροφήσιμος αιμοστατικός σπόγγος ζελατίνης διαστάσεων 80 × 50 × 10 mm Να είναι απορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό σε μορφή σπόγγου ζελατίνης (Absorbable Haemostatic Gelatin Sponge), κατάλληλο για την επίτευξη ταχείας και αποτελεσματικής αιμόστασης. Το υλικό να συμβάλλει στη μείωση της διεγχειρητικής αιμορραγίας και του χειρουργικού χρόνου και να διαθέτει ομοιόμορφη πορώδη δομή, η οποία ευνοεί την αιμόσταση. Να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Να εξασφαλίζει ταχεία και ασφαλή αιμόσταση. Να παρέχει δομική υποστήριξη για τη σταθερή πήξη του αίματος στο σημείο της αιμορραγίας. Να έχει δυνατότητα απορρόφησης υγρού/αίματος έως και 45 φορές το ίδιο του το βάρος. Να είναι πλήρως απορροφήσιμο από τον οργανισμό εντός 4 εβδομάδων. Να προσαρμόζεται στην επιφάνεια της αιμορραγίας. Να είναι μη τοξικό, μη αλλεργιογόνο, μη ανοσογόνο και μη πυρετογόνο. Να είναι ουδέτερου pH, χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, επιτρέπει την προσθήκη φαρμάκων/θρομβίνης. Να είναι αποστειρωμένο με ακτινοβολία γάμμα (Gamma-sterilized) και έτοιμο προς χρήση. Ο μηχανισμός αιμόστασης να βασίζεται στην πορώδη δομή του σπόγγου, η οποία επιτρέπει τη συγκέντρωση των αιμοπεταλίων, διευκολύνει τη συσσώρευση και την προσκόλλησή τους, ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια κατά την επαφή με το αίμα, ενθαρρύνει την απελευθέρωση ουσιών πήξης και καταλύει τον σχηματισμό ινώδους, συμβάλλοντας τελικά στον σχηματισμό σταθερού θρόμβου. Να είναι κατάλληλο, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, για εφαρμογές αιμόστασης σε σκληρά μήνιγγα/επισκληρίδιο χώρο/οστό, εγκεφαλικό παρέγχυμα και κρανίο, καθώς και για εφαρμογές που σχετίζονται με αποκατάσταση της σκληράς μήνιγγας, μετατραυματικές καταστάσεις, convexity και βάση κρανίου επίσης ειδικές εφαρμογές σε αγγειακές αναστομώσεις και αποκατάσταση αγγείων και σε σταθεροποίηση εμφυτευμάτων.

Δ) Φαρμακευτικός αιμοστατικός σπόγγος με ινωδογόνο και θρομβίνη, ενδείκνυται για χειρουργική αιμόσταση και διατίθεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις όπως 4,8×4,8 cm και 9,5×4,8 cm. Ενδειξη σε χειρουργικές επεμβάσεις για: βελτίωση της αιμόστασης, προαγωγή συγκόλλησης ιστών, υποστήριξη ραφών στην αγγειοχειρουργική, όταν οι συνήθεις τεχνικές δεν επαρκούν. Χρήση σε ενήλικες και παιδιά από 1 μηνός.

Ε) Φυτικής προέλευσης αποστειρωμένες και απορροφήσιμες αιμοστατικές γάζες με 100% οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη που να επιφέρει αιμόσταση εντός 2-8 λεπτών . Να απορροφώνται από τον οργανισμό εντός 1-2 εβδομάδων με βακτηριοκτόνο δράση έναντι στελεχών όπως MRSA και MRSE. Διαστάσεις 5x7.5 εκ και 10x20 εκ.