0000476748
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.04 15:01:48 EET
Reason:
Location: Athens

5 - .. 04/11/2026
.. 23656

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)
Πληρ.: Δήμητρα Κασάπη
Τηλέφωνο: 242135 1156
Email prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV 33696500-0)

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΑΙΤ	κωδ	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	μ.μ.
1	ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ	ΑΝ/481	00022551	ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	2	τμχ
				ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΛΕ/ΚΑΕ 3230205/1359 CPV 33696500-0		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

1. Ο αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, επιτραπέζιος μικρού όγκου και να βασίζεται στην μέθοδο της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης.
2. Να εκτελεί το μεγαλύτερο δυνατό εύρος εξετάσεων.
3. Να διαθέτει στοιχεία Peltier για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της ηλεκτροφόρησης.
4. Να διαθέτει φίλτρα παρεμβολής στα 200 και 415mm.
5. Η μέτρηση των πρωτεινών να γίνεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο μέγιστο της απορρόφησης τους.
6. Να φέρει φορέα εισαγωγής τουλάχιστον 25 δειγμάτων και να εκτελεί τουλάχιστον 20 εξετάσεις ανα ώρα (για πρωτείνες ορού).
7. Να διαθέτει barcode reader για την ανίχνευση δειγμάτων ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να βελτιώνεται η ασφάλεια του εργαστηρίου.
8. Να υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής 2 αντιδραστηρίων για 2 διαφορετικές εξετάσεις ταυτόχρονα επι του αναλυτή.
9. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αμφίδρομη επικοινωνία με κεντρικό σύστημα του εργαστηρίου αλλά και λειτουργώντας εκτός LIS να διαθέτει βάση δεδομένων για την διατήρηση μεγάλου αρχείου ασθενών.
10. Να συνοδεύονται από σύγχρονη μονάδα ΗΥ και έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας οπου θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του αναλυτή , μενού επιλογών , λίστα εργασίας, ποιοτικό έλεγχο κλπ.
11. Να διαθέτει σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό, ώστε ο χειριστής να έχει την δυνατότητα να επεξεργασθεί (editing) και να επέμβει στο ηλεκτροφόρημα σε διάφορες παραμέτρους που επιθυμεί.

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
   - Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
   - Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
   - Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και_Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
   - Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»
   - Το αρ.πρωτ. 23361/2-11-2026 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που συγκροτήθηκε με την αρ. 669/2026 (19336/21-09-2026) Απόφαση του Διοικητή του ΓΝ Βόλου.

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» **προτίθεται** να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια **«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ » (CPV 33696500-0), ΑΛΕ 3230205/1359** όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και **καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι**.

Κατάθεση προσφορών στο **e-mail: prom@ghv.gr** μέχρι την **Παρασκευή 06/11/2026 και ώρα 11:00**.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): **http://civil.dypethessaly.gr** στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής
του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ