Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.03 13:53:17 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
ΠΛΗΡΟΦ. Μήλας Γεράσιμος
ΤΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167
E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr

Αμαλιάδα : 03-11-2026
Αριθ. Πρωτ.: 10914

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις των Ν. 3329/05, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014 και Ν.4782/2021, άρθρο 50, την απόφαση με αριθμό 38661 ΕΞ 2025 τεύχος Β΄με αρ. φύλλου 1104 και τις διατάξεις του Ν. 5129/2024(Α΄124) άρθρο 72.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έρευνα αγοράς για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες του **Τμήματος Χειρουργείο** και ασθενή Κ.Γ., με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατηρήσεις/Τεχνικές προδιαγραφές
1	Σετ ενδοαυλικής θεραπείας κιρσών	1 τεμ.	Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Τμήμα που αιτείται το υλικό : Χειρουργείο.
CPV: 33141200-2.
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.Ε00208.0001
Τρόπος υποβολής προσφορών :
Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.
Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 10/11/2026 ώρα 12:00 π.μ.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό κατασκευαστή, δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) REF number, στ) κατασκευαστικό οίκο.
2. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
3. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
4. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
5. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών** : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
10. **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής** :
    - Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
    - Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
    - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. **Ειδικοί όροι συμμετοχής** :
    - Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
    - Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
    - Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΤ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER

Περιγραφή Υλικών ΣΕΤ:

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ INFINITY SIDE FIRE FIBER 600μm, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 360° - 60° ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΙΝΑΣ, ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΚΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 4ΜΜ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ 5Fr ΜΗΚΟΥΣ 11 ΕΚ. ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΜΗΚΟΥΣ 16,9ΕΚ. ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΜΗΚΟΥΣ 45ΕΚ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,021 ΙΝ. ΚΑΛΥΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 15ΕΚ x 244ΕΚ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 4Μ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΙΟΔΙΚΟΥ LASER 1470 ΝΜ- 1940 ΝΜ ΜΕ ΙΣΧΥ 12 WATT ή ισοδύναμο.

Χαρακτηριστικά οπτικής ίνας:

Πλήρης κυκλική εκπομπή 360° - 60° σε σχέση με τον άξονα της ίνας.
Μη εμπρόσθια εκπομπή ενέργειας.
Διάμετρος πυρήνα: 600μm η 400μm περίπου.
Μήκος ενεργού άκρου: 4mm.
Διάμετροι tip: 1,8mm και 1,25mm.
Μήκος οπτικής ίνας : 2,5 m περιπου.
Διαβάθμιση ανά 1cm έως 100cm.
Διαθέτει Connector SMA 905.
Συμβατή με φορητή γεννήτρια τύπου GaAIAs με ενσωματωμένη μπαταρία.
Να διαθέτει επίσης ενσωματωμένη, κλειδωμένη ίνα με αποθήκευση μνήμης ασθενούς, μιας χρήσεως, χωρίς δυνατότητα αντιγραφής ή επαναχρησιμοποίησης της.
Γεννήτρια ισχύος 12 Watt σε μήκος κύματος 1470 nm & 1940nm ή ισοδύναμο.

Παροχή φορητής γεννήτριας διοδικού λέιζερ για την πραγματοποίηση των χειρουργείων.
Παρουσία εξειδικευμένου και πιστοποιημένου τεχνικού προσωπικού της εταιρείας κατά την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων.