0000476838
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 13:13:36 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5 - .. 05/11/2026
.. 23743

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)
Πληρ.: Πλιάκα Αναστασία
Τηλέφωνο: 242135-1156
Email prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ CPV : 33111710-1

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
   - Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
   - Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
   - Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
   - Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» **προτίθεται** να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΛΕ 3230203 (ΚΑΕ 1311) CPV: 33111710-1** όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι. Κατάθεση προσφορών στο **e-mail: prom@ghv.gr αναγράφοντας οπωσδήποτε τον αριθμό της έρευνας αγοράς** μέχρι τη **Δευτέρα 09-11-2026 και ώρα 11:00.**

Α/Α	κωδ	ΑΡ. ΑΙΤ	ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	μ.μ.

1	25045	0/3890	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 5 F-7F, ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ . ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΪΝΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. **Να σταλεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού.**	200	**ΤΜΧ**
2	25038	0/3909	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	Συσκευή πλήρωσης μπαλονιού, μιας χρήσεως ,αποστειρωμένη, η οποία να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: βιδωτό έμβολο πιεσόμενης λαβής ασφάλισης / απασφάλισης, διαφανή σύριγγα 30 ml, μανόμετρο 30 atm., ενσωματωμένο συνδετικό σωλήνα με περιστρεφόμενο αρσενικό συνδετικό Luer lock, με κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί με ένα χέρι και με διπλή σκανδάλη για γρήγορη και εργονομική αποσυμπίεση. (Χωρίς αιμοστατική λαβίδα). **Να σταλεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού.**	150	**ΤΜΧ**
3	25051	0/4308	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	Κάλυμμα αγγειογραφίας με 4 οπές για προσπέλαση από κερκιδική αλλά και από μηριαία αρτηρία. Να είναι διαστάσεων 330 X 220 cm. Να διαθέτει μια απορροφητική περιοχή 3 στρώσεων, διαστάσεων 110 X 330 και μια αδιαπέραστη, ιδιαιτέρως απορροφητική περιοχή, διαστάσεων 140 X 140cm, η οποία καλύπτει το πεδίο των κερκιδικών και μηριαίων σημείων, όπως και την περιοχή γύρω από αυτά. Να διαθέτει 2 ανοίγματα για κερκιδικές αρτηρίες απόστασης 90cm μεταξύ τους, με δυνατότητα θυριδοποίησης, όπως και 2 ανοίγματα μηριαίων αρτηριών απόστασης 24cm μεταξύ τους και επίσης με δυνατότητα θυριδοποίησης. Απαραίτητα να διαθέτει εκατέρωθεν ειδικό διάφανο πλαστικό για να βοηθά τον ιατρό να χειρίζεται άνετα το ακτινολογικό κρεβάτι. Η περιοχή του σεντονιού που βρίσκεται σε επαφή με το σώμα του ασθενούς να είναι κατασκευασμένο από απαλό υποαλλεργικό υλικό. **Να σταλεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού.**	300	**ΤΜΧ**

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): **http://civil.dypethessaly.gr** στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ