Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.18 08:47:46 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425
Ταχ. Κώδικας : 41110
Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Αντωνία
Τηλέφωνο :2413501156
Ηλ. Διεύθυνση: :apapadopoulou@uhl.gr

Λάρισα,18/11/2026

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια και στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ673/2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.008,25€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΣΧΕΤ :

1. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθ. Θέμα 13/34ης/12.11.2026 (ΑΔΑ:9Ζ1Φ469060-ΚΩΗ) Συνεδρίασης του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας .
2. Η με αριθ. δέσμευσης 4767 /0/17-11-2026 (ΑΔΑ:Ψ9ΧΞ469060-Η17) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. στον ΑΛΕ 32302050001001.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	**ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	**Έως την 1/12/2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 2:30 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.**
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ. 41110, Λάρισα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12/2026
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ:	Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας
ΚΑΕ:	32302050001001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	33696100-6 «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:	6 μήνες
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΟΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ**
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	**20.762,50€** χωρίς ΦΠΑ ήτοι **22.008,25€** με το Φ.Π.Α

Αντικείμενο της επανάληψης της πρόσκλησης είναι η προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας » του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.762,50 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 22.008,25€ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις **για το κάτωθι υλικό:**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ %	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	**861834**	DG GEL DC SCAN (1X25 CARDS)	ΤΕΜ	30,00	200,000 €	6.000,00 €	6%	360,00 €	6.360,00 €
2	**902582**	ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	150,00	65,800 €	9.870,00 €	6%	592,20 €	10.462,20 €
3	**903044**	ΚΑΡΤΑ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛ.ΑΝΤΙΣ. ΓΙΑ RHESUSKAI ΤΟΥ KELL-D(ΜΕΙΓΜΑ IgG & IgMΑΝΤΙΣ.ΑΝΘΡ.ΠΡΟΕΛ)	ΒΤ	25,00	5,700 €	142,50 €	6%	8,55 €	151,05 €
4	**902397**	ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΛΗΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΩΣΠΡΟΣ Le/M/N	ΤΕΜ	25,00	190,000 €	4.750,00 €	6%	285,00 €	5.035,00 €
						20.762,50 €		**1.245,75 €**	**22.008,25 €**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα αντιδραστήρια να είναι συμβατά με αυτόματο ανοσοαιματολογικό αναλυτή με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Ο αυτόματος αναλυτής να διαθέτει προγράμματα για τις εξής δοκιμασίες:
- Καθορισμό ευθείας ομάδος αίματος ABO/Rhesus D, πλήρους φαινοτύπου Rhesus (C, c, E, e), υποομάδων, ανάστροφη ομάδα, επιβεβαίωση ομάδος ABD, μεμονωμένα και σε συνδυασμούς αυτών
- Προσδιορισμός μεμονωμένων αντιγόνων, ή συνδυασμού αυτών. Αφορά στα αντιγόνα: Cw, Kell, k, Kpa, Kpb, Lea, Leb, Lua, Lub, P1, Jka, Jkb, M, N, S, s, Fya, Fyb Οι προσφερομενοι αντιοροι να εχουν IVD και να είναι πιστοποιημενοι για τις προσφερομενες καρτες
- Δοκιμασία συμβατότητας
- Ανίχνευση (screening) και ταυτοποίηση αλλοαντισωμάτων με μία ή περισσότερες τεχνικές
- Άμεση δοκιμασία Coombs με χρήση πολυδύναμου αντισφαιρινικού ορού και ταξινόμηση αντισωμάτων/συμπληρώματος
2. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ:
περισσότερες από 50 ομάδες με ανάστροφη/ώρα, περισσότερα από 50 screening/ώρα
3. ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΛΗΣ
4. Ο αναλυτής να είναι τύπου walk away και το πρόγραμμα να είναι φιλικό στο χρήστη
5. Ο χρόνος εκκίνησης του αναλυτή να είναι μικρός (λίγα λεπτά). Η ημερήσια συντήρηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον παρέμβαση
6. Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, αντιδραστηρίων και καρτών, τυχαίας προσπέλασης (random access)
7. Ο αναλυτής να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να δεχτεί νέα δείγματα. Η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός νέων δειγμάτων να μην επηρεάζει την ήδη εκτελούμενη ρουτίνα, εκτός αν πρόκειται για επείγοντα δείγματα
8. Να διαθέτει τουλάχιστον 90 θέσεις τοποθέτησης δειγμάτων σε αποσπώμενους υποδοχείς (racks)
9. Να έχει τη δυνατότητα καθορισμού δειγμάτων σε προτεραιότητα
10. Να δέχεται δείγματα άμεσης προτεραιότητας (STAT) και μετά τη φόρτωση του να μπορεί να αλλάξει το δείγμα από ρουτίνα σε stat
11. Να δέχεται σωληνάρια όλων των διαθέσιμων διαστάσεων
12. Τα δείγματα να εξετάζονται στα αρχικά τους σωληνάρια (primary tubes) και να μη χρειάζεται η μετάγγισή τους σε άλλα. Να δέχεται παιδιατρικά σωληνάρια
13. Η αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων να γίνεται μέσω γραμμικού κώδικα και να μπορεί να αναγνωρίσει με τον ίδιο γραμμικό κώδικα δυο σωληνάρια που προέρχονται από το ίδιο αρχικό δείγμα

14. Να διαθέτει ανιχνευτή πήγματος και να γίνεται οπτική, ή ακουστική ενημέρωση του χειριστή
15. Να δέχεται και να διενεργεί εξετάσεις σε διαφορετικούς τύπους δειγμάτων:
- συμπυκνωμένα ερυθρά
- ολικό αίμα
- ορό
- πλάσμα
16. Να παρασκευάζει το κατάλληλο εναιώρημα ερυθρών για τη διενέργεια της ζητούμενης εξέτασης
17. Να αναδεύει εναιωρήματα ερυθρών
18. Να ανιχνεύει τη στάθμη του δείγματος
19. Να διατρυπά αυτόματα το κάλυμμα αλουμινίου των καρτών μόνο των θέσεων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να γίνεται εξοικονόμηση αντιδραστηρίων
20. Να δέχεται μερικώς χρησιμοποιημένες κάρτες χωρίς χρονικό περιορισμό χρήσης τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης
21. Να διαθέτει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους αντιδραστηρίων. Συγκεκριμένα να διαθέτει πάνω από 300 θέσεις για κάρτες, και πάνω από 28 θεσεις για υγρά αντιδραστήρια.
22. Ο χρήστης να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τις διαθέσιμες ποσότητες αντιδραστηρίων και εάν αυτές είναι επαρκείς για τις προγραμματισμένες εξετάσεις
23. Ο χρήστης να ενημερώνεται κάθε στιγμή για τον υπολειπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτασης
24. Τα αντιδραστήρια να δύνανται να τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις και ο αναλυτής μέσω του γραμμικού κώδικα να προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα αντιδραστηρίου, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης, διαθέσιμη ποσότητα)
25. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) φυγοκέντρους
26. Να διαθέτει 4 ανεξάρτητους σταθμούς επώασης με πάνω από 40 θέσεις συνολικά για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος να μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει ακόμα και με έναν σταθμό επώασης ή με μία φυγόκεντρο.
27. Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα ώστε να καλύπτεται η ημερήσια ρουτίνα. Η στάθμη τους να ελέγχεται ηλεκτρονικά και να ενημερώνεται ο χειριστής όταν θα πρέπει να απομακρυνθούν
28. Η εικόνα της αντίδρασης να είναι υψηλής ευκρίνειας και να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στη μνήμη του αναλυτή
29. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης να διαβάζεται και ερμηνεύεται αυτόματα. Σε περίπτωση ακαθόριστου, ή αμφίβολου αποτελέσματος (μικτός πληθυσμός, πολύ ασθενής αντίδραση κλπ), να υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη (δηλαδή, ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το αποτέλεσμα οπτικά και να το καταχωρεί)
30. Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό να έχει πολύ υψηλά standards ασφαλείας
31. Να επικοινωνεί αμφίδρομα με το εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στην Αιμοδοσία (LIS) για αυτόματη παραγγελία εξετάσεων και αποστολή των αποτελεσμάτων. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32. Ο αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς το CE σύμφωνα με την περί In Vitro Διαγνωστικών οδηγία 98/79/EC και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO
33. Να υπάρχει μικρότερος εφεδρικός αναλυτής κα η δυνατότητα χειροκίνητης επεξεργασίας
34. Να έχει ο αναλυτής την μικρότερη ηχητική επιβάρυνση και να δηλώνεται σε DB η ηχητική επιβάρυνση
35. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια για λόγους διασφάλισης ποιότητας.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, **σε πρωτότυπη μορφή** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».**
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**.
- Τα οικονομικά στοιχεία, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**.

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

❖ **<u>Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:</u>**

1) **Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει**, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, **όπου να δηλώνεται ότι**:

- Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- **Η ισχύς της προσφοράς τους είναι δώδεκα (12) μήνες.**
- Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

2) **Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά**
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

❖ **<u>Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται:</u>**

Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή και παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus των προσφερόμενων ειδών.
Β) Σήμανση CE για όλα τα προσφερόμενα είδη.

<u>Σημείωση:</u> Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων **το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel**, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως.

❖ **<u>Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:</u>**

➢ **Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών.** ***Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία , η τιμή , καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει..***

➢ **Προαιρετικά τυχόν προηγούμενες συμβάσεις των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Λ. ως συγκριτικά στοιχεία για τα υλικά που δεν αντιστοιχούν στο Π.Τ. της Ε.Π.Υ.** (Ν. 4272/2014 άρθρο 47): «*«σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη».* Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη σύμβαση τότε να περιέχονται αντίγραφα τιμολογίων.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων και προσφερόντων, συμμορφούμενο με την εκάστοτε ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, παρέχονται στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: uhl.gr **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(διεύθυνση: https://www.uhl.gr/GdprPrivacyNoticeProcurement.html)

Η υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν λάβει τη σχετική γνώση και ενημέρωση σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των δεδομένων τους για την αξιολόγηση της προσφοράς ή της συμμετοχής τους στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.»

➢ **<u>Η αποσφράγιση</u>**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ.. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

.

- **Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Νοσοκομείου: 1015.Ε00273.0001.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας. Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της διαχείρισης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.
Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

MAIRI KOUTSIOUMPA
18.11.2026 07:47

ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ