Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.18 13:50:34 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα, 18/11/2026
Αρ.Πρωτ:14210

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ/νση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Διεύθυνση: Σελευκείας 2, 48100 Πρέβεζα
Πληρ.: Ε. Πάσχου
Τηλ.: 2682361310
Email: e.pasxou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» (CPV 33141320-9) για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως τροποποιήθηκε και σχύει,
3. Το αριθμ.56ο/ΘΕΜΑ 2ο/12-11-2026 Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» (CPV 33141320-9) για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών,
5.Την αριθμ.πρωτ.14204/18-11-26 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9Α2Α469079-ΦΦΣ).

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» (CPV 33141320-9) για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» (CPV 33141320-9) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με ΑΛΕ:3230203/ΚΑΕ:1311 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026, 2027.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΜΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ 28G	ΤΕΜ	6.000	0,025	150,00	186,00
2	ΒΕΛΟΝΕΣ (ΠΕΝΑΣ) ΓΙΑ ΧΟ-ΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 32G*4mm	ΤΕΜ	2.000	0,0803	160,60	199,15
3	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 19G	ΤΕΜ	10.000	0,0086	86,00	106,64
4	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 21G	ΤΕΜ	10.000	0,0078	78,00	96,72
5	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 23G	ΤΕΜ	10.000	0,0076	76,00	94,24
6	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 25G	ΤΕΜ	10.000	0,0078	78,00	96,72
7	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ 25GX90ΜΜ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑ-ΤΩΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΒΕΛΟ-ΝΗΣ 21GX30ΜΜ	ΤΕΜ	25	9,5	237,50	294,50
8	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ 25GX120ΜΜ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑ-ΤΩΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΒΕΛΟ-ΝΗΣ 21GX38ΜΜ	ΤΕΜ	25	9,5	237,50	294,50
9	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ 22GX88ΜΜ ή 90ΜΜ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΒΕΛΟΝΗΣ 19GX30ΜΜ	ΖΕΥΓΗ	275	9,5	2.612,50	3.239,50
10	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ 22GX120ΜΜ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑ-ΤΩΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΒΕΛΟ-ΝΗΣ 19GX30ΜΜ	ΖΕΥΓΗ	25	9,5	237,50	294,50
11	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙ-ΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΑ-ΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	ΖΕΥΓΗ	10	26,50	265,00	328,60
12	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ-ΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ BRAUN STIMUPLEX HNS 12 0.7 x 80 mm	ΖΕΥΓΗ	30	16,00	480,00	595,20
13	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ-ΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ BRAUN STIMUPLEX HNS 12 0.7 x 50 mm	ΖΕΥΓΗ	20	16,00	320,00	396,80

14	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ BRAUN STIMUPLEX HNS 12 0.7 x 120 mm	ΤΕΜ	10	16,00	160,00	198,40
15	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν0 19	ΤΕΜ	25	3,00	75,00	93,00
16	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν0 20	ΤΕΜ	25	3,00	75,00	93,00
17	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Ν0 22	ΤΕΜ	25	3,00	75,00	93,00
18	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 15G 15mm	ΤΕΜ	2	162,00	324,00	401,76
19	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 15G 25mm	ΤΕΜ	2	162,00	324,00	401,76
20	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ	ΤΕΜ	20	10,00	200,00	248,00
21	ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	ΣΕΤ	5	40,00	200,00	248,00
				ΣΥΝΟΛΟ	6.451,60	7.999,99

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν (αν αποσταλούν ταχυδρομικά),στην **Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Πρέβεζας Σελευκείας 2 Πρέβεζα, κτίριο Διοίκησης**, απαραίτητα μέχρι και την **Τετάρτη 02-12-2026, έως 10:00 π.μ.** μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στην οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος:

1. Η λέξη Προσφορά με κεφαλαία γράμματα
2. Προς «Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας – Τμήμα Γραμματείας»
3. Το πρωτόκολλο και ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης
4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 02-12-2026, ώρα 10:30 π.μ. από την Αρμόδια Επιτροπή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε:

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Β) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.prevezahospital.gr στο πεδίο Ενημέρωση/ Προμήθειες-Συμβάσεις.

Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους:

● Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει σε ξεχωριστό φάκελο, **επί ποινή αποκλεισμού**, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

-**Απόσπασμα ποινικού μητρώου** του Διαχειριστή της εταιρείας ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

- **Φορολογική ενημερότητα** που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της, από την οποία να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

- **Ασφαλιστική ενημερότητα** που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της, από την οποία να προκύπτει πως ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.

-**Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης** το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

-**Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.** από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

-**Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας:

Ι. δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει

II. δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

III. έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα -**Υπεύθυνη δήλωση** του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές,

β) διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης,

γ) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών

δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση-ματαίωση του διαγωνισμού.

● Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α΄ της Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά, έντυπα εκπαίδευσης, καταλόγους, λίστες, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Να κατατεθούν δωρεάν δείγματα, επί ποινή απόρριψης, για την αξιολόγηση τους από την επιτροπή του διαγωνισμού σε όλα τα προσφερόμενα είδη.

● Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο:

- Η οικονομική προσφορά θα δίνεται σε Ευρώ και η αναγραφή μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 3ο δεκαδικό ψηφίο είναι = ή > του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι < του πέντε.
- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/ φάσεων σε μία συνεδρίαση από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Νοσοκομείο με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.

2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
3. Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
4. Είναι εναλλακτική ή τελεί υπό αίρεση.
5. Το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ή περιλαμβάνει όρο αναπροσαρμογής του τιμήματος .

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η προθεσμία πληρωμής του Αναδόχου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
Διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων:
Α.Φ.Μ. Αναθέτουσας Αρχής: 999852909
CPV Code: 33141320-9
Contracting Type ID (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής): 1015.E00258.0001
Budget Type (Τύπος Προϋπολογισμού): 3

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α. η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

γ. η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ. ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016,

ε. ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου:

α. στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί.

β. αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και

γ. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Προμήθεια της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

- Πυρκαγιά
- Πλημμύρα
- Σεισμός
- Πόλεμος
- Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούμενων όλων ουσιωδών η αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βεβαιώνει την παράβαση. Το

Νοσοκομείο είναι δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ποινικές ρήτρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

2. Η υποτροπή μπορεί να διπλασιάσει κάθε φορά το προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αφαιρεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, η υποχρέωση καταβολής της ποινικής βαρύνει όλα τα μέλη της εις ολόκληρον.

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:

α. τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β. δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.

γ. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα επί ποινή απόρριψης.
Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 19G, 21G, 23G, 25G

1. Να έχουν χρωματικό κωδικό βάσει ISO 6009.
2. Να είναι σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία για τη διατήρηση της αποστείρωσης.
3. Να είναι αποστειρωμένες.
4. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης της αποστείρωσης.
5. Να είναι κατασκευασμένες βάσει των ISO Standards.
6. Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock.
7. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης.
8. Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα.
9. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση.
10. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Να είναι σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
CE και ISO προσόντα
«Το υπό προμήθεια είδος προορίζεται για τις ανάγκες των δικαιούχων του Ν. 4368/2016, προκειμένου να εναρμονίζεται με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), σύμφωνα με τον οποίο το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό (βελόνες για πένες ινσουλίνης) πρέπει να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (barcode) με τον αριθμό ΕΑΝ του προϊόντος και την ονομασία του, να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-dapy του ΕΟΠΥΥ, με βάση τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΠΥΥ και να φέρει πιστοποίηση για την καταλληλότητα του (ΦΕΚ 4898/τ.Β’/01.11.18)»

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ 28G

Με προστατευτικό καπάκι και λεπτό τρύπημα για σχεδόν ανώδυνη δειγματοληψία αίματος.
Συμβατοί με όλες τις συσκευές τρυπήματος.
«Το υπό προμήθεια είδος προορίζεται για τις ανάγκες των δικαιούχων του Ν. 4368/2016, προκειμένου να εναρμονίζεται με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), σύμφωνα με τον οποίο το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό (σκαρφιστήρες) πρέπει να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (barcode) με τον αριθμό ΕΑΝ του προϊόντος και την ονομασία του, να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-dapy του ΕΟΠΥΥ, με βάση τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΠΥΥ και να φέρει πιστοποίηση για την καταλληλότητα του (ΦΕΚ 4898/τ.Β’/01.11.18)»

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 15G 15mm & 25mm

Να είναι μιας χρήσης.
Να παρέχονται αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων και latex υλικών.
Να είναι εντός ατομικής προστατευτικής θήκης.
Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η ενδοοστική βελόνα να αποτελείται από σετ τροκάρ-στειλεού με διαγώνια κόπτουσα άκρη.
Η βελόνα να διαθέτει μαγνητική επαφή στην υποδοχή σύνδεσης της με μηχανική συσκευή χειρός.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό μεταλλικό υλικό.

- Η εσωτερική κατασκευή της βελόνας να είναι έτσι ώστε να έχει γρήγορη διέλευση του ΕΝΥ.
- Το πίσω μέρος της βελόνας να είναι διαφανές για εύκολη αναγνώριση της διέλευσης του ΕΝΥ.
- Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεγέθους, μήκους και πάχους.
- Να συνοδεύεται από βελόνα οδηγό στα αντίστοιχα νούμερα.
- Να φέρει ειδική οπτική σήμανση (κρύσταλλο) για άμεση ανίχνευση επιστροφής του ΕΝΥ. Αλλαγή χρώματος στην αντανάκλαση του κρυστάλλου πριν εισέλθει το ΕΝΥ κατα την είσοδο του ΕΝΥ στην λαβή.
- Ατραυματικές βελόνες, να φέρουν ,τέλεια λοξοτόμηση pencil point, υψηλής ποιότητας ατσαλένια βελόνα για εύκολη και απλή εισαγωγή, ειδική ρύθμιση βελόνας και στυλεού για να προλαμβάνεται το φαινόμενο βιοψίας, ημιδιαφανής επικάλυψη για γρηγορότερο εντοπισμό του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ελεύθερο σιλικόνης, καλό στήριγμα βελόνας και χειρισμός και βιολογικά ασφαλείς:

1.) Βελόνες ραχιαίας τύπου pencil point 25GX90mm με εισαγωγέα 21G TMX 30mm
2.) Βελόνες ραχιαίας τύπου pencil point 25GX120mm με εισαγωγέα 21G TMX 38mm
3.) Βελόνες ραχιαίας τύπου pencil point 22G X88mm με εισαγωγέα 19G TMX 30mm
4.) Βελόνες ραχιαίας τύπου pencil point 22GX120mm με εισαγωγέα 19G TMX 30mm

ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Το σετ να περιλαμβάνει:

1. **Βελόνα επισκληριδίου Tuochy**

a. Με μήκος 80 mm/ 18 G
b. Βαθμονομημένη κατά μήκος της για καλύτερο προσδιορισμό του βάθους της
c. Να φέρει πτερύγια στο ένα της άκρο για ευκολότερη εισαγωγή της στον επισκληρίδιο χώρο

2. Βελόνα υπαραχνοειδούς αναισθησίας

Να διαθέτουν:

Διαθέσιμες διάμετροι: 18, 19, 20, 22, 25
Διαθέσιμα μήκη: 40, 75, 88 και 120 mm

- Έχει λοξότμηση τύπου Quincke, και είναι εξαιρετικά αιχμηρή, ώστε να απαιτείται χαμηλή δύναμη για τη διάτρηση της μήνιγγας.
- Παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας.
- Ο στυλεός της έχει άριστη εφαρμονή, ώστε να κλείνει τέλεια τον αυλό της

βελόνας κατά την εισαγωγή της.

- Διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή.
- Διαθέτει μεταλλικό πρίσμα εντός της λαβής για τον άμεσο εντοπισμό του ENV.
- Διαθέτει ειδική εγκοπή, η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της

ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΗΧΟΓΕΝΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Να διαθέτουν βελόνα με ειδικές "ανακλαστικές γωνιώσεις" στην επιφάνειά της, κατ' ελάχιστον σε μήκος 20mm από την άκρη της, για καθοδήγηση .

Να είναι νέας γενιάς με εγγυημένη 100% ορατότητα στον υπέρηχο καί για καθοδήγηση και μέσω υπερήχου και μέσω νευροδιεγέρτη , ακόμη και σε κλίση εισαγωγής της 60 και 70 μοίρες .Με επίστρωση, εξωτερικά,

αλλά καί εσωτερικά, για άριστη μόνωση και ροή

Με καθετήρα ακτινοσκιερό ηχογενή 20g, ανοιχτού άκρου, με ειδικό ελικοειδές σπείραμα και σύρμα οδηγό. Να προωθείται αποστειρωμένος μέσα στη βελόνα με το ένα χέρι μέσω προστατευτικής θήκης.

Με ένα συνδετικό καθετήρα κουμπωτό (όχι βιδωτό) για χρήση με το ένα χέρι, ένα αυτοκόλλητο πλαστικό στηρικτικό φίλτρου, ένα φίλτρο και σωλήνα έγχυσης

Να διατίθεται σε μεγέθη βελόνας: 19gX50mm έως και 19gX100mm

Κατάθεση προσπέκτους και δείγματος

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ

Τεχνικές προδιαγραφές βελόνων για τον αποκλεισμό περιφερικών νεύρων συμβατές με νευροδιεγέρτη Braun Stimuplex HNS 12 (μηχάνημα που διαθέτει το νοσοκομείο μας)

- Να προωθούνται εύκολα μέσα από τους ιστούς και να δίνουν καλή αίσθηση της θέσης τους
- Να είναι πλήρως μονωμένες με ειδική επίστρωση μέχρι την άκρη της βελόνας και εντός αυτής, για τον ακριβή εντοπισμό του νεύρου με το χαμηλότερο ρεύμα
- Να έχουν ατραυματικό άκρο
- Να διαθέτουν εργονομική λαβή
- Να έχουν άκρο με λοξότμηση 30 μοιρών για ποιο καλή αίσθηση διαπέρασης των περιτονιών (bevel)
- Με αποσπώμενο καλώδιο νευροδιέγερσης, διατηρώντας το σύστημα αποστειρωμένο και για μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες.
- Προκειμένου να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιφανειακών και εν τω βάθει νευρικών αποκλεισμών να διατίθενται στις εξής διαστάσεις διαμέτρου και μήκους βελόνας(mm):
  - 0.7 x 80 mm
  - 0.7 x 50 mm
  - 0.7 x 120 mm

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

Τραυματική βελόνα ραχιαίας αναισθησίας, οσφυϊκής παρακέντησης και κυτταρολογικών βιοψιών .
Να διαθέτει:

- Λοξότμηση βελόνας Quincke.
- Εργονομική διαφανής λαβή που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της βελόνας κατά την προώθηση της , ώστε να είναι εύκολη η αναγνώριση της δομής των ιστών.
- Λεπτά τοιχώματα της βελόνας ώστε να επιτυγχάνεται η γρήγορη έξοδος εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
- Άριστη αίσθηση της σκληράς μήνιγγας.
- Χρωματικό κώδικα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

Να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διόρθωση θέσης της βελόνης.
Να αποτρέπει τη νευρική βλάβη και να αυξάνει την ασφάλεια του ασθενούς.

Να εντοπίζει λανθασμένη τοποθέτηση της κάνουλας (περιτονία ή επαφή νεύρων).
Να αποτρέπει τις ενδοπεριτονιακές ενέσεις σε περίπτωση υπερβολικής πίεσης.
Να μπλοκάρει αυτόματα τις ενέσεις όταν η πίεση έγχυσης υπερβαίνει την οριακή τιμή.
Να έχει ένδειξη πίεσης έγχυσης.
Να συνδέεται με βελόνες 20g, 21g, 22g.