ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
ΓΝ-Κ.Υ Καρύστου ΓΝ-Κ.Υ Κύμης

Ημερομηνία: 19/11/2026
Αρ. Πρωτ.: 24000

Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Βαθροβουνίου (όπισθεν ΚΤΕΛ), Χαλκίδα
Διεύθυνση: Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες Παπαϊωάννου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2221355090
E-mail: sup6@chalkidahospital.gr

Προς:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΑ ΣΧΙΣΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστασίας - Ιματισμού του Γ.Ν. Χαλκίδας.

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.: 14480/ 14-07-26 αίτημα του Τμήματος Επιστασίας - Ιματισμού

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: sup6@chalkidahospital.gr (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΑ ΣΧΙΣΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 05-01-04-0035	120 τμχ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υφασμάτινα - Βαμβακερά, μήκους 1,80 μήκος Χ 1,20 πλάτος με οπή οριζόντια 30 εκατοστών (στο πλάτος) και κάθετη 8 εκατοστών (στο μήκος του υφάσματος), η οπή να είναι στο κέντρο του υφάσματος.

- Ύφασμα κατασκευασμένο για νοσοκομειακή χρήση, 100% βαμβακερό, πράσινου (σκούρου) χρώματος, μεγάλης αντοχής σε συχνό πλύσιμο και υψηλές θερμοκρασίες πλυσίματος, αποστείρωσης (ατμού), χωρίς συρρίκνωση κατά τη πλύση στο πλυντήριο (μέγιστο μπάσιμο έως 3%)
- Το χρώμα να είναι ανεξίτηλο στους 90 βαθμούς και στο χλώριο και κατάλληλο για βιομηχανικό πλύσιμο.

- Το ύφασμα να είναι απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, αντιστατικό, υποαλλεργικό και αντιμικροβιακό.
- Η ύφανση να είναι ομαλή, ισόπυκνη, με αντοχή υφάσματος, απώλεια βάρους και συστολή, σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου.
- Τα πλαϊνά να είναι γαζωμένα.
- Να σταλεί δείγμα του υφάσματος και ένα διουρηθρικό σχιστό μήκους 1,80Χ1,20 μέτρα.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως **και την Τετάρτη 25-10-2026.**

Να σταλεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού.

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.
Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.
Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.
Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.
Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς όπως και ο χρόνος παράδοσης αυτών.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

PARASKEVI KAPARAKI
19.11.2026 14:31

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ