0000052024
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.20 12:20:21 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"
ΑΦΜ 999100816

ΠΓΝΠ Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών 20/11/2026
Α. Π.: 46435

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Υπ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Πληροφορίες : ΚΑΛΟΓΕΡΑ Χ.
Ταχ. Δ/νση : 26504 Ρίο Πατρών
Τηλέφωνο : 2613 604042

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Αίτημα Ανάρτησης Δημόσιας Διαβούλευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Φορητού Συστήματος Οπτικοποίησης της Χειρουργικής Πλοήγησης SCOPEYE, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 33141620-2).

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα άρθρα 46 & 47 του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την **προμήθεια ενός Φορητού Συστήματος Οπτικοποίησης της Χειρουργικής Πλοήγησης SCOPEYE, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 33141620-2).**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr), β) από την ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Π. στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.pgnp.gr) και γ) στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως κατατεθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών (από την ημερομηνία ανάρτησης), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Π.

20.11.2026 11:05:31
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ

Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός Φορητού Συστήματος Οπτικοποίησης της Χειρουργικής Πλοήγησης SCOPEYE.

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να αποτελεί φορητό σύστημα οπτικοποίησης με δυνατότητα προσαρμογής στην κεφαλή του χειρουργού (Head-Mounted Display), κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.
2. Να παρέχει δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων και εικόνων που προέρχονται από συστήματα χειρουργικής πλοήγησης, απευθείας στο οπτικό πεδίο του χρήστη.
3. Να υποστηρίζει προβολή απεικονιστικών δεδομένων δύο και τριών διαστάσεων (2D/3D), εφόσον παρέχονται από τη συνδεδεμένη πηγή εικόνας.
4. Να διασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης του χειρουργικού πεδίου και των απεικονιστικών δεδομένων, χωρίς να απαιτείται συνεχής μετατόπιση του βλέμματος σε εξωτερική οθόνη.
5. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και πλήρους λειτουργικής συμβατότητας με τα υφιστάμενα συστήματα χειρουργικής πλοήγησης οπτικής και ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η κλινική. Η συμβατότητα θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον κατασκευαστή ή τον προσφέροντα.
6. Να διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης με σύστημα διεγχειρητικής απεικόνισης δύο και τριών διαστάσεων (2D/3D Intraoperative Imaging System), για την προβολή των αντίστοιχων απεικονιστικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
7. Να υποστηρίζει τη μετάδοση εικόνας μέσω ενσύρματης ή/και ασύρματης σύνδεσης, ανάλογα με τις δυνατότητες του προσφερόμενου συστήματος.
8. Να παρέχει υψηλή ευκρίνεια εικόνας, σταθερότητα προβολής και ελάχιστη καθυστέρηση μετάδοσης, κατάλληλη για διεγχειρητική χρήση σε πραγματικό χρόνο.
9. Να διαθέτει εργονομικό, ελαφρύ και ρυθμιζόμενο σχεδιασμό, κατάλληλο για παρατεταμένη χρήση από το χειρουργικό προσωπικό, χωρίς να περιορίζει σημαντικά την περιφερική όραση και την αντίληψη του περιβάλλοντος χειρουργικού χώρου.
10. Να επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή και χρήση του από τον χειρουργό, χωρίς να παρεμποδίζει τις συνήθεις χειρουργικές κινήσεις και την εργονομία κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
11. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε επεμβάσεις νευροχειρουργικής και χειρουργικής σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.
12. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, καλώδια, μονάδες σύνδεσης και παρελκόμενα για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του.

13. Να παρέχεται εκπαίδευση του ιατρικού και τεχνικού προσωπικού στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.
14. Να διαθέτει την απαιτούμενη σήμανση CE και να συμμορφώνεται με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπου εφαρμόζεται.
15. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και να παρέχεται τεχνική υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται με επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή/και έγγραφα του κατασκευαστή.