0001439295
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.20 11:49:20 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η Υγειονομική Περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Ταχ. Δ/νση: Κρίστιαν Μπάρναρντ 1
85133 ΡΟΔΟΣ- Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: Τσατταλιού Πετρούλα
Τηλ.: 2241360163
Email: petroula@rhodes-hospital.gr

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ
Ημ. Πρωτοκόλλου: 20/11/2026
Α. Π.: 26864

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1	53100921	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE ΜΕΓΕΘΟΣ 15Χ25Χ3	8	214,62€	2.129,03€
2	53100922	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ ΚΙΤ 750ML	4	120,00€	595,20€
	ΣΥΝΟΛΟ				**2.724,23€**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης VAC αποτελούμενο από:

1. Αποστειρωμένο σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στην δομή του ,με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση του. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνει στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ιδίου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.
Και διαστάσεων:

- Small 8cm X 12cm (+-3)πάχους 3cm (+-0.5)
- Medium 13cm X 18cm (+-1)πάχους 3cm (+-0.5)
- Large15cm X 25cm (+-1)πάχους 3cm (+-0.5)

2. Αποστειρωμένο σπόγγο ατραυματικό επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών και διαστάσεων:

- Small 8cm X 12cm (+-3) πάχους 3cm (+-0.5)
- Medium 13cm X 18cm (+-1) πάχους 3cm (+-0.5)
- Large 15cm X 25cm (+-1) πάχους 3cm (+-0.5)

3. Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος

4. Αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης.

Β. Σετ δοχείου συλλογής των εκκριμάτων του τραύματος ανοικτού ή κλειστού τύπου χωρητικότητας 1000 ml (+ - 200ml) ή χωρητικότητας 300ml(+ - 100ml) μικρότερα τραύματα με εξωτερική διαβάθμιση των ml, με ζελοποιητή ή απολυμαντική σκόνη προς αποφυγή διαρροής και έκκλησης δυσάρεστων οσμών και να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγου. Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων να τοποθετείται και να αφαιρείται με εύκολο και ασφαλή τρόπο ενώ χάρη στη μεγάλη του χωρητικότητα δεν απαιτεί συχνά αλλαγή.
Όλα τα αναλώσιμα να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συσκευή-αντλία αρνητικής πίεσης VAC η οποία να είναι ελαφριά και φορητή, για δυνατότητα μεταφοράς κατά την χρήση από περιπατητικούς ασθενείς.
Να παρέχει την δυνατότητα τουλάχιστον 2 μορφές λειτουργίας, (συνεχόμενης και μεταβαλλόμενης) ανάλογα με την κρίση του ιατρού και τις ανάγκες θεραπείας του ασθενή.
Σύστημα ελέγχου ανίχνευσης διαρροών και πιστοποίηση της στεγανοποίησης
Η συσκευή να παρέχεται για δωρεάν χρήση ανά περιστατικό για χρήση των ανωτέρω συμβατών αναλώσιμων.
Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη υπαλλήλου της εταιρείας 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα για την τεχνική υποστήριξη του συνοδού εξοπλισμού.

20.11.2026 09:29:05
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
MARTHA
PASCHALIDOU
DocuTracks

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός αιτήματος	5016
ΑΛΕ	3.2.3.02.03.000.1001
Κριτήριο κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	**24-11-2026 ημέρα Τρίτη**
Τρόπος υποβολής προσφορών	**e-mail:** petroula@rhodes-hospital.gr

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: **ΑΦΜ**, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ο συντελεστής ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Αριθμός αιτήματος	**Κωδικός Νοσοκομείου**	**Περιγραφή Υλικού**	**Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ)**	**Κωδικός Παρατηρητηρίου**	**Τιμή παρατηρητηρίου**	**Κωδικό Εμπορίου**	**EMDN**	**Κωδικός Ε.Ο.Φ**

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα,** σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο η περισσοτέρων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE **και την αναφορά της ένταξης των προϊόντων στην EMDN ή σε στοιχειά του ΕΟΦ .**

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

Τέλος το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται –επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ