0000478803
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.26 15:25:05 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5 - .. 26/11/2026
.. 25450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού
Πληρ.: Πλιάκα Αναστασία
Τηλέφωνο: 2421351117
Email: prom@ghv.gr

Βόλος
Αρ. Πρωτ.:

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΓΑΖΑ» (CPV 33141114-2)

Α/Α	κωδ	ΑΡ. ΑΙΤ	ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	μ.μ.
1	0000028616	Φ/2369,Φ/1718,Φ/1728	ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	Γάζα απλή 10Χ20 8ply, αποστειρωμένη , σε ατομική συσκευασία. Σχόλια: Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10 ΤΕΜ ΓΑΖΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. **ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.**	300.000	τμχ
2	0000024730	Φ/1728	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 10Χ20CM. **ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ .**	100	τμχ
3	0000024902	Φ/2616	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 40cmX40cm ΜΕ 8 ΔΙΠΛΕΣ. **ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.**	10.000	τμχ

κωδ	ΕΙΔΟΣ
0000028616	Οι απλές αποστειρωμένες γάζες 10x20 cm, 8ply σε ατομική συσκευασία (φάκελος 1ή 2 τεμαχίων) είναι τυπικά υδρόφιλες γάζες από 100% φυσικό βαμβάκι (17 κλωστών), κατάλληλες για τον καθαρισμό, την κάλυψη τραυμάτων και τη μετεγχειρητική φροντίδα. Να διατίθενται σε συσκευασία 1x100 ή 2x50 ή 2x25, όπου κάθε γάζα είναι συσκευασμένη σε ατομικό φάκελο (1 ή 2 τεμαχίων ανά φάκελο) από ιατρικό χαρτί, αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ),υψηλής απορροφητικότητας με διπλωμένες παρυφές (ES) ώστε να μην ξεφτίζουν.
0000024730	• Ταχεία αιμόσταση. Προκαλεί πήξη του αίματος και σταματά την τριχοειδική, φλεβική ή μικρή αρτηριακή αιμορραγία συνήθως εντός 2 έως 8 λεπτών • Πλήρης απορρόφηση. Δεν απαιτεί αφαίρεση σε εσωτερικές επεμβάσεις, καθώς απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό σε 7 έως 14 ημέρες (1–2 εβδομάδες) με ελάχιστη αντίδραση των ιστών. • Βακτηριοκτόνος δράση. Δημιουργεί ένα ήπια όξινο περιβάλλον (χαμηλό pH) τοπικά, το οποίο αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένων ανθεκτικών στελεχών όπως MRSA και MRSE).

	• Εύκολος χειρισμός. Έχει ημιδιαπερατή ύφανση τύπου rayon, κόβεται εύκολα στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς να ξεφτίζει ή να θρυμματίζεται και δεν κολλάει στα χειρουργικά εργαλεία ή στα γάντια. • Φύλαξη. Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς να απαιτεί ψυγείο. ΔΕΙΓΜΑ
0000024902	Γάζα λαπαροτομίας ακτινοσκιερή. Η απορροφητική γάζα βάμβακος υδρόφιλη είναι από ύφασμα απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η υπό προμήθεια γάζα πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π), χνούδια και δεν παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π). Υψηλής απορροφητικότητας, σιδερωμένη και δεν είναι ή φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες). Είναι κομμένη ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση, με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση και το πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση. Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστό ανήκει στον πέμπτο τύπο του Πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003, δηλαδή: Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστό (cm2)=18 Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm)=100+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης, σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα=50 Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)=80+/- 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης=30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (g/m2)=24 Τα υλικά συσκευασίας δεν επηρεάζουν το περιεχόμενο, παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και αντέχουν στη μεταφορά. Φέρουν ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών,ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) πλάτους υφάσματος, υφασμένο, κατά μήκος της γάζας, το οποίο είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Επίσης φέρουν κορδονάκι ασφαλείας καλά γαζωμένο και ακτινοσκιερό. Είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και γαζωμένες περιμετρικά και χιαστί. Η συσκευασία είναι ασφαλής και εύχρηστη, διπλωμένη ανά τεμάχιο. Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: 1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής 2. Το είδος του περιεχομένου 3. Η ημερομηνία παραγωγής 4. Ο αριθμός παρτίδας 5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος και διπλώσεις) 6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας.

	7. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη 8. Η σήμανση πιστότητας CE.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

- Δείγματα θα στείλετε στην πρόσκληση και όχι στην έρευνα αγοράς
- Στο θέμα του email που θα στείλετε την προσφορά σας να αναφέρετε τον αριθ. πρωτ. της έρευνας γιατί λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και το email είναι κοινό για πολλούς χειριστές και υπάρχει κίνδυνος να μην δούμε την προσφορά σας και δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στο επόμενο στάδιο της πρόσκλησης

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
   - Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
   - Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
   - Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
   - Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»
   - Το αριθ. Πρωτ. **25074/23-11-2026** έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που συγκροτήθηκε με την 669/19336/21-9-2026 Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Βόλου

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» **προτίθεται** να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια **«ΓΑΖΑ»** **(CPV 33141114-2) ΑΛΕ 3230203/ΚΑΕ 1311 ,**όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και **καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι**.

Κατάθεση προσφορών στο **e-mail: prom@ghv.gr** **αναγράφοντας οπωσδήποτε τον αριθμό της έρευνα αγοράς** μέχρι την **Δευτέρα 30-11-2026 και ώρα 13:00**.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): **http://civil.dypethessaly.gr** στην διαδρομή: προμήθειες ▶ Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ▶ φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ