



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Β΄ ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Μαλανδρίνο 14-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 15651

Ταχ/κή Δ/νση : 33053 Μαλανδρίνο
Πληροφορίες : Ιατρείο
Τηλέφωνο : 2266053066
F A X : 2266053054
e-mail : gkkm.diax@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SELF-TEST

Ο Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης Β΄ Τύπου Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19, προβαίνει σε διερεύνηση αγοράς δια της συλλογής οικονομικών προσφορών, για την προμήθεια (7.000) SELF-TEST σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα προσφοράς.

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο παραπάνω e-mail.
2. Η προσφορά ισχύει για δύο (2) μήνες.
3. Η πληρωμή θα γίνει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με πίστωση. Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με παρακράτηση φόρου προμηθειών 4% επί του καθαρού ποσού, καθώς και με τις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου κρατήσεις .
4. Η παράδοση θα γίνει στο Κ.Κ. Μαλανδρίνου με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.
5. Επισυνάπτεται υπόδειγμα προσφοράς.
6. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές όρους της παρούσας)
7. Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 - α) έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και
 - β) η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται κάτωθι, στις «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας, επί ποινή αποκλεισμού και μαζί με αυτή προσκομίζονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις Τεχνικές προδιαγραφές.
 - γ) Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαδικασίας.
8. Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και όχι τμήμα αυτής.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ευθύμιος Παπαδήμας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να εκτελείται σε δείγματα σιέλου ή ρινικού επιχρίσματος
 2. Να μπορεί να υπάρχει μακροχρόνια φύλαξη (πλέον των 2 μηνών) σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (5 με 30 βαθμοί Κελσίου)
 3. Η εκτέλεση και ολοκλήρωση της δοκιμασίας (test) να γίνεται αποκλειστικά με εξοπλισμό, που διατίθεται στη συσκευασία (kit) ώστε να μπορεί κάθε δοκιμασία (test) να διατεθεί και να γίνεται οπτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων χωρίς συνοδό εξοπλισμό.
 4. Τα test να παρέχονται είτε σε ατομική είτε σε συσκευασία περισσότερων τεμαχίων ώστε να είναι επιδεικτικά ατομικής διανομής (πχ χωρίς να είναι αναγκαίος ο διαμοιρασμός διαλυμάτων από τον χρήστη).
 5. Να είναι εύκολο στην χρήση του, προοριζόμενο για ατομική χρήση και από μη επαγγελματία υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ενδεικτικά:
 - Να μην απαιτούνται χειρισμοί κατανομής διαλυμάτων
 - Να εκτελείται με συσκευές-αναλώσιμα, που είναι μίας χρήσης, πλήρως φορητές
 - Να μην απαιτείται επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργειά του εκτός της συσκευασίας
 - Να παρέχονται στη συσκευασία απλές οδηγίες στα Ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της διαδικασίας από μη ειδήμονες. Στις οδηγίες να περιγράφεται το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα με σαφήνεια.
 - Στις ενδείξεις αποτελέσματος να υπάρχει ένδειξη εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό
 6. Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να μην ξεπερνά τα 20 λεπτά
 7. Η συσκευασία (kit) να φέρει πιστοποιητικό CE-IVD τουλάχιστον για επαγγελματική χρήση, με βάση την οδηγία 98/79/EC
 8. Να προσκομίζεται αποδεικτικό καταχώρησης του προϊόντος για κατ' εξαίρεση αυτοδιαγνωστική χρήση στην λίστα BfArM ή σε αντίστοιχη λίστα αρμόδιου φορέα άλλου κράτους ΕΕ
- Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προκύπτει σχετική ευαισθησία $\geq 80\%$ και σχετική ειδικότητα $\geq 99\%$ σε σύγκριση με μοριακή (RT-PCR) μέθοδο αναφοράς, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 100 θετικά μέχρι τον 33ο κύκλο και 200 αρνητικά δείγματα κατ' αντιστοιχία σε ανάλυση που διεξήχθη από φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ SELF-TEST
ΠΡΟΣ ΤΟ Γ.Κ.Κ. Β' ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------|
| 1 | προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing | 7.000 TEM. | | |
| | | Φ.Π.Α. | | |
| | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | |

1. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ.
2. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ.
3. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΟ ΚΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, (εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης).

Ημ/νία/...../2021

Ο Προμηθευτής

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)