



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ. 09-05-2022
Α/Α: 106

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει να εγγραφεί στην iSmart P.C., αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά, είτε μέσω τηλεφώνου (2103601671) είτε συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση <https://isupplies.gr/auth/register>.

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής **πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του μαζί με σχετικά έντυπα** στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση, **προκειμένου να αξιολογηθούν από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου πριν την οικονομική προσφορά.**

Πληροφορίες: Ξουρή Άννα-Χριστίνα, prom2@kat-hosp.gr, τηλ.213-2086951
Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης για όλα τα ζητούμενα είδη / υπηρεσίες είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

Το είδος για το οποίο ενδιαφέρεται το Νοσοκομείο είναι:

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ : 1.700τμχ
Προβλεπόμενη δαπάνη:29.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ(Κ.Α.Ε.:1311)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- 1.Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με το πάνω μέρος τους με ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια και το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, ελαφρύ, υπο-αλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.
- 2.Οι κουβέρτες να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας.
- 3.Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.
- 4.Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να "αιωρούνται".
- 5.Να είναι latex-free ,υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας **16 CFR 1610**),
- 6.Να είναι ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα
- 7.Να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).

8. Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10.
9. Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.
10. Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση και φρένο .
11. Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βάρους. Να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32°C(± 2°C), 38°C(± 2°C), 43°C (± 2°C).
12. Να διαθέτει αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας θερμοκρασίας.
13. Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός 60 sec. και να τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί.
14. Να έχουν βάρος έως 6 κιλά, σωλήνα θέρμανσης πάνω από 1,8 μέτρα,
15. Να διαθέτουν ηχητικό και οπτικό alarm.
16. Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db.
17. Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα HEPA υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, 0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση τουλάχιστον μετά από 2000 ώρες χρήσης.
18. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 χρόνια, για όλα τα μέρη του συστήματος.
19. Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
20. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη
21. Ο προμηθευτής να έχει τα κάτωθι προσόντα:
 - 1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για εμπορία και διακίνηση ιατρικών συσκευών καθώς και επισκευής/συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα
 - 2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση ιατρικών συσκευών καθώς και επισκευής/συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα
 - 3) Να είναι κάτοχος βεβαίωσης κατά ΥΑ 1348/04 για εμπορία και διακίνηση ιατρικών συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα
 - 4) Να είναι σε θέση να συντηρεί τα προσφερόμενα είδη, γεγονός που θα τεκμηριώνεται από βεβαίωση του κατασκευαστή οίκου
 - 5) Να είναι σε θέση να αντικαθιστά άμεσα τυχόν ελαττωματικά είδη κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εντός 24 ωρών δίχως επιβάρυνση του νοσοκομείου
 - 6) Να παρουσιάσει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του νοσοκομείου στην ορθή χρήση των προσφερομένων ειδών

ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα Προμηθειών

1. ΑΥΣΤΗΡΑ: Να μην έχει προβεί σε καμία επέμβαση επί των προϊόντων, μετά την αποδέσμευση τους από το εργοστάσιο κατασκευής, έως την παράδοση του στις αποθήκες του νοσοκομείου.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ακόλουθη:

1. Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα της iSmart P.C. (τηλ.210-3601671), αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
2. Να αποστείλουν στο Νοσοκομείο e-mail για τα συγκεκριμένα υλικά ή υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
3. Να υποβάλουν την προσφορά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρίας iSmart P.C.

Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα της iSmart P.C. πρέπει να αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία:

1. CPV
2. GMDN
3. REF Number
4. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
5. Κατασκευαστικός οίκος
6. Κατηγορία και περιγραφή υλικού

Διοικητής του Νοσοκομείου

Ιωάννης Ηλιόπουλος