

Θεσσαλονίκη 7/1/2025

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310892713

email : paraggelies@ippokratis.gr

ΠΛΗΡ.: ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 50 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

### Αναλυτικότερα :

2-1311060029 ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ DRAEGER OXYLO 3000 plus με δυνατότητα αερισμού μικρών όγκων 50-250ml

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-71177067 ΜΑΣΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ, ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο2 ΜΕΧΡΙ 90% ΠΑΙΔΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-1311130029 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 3Fr ΤΕΧΝΙΚΗΣ SELDINGER

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

*ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 3Fr ΜΕ ΔΥΟ ΑΥΛΟΥΣ 22G ΕΚΑΣΤΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ, ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΑΝΑ ΑΥΛΟ ΣΕ ΜΗΚΗ: 6cm, 8cm, 10cm, 12.5cm, 15cm Ή 20cm. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΕΥΘΥ ΝΙΤΙΝΟΛ ΜΗΚΟΥΣ 50cm. ΗΧΟΓΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 21G X 40mm, ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 24G x 19mm. ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 3Fr ΜΗΚΟΥΣ 3CM ΚΑΙ 5CM, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΠΩΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ, ΣΥΡΙΓΓΑ, ΝΥΣΤΕΡΙ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX ΚΑΙ DHPH FREE, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.*

2-71177123 ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΡΜΕΝΟΜΑΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER BIRD.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

*ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MAQUEST, SLE 1)Να αποδεικνύεται εγγράφως η συμβατότητα , των κυκλωμάτων που θα αξιολογηθούν από τον κατασκευαστή τους, με τους υγραντήρες Fisher & Paykel. Απαραίτητη η προσκόμιση του πρωτότυπου εγγράφου συμβατότητας από τον κατασκευαστή των κυκλωμάτων καθώς επίσης να προσκομίζεται και μεταφρασμένο αντίγραφο. 2) Να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο κύκλωμα αναπνοής και έναν αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δυο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια 3) Να θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από τη συγκέντρωση υγρών 4)Το εκπνευστικό σκέλος να μην διαθέτει υδατοπαγίδα να είναι κατασκευασμένο από ειδικό υδρόφιλο υλικό για να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας έτσι και τον αναπνευστήρα. 5) Να διαθέτει υποδοχή στο συνδετικό Υ για αναρρόφηση χωρίς να αποσυνδέεται το κύκλωμα. 6) Το συνδετικό Υ να είναι εύκαμπτο και να περιστρέφεται.*

### **Σημειώνεται :**

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.ippokratio.gr](http://www.ippokratio.gr).

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.