

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 62 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

### Αναλυτικότερα :

2-1311410094 Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φάρμακο

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εδοστεφανιαία πρόθεση εκλύουσα φαρμακευτική ουσία Everolimus και σταθερό πολυμερές προ-φορτωμένη σε μπαλόνι. Ο φέρον

καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από σωλήνα nitinol με ειδικές μικροεγκοπές που να εξασφαλίζουν υψηλή προωθητικότητα.

Να είναι κατασκευασμένη από κράμα πλατίνας χρωμίου και να χαρακτηρίζεται από έντονη ακτινοσκιερότητα και υψηλή δυνατότητα

υπερέκπτυξης (έως 5.75 mm). Να προσφέρεται σε διαμέτρους 2.25mm έως 4.0mm και μήκη 8mm έως 38mm.

2-1311410095 Εδοστεφανιαία πρόθεση εκλύουσα φαρμακευτική ουσία νεότερης γενιάς

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εδοστεφανιαία πρόθεση εκλύουσα φαρμακευτική ουσία Everolimus με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές που διασπάται σε σύντομο χρονικό

διάστημα 3 μηνών. Να είναι κατασκευασμένη από κράμα πλατίνας χρωμίου και να χαρακτηρίζεται από έντονη ακτινοσκιερότητα.

Επιπλέον να ενδείκνυται η διακοπή της διπλής αντι-αιμοπεταλιακής αγωγής (DAPT), σε επιλεγμένους ασθενείς σε ένα μήνα.

Να προσφέρεται σε διαμέτρους 2.25mm έως 5.0mm και μήκη 8mm έως 48mm.

2-1311410096 Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φάρμακο για στελέχη

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εξειδικευμένη εδοστεφανιαία πρόθεση εκλύουσα φαρμακευτική ουσία Everolimus με υψηλή ακτινική δύναμη για στελέχη με

βιοαπορροφήσιμο πολυμερές που διασπάται σε σύντομο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Να είναι κατασκευασμένη από κράμα πλατίνας χρωμίου

και να χαρακτηρίζεται από έντονη ακτινοσκιερότητα. Επιπλέον να ενδείκνυται η διακοπή της διπλής αντι-αιμοπεταλιακής αγωγής (DAPT),

σε επιλεγμένους ασθενείς σε ένα μήνα. Να προσφέρεται σε διαμέτρους 3.5mm έως 5.0mm και όλα τα μεγέθη να έχουν δυνατότητα

υπερέκπτυξης έως 6.0mm

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

Εξειδικευμένη εδοστεφανιαία πρόθεση εκλύουσα φαρμακευτική ουσία Everolimus με υψηλή ακτινική δύναμη για στελέχη με βιοαποροφήσιμο πολυμερές που διασπάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Να είναι κατασκευασμένη από κράμα πλατίνας χρωμίου και να χαρακτηρίζεται από έντονη ακτινοσκιερότητα. Επιπλέον να ενδείκνυται η διακοπή της διπλής αντι-αιμοπεταλιακής αγωγής (DAPT), σε επιλεγμένους ασθενείς σε ένα μήνα. Να προσφέρεται σε μήκη έως 48mm και διαμέτρους 3.5mm έως 5.0mm και όλα τα μεγέθη να έχουν δυνατότητα υπερέπτυξης έως 6.0mm

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

"Ενδοστεφανιαία Πρόθεση DES επικαλυμμένη με φάρμακο Everolimus, με δύο σταθερά πολυμερή, κατασκευασμένη από κράμα L-605 χρωμίου – κοβαλτίου με δυνατότητα διακοπής της διπλής αντι-αιμοπεταλιακής αγωγής στον ένα μήνα. Διαθέσιμες διαμέτροι:  
2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Διαθέσιμα μήκη: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm"

**Σημειώνεται :**

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.iprokratio.gr](http://www.iprokratio.gr). □

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής)και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.