



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 444  
Ημ/νία: 09/01/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 09-01-2025

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 14-01-2025**

**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

Αποστειρωμένο Πεδίο Προστασίας για το μηχάνημα του αξονικού τομογράφου  
( προστασία λυχνίας)  
(210188250100048)

Ειδικό Αποστειρωμένο Πεδίο Προστασίας αποτελούμενο από το κύριο μέρος διαστάσεων 135x160 cm με απορροφητική ικανότητα 2 λίτρα και από ειδική πλαστική θήκη διαστάσεων 42x45cm με ικανότητα συγκράτησης υγρών 1 λίτρου.

Να είναι κατασκευασμένο από χειρουργικό απορροφητικό ύφασμα SSPE 90g και επενδυμένο στο σημείο επαφής με τον αξονικό με υδρόφιλο film από PP για να εξασφαλίζει τη στεγανότητα του.

Να διαθέτει ειδικά ανοίγματα για την ελεύθερη διέλευση των ακτινών laser για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχεδιασμού σκόπευσης και να διαθέτει ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες για τη επικόλληση και σταθεροποίηση του κατά τη διάρκεια της χρήσης του .

Να μπορεί να τοποθετηθεί και σε σύστημα απεικόνισης για την επεμβατική ακτινολογία.

Να φέρει χαρακτηριστικά ασφάλειας για την επαλήθευση της γνησιότητας και ιχνηλασιμότητας του.

Διάρκεια χρήσης 12 ώρες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΟΔΥΣΣΕΥΣ  
ΚΑΤΣΑΚΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ