

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

email :

ΠΛΗΡ.: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 163 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

Αναλυτικότερα :

2-1311160021 Προέκταση ενδοαυλικού μοσχεύματος κοιλιακής αορτής τριών τεμαχίων από DACRON με σκελετό nitinol

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-1311160020 Ενδοαυτικά μοσχεύματα κοιλιακής αορτής τριών τεμαχίων από DACRON με σκελετό nitinol

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Να διαθέτουν στο ομόπλευρο και ετερόπλευρο σκέλος συνδέσμους ανάστροφου T, ώστε τα σκέλη να κλειδώνουν στο κυρίως μόσχευμα. Διατίθεται σε διαμέτρους από 20-36mm. Προσφέρονται κεντρικές και λαγόνιες προεκτάσεις για το προαναφερθέν μόσχευμα.

2-1311160022 Ενδοαυτικά μοσχεύματα κοιλιακής αορτής τριών τεμαχίων με σκελετό δακτυλίων nitinol και ύφασμα dacron

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Να διαθέτει μηχανισμό πλήρους επανατοποθέτησης και προκαθετηριασμένο μαγνητικό σύρμα στο ετερόπλευρο σκέλος . Διατίθεται σε διαμέτρους από 21.5-34mm. Προσφέρονται κεντρικές και λαγόνιες προεκτάσεις για το προαναφερθέν μόσχευμα.

2-1311160023 Προέκταση ενδοαυλικού μοσχεύματος κοιλιακής αορτής τριών τεμαχίων με σκελετό δακτυλίων nitinol και ύφασμα dacron

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-1311160024 Μόσχευμα θωρακικής αορτής από dacron με σκελετό nitinol

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Διατίθεται σε διαμέτρους 22-46mm και μήκη 10-25cm. Να παρέχονται με ή χωρίς ελεύθερα stent και σε κωνική διάταξη.

Το μόσχευμα να καλύπτεται από εσωτερικό θηκάρι-μανίκι από DACRON και έχει δυνατότητα επανατοποθέτησης.

2-1311160025 Ενδοαυτικά μοσχεύματα κοιλιακής αορτής με δυνατότητα διαμόρφωσης θυρίδων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Η περιοχή των θυρίδων είναι ελεύθερη σκελετού ώστε να μην υπάρχει περιορισμός αριθμού και σημείου διάνοιξης. Διαθέτει προκαθετηριασμένο μαγνητικό σύρμα στο ετερόπλευρο σκέλος και μηχανισμό πλήρους επανατοποθέτησης και να διατίθεται έως 4 fen.

2-1311160026 Ενδοαυλικά μοσχεύματα κοιλιακής αορτής εξατομικευμένης κατασκευής με σκελετό nitinol και επικάλυψη πολυεστέρα dacron

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Ενδοαυλικά μοσχεύματα που μπορούν να διαμορφωθούν με θυρίδες, εγκοπές, στο κεντρικό τους άκρο (ή και συνδυασμό και των δύο) και διατίθενται μέχρι διάμετρο 40mm, έως 4fen.

2-1311160027 Ενδοαυλικά μοσχεύματα θωρακικής αορτής εξατομικευμένης κατασκευής με σκελετό nitinol και επικάλυψη dacron

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μπορούν να διαμορφωθούν με κλάδους θυρίδες ,εσοχές (ή και συνδυασμό όλων) . Οι διαμορφώσεις γίνονται και στο κεντρικό και στο περιφερικό τους άκρο. Διατίθενται σε διαμέτρους μέχρι 50 mm και μήκη έως 270mm

Σημειώνεται :

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ipprokratio.gr .□

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής)και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.