

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310892713

email : paraggelies@ippokratis.gr

ΠΛΗΡ.: ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 174 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

Αναλυτικότερα :

2-1311130047 ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΨΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΡΜΑ ΝΙΤΙΝΟΛ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΠΤΥΣΣΕΤΑΙ "ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΗΝΙΟΥ". ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΕΑΤΗ ΩΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΡΦΗ ΠΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΞΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΥΘΕΙΑΖΕΤΑΙ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟ ΑΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ Ή ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 3 Fr. ΜΗΚΟΣ : 120 cm. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΗΝΙΟΥ : 7 mm - 10 mm

ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ. ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΛΙΘΩΝ ΟΤΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

2-1311990317 ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΕΥΘΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΗΚΟΣ 74cm, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ. Ch/Fr 4,8 & 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-96079001 ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ 2.5 ΓΡ/ΤΑΜΠΛΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-9604599987 ΦΥΛΛΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 30-40 SIZE 4X4 SF 1335

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-8511301402 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ CLEARCUT HP 2.4MM ΚΑΙ 2.2MM ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-7818900601 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ 40ΕΚ. CH 3,5 & 5 ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Σημειώνεται :

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr.

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.