

Θεσσαλονίκη 16/1/2025

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310892713

email : paraggelies@ippokratis.gr

ΠΛΗΡ.: ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 244 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

Αναλυτικότερα :

2-1311410182 Πλέγμα περιορισμού Στεφαναίου Κόλπου (Reducer)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πλέγμα περιορισμού Στεφαναίου Κόλπου (Reducer). Να τοποθετείται διαδερμικά και διακαθετηριακά μέσω του δεξιού κόλπου, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της διαμέτρου του στεφαναίου κόλπου προς βελτίωση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου.

2-1311410179 Σύστημα σύγκλησης μεσοκολπικών ελλειμάτων και ανοικτού ωοειδούς τρήματος (PFO)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Σύστημα σύγκλησης μεσοκολπικών ελλειμάτων και ανοικτού ωοειδούς τρήματος, κατασκευασμένο από σκελετό NITINOL

πλήρως επικαλυμμένο ePTFE (πολυτετραφθοραιθυλαίνιο) το οποίο καθιστά την συσκευή υποαλλεργική.

Με πλήρη επιθηλιοποίηση σε 30 ημέρες και χαμηλού προφίλ. Το μόσχευμα να είναι προφορτωμένο σε καθετήρα μήκους 80cm

με δυνατότητα επανατοποθέτησης αυτού. Με ιδίας διαμέτρου δίσκους δεξιού και αριστερού κόλπου.

2-1311410184 Συσκευή σύγκλησης μεσοκολπικού ελλείματος (ASD) με σφαιρικό σύνδεσμο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Η συσκευή σύγκλησης μεσοκολπικών ελλειμάτων asd να είναι διαδερμικής εισαγωγής, διπλών δίσκων, κατασκευασμένων από συρματινο πλέγμα υψηλής ποιότητας nitinol και επεξεργασμένη επικαλυξη νιτινολής για την αποφυγή αλλεργιών. Οι δύο δίσκοι να περιέχουν λεπτό εμβάλωμα από πολυεστέρα για καλύτερο αποκλεισμό.

Να διαθέτει σφαιρικό σύνδεσμο για ισχυρή σύνδεση με το σύστημα φορτώσης και ομαλή απασφάλιση.

Ο τρόπος αυτός ασφαλισής/ απασφαλισής δίνει την ελευθερία κίνησης της συσκευής σύγκλησης asd σε μεγάλο εύρος γωνιών ώστε να αποφευχθούν η αναπτύξη δυναμικών και τάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε μη ελεγχόμενες κινήσεις του καθετήρα μεταφοράς εσωτερικά του κόλπου και ανεπιθύμητες δυνάμεις στα εσωτερικά τοιχώματα της καρδιάς να διαθέτει ακτινοσκοπικό δείκτη .το σύστημα φορτώσης -απελευθέρωσης να έχει την δυνατότητα καμψής έως 50?.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Συσκευή σύγκλισης ανοικτού ωοειδούς τρήματος rfo, διαδερμικής εισαγωγής, διπλών δίσκων, κατασκευασμένων από συρματινο πλέγμα υψηλής ποιότητας νιτίνολ και επικάλυψη επεξεργασμένης νιτινολής για αποφυγή αλλεργιών. Οι δύο δίσκοι να περιέχουν λεπτό εμβάλωμα από πολυεστέρα για καλύτερο αποκλεισμό. Να διαθέτει σφαιρικό σύνδεσμο για ισχυρή σύνδεση με το σύστημα φόρτωσης και ομαλή απασφάλιση. Ο τρόπος αυτός ασφαλισής/απασφάλισης δίνει την ελευθερία κίνησης της συσκευής σύγκλισης rfo σε μεγάλο ευρος γωνιών ώστε να αποφευχθούν η αναπτύξη δυναμικών κατ'εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσουν σε μη ελεγχόμενες κινήσεις του καθετήρα μεταφοράς εσωτερικά του κόλπου και ανεπιθύμητες δυνάμεις στα εσωτερικά τοιχώματα της καρδιάς. Να είναι δυνατή η διατάση των δίσκων έως 10mm χωρίς να αλλιώσει την αρχικής μορφής τους. Να διαθέτει ακτινοσκοπικό δείκτη. Το σύστημα φόρτωσης-απελευθέρωσης να έχει την δυνατότητα κάμψης έως 50°. Να δίνεται η δυνατότητα της επιλογής συσκευής βάση ανατομίας σε ισόσκελους ή μη δίσκους.

2-1311410186 Μπαλόνι μέτρησης διαμέτρου μεσοκολπικών ελλειμάτων μονού αυλού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Το μπαλόνι μέτρησης να είναι μονού αυλού σχεδιασμένο για την μέτρηση των μεσοκολπικών ελλειμάτων. Με μαλακό άκρο και ακτινοσκοπικούς οδηγούς (marks) σε απόσταση 5mm.

2-1311410187 Σύστημα φόρτωσης και τοποθέτησης συσκευών ASD-PFO-AFR με 3way stopcock

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Το σύστημα φόρτωσης να αποτελείται από θηκάρι που να έχει πλαϊνό σωληνίσκο με 3way stopcock, αιμοστατική βαλβίδα, διαστολέα και σύστημα φόρτωσης (loader) με δομή στήριξης ώστε να παρέχει τη βέλτιστη σταθερότητα. Το άνω άκρο να είναι ακτινοσκοπικό και να έχει οπές για flush. Ο διαστολέας να κλειδώνει πάνω στο θηκάρι. Να διατίθεται σε μεγέθη από 6Fr έως 14Fr και καμπύλη 45° και 180°.

2-1311410188 Συσκευή διαδερμικής διαφραγματοκολποστομίας Atria Flow Regulator (AFR)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Συσκευή διαδερμικής διαφραγματοκολποστομίας Atria Flow Regulator (AFR) που να χρησιμοποιείτε για να υπάρχει μόνιμη ενδοκολπική επικοινωνία με shunt από τα αριστερά προς τα δεξιά για να ελαττωθεί η αρτηριακή πίεση στον αριστερό κόλπο και να βελτιωθούν τα αιμοδυναμικά στοιχεία του ασθενή. Να αποτελείται από διπλό δίσκο, κατασκευασμένη από συρματινο πλέγμα υψηλής ποιότητας Nitinol με επικάλυψη τιτανίου (titanium oxide). Οι δύο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με μικρότερης διαμέτρου σύνδεση που και να έχει προκατασκευασμένη οπή. Να διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων. Το σύστημα φόρτωσης – απελευθέρωσης να έχει την δυνατότητα κάμψης έως 50°. Η συσκευή να φέρει CE-MARK και είναι ασφαλής για εξέταση MRI.

Σημειώνεται :

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr.

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημέρων από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.