

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

email :

ΠΛΗΡ.: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 246 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

### Αναλυτικότερα :

2-1311990080 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 10 χ 15cm.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-1311990079 ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ GEL ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 500 ml

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-1311990078 ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-1311050046 Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης ανοικτής κοιλίας με τεχνικές προδιαγραφές

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- α) Μembrάνη προστασίας σπλάχνων από σιλκόνη, διάτρητη, με ενσωματωμένο σπόγγο πολυουρεθάνης σε σχήμα δάκτυλου αστεριού με δυνατότητα προσαρμογής στο μέγεθος της κοιλίας
- β) 2 σπόγγους σχήματος οβάλ δακτυλίων πολυουρεθάνης, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών διαστάσεων συνολικά 38 χ 25 χ 3,3 cm
- γ) 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.
- δ) Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτοκαθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5 min.

2-1311050047 Σετ δοχείου συλλογής που να αποτελείται από : Κλειστό δοχείο από σκληρό πλαστικό με χωρητικότητα 1000ml απόλυτα συμβατό με την συσκευή κενού VACULTA, που φέρει:

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- α) Σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτοκαθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5 min.
- β) Στο εσωτερικό ειδικό Gel για μετατροπή του εξιδρώματος σε γέλη
- γ) Φίλτρο άνθρακα για έλεγχο των οσμών
- δ) Αισθητήρα πλήρωσης του δοχείου
- ε) Εξωτερική διαβάθμιση των ml

2-1311310056 Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα αυτοματοποιημένης & ρυθμιζόμενης ενστάλαξης αποτελούμενο από:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα αυτοματοποιημένης & ρυθμιζόμενης ενστάλαξης αποτελούμενο από:

- 1) 2 σπόγγους πολυουρεθάνης σπειροειδούς σχήματος με μέγεθος πόρων κυμαλών 400 - 600 microns, συνολικών διαστάσεων του ζεύγους Small (11 x 7,5 x 3,5cm) - Medium (18,5 x 14 x 3,5cm) - Large (25 x 15 x 3,5cm)
- 2) Αυτοκόλλητο σύστημα δύο σωληνώσεων: α) αναρρόφησης του εξιδρώματος και β) ενστάλαξης υγρού. Το σύστημα ελέγχει και εξασφαλίζει την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος μέσω 2 μικροαισθητήρων και 4 αυλών. Οι δύο σωληνώσεις στο σετ σπόγγου Large είναι ανεξάρτητες
- 3) Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες (καθαρές διαστάσεις 20,7 x 20,7cm) για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος
- 4) Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος
- 5) 2 συσκευασίες με πανάκι καθαρισμού της γύρω περιοχής εμποτισμένο με Cavilion

2-1311990333 SET ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) 1000ML+-50ML

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ 1000ml ± 50ml

Σετ δοχείου συλλογής για το σύστημα συνεχούς αρνητικής πίεσης. Να είναι απολυτά συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων). Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για έλεγχο των οσμών. Με χωρητικότητα ειδικού κλειστού δοχείου 1000ml ± 50ml. Απαραίτητο δείγμα προς αξιολόγηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 100GR (±5%) ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Να φέρει προ εγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 10 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του. Να έχει προγραμματισμένη δυνατότητα να σταματάει την αναρρόφηση σε περίπτωση διαρροής αέρα. Να φέρει φίλτρο εντοπισμένο κάτω από τη θύρα σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία. Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή. Κάθε συσκευασία να περιέχει 2 αλκαλικές μπαταρίες AA, ταινίες στερέωσης για την επίτευξη της σφράγισης και υποστήριξης του επιθέματος, έναν σωλήνα επέκτασης καθώς και 2 αποστειρωμένα επιθέματα ιδίων διαστάσεων. Τα επιθέματα να φέρουν μαλακό σιλικονούχο κολλητικό στρώμα επαφής με το τραύμα που θα διασφαλίζει σταθερότητα κατά την εφαρμογή και θα διατηρεί την παροχή αρνητικής πίεσης στη βάση του επιθέματος.

- A) Επίθεμα 10 x 20cm
- B) Επίθεμα 10 x 30cm
- Γ) Επίθεμα 10 x 40cm
- Δ) Επίθεμα 16 x 16cm
- E) Επίθεμα 16 x 21cm
- ΣΤ) Επίθεμα 16 x 31cm
- Z) Επίθεμα 21 x 21cm
- H) Επίθεμα 26 x 26cm

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

1) Σετ επιδέσμων για σύστημα αρνητικής πίεσης ελαφριάς φορητής αντλίας. Το σετ να περιέχει: 1. σπόγγο πολυουρεθάνης υδρόφοβο εμπλουτισμένο με άργυρο, 2. διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος, 3. αυτοκόλλητο δίσκο με σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος. Διαστάσεις 15cm x 10cm x 3.3cm τουλάχιστον (small). Απαραίτητο δείγμα προς αξιολόγηση.

2) Σετ επιδέσμων για σύστημα αρνητικής πίεσης ελαφράς φορητής αντλίας. Το σετ να περιέχει: 1. σπόγγο πολυουρεθάνης υδρόφοβο εμπλουτισμένο με άργυρο, 2. διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος, 3. αυτοκόλλητο δίσκο με σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος. Διαστάσεις 18cm x 15cm x 3.3cm τουλάχιστον (medium). Απαραίτητο δείγμα προς αξιολόγηση.

3) Σετ επιδέσμων για σύστημα αρνητικής πίεσης ελαφριάς φορητής αντλίας. Το σετ να περιέχει: 1. σπόγγο πολυουρεθάνης υδρόφοβο εμπλουτισμένο με άργυρο, 2. διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος, 3. αυτοκόλλητο δίσκο με σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος. Διαστάσεις 26cm x 15cm x 3.3cm τουλάχιστον (large). Απαραίτητο δείγμα προς αξιολόγηση.

**ΚΑΝΙΣΤΡΟ 1000ml ±50ml**

Σετ δοχείου συλλογής για το σύστημα συνεχούς αρνητικής πίεσης. Να είναι απολυτά συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων). Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται πιάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για έλεγχο των οσμών. Με χωρητικότητα ειδικού κλειστού δοχείου 1000ml ±50ml. Απαραίτητο δείγμα προς αξιολόγηση.

**Σημειώνεται :**

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.ipprokratio.gr](http://www.ipprokratio.gr). □

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.