

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310892713

email : paraggelies@ippokratis.gr

ΠΛΗΡ.: ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 256 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

### Αναλυτικότερα :

2-1311400153 Κατευθυνόμενο θηκάρι υποστήριξης καθετήρων κατάλυσης ή διαφραγματοστομίας (transeptal).

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Κατευθυνόμενο (με μεταβλητή καμπυλότητα) θηκάρι υποστήριξης καθετήρων κατάλυσης ή διαφραγματοστομίας (TRANSEPTAL) με δυνατότητα μεταβολής της καμπύλης του άκρου του αριστερά και δεξιά με εξωτερικό χειρισμό σχεδιασμένο και για επικαρδιακή πρόσβαση, με παρουσία ακτινοδιαπερατού δακτυλίου στο άπω άκρο και να είναι ατραυματικό καθώς να έχει και βαλβίδα αιμόστασης .  
Εσωτερική διάμετρος του θηκαριού να είναι 8 ή 8,5 FR, με μήκος 61 ή 71 ή 81 εκατοστά με καμπύλες διπλής κατεύθυνσης  
16.8 mm (Small Curl Dual-Reach) ή 22.4 mm (Medium Curl Dual-Reach) ή 50.0 mm (Large Curl Dual-Reach), συνοδευόμενο από οδηγό σύρμα 180 εκατοστά διάμετρο 0,032 Super Stiff με 3 mm J.

2-1311400154 Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας τετραπολικόι προσχηματισμένης καμπύλης από πολυουρεθάνη για την εγγραφή του HIS BUNDLE.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Τετραπολικά ηλεκτρόδια Η/Φ , το σώμα του καθετήρα να είναι από πολυουρεθάνη και να είναι πλεγμένο από ανοξείδωτο ασάλι, το άκρο του καθετήρα να είναι ατραυματικό - μη πλεγμένο.  
Το μήκος του καθετήρα να είναι 120CM και οι πόλοι να είναι από Platinum-Iridium με μήκος πόλου (band electrodes) 2mm με διάμετρο καθετήρα 5fr ή 6fr ή 7fr και αποστάσεις πόλων 2 -5- 2 mm ή 5mm ή 2 mm ή 1 cm ή συνδυασμός τους .  
Να διαθέτει ενεργό άκρο (επαφή στο άκρο - band electrodes ) και να υπάρχει η δυνατότητα του καθετήρα να παραμένει σταθερή η καμπύλη του καθ' όλη την διάρκεια της αποστείρωσης του στην συσκευασία του αλλά και σε θερμοκρασία σώματος.  
Να διαθέτουν καμπές τύπου : CRD-2 & CRD-1 & CRD με εκτεταμένη μακρινή απόσταση για την εγγραφή του HIS BUNDLE.

2-1311400155 Συνδετικά καλώδια για τους ανωτέρω καθετήρες

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Απαραίτητο συνοδευτικό υλικό του ανωτέρω υλικού (ΚΩΔ .2-1311400153 & 2-1311400154)  
Τα συνδετικά καλώδια για τους ανωτέρω καθετήρες να είναι κουμπωτά, με καλυμμένα άκρα και μήκος 150 cm.  
Το υλικό κατασκευής να είναι πολυουρεθάνη και οι επαφές από νικέλιο.

## **Σημειώνεται :**

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.ipprokratio.gr](http://www.ipprokratio.gr).

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.