



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ 15-01-2025
Α/Α: 07

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια βρογχοσκοπίων μιας χρήσεως

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια του κατωτέρω υλικού για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<https://isupplies.gr>) της εταιρίας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει να εγγραφεί στην iSmart P.C., αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά, είτε μέσω τηλεφώνου (2103601671) είτε συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση <https://isupplies.gr/auth/register>.

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής **πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του** στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση .

Πληροφορίες: Αποστόλου Κωνσταντίνα, prom11@kat-hosp.gr , τηλ.213-2086757
Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης για το είδος είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

Το είδος για το οποίο ενδιαφέρεται το Νοσοκομείο είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	25 ΤΕΜΑΧΙΑ	9.500€

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Να είναι αποστειρωμένο,
2. Να προσφέρεται σε διαφορετικά μεγέθη (διάμετρο εξωτερική από 3 έως 6 mm και κανάλι εργασίας από 1.2 mm έως 2.8 mm έχοντας συνολικό περίπου μήκος 60 cm) και να αποστέλλει ζωντανό video και εικόνες όταν συνδέεται με τη συμβατή μονάδα ελέγχου βρογχοσκόπησης (monitor).
3. Το monitor να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 4GB και δυνατότητα μεταφοράς αρχείων σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο
4. Να είναι εύκαμπτο με δυνατότητα κάμψης τουλάχιστον 180°/180°.
5. Να διαθέτει κάμερα με πηγή φωτός LED με οπτικό πεδίο >85° και βάθος πεδίου από τουλάχιστον 5mm έως 50 mm περίπου.
6. Να διαθέτει κομβίο στιγμιαίας καταγραφής και αποθήκευσης εικόνας (snapshot button)
7. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με πηγή αναρρόφησης.
8. Να συνδέεται απευθείας σε οθόνη τουλάχιστον 10 in, Η οθόνη να διαθέτει μπαταρία επαναφορτιζόμενη με διάρκεια τουλάχιστον 120 λεπτά αυτονομίας.
9. Επί ποιηής απόρριψης να κατατεθούν εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus) και δείγματα προς αξιολόγηση.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ακόλουθη:

1. Να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα της iSmart P.C. (τηλ.210-3601671), αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
2. Να αποστείλουν στο Νοσοκομείο e-mail για τα συγκεκριμένα υλικά ή υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
3. Να υποβάλουν την προσφορά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρίας iSmart P.C.

Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα της iSmart P.C. πρέπει να αναφέρουν απαραίτητως τον αριθμό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Ιωάννης Ηλιόπουλος