

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

email :

ΠΛΗΡ.: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 712 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

Αναλυτικότερα :

2-1313080001 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (40ml)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Συσκευή πλήρωσης υψηλών πιέσεων χωρητικότητας 40ml, για μπαλόνια διαστολής μεγάλων διαστάσεων, με έμβολο και φωσφορίζον μανόμετρο. Να διαθέτει ενδείξεις έως 200 psi και ως 15atm. Η συσκευασία να περιλαμβάνει στρόφιγγα 3 οδών (storcock) υψηλών πιέσεων, καθώς και συνδετική γραμμή προέκτασης.

2-1311210006 ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΟ STENT

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Η ενδοπρόθεση να είναι πλήρως επικαλυμμένη με σιλικόνη για να αποτρέπει τους ιστούς να εισέρχονται ανάμεσα από τα κελιά της. Να διαθέτει μακριά θηλειά με ακτινοσκοπικό δείκτη στο άκρο για την αφαίρεσή της μήκους 70mm και 100mm έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι θα βγαίνει έξω από το φύμα. Τα άκρα του stent να είναι μεγαλύτερης διαμέτρου από το σώμα έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετανάστευση του. Το stent να διαθέτει ακτινοσκοπικούς δείκτες στα άκρα του και ακτινοσκοπικούς δείκτες τύπου spiral στο σώμα του για την ακριβή τοποθέτησή του. Το stent να είναι διαθέσιμο σε διαμέτρους 6mm/8mm, 8mm/10mm και 8mm/12mm και σε μήκη 30mm, 40mm, 50mm, 60mm 70mm και 80mm. Το σύστημα τοποθέτησης να έχει διάμετρο 8Fr και μήκος 180cm. Το σύστημα τοποθέτησης να είναι 8Fr και μήκους 1800mm και να διαθέτει επάνω στη λαβή δείκτες για την ενημέρωση του χρήστη για την πορεία έκπτυξης του stent.

2-1311990251 Χρωστική τύπου indigo carmine

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- Η χρωστική ουσία χρωμοενδοσκόπησης τύπος Indigo Carmine 1% να είναι απόλυτα βιοσυμβατή με τον ανθρώπινο οργανισμό σε φιαλίδιο των 10ml.
- Το φιαλίδιο να έχει λαστιχένιο πώμα για ευχερή αναρρόφηση.

2-1311990250 Μελάني_ενδοσκοπικού μαρκαρίσματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- Ειδική αποστειρωμένη σύριγγα των 5cc με περιστροφικό κλείδωμα.
- Να περιέχει ειδική μελάνη από υψηλής καθαρότητας μόρια άνθρακα.
- Να έχει ένδειξη για προεγχειρητική σήμανση βλαβών ορατό μέχρι και 36 μήνες.
- Να έχει ένδειξη για κλινική παρακολούθηση αφαιρεθέντων βλαβών ορατό πάνω από 10έτη.
- Το διάλυμα να μην έχει ίζημα για αποφυγή απόφραξης της βελόνας έγχυσης.
- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και με βελόνα έγχυσης 25G.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

2-1311130050 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ BARRX RFA ΤΥΠΟΥ FOCAL 90 ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13Χ20mm ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ BARRETT Η' ΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΩΝ ΠΥΛΩΡΙΚΟΥ ΑΝΤΡΟΥ Η' ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΗ ΠΡΩΚΤΙΤΙΔ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

*ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ BARRX RFA ΤΥΠΟΥ FOCAL 90 ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13Χ20mm
ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ BARRETT Η' ΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΩΝ ΠΥΛΩΡΙΚΟΥ ΑΝΤΡΟΥ Η'
ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΗ ΠΡΩΚΤΙΤΙΔΑ*

Σημειώνεται :

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ipprokratio.gr.
□

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.