

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

email :

ΠΛΗΡ.: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 754 / 2025

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας μέσω της εφαρμογής e-προμηθείας έως την ημ/νια και την ώρα που αναγράφεται στο σύστημα του προμηθέα για τα κάτωθι είδη.

Αναλυτικότερα :

2-1311160019 ΣΕΤ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙ Α ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΟΝΑ Mini Access Kit

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Mini Access Kit είναι ένα σύστημα πρόσβασης ομοαξονικού εισαγωγέα 4F ή 5F μήκους 10 cm ή 15 cm (5f) με διαστολέα, ειδικό εργαλείο BOWTIE για πολύ εύκολη εισαγωγή του σύρματος και οδηγό σύρμα (ανοξειδωτο ασάλι ή Nitinol με άκρο απο πλατίνα ή παλλάδιο 0.018' (0.46mm) μήκους 40cm) για την τοποθέτηση σε αγγείο οδηγών συρμάτων μεγαλύτερης διαμέτρου όταν προτιμάται η διενέργεια παρακέντησης με μικρή βελόνα εισαγωγής 21 G, 4cm & 7 cm και βελόνα ορατή υπό την χήση υπερήχων (echo-enhanced) για εύκολη καθοδήγηση ώστε να μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού και αιμορραγίας στους γύρω ιστούς.
(ΣΕΤ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 2 ΚΩΔ.)

2-1311410114 Σύστημα αγγειακής αιμόστασης με βιοαπορροφήσιμο βύσμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Σύστημα αυτόματης αγγειακής αιμόστασης. Να αποτελείται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο λειτουργεί χωρίς να απαιτείται συρραφή της αρτηρίας ώστε να επιτευχθεί αιμόσταση. Η αιμόσταση να επιτυγχάνεται με την εναπόθεση ενός απορροφήσιμου βύσματος πάνω από την αρτηριοτομή στο εξωτερικό μέρος του τοιχώματος του αγγείου. Το βιοαπορροφήσιμο βύσμα να είναι κατασκευασμένο από PLGA, πολυγλακτίνη (όπως τα απορροφήσιμα ράμματα Vycril) και απορροφάται πλήρως στις 60 με 90 ημέρες. Να μη χρειάζεται αλλαγή θηκαριού. Να προσφέρεται σε μεγέθη 5F, 6F & 7F με ωφέλιμο μήκος 12 εκ.

2-1311410115 Σύστημα σύγκλεισης μεγάλων αγγείων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Συσκευή σύγκλεισης μεγάλων αγγείων 12 έως 25 FR που υποβάλλονται σε διαδερμικές προσπελάσεις περιφερικών αρτηριών. Να χρησιμοποιεί βιοαπορροφήσιμα υλικά για να σφραγίσει άμεσα και με ασφάλεια την αρτηριοτομή. Να αποτελείται από την συσκευή αγγειακής αιμόστασης, το θηκάρι εισαγωγής, τον μετρητή της αρτηριοτομής και τον εισαγωγέα. Να εξασφαλίζει με την άγκυρα που τοποθετείται ενδοαγγειακά την ασφαλή σφράγιση στο εσωτερικό τμήμα του αγγείου αφήνοντας όμως χωρίς επηρεασμό την ροή του αίματος χωρίς την παραμικρή στένωσή εντός του αγγείου. Το κολλαγόνο πάνω στο οποίο υπάρχει marker (Stainless Steel) να σφραγίζει άμεσα και με απολυτή επιτυχία το πάνω τμήμα της αρτηριοτομής. Η συσκευή σύγκλεισης να υπάρχει διαθέσιμη σε κατάλληλα μεγέθη

Σημειώνεται :

Οι προσφορές να κατατίθενται μόνο μέσω της εφαρμογής e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ipprokratio.gr.

Στην προσφορά να αναγράφονται, επί ποινή απόρριψης:

1. ο αριθμός της έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
2. το Α.Φ.Μ. του οικονομικού φορέα
3. ο κωδικός είδους του Νοσοκομείου
4. η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους
5. η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται),
6. η τιμή ανά τεμάχιο
7. η κατηγορία ΦΠΑ.
8. ο κωδικός εμπορίου, ο κωδικός ΕΟΦ ή GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους
9. ο κωδικός και η τιμή του Π.Τ. στο οποίο εντάσσεται το προσφερόμενο είδος

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) να ζητούνται κατά περίπτωση.

Προσφορές με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών να κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της έρευνας αγοράς η τιμή του μειοδότη να προσαρμόζεται σε αυτή αν απαιτείται.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

Η παράδοση των ειδών να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας.

Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών να απορρίπτονται. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών του Νοσοκομείου πριν τη λήξη αυτού.

Η προσφορά να ισχύει για 6 Μήνες και να συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και φορολογικής ενημερότητας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
3. Γενικό Πιστοποιητικό Μητρώου ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό της εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας της έρευνας αγοράς σε οποιαδήποτε φάση αυτής.