



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
«ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Αθήνα: 18.02.2025

Αριθ. Πρωτ.: 3388

Τμήμα: Προμηθειών  
Ταχ. Διεύθ.: Λ. Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Παγώνα Δημάκου  
Τηλ. : 213 200 9838  
e-mail: [promithion@aglaiakyrriakou.gr](mailto:promithion@aglaiakyrriakou.gr)  
ΥΓ.35/25

ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΤΟΣ»**  
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

**Έχοντας υπόψη:**

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Τις διατάξεις της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 2501/03-08-2022 Εγκύκλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναφορικά με την εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.: **2598/07.02.2025** πρωτογενές αίτημα της διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού, με το οποίο ζητείται η διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού.

- Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 3049/13.02.2025 και α/α: 284/2025 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων (ΑΔΑ: 9ΘΒΖ46906Ρ-ΣΛΕ), σε βάρος των ΚΑΕ: 1311α του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

### Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή προμήθειας με τίτλο: «**Οπτική ίνα για Κύστη Κόκκυγος**» (CPV: 33169100-3) όπως αναλυτικά παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος Α'.

**Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 24.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 29.760,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**

**Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 24/02/2025 και ώρα 11:00π.μ. αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών CosmoOne.**

#### 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- i. Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
- ii. Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια 120 ημέρες από την επομένη της λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού.
- iii. Στην υποβληθείσα προσφορά υγειονομικού υλικού/ ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα πρέπει να δηλώνονται (επί ποινή αποκλεισμού), σύμφωνα με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2017/745, τα ακόλουθα στοιχεία:
  - Η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος
  - Η κατασκευαστική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν καθώς και ο τόπος εγκατάστασης αυτής

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- ✓ Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα/διανομέα (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα)
- ✓ Εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων.

#### 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι:

**η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.**

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ανάθεσης και θα ζητηθούν από τον ανάδοχο να προσκομιστούν τα εξής:

- i. Τα αποδεικτικά μέσα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

**Ειδικότερα**, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας σας, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016.

- ii. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νομικού προσώπου υπό τη μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε) ή των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισμού.
- iii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
- iv. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και
- v. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών (σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΝΗΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ**

α/α	Κωδικός είδους	Περιγραφή Είδους	Τιμή Μονάδας (€)	Ποσότητα	Καθαρή αξία	ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ (€)
1	0902024005000020	ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΔΙΟΔΙΚΟΥ LASER ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ	480,00	50	24.000,00	24	29.760,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>					<b>24.000,00</b>		<b>29.760,00</b>
Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές							

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 24.000,00 €  
 Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 29.760,00 €  
 ΚΑΕ: 1311α

Για τις ανάγκες της αντιμετώπισης των κύστεων κόκκυγος με προσέγγιση ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στα παιδιά (τοπική αναισθησία, πολύ γρήγορη ανάρρωση, ελάχιστο χειρουργικό τραύμα) χρειάζονται τα κάτωθι υλικά.

**Υλικό:**

**Η οπτική ίνα κυκλικής εκπομπής Laser**

Πλήρης κυκλική εκπομπή 360° και 60° σε σχέση με τον άξονα της ίνας.

- Ενεργό άκρο: 4mm
- Μη εμπρόσθια εκπομπή ενέργειας.
- Διάμετροι πυρήνα: 600µm.
- Διάμετρος tip: 1,6mm .
- Μήκος οπτικής ίνας : 2,5 m.
- Δέσμη στόχευσης ίνας : 650nm/ 5mW
- Διαβάθμιση ανά 1cm ως τα 20cm .
- Σύνδεση με Connector SMA 905.
- Συμβατή με φορητή γεννήτρια τύπου GaAlAs .
- Διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.
- Αποστείρωση με Ethylene Oxide.
- Πενταετής διάρκεια ζωής της αποστείρωσης.
- Γεννήτρια διαθέτει ενσωματωμένη θύρα USB, αποθήκευση πρωτοκόλλου πάθησης ασθενών δυνατότητα αναπαραγωγής και αντιγραφής Video και σύνδεση Wi-Fi.
- Μήκος κύματος : 1940nm
- 3 Επιλογές λειτουργίας: Continuous, Single & Pulsed Mode.
- Ισχύος 10 Watt σε μήκος κύματος 1940 nm.

Κατά την χρήση στο χειρουργείο να διατίθεται ανθρώπινο δυναμικό και ο σχετικός συνοδός εξοπλισμός. Δηλαδή:

- 1) Η γεννήτρια διοδικού laser.
- 2) Σετ νεαροποίησης συριγγίου όπως κυκλικά μαχαιρίδια, ειδικά βουρτσάκια καθώς και 2 σετ προστατευτικών γυαλιών πολλαπλών χρήσεων.
- 3) Παρουσία τεχνικού προσωπικού για την λειτουργία της γεννήτριας και την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας της.